

Technické požiadavky – Technická špecifikácia

I. Technické parametre riešenia

Pokyny pre vyplnenie „Tabuľky 1 pre hodnotenie technických parametrov riešenia“

1. Záujemca vyplní stĺpec „Splnenie požiadaviek“, pričom splnenie pre každý hodnotený parameter vyhodnotí a uvedie „áno“ v prípade splnenia alebo „nie“ v prípade nesplnenia daného parametra.
2. Záujemca vyplní stĺpec „Parametre ponúkaného riešenia“ údajmi o konkrétnych hodnotách daného parametra pre ním ponúkaný produkt

Záujemca môže zapisovať iba do polí tabuľky, ktoré nie sú vyfarbené šedou farbou.

Tabuľka 1 pre hodnotenie technických parametrov riešenia

Popis (požadované parametre)		Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Parametre ponúkaného riešenia
Laboratórny nábytok			
Laboratórny nábytok bude vyrobený z laminovaných drevotrieskových dosiek LTD hrúbky 18 mm.		áno	Laboratórny nábytok bude vyrobený z laminovaných drevotrieskových dosiek LTD hrúbky 18 mm viď popis
Zadná časť uzatvorených skriň a skriniek bude z jednostrannej lakovanej drevovláknitej dosky.		áno	Zadná časť uzatvorených skriň a skriniek bude z jednostrannej lakovanej drevovláknitej dosky. viď popis
Všetok laboratórny nábytok okrem pojazdných kontajnerov bude osadený na výškovo nastaviteľných nožičkách s hladkým povrchom umožňujúcich v priestore pod skrinkou jednoduché čistenie. Zo všetkých pohľadových strán budú skrinky vybavené odnímateľným plastovým soklom s výškou 100 mm, ak si to podmienky nevyžadujú inak. Sokel bude pri podlahe vybavený mäkkým transparentným tesnením.		áno	Všetok laboratórny nábytok okrem pojazdných kontajnerov bude osadený na výškovo nastaviteľných nožičkách s hladkým povrchom umožňujúcich v priestore pod skrinkou jednoduché čistenie. Zo všetkých pohľadových strán budú skrinky vybavené odnímateľným plastovým soklom s výškou 100 mm, ak si to podmienky nevyžadujú inak. Sokel bude pri podlahe vybavený mäkkým transparentným tesnením viď popis
Dvierka a zásuvky budú s nalepenou hranou z materiálu ABS hrúbky 2 mm, hrany korpusov skriniek z materiálu ABS hrúbky 0,5 mm.		áno	Dvierka a zásuvky budú s nalepenou hranou z materiálu ABS hrúbky 2 mm, hrany korpusov skriniek z materiálu ABS hrúbky 0,5 mm. viď popis
Dvierka budú na kovových závesoch odnímateľných bez skrútkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum a pod.).		áno	Dvierka budú na kovových závesoch odnímateľných bez skrútkovania tzv. klip (napr. Hettich, Blum a pod.). viď popis
Pojazdy pre zásuvky budú kovové s dĺžkou životnosti (10 rokov a viac, napr. METABOX).		áno	Pojazdy pre zásuvky budú kovové s dĺžkou životnosti (10 rokov a viac, napr. METABOX). viď popis
Úchytky budú kovové, s roztečou 96 mm.		áno	Úchytky budú kovové, s roztečou 96 mm viď popis

Popis (požadované parametre)		Splnenie požiadaviek* [áno/nie]	Parametre ponúkaného riešenia
Pracovné dosky stolov			
Je požadovaný štandard platný pre prvky nábytku laboratórneho – stoly umývacie, stoly laboratórne s médiami, stoly fyzikálne (pracovné).		áno	Bude dodržaný štandard platný pre prvky nábytku laboratórneho – stoly umývacie, stoly laboratórne s médiami, stoly fyzikálne (pracovné).
Postforming: Drevotriesková doska hr. 28 mm príp. hr. 38 mm, potiahnutá HPL fóliou, predná hrana bude plynule zaoblená. Doska je odolná teplote do 150°C. Tieto pracovné dosky musia spĺňať základné požiadavky STN EN 312-3 a mať platný certifikát hygienickej nezávadnosti a certifikát o mechanicko – fyzikálnych skúškach.		áno	Postforming: Drevotriesková doska hr. 28 mm príp. hr. 38 mm, potiahnutá HPL fóliou, predná hrana bude plynule zaoblená. Doska je odolná teplote do 150°C. Tieto pracovné dosky musia spĺňať základné požiadavky STN EN 312-3 a mať platný certifikát hygienickej nezávadnosti a certifikát o mechanicko – fyzikálnych skúškach.
Umelý kameň: Leštený konglomerovaný kameň hrúbky 20 mm bez zvýšenej hrany alebo so zvýšenou hranou z konglomerovaného kameňa po obvode v súlade s STN EN 13 150 (doska o celkovej hr. 26 mm) v súlade s STN EN 13 150. Tieto pracovné dosky musia mať platný certifikát hygienickej nezávadnosti a certifikát o mechanicko – fyzikálnych skúškach.		áno	Umelý kameň: Leštený konglomerovaný kameň hrúbky 20 mm bez zvýšenej hrany alebo so zvýšenou hranou z konglomerovaného kameňa po obvode v súlade s STN EN 13 150 (doska o celkovej hr. 26 mm) v súlade s STN EN 13 150. Tieto pracovné dosky musia mať platný certifikát hygienickej nezávadnosti a certifikát o mechanicko – fyzikálnych skúškach.
Vysokotlaký laminát: Povrch pracovnej dosky z vysokotlakého laminátu (napr. TrespaTopLab Plus) hr. 16 mm alebo so zvýšenou hranou po obvode v súlade s STN EN 13 150. Teplotná odolnosť do 150°C, vyžaduje sa chemická a mechanická odolnosť.		áno	Vysokotlaký laminát: Povrch pracovnej dosky z vysokotlakého laminátu (napr. TrespaTopLab Plus) hr. 16 mm alebo so zvýšenou hranou po obvode v súlade s STN EN 13 150. Teplotná odolnosť do 150°C, vyžaduje sa chemická a mechanická odolnosť.
Ventily, armatúry, batérie			
Stoly s médiami budú zariadené stojankovými alebo nástennými ventilmi, ich druh a počet podľa špecifikácie. Osadzované armatúry a ventily musia byť vo vyhotovení pre laboratórne prostredie (mosadz s ochrannou vrstvou epoxypolyesteru) a vyrobené v súlade s normou DIN 12 918, napojovacie olivky musia odpovedať norme DIN 12 898, závit ISO 228/1, farebné označenie podľa EN 13 792:2000.		áno	Stoly s médiami budú zariadené stojankovými alebo nástennými ventilmi, ich druh a počet podľa špecifikácie. Osadzované armatúry a ventily musia byť vo vyhotovení pre laboratórne prostredie (mosadz s ochrannou vrstvou epoxypolyesteru) a vyrobené v súlade s normou DIN 12 918, napojovacie olivky musia odpovedať norme DIN 12 898, závit ISO 228/1, farebné označenie podľa EN 13 792:2000
Drezy			
Kameninová výlevka pokrytá biellou glazúrou s odolnosťou voči kyselinám, zásadám, abrazii (okrem kyseliny fluorovodíkovej a silným alkálii pri vysokých teplotách).		áno	Kameninová výlevka pokrytá biellou glazúrou s odolnosťou voči kyselinám, zásadám, abrazii (okrem kyseliny fluorovodíkovej a silným alkálii pri vysokých teplotách).
Vonkajší rozmer 450x450x220mm, vnútorný rozmer 385x385x200mm. Súčasťou výlevky je chemicky odolný sifón a zátk.		áno	Vonkajší rozmer 450x450x220mm, vnútorný rozmer 385x385x200mm. Súčasťou výlevky je chemicky odolný sifón a zátk.
Výlevky			
Plastová polypropylénová výlevka vrátane siete, vonkajší rozmer 150x150x130 mm, vnútorný rozmer 100x100x100mm.		áno	Plastová polypropylénová výlevka vrátane siete, vonkajší rozmer 150x150x130 mm, vnútorný rozmer 100x100x100mm

Popis (požadované parametre)		Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Parametre ponúkaného riešenia
Digestory			
• zodpovedajú európskej norme STN EN 14 175-Digestory		áno	zodpovedajú európskej norme STN EN 14 175-Digestory viď popis
• šírka digestora 1200, 1500, 1800 alebo 2100 mm, hlavné rozmery budú uvedené u konkrétne navrhnutého digestora		áno	šírka digestora 1200, 1500, 1800 alebo 2100 mm, hlavné rozmery budú uvedené u konkrétne navrhnutého digestora viď popis
• korpus bude celokovový: povrch plech RAL 9010		áno	korpus bude celokovový: povrch plech biely v odtieni RAL 9010 viď popis
• odsávací kanál z PP s hrdlom ø250 mm, napojenie na VZT		áno	odsávací kanál z PP s hrdlom ø250 mm, napojenie na VZT viď popis
• pracovná plocha: výška 900 mm, umelý kameň so zvýšenou hranou		áno	pracovná plocha: výška 900 mm, umelý kameň so zvýšenou hranou viď popis
• steny a strop digestora budú obložené chemicky odolným materiálom		áno	steny a strop digestora budú obložené chemicky odolným materiálom (vysokotlakým laminátom) viď popis
• spodné skrinky pre kyseliny a lúhy (sú súčasťou vybavenia) budú s posuvnými dvierkami a výškovo prestaviteľnou policou		áno	spodné skrinky pre kyseliny a lúhy (sú súčasťou vybavenia) budú s posuvnými dvierkami a výškovo prestaviteľnou policou viď popis
• elektrické zásuvky 4 x 230V, krytie IP44		áno	elektrické zásuvky 4 x 230V, krytie IP44 viď popis
• osvetlenie 1x55W pre šírky 1200 a 1500 mm, pri šírke 1800 a 2100 mm osvetlenie 2x55W		áno	osvetlenie pracovného priestoru 1x55W pre šírky 1200 a 1500 mm, pri šírke 1800 a 2100 mm osvetlenie 2x55W viď popis
• istič osvetlenia na čelnom paneli pod pracovnou doskou		áno	istič osvetlenia bude umiestnený na čelnom paneli pod pracovnou doskou viď popis
• digestor bude vybavený uzemňovacím bodom		áno	digestor bude vybavený uzemňovacím bodom viď popis
• zdvih okna: pracovný 500 mm, maximálne 900 mm		áno	zdvih okna: pracovný 500 mm, maximálne 900 mm viď popis
• výsuvné okno z bezpečnostného skla, posuvné horizontálne i vertikálne, okno delené na 2 časti		áno	výsuvné okno bude z bezpečnostného skla, posuvné horizontálne i vertikálne, okno delené na 2 časti viď popis
• ručný zdvih okna bez vzájomného obmedzenia		áno	ručný zdvih okna bez vzájomného obmedzenia viď popis

Popis (požadované parametre)		Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Parametre ponúkaného riešenia
demontovateľná mriežka nerez AISI 304, 2 pozdĺžniky + 3 zvislice		áno	v digestore bude demontovateľná mriežka z nerez AISI 304, ktorá bude mať 2 pozdĺžniky + 3 zvislice viď popis
Laboratórne stoly			
spodné inštalčné jadro hĺbky 200 mm vytvorí priestor pre umiestnenie rozvodov médií		áno	budú vybavené spodným inštalčným jadrom hĺbky 200 mm, ktoré vytvorí priestor pre umiestnenie rozvodov médií viď popis
horná inštalčná časť pre privod médií nad pracovnou plochou bude tvorená kovovými slúpkami		áno	horná inštalčná časť pre privod médií nad pracovnou plochou bude tvorená kovovými slúpkami viď popis
kovové slúpky slúžia k osadeniu laboratórnych ventilov, elektrických zásuviek, hlavného vypínača, vypínača osvetlenia, prúdového chrániča a ističov - osvetlenie stola		áno	kovové slúpky budú slúžiť k osadeniu laboratórnych ventilov, elektrických zásuviek, hlavného vypínača, vypínača osvetlenia, prúdového chrániča a ističov - osvetlenie stola viď popis
prestavitelná polica z bezpečnostného skla v hliníkovom rámkovi medzi inštalčnými slúpkami		áno	prestavitelná polica z bezpečnostného skla v hliníkovom rámkovi bude umiestnená medzi inštalčnými slúpkami viď popis
na laboratórnych stoloch a drezových skrinkách bude pre teplú a studenú vodu použitá zmišľavacia batéria laboratórna		áno	na laboratórnych stoloch a drezových skrinkách bude pre teplú a studenú vodu použitá zmišľavacia batéria laboratórna vyhovujúca platným predpisom pre správnu laboratórnú prax (GLP) viď popis
korpus skriniek bude z laminovanej drevotrieskovej dosky		áno	korpus skriniek bude vyhotovený z laminovanej drevotrieskovej dosky viď popis
úchytky budú kovové		áno	úchytky budú kovové vhodné pre prácu v laboratóriách viď popis
Požiadavky, ktoré nie sú spoločné, sú uvedené v špecifikácii jednotlivých laboratórnych stolov.		áno	Všetky ďalšie požiadavky, ktoré nie sú spoločné, sú uvedené v špecifikácii jednotlivých laboratórnych stolov. viď popis
Umývacie stoly			
pracovná plocha so zvýšenou hranou		áno	pracovná plocha stolov bude vybavená zvýšenou hranou viď popis
keramická výlevka (drez) osadená pod pracovnú dosku		áno	keramická výlevka (drez) bude osadená pod pracovnú dosku viď popis
zmišľavacie batérie laboratórne		áno	na stoloch budú použité zmišľavacie batérie laboratórne vyhovujúce platným predpisom pre správnu laboratórnú prax (GLP) viď popis

Popis (požadované parametre)		Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Parametre ponúkaného riešenia
• korpus skriniek bude laminovaná drevotriesková doska		áno	korpus skriniek bude vyhotovený z laminovanej drevotrieskovej dosky viď popis
• úchytky budú kovové		áno	úchytky budú kovové vhodné pre prácu v laboratóriách viď popis
Požiadavky, ktoré nie sú spoločné, sú uvedené v špecifikácii jednotlivých umývacích stolov.		áno	Všetky ďalšie požiadavky, ktoré nie sú spoločné, sú uvedené v špecifikácii jednotlivých laboratórnych stolov. viď popis
Kovové regály			
• rozmer 100x500x2000 mm		áno	rozmer regálu 100x500x2000 mm viď popis
• regál so štyrmi policami		áno	regál bude vybavený štyrmi policami viď popis
• police budú prestaviteľné		áno	police budú prestaviteľné viď popis
• nosnosť police min. 100 kg		áno	nosnosť každej police bude min. 100 kg viď popis
• nosnosť rámu regálu 3000 kg		áno	nosnosť rámu regálu bude 3000 kg viď popis
• rámy modré RAL 5010		áno	rámy regálov budú modré v odtieni RAL 5010 viď popis
• police šedé RAL 7035		áno	police regálov budú šedé v odtieni RAL 7035 viď popis
Kovové podnože			
• pevná zváraná oceľová konštrukcia		áno	kovové podnože budú vyrobené z pevnej zváranej oceľovej konštrukcie viď popis
• konštrukcia povrchovo upravená elektrostaticky naneseným vypaľovacím lakom		áno	oceľové konštrukcie budú povrchovo upravené elektrostaticky naneseným vypaľovacím lakom viď popis
• podnože s rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy		áno	kovové podnože budú s rektifikáciou pre vyrovnanie nerovností podlahy viď popis
• podnože RAL 9010 príp. RAL 7035		áno	kovové podnože budú biele v odtieni RAL 9010 príp. šedé v odtieni RAL 7035 viď popis

Popis (požadované parametre)	Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Parametre ponúkaného riešenia
Základná farebnosť		
laboratórny laminový nábytok bude v prevedení bielom RAL 9010 (korpuse) v kombinácii s modrou odtieň RAL 5010 (čelné plochy)	áno	laboratórny laminový nábytok bude v prevedení bielom odtieň RAL 9010 (korpuse) v kombinácii s modrou odtieň RAL 5010 (čelné plochy) viď popis
kovové podnože v RAL 9010 biela	áno	kovové podnože budú biele v odtieni RAL 9010 viď popis
kovové inštalčné stĺpiky RAL 7035 šedá	áno	kovové inštalčné stĺpiky budú šedé v odtieni RAL 7035 viď popis
rámy regálov modré RAL 5010	áno	rámy regálov budú modré v odtieni RAL 5010 viď popis
police regálov šedé RAL 7035	áno	police regálov budú šedé v odtieni RAL 7035 viď popis

Pokyny pre vyplnenie „Tabuľky 2 pre hodnotenie technických parametrov riešenia“

1. Záujemca vyplní stĺpec „Splnenie požiadaviek“, pričom splnenie pre každý hodnotený parameter vyhodnotí a uvedie „áno“ v prípade splnenia alebo „nie“ v prípade nesplnenia daného parametra.
2. Záujemca vyplní stĺpec „Výrobca, model (označenie)“ a „Parametre ponúkaného riešenia“ údajmi o konkrétnych hodnotách daného parametra pre ním ponúkaný produkt.
3. Záujemca vyplní stĺpec „Link“, kde uvedie odkaz na produktovú dokumentáciu na stránkach výrobcu (link), z ktorého je možné overiť parametre ponúkaných produktov.

Záujemca môže zapisovať iba do polí tabuľky, ktoré nie sú vyfarbené šedou farbou.

Tabuľka 2 pre hodnotenie technických parametrov riešenia:

Označenie	Popis (požadované parametre)	Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Výrobca, model (označenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
1. Kultivačná miestnosť A 54b-1 (2.1.4.1 Laboratórne vybavenie a príslušenstvo pre kultiváciu rastlín 1)					
I.R	regál kovový, 1000x500xH2000 povrchovo upravený s možnosťou výškovo nastaviteľných polic, odolný voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami	áno	Proman, s.r.o. Kovový regál policový DX 1000x500xH2000	regál kovový, 1000x500xH2000 povrchovo upravený s možnosťou výškovo nastaviteľných polic, odolný voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami Vid' popis	www.proman.sk
I.POL	polica kovová povrchovo upravená, odolná voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami s úpravou pre osadenie svietidla	áno	Proman, s.r.o. Kovový regál policový DX 1000x500xH2000	polica kovová povrchovo upravená, odolná voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami s úpravou pre osadenie svietidla Vid' popis	www.proman.sk
I.SVIET	svietidlo TL-D 51W-820 ECO 3600 lux	áno	Philips TL-D 51W-820 ECO	svietidlo TL-D 51W-820 ECO 3600 lux Vid' popis	www.lighting.philips.sk/
I.KLJ	klimatizačná jednotka KL v podstropnom prevedení s reguláciou optimálnej teploty 25°C pri 16 hodinovej fotoperióde s digitálne ovládaným termostatom, prietok vzduchu 900 m ³ /h, vykurovací výkon 12 kW, chladiaci výkon 6kW	áno	Wolf Klimatizačná jednotka KL-60	klimatizačná jednotka KL v podstropnom prevedení s reguláciou optimálnej teploty 25°C pri 16 hodinovej fotoperióde s digitálne ovládaným termostatom, prietok vzduchu 900 m ³ /h, vykurovací výkon 12 kW, chladiaci výkon 6kW Vid' popis	www.wolfst.sk
I.ČASP	časový spínač pre vytvorenie režimu deň(16hodin)-noc(8hodin)	áno	Elektrobok Multifunkčný časový spínač CS3-4M	časový spínač pre vytvorenie režimu deň(16hodin)-noc(8hodin) Vid' popis	www.elektrobok.cz
I.SN.1	kontajner dvierkový, 465x500xH1600+60, pojazdný, 1 polica, bez zámk	áno	Block a.s. - BS Všetín s.r.o Kontajner dvierkový KD	kontajner dvierkový, 465x500xH1600+60, pojazdný, 1 polica, bez zámk Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab

Označenie	Popis (požadované parametre)	Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Výrobca, model (označenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
1.ST.2	stôl odkladací, 1500x750xH900, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Stôl na kovovej kostre ST 2	stôl odkladací, 1500x750xH900, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
2. Kultivačná miestnosť A 54b-2 (2.1.4.2 Laboratórne vybavenie a príslušenstvo pre kultiváciu rastlín 2)					
2.R	regál kovový, 1000x500xH2000 povrchovo upravený s možnosťou výškovo nastaviteľných polic, odolný voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami	áno	Proman, s.r.o. Kovový regál policový DX 1000x500xH2000	regál kovový, 1000x500xH2000 povrchovo upravený s možnosťou výškovo nastaviteľných polic, odolný voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami Vid' popis	www.proman.sk
2.POL	polica kovová povrchovo upravená, odolná voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami s úpravou pre osadenie svietidla	áno	Proman, s.r.o. Kovový regál policový DX 1000x500xH2000	polica kovová povrchovo upravená, odolná voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami s úpravou pre osadenie svietidla Vid' popis	www.proman.sk
2.SVIET	svietidlo TL-D 51W-820 ECO 3600 lux	áno	Philips TL-D 51W-820 ECO	svietidlo TL-D 51W-820 ECO 3600 lux Vid' popis	www.lighting.philips.sk/
2.KLJ	klimatizačná jednotka KL v podstropnom prevedení s reguláciou optimálnej teploty 25°C pri 16 hodinovej fotoperióde s digitálne ovládaným termostatom, prítok vzduchu 900 m3/h, vykurovací výkon 12 kW, chladiaci výkon 6kW	áno	Wolf Klimatizačná jednotka KL-60	klimatizačná jednotka KL v podstropnom prevedení s reguláciou optimálnej teploty 25°C pri 16 hodinovej fotoperióde s digitálne ovládaným termostatom, prítok vzduchu 900 m3/h, vykurovací výkon 12 kW, chladiaci výkon 6kW Vid' popis	www.wolfsr.sk
2.ČASP	časový spínač pre vytvorenie režimu deň(16hodin)-noc(8hodin)	áno	Elektrobock Multifunkčný časový spínač CS3-4M	časový spínač pre vytvorenie režimu deň(16hodin)-noc(8hodin) Vid' popis	www.elektrobock.cz
2.SN.1	kontajner dvierkový, 465x500xH600+60, pojazdný, 1 polica, bez zámku	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Kontajner dvierkový KD	kontajner dvierkový, 465x500xH600+60, pojazdný, 1 polica, bez zámku Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
3. Kultivačná miestnosť C78 (2.1.4.4 Laboratórne vybavenie a príslušenstvo pre kultiváciu rastlín 3)					
3.R	regál kovový, 1000x500xH2000 povrchovo upravený s možnosťou výškovo nastaviteľných polic, odolný voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami	áno	Proman, s.r.o. Kovový regál policový DX 1000x500xH2000	regál kovový, 1000x500xH2000 povrchovo upravený s možnosťou výškovo nastaviteľných polic, odolný voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami Vid' popis	www.proman.sk
3.POL	polica kovová povrchovo upravená, odolná voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami s úpravou pre osadenie svietidla	áno	Proman, s.r.o. Kovový regál policový DX 1000x500xH2000	polica kovová povrchovo upravená, odolná voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami s úpravou pre osadenie svietidla Vid' popis	www.proman.sk
3.SVIET	svietidlo TL-D 51W-820 ECO 3600 lux	áno	Philips TL-D 51W-820 ECO	svietidlo TL-D 51W-820 ECO 3600 lux Vid' popis	www.lighting.philips.sk/
3.KLJ	klimatizačná jednotka KL v podstropnom prevedení s reguláciou optimálnej teploty 25°C pri 16 hodinovej fotoperióde s digitálne ovládaným termostatom, prítok vzduchu 900 m3/h, vykurovací výkon 12 kW, chladiaci výkon 6kW	áno	Wolf Klimatizačná jednotka KL-60	klimatizačná jednotka KL v podstropnom prevedení s reguláciou optimálnej teploty 25°C pri 16 hodinovej fotoperióde s digitálne ovládaným termostatom, prítok vzduchu 900 m3/h, vykurovací výkon 12 kW, chladiaci výkon 6kW Vid' popis	www.wolfsr.sk

Označenie	Popis (požadované parametre)	Splnenie požiadaviek (áno/nie)	Výrobca, model (označenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
3.ČASP	časový spínač pre vytvorenie režimu deň(16hodin)-noc(8hodin)	áno	Elektroblock Multifunkčný časový spínač CS3-4M	časový spínač pre vytvorenie režimu deň(16hodin)-noc(8hodin) Vid' popis	www.elektroblock.cz
3.SN.1	kontajner dvierkový, 465x500xH600+60, pojazdný, 1 polica, bez zámku	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Kontajner dvierkový KD	kontajner dvierkový, 465x500xH600+60, pojazdný, 1 polica, bez zámku Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4. Molekulárne laboratórium C 1084 (2.1.4.16 Laboratórne vybavenie a prístrojstvo typ V4)					
4.LS3	laboratórny stôl jednostranný s rozvodmi médií, 1800x750+200xH900+800, pracovná plocha Trespa, 1x skrinka zásuvková, 2x skrinka dvierková s policou, plastové nožičky so soklovou lištou, 4x 230V, hl. vypínač, rozvádzač, osvetlenie, 1x vývod vody	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Laboratórny stôl jednostranný LS 3	laboratórny stôl jednostranný s rozvodmi médií, 1800x750+200xH900+800, pracovná plocha Trespa, 1x skrinka zásuvková, 2x skrinka dvierková s policou, plastové nožičky so soklovou lištou, 4x 230V, hl. vypínač, rozvádzač, osvetlenie, 1x vývod vody Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.MS2	umývací stôl jednostranný, 600x950xH900, pracovná plocha umelý kameň so zvýšenou hranou, výlevka 400x400 keramická, batéria laboratórna zmišťavacia	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Umývací stôl jednostranný MS 2	umývací stôl jednostranný, 600x950xH900, pracovná plocha umelý kameň so zvýšenou hranou, výlevka 400x400 keramická, batéria laboratórna zmišťavacia Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.VS1	váňový stôl, 900x600xH750, pracovná plocha postforming s vložkou odpruženou doskou z umelého kameňa, kostra kovová komaxitovaná	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Váňový stôl VS 1	váňový stôl, 900x600xH750, pracovná plocha postforming s vložkou odpruženou doskou z umelého kameňa, kostra kovová komaxitovaná Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.KS1	kancelársky stôl, 1800x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Kancelársky stôl na kovovej kostre KS 1	kancelársky stôl, 1800x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.KS4	kancelársky stôl, 900x950xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Kancelársky stôl na kovovej kostre KS 4	kancelársky stôl, 900x950xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.KS5	kancelársky stôl, 1500x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Kancelársky stôl na kovovej kostre KS 5	kancelársky stôl, 1500x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.IJ1	spodné a horné inštalčné jadro, 1500x200xH750+800, 2x stĺpik, 16 x 230V, hl. vypínač, rozvádzač, osvetlenie	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Inštalčné jadro k laboratórnemu stolu IJ 1	spodné a horné inštalčné jadro, 1500x200xH750+800, 2x stĺpik, 16 x 230V, hl. vypínač, rozvádzač, osvetlenie Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.SK1	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Skriňa vysoká kombinovaná SK 1	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.SK3	skriňa vysoká jednodverová, 400x400xH1850, 4x polica, plastové nožičky so soklovou lištou	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Skriňa vysoká jednodverová SK 3	skriňa vysoká jednodverová, 400x400xH1850, 4x polica, plastové nožičky so soklovou lištou Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.ZD1	skrinka závesná dvierková, 600x330xH750, dvierka lamino, jedna polica	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Skrinka závesná dvierková ZD 1	skrinka závesná dvierková, 600x330xH750, dvierka lamino, jedna polica Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab

Označenie	Popis (požadované parametre)	Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Výrobca, model (označenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
4.ZS1	skrinka závesná dvierková presklená, 600x330xH750, dvierka čire sklo, jedna polica	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Skrinka závesná dvierková presklená ZS 1	skrinka závesná dvierková presklená, 600x330xH750, dvierka čire sklo, jedna polica Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.KZ1	kontajner zásuvkový, 465x500xH660, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Kontajner zásuvkový KZ 1	kontajner zásuvkový, 465x500xH660, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.KZ2	kontajner zásuvkový, 600x500xH660, 4x zásuvka bez uzamykania	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Kontajner zásuvkový KZ 2	kontajner zásuvkový, 600x500xH660, 4x zásuvka bez uzamykania Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.Z1	stolička laboratórna, výškovo nastaviteľná s opierkou pre nohy	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Stolička laboratórna Z 1	stolička laboratórna, výškovo nastaviteľná s opierkou pre nohy Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.SKO 1.1	Skrinka kovová odsávaná s rozmermi šxvxh 1200x1850x500mm, povrchovo upravená v nekorozívnom prevedení	áno	Block a.s. – ForClean a.s.. Skrinka kovová odsávaná SKO 1200	Skrinka kovová odsávaná s rozmermi šxvxh 1200x1850x500mm, povrchovo upravená v nekorozívnom prevedení Vid' popis	www.forclean.sk
4.SKO 1.2	perforovaná polica	áno	Block a.s. – ForClean a.s.. Skrinka kovová odsávaná SKO 1200	perforovaná polica Vid' popis	www.forclean.sk
4.SKO 1.3	PP zachytňná vanička na dne skrine	áno	Block a.s. – ForClean a.s.. Skrinka kovová odsávaná SKO 1200	PP zachytňná vanička na dne skrine Vid' popis	www.forclean.sk
4.SKO 1.4	odťahový komín d=100mm	áno	Block a.s. – ForClean a.s.. Skrinka kovová odsávaná SKO 1200	odťahový komín d=100mm Vid' popis	www.forclean.sk
4.DG.1.1	digestor DGL.1200 s rozmermi šxvxh 1200x2350x890mm, celokovový skelet v nekorozívnom prevedení, vyloženie pracovného priestoru chemicky odolným vysokotlakým laminátom	áno	Block a.s. Laboratórny digestor DGL.1200	digestor DGL.1200 s rozmermi šxvxh 1200x2350x890mm, celokovový skelet v nekorozívnom prevedení, vyloženie pracovného priestoru chemicky odolným vysokotlakým laminátom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.2	zásuvka 230V	áno	Block a.s. Laboratórny digestor DGL.1200	zásuvka 230V Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.3	osvetlenie s vypínačom	áno	Block a.s. Laboratórny digestor DGL.1200	osvetlenie s vypínačom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.4	vývod vody s poplastovanou armatúrou na zadnej stene digestora a ovládacím ventilom na čelnom paneli pod pracovnou plochou digestora	áno	Block a.s. Laboratórny digestor DGL.1200	vývod vody s poplastovanou armatúrou na zadnej stene digestora a ovládacím ventilom na čelnom paneli pod pracovnou plochou digestora Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.5	pracovná doska z umelého kameňa so zvýšeným okrajom	áno	Block a.s. Laboratórny digestor DGL.1200	pracovná doska z umelého kameňa so zvýšeným okrajom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab

Ornázanie	Popis (pôžadované parametre)	Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Výrobca, model (označenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
4.DG.1.6	PP výlevka s rozmermi 150x150mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	PP výlevka s rozmermi 150x150mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.7	zvuková a svetelná signalizácia zmeny pomerov v pracovnom priestore digestora	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	zvuková a svetelná signalizácia zmeny pomerov v pracovnom priestore digestora Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.8	čelná clona z bezpečnostného skla hr. 6mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	čelná clona z bezpečnostného skla hr. 6mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.9	čelná clona vybavená poisťou proti samovoľnému zosúvaniu	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	čelná clona vybavená poisťou proti samovoľnému zosúvaniu Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.10	odľahový komin d=250mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	odľahový komin d=250mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.DG.1.11	spodná stavba digestora riešená ako odsávaná dvojdielová skrinka so zasúvacími dverkami na skladovanie chemikálií zvlášť napojená na odľah digestora so zachytanou PP vaničkou na dne skrinky	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	spodná stavba digestora riešená ako odsávaná dvojdielová skrinka so zasúvacími dverkami na skladovanie chemikálií zvlášť napojená na odľah digestora so zachytanou PP vaničkou na dne skrinky Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
4.VENT	odľahový ventilátor k digestoru CMV 200-S	áno	Elektrodesign Odľahový ventilátor kyselinovzdorný CMV 200-s	odľahový ventilátor k digestoru CMV 200-S Vid' popis	www.elektrodesign.cz
5. Kultivačná miestnosť C 1101 (2.1.4.20 Laboratórne vybavenie a príslušenstvo pre kultiváciu rastlín 4)					
5.R	regál kovový, 1000x500xH2000 povrchovo upravený s možnosťou výškovo nastaviteľných polic, odolný voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami	áno	Proman, s.r.o. Kovový regál policový DX 1000x500xH2000	regál kovový, 1000x500xH2000 povrchovo upravený s možnosťou výškovo nastaviteľných polic, odolný voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami Vid' popis	www.proman.sk
5.POL	polica kovová povrchovo upravená, odolná voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami s úpravou pre osadenie svetidla	áno	Proman, s.r.o. Kovový regál policový DX 1000x500xH2000	polica kovová povrchovo upravená, odolná voči korózii a čisteniu dezinfekčnými prostriedkami s úpravou pre osadenie svetidla Vid' popis	www.proman.sk
5.SVIET	svietidlo TL-D 51W-820 ECO 3600 lux	áno	Philips TL-D 51W-820 ECO	svietidlo TL-D 51W-820 ECO 3600 lux Vid' popis	www.lighting.philips.sk/
5.KLI	klimatizačná jednotka KL v podstropnom prevedení s reguláciou optimálnej teploty 25°C pri 16 hodinovej fotoperióde s digitálne ovládaným termostatom, prietok vzduchu 900 m³/h, vykurovací výkon 12 kW, chladiaci výkon 6kW	áno	Wolf Klimatizačná jednotka KL-60	klimatizačná jednotka KL v podstropnom prevedení s reguláciou optimálnej teploty 25°C pri 16 hodinovej fotoperióde s digitálne ovládaným termostatom, prietok vzduchu 900 m³/h, vykurovací výkon 12 kW, chladiaci výkon 6kW Vid' popis	www.wolfsr.sk
5.ČASP	časový spínač pre vytvorenie režimu deň(16hodin)-noc(8hodin)	áno	Elektrobock Multifunkčný časový spínač CS3-4M	časový spínač pre vytvorenie režimu deň(16hodin)-noc(8hodin) Vid' popis	www.elektrobock.cz

Označenie	Popis (požadované parametre)	Spĺnenie požiadaviek [áno/nie]	Výrobca, model (označenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
5.SN.1	kontajner dvierkový, 465x500xH600+60, pojazdný, 1 polica, bez zámku	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Kontajner dvierkový KD	kontajner dvierkový, 465x500xH600+60, pojazdný, 1 polica, bez zámku Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
5.ST.2	stôl odkladací, 1500x750xH900, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o. Stôl na kovovej kostre ST 2	stôl odkladací, 1500x750xH900, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6. Laboratórium in vitro C 2064 (2.1.4.24 Laboratórne vybavenie a príslušenstvo typ V2.1)					
6.LS1	laboratórny stôl obojstranný s rozvodmi médií ATYP, 1500x750+200x750xH900+800, 1 strana predĺžená o 1200 mm - 1200x750xH900 - pracovná plocha bez delenia, pod plochou 2x skrinka dvierková s jednou policou, pracovná plocha Trespa, 2x skrinka zásuvková,	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Laboratórny stôl obojstranný LS 1	laboratórny stôl obojstranný s rozvodmi médií ATYP, 1500x750+200x750xH900+800, 1 strana predĺžená o 1200 mm - 1200x750xH900 - pracovná plocha bez delenia, pod plochou 2x skrinka dvierková s jednou policou, pracovná plocha Trespa, 2x skrinka zásuvková Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.MS1	umývací stôl obojstranný, 600x1700xH900, pracovná plocha umelý kameň so zvýšenou hranou, 1x výlevka keramická, batéria laboratórna zmičšavacia	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Umývací stôl obojstranný MS 1	umývací stôl obojstranný, 600x1700xH900, pracovná plocha umelý kameň so zvýšenou hranou, 1x výlevka keramická, batéria laboratórna zmičšavacia Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.VS1	váhový stôl, 900x600xH750, pracovná plocha postforming s vloženou odpruženou doskou z umelého kameňa, kostra kovová komaxitovaná	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Váhový stôl VS 1	váhový stôl, 900x600xH750, pracovná plocha postforming s vloženou odpruženou doskou z umelého kameňa, kostra kovová komaxitovaná Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.KS1	kancelársky stôl, 1800x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Kancelársky stôl na kovovej kostre KS 1	kancelársky stôl, 1800x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.KS2	kancelársky stôl, 1990x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Kancelársky stôl na kovovej kostre KS 2	kancelársky stôl, 1990x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.SK1	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Skriňa vysoká kombinovaná SK 1	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.SK2	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková presklená s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Skriňa vysoká kombinovaná SK 2	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková presklená s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.ZD1	skrinka závesná dvierková, 600x330xH750, dvierka lamino, jedna polica	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Skrinka závesná dvierková ZD 1	skrinka závesná dvierková, 600x330xH750, dvierka lamino, jedna polica Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.ZS1	skrinka závesná dvierková presklená, 600x330xH750, dvierka číre sklo, jedna polica	áno	Block a.s. – BS Vsetín s.r.o.. Skrinka závesná dvierková presklená ZS 1	skrinka závesná dvierková presklená, 600x330xH750, dvierka číre sklo, jedna polica Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab

Označenie	Popis (požadované parametre)	Splnenie požiadaviek [áno/nie]	Výrobca, model (označenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
6.KZ1	kontajner zásuvkový, 465x500xH660, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o.. Kontajner zásuvkový KZ 1	kontajner zásuvkový, 465x500xH660, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.Z1	stolička laboratórna , výškovo nastaviteľná s opierkou pre nohy	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o.. Stolička laboratórna Z 1	stolička laboratórna , výškovo nastaviteľná s opierkou pre nohy Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.1	digestor DGL.1200 s rozmermi šxvxh 1200x2350x890mm, celokovový skelet v nekorozívnom prevedení, vyloženie pracovného priestoru chemicky odolným vysokotlakým laminátom	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	digestor DGL.1200 s rozmermi šxvxh 1200x2350x890mm, celokovový skelet v nekorozívnom prevedení, vyloženie pracovného priestoru chemicky odolným vysokotlakým laminátom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.2	zásuvka 230V	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	zásuvka 230V Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.3	osvetlenie s vypínačom	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	osvetlenie s vypínačom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.4	1x vývod vody s poplastovanou armatúrou na zadnej stene digestora a ovládacím ventilom na čelnom paneli pod pracovnou plochou digestora	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	1x vývod vody s poplastovanou armatúrou na zadnej stene digestora a ovládacím ventilom na čelnom paneli pod pracovnou plochou digestora Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.5	pracovná doska z umelého kameňa so zvýšeným okrajom	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	pracovná doska z umelého kameňa so zvýšeným okrajom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.6	1xPP výlevka s rozmermi 150x150mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	1xPP výlevka s rozmermi 150x150mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.7	zvuková a svetelná signalizácia zmeny pomerov v pracovnom priestore digestora	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	zvuková a svetelná signalizácia zmeny pomerov v pracovnom priestore digestora Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.8	čelná clona z bezpečnostného skla hr. 6mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	čelná clona z bezpečnostného skla hr. 6mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.9	čelná clona vybavená poisťou proti samovoľnému zosúvaniu	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	čelná clona vybavená poisťou proti samovoľnému zosúvaniu Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.10	odťahový komín d=250mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	odťahový komín d=250mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
6.DG.1.11	spodná stavba digestora - riešená ako odsávaná dvojdvorová skrinka so zasúvacími dvierkami na skladovanie chemikálií zvlášť napojená na odťah digestora so zachytanou PP vaničkou na dne skrinky	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	spodná stavba digestora - riešená ako odsávaná dvojdvorová skrinka so zasúvacími dvierkami na skladovanie chemikálií zvlášť napojená na odťah digestora so zachytanou PP vaničkou na dne skrinky Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab

Označenie	Popis (požadované parametre)	Splnenie požiadaviek (áno/nie)	Výrobca, model (označenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
6.VENT	odťahový ventilátor k digestoru CMV 200-S, výkon 900m3/h	áno	Elektrodesign Odťahový ventilátor kyselínovzdorný CMV 200-s	odťahový ventilátor k digestoru CMV 200-S, výkon 900m3/h Vid' popis	www.elektrodesign.cz
7. Laboratórium in vitro C 2065 (2.1.4.27 Laboratórne vybavenie a príslušenstvo)					
7.LS1	laboratórny stôl obojstranný s rozvodmi médií ATYP, 1500x750+200x750xH900+800, 1 strana predĺžená o 1200 mm - 1200x750xH900 - pracovná plocha bez delenia, pod plochou 2x skrinka dvierková s jednou policou, pracovná plocha Trespa, 2x skrinka zásuvková, zásuvková,	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Laboratórny stôl obojstranný LS 1	laboratórny stôl obojstranný s rozvodmi médií ATYP, 1500x750+200x750xH900+800, 1 strana predĺžená o 1200 mm - 1200x750xH900 - pracovná plocha bez delenia, pod plochou 2x skrinka dvierková s jednou policou, pracovná plocha Trespa, 2x skrinka zásuvková Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.MS1	umývací stôl obojstranný, 600x1700xH1900, pracovná plocha umelý kameň so zvýšenou hranou, 1x výlevka keramická, batéria laboratórna zmičšavacia	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Umývací stôl obojstranný MS 1	umývací stôl obojstranný, 600x1700xH1900, pracovná plocha umelý kameň so zvýšenou hranou, 1x výlevka keramická, batéria laboratórna zmičšavacia Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.VS1	váhový stôl, 900x600xH750, pracovná plocha postforming s vloženou odpruženou doskou z umelého kameňa, kostra kovová komaxitovaná	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Váhový stôl VS 1	váhový stôl, 900x600xH750, pracovná plocha postforming s vloženou odpruženou doskou z umelého kameňa, kostra kovová komaxitovaná Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.KS1	kancelársky stôl, 1800x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Kancelársky stôl na kovovej kostre KS 1	kancelársky stôl, 1800x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.KS2	kancelársky stôl, 1990x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Kancelársky stôl na kovovej kostre KS 2	kancelársky stôl, 1990x600xH750, pracovná plocha postforming, kostra kovová komaxitovaná hranatá Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.SK1	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Skriňa vysoká kombinovaná SK 1	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.SK2	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková presklená s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Skriňa vysoká kombinovaná SK 2	skriňa vysoká kombinovaná, 800x400xH1850, spodná časť dvojdvierková s policou, horná časť dvojdvierková presklená s dvoma policami, plastové nožičky so soklovou lištou Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.ZD1	skrinka závesná dvierková, 600x330xH750, dvierka lamino, jedna polica	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Skrinka závesná dvierková ZD 1	skrinka závesná dvierková, 600x330xH750, dvierka lamino, jedna polica Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.ZS1	skrinka závesná dvierková presklená, 600x330xH750, dvierka číre sklo, jedna polica	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Skrinka závesná dvierková presklená ZS 1	skrinka závesná dvierková presklená, 600x330xH750, dvierka číre sklo, jedna polica Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.KZ1	kontajner zásuvkový, 465x500xH660, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním	áno	Block a.s – BS Vsetín s.r.o., Kontajner zásuvkový KZ 1	kontajner zásuvkový, 465x500xH660, 4x zásuvka s centrálnym uzamykaním Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab

Označenie	Popis (požadované parametre)	Splnenie požiadaviek (áno/nie)	Výroba, model (oznachtenie)	Parametre ponúkaného riešenia	Link
7.Z1	stolička laboratórna , výškovo nastaviteľná s opierkou pre nohy	áno	Block a.s – BS Všetín s.r.o., Stolička laboratórna Z 1	stolička laboratórna , výškovo nastaviteľná s opierkou pre nohy Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.1	digestor DGL.1200 s rozmermi šxvxh 1200x2350x890mm, celokovový skelet v nekorozívnom prevedení, vyloženie pracovného priestoru chemicky odolným vysokotlakým laminátom	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	digestor DGL.1200 s rozmermi šxvxh 1200x2350x890mm, celokovový skelet v nekorozívnom prevedení, vyloženie pracovného priestoru chemicky odolným vysokotlakým laminátom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.2	zásuvka 230V	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	zásuvka 230V Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.3	osvetlenie s vypínačom	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	osvetlenie s vypínačom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.4	1x vývod vody s poplastovanou armatúrou na zadnej stene digestora a ovládacím ventilom na čelnom paneli pod pracovnou plochou digestora	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	1x vývod vody s poplastovanou armatúrou na zadnej stene digestora a ovládacím ventilom na čelnom paneli pod pracovnou plochou digestora Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.5	pracovná doska z umelého kameňa so zvýšeným okrajom	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	pracovná doska z umelého kameňa so zvýšeným okrajom Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.6	1xPP výlevka s rozmermi 150x150mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	1xPP výlevka s rozmermi 150x150mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.7	zvuková a svetelná signalizácia zmeny pomerov v pracovnom priestore digestora	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	zvuková a svetelná signalizácia zmeny pomerov v pracovnom priestore digestora Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.8	čelná clona z bezpečnostného skla hr. 6mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	čelná clona z bezpečnostného skla hr. 6mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.9	čelná clona vybavená poisťou proti samovoľnému zostávaniu	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	čelná clona vybavená poisťou proti samovoľnému zostávaniu Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.10	odťahový komín d=250mm	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	odťahový komín d=250mm Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.DG.1.11	spodná stavba digestora - riešená ako odsávaná dvojdvierová skrinka so zasúvacími dvierkami na skladovanie chemikálií zvlášť napojená na odťah digestora so záchytnou PP vaničkou na dne skrinky	áno	Block a.s Laboratórny digestor DGL.1200	spodná stavba digestora - riešená ako odsávaná dvojdvierová skrinka so zasúvacími dvierkami na skladovanie chemikálií zvlášť napojená na odťah digestora so záchytnou PP vaničkou na dne skrinky Vid' popis	www.block.cz časť Veda a výskum, systém Forlab
7.VENT	odťahový ventilátor k digestoru CMV 200-S, výkon 900m3/h	áno	Elektrodesign Odťahový ventilátor kyselinovzdorný CMV 200-s	odťahový ventilátor k digestoru CMV 200-S, výkon 900m3/h Vid' popis	www.elektrodesign.cz

