

Názov predmetu zákazky:
Dialyzačné roztoky pre potreby VÚSCH, a.s.

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Časť č. 2
Dialyzačné roztoky kompatibilné so systémom MULTIFILTRAT

Opis a požadované minimálne vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Položka č. 1 - Roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l		xxx	xxx
1.	ATC skupina:	B05ZB	B05ZB
2.	názov ATC skupiny:	hemofiltráty	hemofiltráty
3.	merná jednotka:	1 ks	1 ks
4.	veľkosť mernej jednotky:	5 000 ml	5 000 ml
5.	lieková forma:	roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l	roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l
6.	obal:	dvojkomorový vak. Fólia použitá na vak musí byť vyrobená z polyetylén tereftalátu, ktorý je potiahnutý oxidom kremíka ako plynovou bariérou, polyamidoma polypropylénom - syntetickou vysoko elastickou zmesou	dvojkomorový vak. Fólia použitá na vak je vyrobená z polyetylén tereftalátu, ktorý je potiahnutý oxidom kremíka ako plynovou bariérou, polyamidoma polypropylénom - syntetickou vysoko elastickou zmesou
7.	cesta podania:	mimotelové podanie	mimotelové podanie
8.	účel použitia:	roztok je indikovaný na hemofiltráciu u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje nepretržitú hemofiltráciu	roztok je indikovaný na hemofiltráciu u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje nepretržitú hemofiltráciu
9.	roztok musí byť kompatibilný s prístrojom MULTIFILTRATE:	áno	áno
10.	vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:	áno	áno
Položka č. 2 - Roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 2 mmol/l		xxx	xxx
1.	ATC skupina:	B05ZB	B05ZB
2.	názov ATC skupiny:	hemofiltráty	hemofiltráty
3.	merná jednotka:	1 ks	1 ks
4.	veľkosť mernej jednotky:	5 000 ml	5 000 ml
5.	lieková forma:	roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 2 mmol/l	roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 2 mmol/l

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

6.	obal:	dvojkomorový vak. Fólia použitá na vak musí byť vyrobená z polyetylén tereftalátu, ktorý je potiahnutý oxidom kremíka ako plynovou bariérou, polyamidoma polypropylénom - syntetickou vysoko elastickou zmesou	dvojkomorový vak. Fólia použitá na vak je vyrobená z polyetylén tereftalátu, ktorý je potiahnutý oxidom kremíka ako plynovou bariérou, polyamidoma polypropylénom - syntetickou vysoko elastickou zmesou
7.	cesta podania:	mimotelové podanie	mimotelové podanie
8.	účel použitia:	roztok je indikovaný na hemofiltráciu u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje nepretržitú hemofiltráciu	roztok je indikovaný na hemofiltráciu u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje nepretržitú hemofiltráciu
9.	roztok musí byť kompatibilný s prístrojom MULTIFILTRATE:	áno	áno
10.	vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:	áno	áno
Položka č. 3 - Roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l		xxx	xxx
1.	ATC skupina:	B05ZB	B05ZB
2.	názov ATC skupiny:	hemofiltráty	hemofiltráty
3.	merná jednotka:	1 ks	1 ks
4.	veľkosť mernej jednotky:	5 000 ml	5 000 ml
5.	lieková forma:	roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l	roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l
6.	obal:	dvojkomorový vak. Fólia použitá na vak je vyrobená z polyetylén tereftalátu, ktorý je potiahnutý oxidom kremíka ako plynovou bariérou, polyamidoma polypropylénom - syntetickou vysoko elastickou zmesou	dvojkomorový vak. Fólia použitá na vak je vyrobená z polyetylén tereftalátu, ktorý je potiahnutý oxidom kremíka ako plynovou bariérou, polyamidoma polypropylénom - syntetickou vysoko elastickou zmesou
7.	cesta podania:	mimotelové podanie	mimotelové podanie
8.	účel použitia:	roztok je indikovaný na hemofiltráciu u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje nepretržitú hemofiltráciu	roztok je indikovaný na hemofiltráciu u pacientov s akútnym zlyhaním obličiek, ktoré si vyžaduje nepretržitú hemofiltráciu
9.	roztok musí byť kompatibilný s prístrojom MULTIFILTRATE:	áno	áno
10.	vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:	áno	áno

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Položka č. 4 - Antikoagulačný roztok s obsahom citrátu		xxx	xxx
1.	názov:	antikoagulačný roztok s obsahom citrátu	antikoagulačný roztok s obsahom citrátu
2.	merná jednotka:	1 ks	1 ks
3.	veľkosť mernej jednotky:	1 500 ml	1 500 ml
4.	farmaceutická forma:	sterilný, nepyrogénny, číry antikoagulačný roztok	sterilný, nepyrogénny, číry antikoagulačný roztok
5.	obal:	plastový vak	plastový vak
6.	účel použitia:	roztok je určený pre eliminačné metodiky pre citátovú pumpu	roztok je určený pre eliminačné metodiky pre citátovú pumpu
7.	roztok musí byť kompatibilný s prístrojom MULTIFILTRATE:	áno	áno
8.	vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:	áno	áno
Položka č. 5 - Dialyzačný roztok pre citrátovú hemofiltráciu a hemodiafiltráciu		xxx	xxx
1.	názov:	dialyzačný roztok pre kontinuálnu veno-venóznú hemodialýzu (CVVHD) počas citrátovej antikoagulácie so 4% roztokom trisodiu citraze (citrát trisodný) za súčasného podávania kalcia	dialyzačný roztok pre kontinuálnu veno-venóznú hemodialýzu (CVVHD) počas citrátovej antikoagulácie so 4% roztokom trisodiu citraze (citrát trisodný) za súčasného podávania kalcia
2.	merná jednotka:	1 ks	1 ks
3.	veľkosť mernej jednotky:	5 000 ml	5 000 ml
4.	farmaceutická forma:	sterilný, nepyrogénny, číry dialyzačný roztok	sterilný, nepyrogénny, číry dialyzačný roztok
5.	obal:	plastový vak	plastový vak
6.	účel použitia:	roztok je indikovaný na liečbu pri zlyhavaní obličiek ako substitučný roztok pre kontinuálnu veno-venóznú hemodialýzu počas citrátovej antikoagulácie so 4% roztokom trisodiu citraze (citrát trisodný) za súčasného podávania kalcia	roztok je indikovaný na liečbu pri zlyhavaní obličiek ako substitučný roztok pre kontinuálnu veno-venóznú hemodialýzu počas citrátovej antikoagulácie so 4% roztokom trisodiu citraze (citrát trisodný) za súčasného podávania kalcia
7.	roztok musí byť kompatibilný s prístrojom MULTIFILTRATE:	áno	áno
8.	vonkajší obal ponúkaných produktov musí obsahovať údaje podľa § 61 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:	áno	áno

Príloha č. 5 SP

Špecifikácia predmetu zákazky

Položky 2. časti predmetu zákazky	
1.	Roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 0 mmol/l
2.	Roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 2 mmol/l
3.	Roztok na hemofiltráciu s koncentráciou draslíka 4 mmol/l
4.	Antikoagulačný roztok s obsahom citrátu
5.	Dialyzačný roztok pre citrátovú hemofiltráciu a hemodiafiltráciu

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.

Teplická 99, 921 01 Piešťany

31 412 971

2020395476

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

Mgr. Rastislav Lukáček

produktový manažér

907 732 034

Rastislav.Lukacek@fmc-ag.com

V: Piešťanoch

Dňa:

Ing. René Kolár

.....
Podpis podľa bodu 13.3 častiA - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných
podkladov

Poznámka:

☐ - povinné údaje vyplní uchádzač