

Príloha č.1 KZ č. 012016

Por.č.	Medicínsko - technické parametre	Údaj uchádzača na plnenie kritéria
	Polohovacie lôžko s elektrickým ovládaním - 50 ks	typ PLE-N85-0, výrobca Proma Reha
1	4 - dielna ložná plocha s rozmermi 200x85 cm	4 dielna rozmer 200 x 85 cm
2	Maximálne rozmery lôžka 97 x 215 cm	97 x 215 cm
3	Polohovanie zdvihu ložnej plochy elektromotorom - v rozsahu min. 39 cm až 80 cm	39 - 80 cm
4	Elektrický zdvih chrbtového dielu min. 73°	73°
5	Elektrický zdvih stehenného dielu min. 40°	40°
6	Mechanický zdvih lýtkového dielu 25°	25°
7	Autoregresia - chrbtového dielu min. 12 cm	12 cm
8	Autoregresia - stehenného dielu min. 6 cm	6 cm
9	Kolieska 125 mm - kovové, centrálna brzda s ovládaním	áno
10	Čelá odnímateľné s aretáciou proti nechcenému vytiahnutiu	áno
11	Výška čiel nad ložnou plochou min. 46 cm	46 cm
12	3/4 sklápacie a odnímateľné bočnice s aretáciou nad alebo pod ložnou plochou	áno
13	Výška bočníc na ložnou plochou min. 45 cm	45 cm
14	Integrované predĺženie ložnej plochy o min. 20 cm	20 cm
15	Nárazové kolieska v rohoch lôžka	áno
16	Ložná plocha z kovových lamiel	áno
17	Ručný (patientský) ovládač s podsvietením a s blokováním proti nechcenému polohovaniu (tzv. funkcia GO)	áno
18	Bezpečné prevádzkové zaťaženie min. 220 kg	220 kg
19	Možnosť voľby farebného odtieňa konštrukcie	áno
20	Príslušenstvo:	
21	Infúzny stojan lakovaný k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
22	Držiak zberných sáčkov	áno
23	Držiak inhalátora	áno
24	Držiak na identifikačný štítok	áno
25	Držiak teplotnej tabuľky	áno
26	Hrazda lakovaná k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
27	Plastová rukoväť k hrazde, výškovo nastaviteľná	áno
28	Antidekubitný matrac:	áno

29	Jadro zo studenej PUR peny s hustotou min. 40 kg/m ³ , s antidekubitnými priečnymi a pozdĺžnymi prierezmi	áno
30	Poťah snímateľný - prešíť zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	áno
31	Materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	áno
32	Rozmer podľa ložnej plochy, hrúbka 14 cm	áno

Por.č.	Medicínsko - technické parametre	Údaj uchádzača na plnenie kritéria
	Polohovacie lôžko s mechanickým ovládaním - 220 ks	typ PLL-N85-0 výrobca Proma Reha
1	4 dielna ložná plocha s rozmermi 200x85 cm	4 dielna rozmer 200 x 85 cm
2	Maximálne rozmery lôžka 97 x 215 cm	97 x 215 cm
3	Pevná výška ložnej plochy 40 cm	40 cm
4	Mechanický zdvih chrbtového dielu min. 72° pomocou plynového piestu	72°
5	Mechanický zdvih stehenného dielu min. 37° pomocou plynového piestu	37°
6	Mechanický zdvih lýtkového dielu 25°	25°
7	Kolieska 125 mm - kovové, samostatne brziteľné 3x, 1x aretácia	áno
8	Čelá odnímateľné s aretáciou proti nechcenému vytiahnutiu	áno
9	Výška čiel nad ložnou plochou min. 46 cm	46 cm
10	3/4 sklápacie a odnímateľné bočnice s aretáciou nad alebo pod ložnou plochou	áno
11	Výška bočníc na ložnou plochou min. 45 cm	45 cm
12	Integrované predĺženie ložnej plochy o min. 20 cm	20 cm
13	Nárazové kolieska v rohoch lôžka	áno
14	Ložná plocha z kovových lamiel	áno
15	Bezpečné prevádzkové zaťaženie min. 200 kg	200 kg
16	Možnosť voľby farebného odtieňa konštrukcie	áno
17	Príslušenstvo:	
18	Infúzny stojan lakovaný k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
19	Držiak zberných sáčkov	áno
20	Držiak na identifikačný štítok	áno
21	Držiak teplotnej tabuľky	áno
22	Hrazda lakovaná k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
23	Plastová rukoväť k hrazde, výškovo nastaviteľná	áno
24	Antidekubitný matrac:	

25	Jadro zo studenej PUR peny s hustotou min. 40 kg/m ³ , s antidekubitnými priečnymi a pozdĺžnymi prierezmi	áno
26	Poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	áno
27	Materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	áno
28	Rozmer podľa ložnej plochy, hrúbka 14 cm	áno

Por.č.	Medicínsko - technické parametre	Údaj uchádzača na plnenie kritéria
	Nočné stolíky, obojstranné kovové s jedálenským podnosom-276 ks:	typ NS-51-O výrobca Proma Reha
1	Pojazdný obojstranný kovový stolík k lôžku	áno
2	Kovový korpus	áno
3	Integrovaná výškovo nastaviteľná jedálenská doska s mechanickým ovládaním zdvihu	áno
4	Jedálenská doska s obojstranným náklonom	áno
5	Odkladacia doska s ABS plastu	áno
6	Dvojité kolieska s priemerom min. 65 mm samostatne brzdiťelné	áno
7	Prevedenie - horná zásuvka, odkladacia polička, skrinka s dvierkami, polička na obuv	áno

Por.č.	Medicínsko - technické parametre	Údaj uchádzača na plnenie kritéria
	Polohovacie vertikalizačné lôžko s elektrickým ovládaním - 2ks	typ PLX-N85 výrobca Proma Reha
1	4 dielna ložná plocha s rozmermi 200x85 cm	4 dielna, 200 x85 cm
2	Maximálne rozmery lôžka 97 x 215 cm	97 x 215 cm
3	Polohovanie zdvihu ložnej plochy elektromotorom - v rozsahu min. 48 cm až 88 cm	48 - 88 cm
4	Elektrický zdvih chrbtového dielu min. 72°	72°
5	Elektrický zdvih stehenného dielu min. 37°	37°
6	Mechanický zdvih lýtkového dielu 25°	25°
7	Vertikalizačná poloha elektromotorom min. 0 - 70° s indikátorom náklonu	0°-70°
8	Antitrendelenburgova poloha min. 70°	70°
9	Záložná batéria s autodiagnostikou	áno
10	Ložná plocha z kovových lamíel	áno
11	Kolieska 125 mm - kovové s centrálnou brzdou s dvomi pákami	áno
12	Čelo pri hlave odnímateľné s aretáciou proti nechcenému vytiahnutiu	áno

13	Čelo pri nohách pevné	áno
14	Výška čiel nad lôžnou plochou min. 46 cm	46 cm
15	3/4 sklápacie a odnímateľné bočnice s aretáciou proti nechcenému vytiahnutiu	áno
16	Výška bočníc nad lôžnou plochou min. 45 cm	45 cm
17	Nárazové kolieska v rohoch lôžka	áno
18	Kovové lakované čelá s výplňou HPL s možnosťou dodania v rôznych dekoroch	áno
19	Ergonomický ručný (pacientský) ovládač s funkciou uzamykania magnetickým kľúčom	áno
20	Bezpečné prevádzkové zaťaženie min. 170 kg	170 kg
21	Možnosť voľby farebného odtieňa konštrukcie	áno
22	Príslušenstvo:	
23	Infúzny stojan lakovaný k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
24	Hrazda lakovaná k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
25	Plastová rukoväť k hrazde, výškovo nastaviteľná	áno
26	Bočné držiaky na drobné príslušenstvo	áno
27	Pár integrovaných držiakov príslušenstva	áno
28	Antidekubitný matrac:	
29	Jadro zo studenej PUR peny s hustotou min. 40 kg/m3, s antidekubitnými priečnymi a pozdĺžnymi prierezmi	áno
30	Poťah snímateľný - prešíty zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	áno
31	Materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	áno
32	Rozmer podľa lôžnej plochy, hrúbka 14 cm	áno

Por.č.	Medicínsko - technické parametre	Údaj uchádzača na plnenie kritéria
	Resuscitačné posteľe s laterálnym náklonom - 2 ks:	typ INVENT výrobca Proma Reha
1	Veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	áno
2	Zdvih lôžka pomocou elektromotora v rozsahu min. 43 - 81 cm	43-81 cm
3	Lôžná plocha na troch teleskopických stĺpoch	áno
4	4 dielna lôžná plocha s rozmermi max 200 x 85 cm	4 dielna rozmer 200 x 85 cm
5	Elektrický zdvih chrbtového dielu min. 72°	72°
6	Elektrický zdvih stehenného dielu min. 45°	45°
7	Mechanický zdvih lýtkového dielu 22°	22°
8	Maximálne rozmery lôžka v základnom stave 100 x 222 cm	100 x 222 cm
9	Možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 16° a Antitrendelenburgovej polohy min. 16° pomocou elektromotora	áno
10	Obojstranný laterálny náklon min. 20°	20°
11	Autoregresia chrbtového dielu min. 14 cm	14 cm

12	Autoregresia nožného dielu min. 7,5 cm	7,5 cm
13	Možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	áno
14	RTG transparentný chrbtový diel s držiakom RTG kaziet	áno
15	Vyberateľné čelá s bezpečnostnou aretáciou, celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	áno
16	Centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	áno
17	Nožný ovládač min. s funkciami (laterálny náklon, ovládanie zdvihu ložnej plochy, CPR, vyšetrovacía poloha)	áno
18	Integrované predĺženie lôžka min. 20 cm	áno
19	Kolieska s centrálnym ovládaním bŕzd, priemer 150 mm	áno
20	Podjazdnosť lôžka min. 3 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 3 cm)	áno
21	Univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	áno
22	Držiaky na infúzny stojan, hrazdu	áno
23	Ochranné kolieska v rohoch lôžka	áno
24	Záložná batéria s autodiagnostikou	áno
25	Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka min. 300 kg	300 kg
26	Potenciálové prepojenie nutné pre JIS	áno
27	Integrované delené odklopné bočnice s integrovanými obojstrannými ovládačmi, tvoriace bariéru pozdĺž celej ložnej plochy, medzery medzi bočnicami a čelami a medzi jednotlivými dielmi bočníc navzájom musia byť menšie než 60 mm. Z dôvodu bezpečnosti pacienta a zložitosti obsluhy zadávateľ neumožňuje použitie 3/4 bočníc s dodatočným prídavným dielom	áno
28	Výška bočníc nad ložnou plochou min. 47 cm	47 cm
29	Ovládače v bočniciach musia byť vybavené blokovaním proti nechcenému polohovaniu, základnými funkciami polohovania a rozšírenými funkciami ako napríklad: kardiacké kreslo, vystupovacia poloha. Ďalej musia byť vybavené signalizáciou zamknutej funkcie.	áno
30	Ložná plocha z kovových lamiel mimo chrbtového dielu	áno
31	Integrovaná polička na lôžkoviny	áno
32	Príslušenstvo:	
33	Infúzny stojan lakovaný k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
34	Držiak zberných sáčkov	áno
35	Držiak na identifikačný štítok	áno
36	Držiak teplotnej tabuľky	áno
37	Hrazda lakovaná k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
38	Plastová rukoväť k hrazde, výškovo nastaviteľná	áno
39	Antidekubitný matrac:	
40	Jadro (spodná vrstva) zo studenej PUR peny s hustotou min. 40 kg/m ³ v hrúbke 10 cm, stredná vrstva pamäťová termoaktívna pena s hustotou 50 kg/m ³ v hrúbke 7 cm, horná vrstva (ložná plocha)	áno

	matraca termoaktívna pamäťová pena s hustotou 80 kg/m3 v hrúbke 2 cm	
41	Poťah snímateľný - prešíť zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	áno
42	Poťah s hustotou PU nánosu min. 205 g/m2	áno
43	Materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	áno
44	Pre pacientov s vysokým rizikom vzniku dekubitov (Norton 20 - 13)	áno
45	Rozmer podľa ložnej plochy, hrúbka 19 cm	áno

Por.č.	Medicínsko - technické parametre	Údaj uchádzača na plnenie kritéria
	Resuscitačné postele s váhou - 2 ks:	typ INVENT s váhou výrobcu Proma Reha
1	Veľmi stabilný a jednoducho čistiteľný podvozok	áno
2	Zdvih lôžka pomocou elektromotora v rozsahu min. 43 - 81 cm	43 - 81 cm
3	Ložná plocha na dvoch teleskopických stĺpoch	áno
4	4 dielna ložná plocha s rozmermi max 200x85 cm	4 dielna rozmer 200 x 85 cm
5	Elektrický zdvih chrbtového dielu min. 72°	72°
6	Elektrický zdvih stehenného dielu min. 45°	45°
7	Mechanický zdvih lýtkového dielu 22°	22°
8	Maximálny rozmer lôžka v základnom stave 100 x 222 cm	100 x 222 cm
9	Možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy min. 16° a Antitrendelenburgovej polohy min. 16° pomocou elektromotora	áno
10	Autoregresia chrbtového dielu min. 14 cm	14 cm
11	Autoregresia nožného dielu min. 7,5 cm	7,5 cm
12	Možnosť mechanického rýchlospustenia chrbtového dielu (CPR)	áno
13	RTG transparentný chrbtový diel s držiakom RTG kaziet	áno
14	Vyberateľné čelá s bezpečnostnou aretáciou, celoplastové s farebnou výplňou v rôznych dekoroch	áno
15	Centrálny sesterský ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a s predprogramovanými dôležitými polohami (minimálne: resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburgova poloha)	áno
16	Nožný ovládač min. s funkciami (ovládanie zdvihu ložnej plochy, CPR, vyšetrovacia poloha)	áno
17	Integrovaný váhový systém	áno
18	Integrované predĺženie lôžka min. 20 cm	áno
19	Kolieska s centrálnym ovládaním bŕzd, priemer 150 mm	áno

20	Podjazdnosť lôžka min. 3 cm (žiadna časť lôžka okrem koliesok nesmie byť nad podlahou nižšie ako 3 cm)	áno
21	Univerzálne držiaky na drobné príslušenstvo	áno
22	Držiaky na infúzny stojan, hrazdu	áno
23	Ochranné kolieska v rohoch lôžka	áno
24	Záložná batéria s autodiagnostikou	áno
25	Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka min. 250 kg	250 kg
26	Potenciálové prepojenie nutné pre JIS	áno
27	Integrované delené odklopné bočnice s integrovanými obojstrannými ovládačmi, tvoriace bariéru pozdĺž celej ložnej plochy, medzery medzi bočnicami a čelami a medzi jednotlivými dielmi bočníc navzájom musia byť menšie než 60 mm. Z dôvodu bezpečnosti pacienta a zložitosti obsluhy zadávateľ neumožňuje použitie 3/4 bočníc s dodatočným prídavným dielom	áno
28	Výška bočníc nad ložnou plochou min. 47 cm	47 cm
29	Ovládače v bočniciach musia byť vybavené blokovaním proti nechcenému polohovaniu, základnými funkciami polohovania a rozšírenými funkciami ako napríklad: kardiacké kreslo, vystupovacia poloha. Ďalej musia byť vybavené signalizáciou zamknutej funkcie.	áno
30	Ložná plocha okrem chrbtového dielu z kovových lamíel	áno
31	Integrovaná polička na lôžkoviny	áno
32	Príslušenstvo:	
33	Infúzny stojan lakovaný k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
34	Držiak zberných sáčkov	áno
35	Držiak na identifikačný štítok	áno
36	Držiak teplotnej tabuľky	áno
37	Hrazda lakovaná k upevneniu do držiaku na lôžku	áno
38	Plastová rukoväť k hrazde, výškovo nastaviteľná	áno
39	Antidekubitný matrac:	
40	Jadro (spodná vrstva) zo studenej PUR peny s hustotou min. 40 kg/m ³ v hrúbke 10 cm, stredná vrstva pamäťová termoaktívna pena s hustotou 50 kg/m ³ v hrúbke 7 cm, horná vrstva (ložná plocha) matraca termoaktívna pamäťová pena s hustotou 80 kg/m ³ v hrúbke 2 cm	áno
41	Poťah snímateľný - prešíť zips s ochranou proti znečisteniu a pretekaniu, paropriepustný, vodeodolný, umývateľný do 95°	áno
42	Poťah s hustotou PU nánosu min. 205 g/m ²	áno
43	Materiál poťahu antibakteriálny, dezinfikovateľný bežnými prostriedkami, pružný vo všetkých smeroch	áno
44	Pre pacientov s vysokým rizikom vzniku dekubitov (Norton 20 - 13)	áno
45	Rozmer podľa ložnej plochy, hrúbka 19 cm	áno