

Príloha č.1 Kúpnej zmluvy – Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastnosti predmetu kúpy

OPIS BOX S LAMINÁRNYM PRÚDENÍM EKOSTAR FLOW HF-V

Pracovná plocha:

- vo výške sediaceho človeka – 95 cm
- šírka prac. plochy 100 cm
- hĺbka prac. plochy 50 cm
- výška prac. priestoru – vnútorný rozmer 60 cm
- nerezový materiál
- odsávanie zdola – nevyžaduje špec. chemické filtre

Vertikálne laminárne prúdenie

Filtre:

- ULPA U15
- predfilter
- v cene zariadenia všetky potrebné filtre
- dodávateľ filtrov: ULTRAMED s.r.o.

Predný panel:

- otvor v dolnej časti predného panela
- horná časť predného panela uzatvorená priehľadným materiálom

Dezinfikovateľný celý povrch

Nízka hlučnosť

Samostatné osvetlenie

Počítadlo pracovných hodín

Napájací kábel s dĺžkou 3 m

Ergonomický podstavec s priestorom pre nohy sediacej osoby

Germicídna lampa

Vrátane manuálu v slovenskom jazyku

V Žiari nad Hronom, dňa 13.6.2011

 **ULTRAMED** s.r.o.

Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO: 36638404

*Mgr. Juraj Varga
konateľ spoločnosti*

ULTRAMED s.r.o., Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom, tel. 045/ 6761317
prevádzka: Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava, tel.02/45248969, fax 02/45248986

zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 10498/S, konateľ: RNDr. Andrej Cabáňik, Mgr. Juraj Varga
IČO: 36638404, IČ DPH:SK2022011651, banka: Tatrabanka a.s., č.ú. 2621791043/1100, e-mail: ultramed@ultramed.sk, www.ultramed.sk