

Kúpna zmluva č. 24062011/ 2011

v zmysle ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka (OZ) č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

KZ č. 000536/2011

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Predávajúci:

B.Braun Medical s.r.o.

Handlovská 19

851 01 Bratislava

IČO: 31 350 780

DIČ: 2020297609

IČ DPH: SK2020297609

bankové spojenie: Unicredit Bank Slovakia a.s.,

číslo účtu:

v zastúpení: PharmDr. Jiří Lukeš – konateľ
(ďalej ako predávajúci)

1.2. Kupujúci:

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

IČO : 00 365 327

DIČ : 2020598019

bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu :

v zastúpení : Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
riaditeľ
(ďalej ako kupujúci)

Čl. 2 Predmet zmluvy

2. Kúpnu zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu „**Infúznou pumpu typ Infusomat space – 1 ks a dokovaciu stanicu typ Space station a Space cover comfort – 1 ks**“, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin a inštaláciu. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia predmetu zmluvy tvorí **Prílohu č. 1** tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Čl. 3 Cena

- 3.1. Kúpna cena tovaru tejto zmluvy platí v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky a je určená dohodou zmluvných strán vo výške 3 328,80 €.

- 3.2. DPH, doprava tovaru na miesto určenia predmetu zmluvy, inštalácia a ostatné odvody v krajine obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky sú zahrnuté v cene tovaru.
- 3.3. Zmenu ceny z dôvodu zmeny cien vstupných surovín, energie a palív, zmeny colných, daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru dohodnutej ceny, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku k tejto kúpnej zmluve.

Čl. 4

Platobné podmienky

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru podľa čl. 3 tejto zmluvy na účet predávajúceho, č. ú. 1216579001/1111.

Cena predmetu plnenia je splatná na základe splnenia dodávky do miesta určenia, inštalácie a zaškolenia zdravotníckeho personálu a odovzdania predmetu zmluvy do užívania proti faktúre do 120 dní.

Čl. 5

Miesto dodania tovaru

- 5.1. Spôsob dodania tovaru: Predávajúci dodá tovar a kupujúci ho prevezme a zaplatí za tovar tak, ako je uvedené v iných článkoch tejto zmluvy. Prepravu tovaru na miesto dodania hradí predávajúci.

Miesto dodania tovaru: Univerzitná nemocnica Martin, Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Kollárova 2, 036 59 Martin

- 5.2. Dodacia lehota sa odvíja odo dňa zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (max. však do 6 týždňov). O prevzatí tovaru podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol dodací list).

Súčasťou protokolárneho odovzdania tovaru do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru tovaru a bezpečnostno-technickým požiadavkám.

Čl. 6

Záručná lehota

- 6.1. Predávajúci poskytne na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, ktorá začína plynúť uvedením predmetu kúpnej zmluvy do prevádzky.
- 6.2. Zabezpečovateľom záručného a pozáručného servisu pre predmet zmluvy je predávajúci prostredníctvom servisných technikov a servisných pracovísk s nástupom do 24 hod. od nahlásenia poruchy a po predložení záväznej objednávky na tel. č. 02 63838920, faxom 02 63827697.

Čl. 7

Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri omeškaní platby môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.2. V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu kúpnej zmluvy za každý deň omeškania.

Čl. 8

Závěrečné ustanovenia

- 8.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť vykonané len písomnou dohodou oboch zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve.
- 8.2 Kúpna zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve jej vyhotovenia, ktoré majú platnosť originálu.
- 8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.
- 8.4 Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje táto kúpna zmluva, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 8.5 Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich slobodnej vôle prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

V Martine, dňa:

V Prahe, dňa: 24.06.2011

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

.....
Prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
riaditeľ UNM Martin

.....
PharmDr. Jiří Lukeš
konateľ BBMSK

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy:

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Infúzna pumpa.

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Infúzna pumpa:		
1.	Prístroj použiteľný v dokovacej stanici	áno	áno
2.	Princíp funkcie pumpy - lineárny peristaltický mechanizmus	áno	áno
3.	Presnosť dávkovania: $\pm 5 \%$	áno/vid' hodnoty	áno/ $\pm 5 \%$
4.	Prednastavenie objemu: 0,1 – 9999 ml	áno/vid' hodnoty	áno/0,1-9999
5.	Prednastavenie času: 1 min – 99 hod 59 min	áno/vid' hodnoty	áno/1-99,59
6.	Rozsah dávkovania: 0,1 – 1200 ml/hod	áno/vid' hodnoty	áno/0,1-1200
7.	Nastavenie rýchlosti a objemu/času	áno	áno
8.	Možnosť použitia režimu PCA – pacientom kontrolovaná analgézia	áno	áno
9.	Možnosť rozšírenia o režim TCI (target controlled infusion) – pre algoritmus riadeného podávania liečiv pre TIVU (Totálnu Intravenóznou anestéziou)	áno	áno
10.	S pomocou príslušenstva možnosť použitia v prostredí MRI	áno	áno
11.	Možnosť podávania enterálnej výživy a transfúzie	áno	áno
12.	Výpočet rýchlosti dávky v mg, μ g, mmol, IE a mEq v závislosti na hmotnosti pacienta/čase	áno	áno
13.	Rýchlosť bolusu nastaviteľná v rozsahu 1 – 1200 ml/hod.	áno/vid' hodnoty	áno/1-1200
14.	Bolus manuálny a aj s prednastavením objemu/času bolusu	áno	áno
15.	Alarmy - vizuálne a zvukové, s reguláciou hlasitosti zvukového alarmu, textové hlásenie príčiny alarmu:	áno	áno
15.1	- detekcia vloženia a správnosti vloženia infúzneho setu	áno	áno
15.2	- alarm zle zatvorených dvierok	áno	áno
15.3	- alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah (ak je užívateľom nastavený)	áno	áno
15.4	- meranie tlaku a alarm pri prekročení nastavenej hranice oklúzneho tlaku	áno	áno
15.5	- automatické odbúranie naakumulovaného bolusu pri tlakovom alarme do infúzneho kontajnera	áno	áno
15.6	- signalizácia pred ukončením podávania infúzie (nastaviteľný interval)	áno	áno
15.7	- signalizácia konca podávania infúzie	áno	áno
15.8	- predalarm vybitia akumulátora a signalizácia vybitého akumulátora	áno	áno
15.9	- dlhšia nečinnosť zapnutého prístroja	áno	áno
15.10	- ukončenie Stand-by	áno	áno
15.11	- vnútorná porucha prístroja	áno	áno
16.	Možnosť zadať zoznam minimálne 700 liekov, obsahujúcich názov, koncentráciu, rýchlosť podávania a rýchlosť dávky vrátane hard a soft limitov, nastavenie bolusu, s možnosťou zaradenia liekov do minimálne 14 kategórií	áno/vid' hodnoty	áno/900
17.	Možnosť zobrazenia názvu oddelenia, resp. identifikácie prístroja podľa zadania používateľa	áno	áno

18.	Možnosť softwarovo zablokovat' prístroj proti neautorizovanému ovládaniu pomocou PIN kódu	áno	áno
19.	Čitateľný displej s jednoznačným zobrazením hodnôt a navolenej funkcie, zobrazenie názvu podávaného lieku, podaného a zostávajúceho objemu infúzie, zostávajúceho času podávania infúzie, napájanie a stavu nabitia akumulátora, aktuálny stav tlaku v infúznej linke	áno	áno
20.	Nastavenie úrovne osvetlenia displeja a kontrastu	áno	áno
21.	Aktívne podsvietené tlačidlá	áno	áno
22.	Automatické zasvorkovanie setu pri otvorení dvierok (prevencia samovoľnému tečeniu)	áno	áno
23.	Blokovanie úplného vypnutia prístroja pred odstránením setu	áno	áno
24.	Režim Stand-by nastaviteľný až na 24 hod. s krokom 1 min.	áno/vid' hodnoty	áno
25.	Napájanie 230V / 50 Hz, akumulátor s kapacitou na cca 4 hodiny prevádzky, automatické dobíjanie akumulátoru pri pripojení do elektrickej siete	áno/vid' hodnoty	áno/8
26.	Automatický program údržby batérie (úplné vybitie a nabitie) s nastaviteľným časovým intervalom	áno	áno
27.	Možnosť vzájomného uchytenia troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	áno	áno
28.	Hmotnosť do 1,5 kg vrátane akumulátoru (+/- 15 %)	áno/vid' hodnoty	áno/1,4
29.	Software v slovenskom jazyku		áno
30.	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky – minimálne dva roky	áno/vid' hodnoty	áno/2

Dokovacia stanica

P. č.	Požadovaný technicko – medicínsky parameter - opis	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	Dokovacia stanica pri lôžku:		
1.	Stanica na uchytenie minimálne 4 prístrojov (lineárnych dávkovačov, alebo infúzných púmp), ich napájanie a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol použitý iba jeden sieťový kábel. Musí spĺňať podmienku jednoduchého vybratia ktoréhokoľvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez nutnosti manipulácie s iným prístrojmi umiestnenými v stanici a jeho umiestnenie v stanici v ktorejkoľvek voľnej pozícii.	áno/vid' hodnoty	áno/4
2.	Možnosť rozšírenia tejto dokovacej stanice až pre 24 prístrojov (dávkovačov, púmp) s použitím jedného sieťového napájacieho kábla	áno/vid' hodnoty	áno/24
3.	Možnosť rozšírenia o prenos informácií o stave a činnosti v nej zapojených prístrojov do NIS (nemocničný informačný systém) a zobrazenie týchto informácií v ktoromkoľvek PC zapojenom do nemocničného LAN	áno	áno
4.	Držiak s možnosťou uchytenia na infúzny stojan, eurolíštu, vodorovnú tyč.	áno	áno
5.	Možnosť napojenia do lokálnej počítačovej siete pomocou kábla aj bezdrátovo (WiFi)	áno	áno

Cenová ponuka

Názov	Kat. číslo	Cena/ks bez DPH	Cena/ks s DPH 20%	Počet ks	Cena spolu s DPH
Infusomat® Space	871 3050	1.604,- €	1.924,80 €	1	1.924,80 €
SpaceStation	871 3140	630,- €	756,00 €	1	756,00 €
Space Cover Comfort	871 3145	540,- €	648,00 €	1	648,00 €
			SPOLU bez DPH:		2.774,00 €
			DPH:		554,80 €
			SPOLU s DPH:		3.328,80 €

Platnosť ponuky: 90 dní
Dodacia lehota: do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
Záručná lehota: 24 mesiacov
Servis: 24 hod.
Platobné podmienky : splatnosť faktúry 120 dní

.....
PharmDr. Jiří Lukeš