

Príloha č. 1

Typový list lekárskeho prístroja

RTCA DP Instrument (*xCELLigence systém*)

Časť A – Špecifikácia lekárskeho prístroja

1. **Systém:** systém monitorujúci bunkové procesy v reálnom čase bez potreby bunkového značenia. Systém merá elektrickú impedanciu na mikro-elektrodách integrovaných na dne kultivačných platničiek typu *E-Plates 16*, *CIM-Plate 16* a *E-Plate 16 View*.
2. **Výkon:** 1-48 vzoriek (kontinuálne meranie v dĺžke trvania: sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne)
3. **Materiál vzorky:** Adherentné eukaryotické živočíšne a ľudské bunkové kultúry, primárne adherentné bunky
4. **Kapacita pre vzorky:** 48 (3 x 16 vzoriek)
5. **Typy vzorkových skúmaviek:** E-Plates 16, CIM-Plate 16, E-Plate 16 View
6. **Objem vzorky:** 270 $\mu\text{l} \pm 10 \mu\text{l}$ (*E-Plates 16*, *E-Plate 16 View*), 180 $\mu\text{l} \pm 5 \mu\text{l}$ (*CIM-Plate 16*)
7. **Čiarový kód pre vzorky:** neaplikovateľné
8. **Reagencie:** bežne používané kultivačné reagenty pre bunkovú biológiu
9. **Kyvety:** neaplikovateľné
10. **Spotreba vody:** neaplikovateľné
11. **Kontrolná jednotka:** PC s ovládacím softvérom
11. **Rozhranie:** Sériový port RS232 s prenosovou rýchlosťou 57600 bitov/sek
12. **Požiadavky na pripojenie do elektrickej siete:** +5 VDC, 1 W max
13. **Rozmery:** š: 25.0 cm × d: 30.0 cm × v: 19.0 cm
14. **Hmotnosť:** 6.0 kg
15. **Certifikácia:** neaplikovateľné
16. **Príslušenstvo lekárskeho prístroja¹:**

¹ V konkrétnom obchodnom prípade môže byť dodané všetko uvedené príslušenstvo alebo len niektoré. Presný zoznam dodávaného príslušenstva lekárskeho prístroja bude uvedený v preberacom protokole.

ČASŤ B – Špecifikácia servisu pri nájme

Servisná organizácia²: Autorizovaný servis
Roche Slovensko s.r.o., Divízia Diagnostics, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Autorizovaný servis: bezplatné odstránenie porúch na prístroji majúce pôvod v povahe prístroja
bezplatná preventívna údržba (servisná prehliadka), 1 x za 12 mesiacov
odplatný servis porúch prístroja nad rámec bezplatného servisu

Servisná prehliadka:

Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. vykoná na žiadosť zákazníka periodickú servisnú prehliadku prístroja 1x za obdobie 12 mesiacov, ktorej obsahom je:

- a) Overenie funkčnosti zariadenia
- b) Prečistenie vzduchových filtrov

Bezplatný servis sa nevzťahuje na dodávanie nasledovného spotrebného materiálu³:

Bezplatný servis sa nevzťahuje na nasledovné náhradné diely lekárskeho prístroja:

Bezplatný servis vodárni a UPS nezahŕňa (hradené nájomcom):

² Akýkoľvek zásah do prístroja je oprávnená urobiť iba osoba na to oprávnená podľa všeobecne platných právnych predpisov, s odborným vzdelaním a skúsenosťami, osoba, ktorá je servisným partnerom výrobcu alebo spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. alebo zamestnancom spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o.

³ Dodávky reagensov a spotrebného materiálu sa uskutočňujú na základe osobitných objednávok zákazníka.