

Názov predmetu zákazky:
Cievne protézy z biosyntetického materiálu

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nesplňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nesplňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nesplňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Lineárna cievna protéza z biosyntetického materiálu			
1.1	protéza je určená na:		
1.1.1	pre pacientov s vysokým rizikom infekcie, u ktorých nie je možné použiť vlastnú žilu a použitie protetického materiálu je extrémne rizikové pre jeho vysokú afinitu k mikrobiálnej infekcii,	spĺňa	
1.1.2	bypass, náhradu alebo rekonštrukciu poškodených ciev,	spĺňa	
1.1.3	zaplátanie a opravu periferných ciev,	spĺňa	
1.1.4	artériovenózný prístup, v prípade že je potrebná rovná konfigurácia.	spĺňa	
1.2	Materiál a zhotovenie:		
1.2.1	polyesterová sieťka a biologický materiál (hovädzí alebo ovčí materiál),	spĺňa/ovčí	
1.2.2	rovná cievna protéza namontovaná na sklenom jadre obsiahnutom v sklenej trubici.	spĺňa	
1.3	Rozmery:		
1.3.1	interný diameter: 5, 6, 7, 8 mm	spĺňa	
1.3.2	dĺžka: 20, 30, 40, 50, 60, 65 cm	spĺňa	
1.4	Balenie:		
1.4.1	sterilná, v fixačnom roztoku glutaraldehydu.	spĺňa	
Položka č. 2 - Zakrivená cievna protéza z biosyntetického materiálu			
2.1	protéza je určená na:		
2.1.1	pre pacientov s vysokým rizikom infekcie, u ktorých nie je možné použiť vlastnú žilu a použitie protetického materiálu je extrémne rizikové pre jeho vysokú afinitu k mikrobiálnej infekcii,	spĺňa	
2.1.2	artériovenózný prístup v prípade, že je potrebná konfigurácia v tvare slučky.	spĺňa	
2.2	Materiál a zhotovenie:		
2.2.1	polyesterová sieťka a biologický materiál (hovädzí alebo ovčí materiál),	spĺňa/ovčí	
2.2.2	zakrivená cievna protéza obtiahnutá v sterilnom ohybnom vnútornom vaku nachádzajúcom sa vo vnútri vonkajšieho vaku.	spĺňa	
2.3	Rozmery:		
2.3.1	interný diameter: 6 mm	spĺňa	
2.3.2	dĺžka: 35 cm	spĺňa	
2.4	Balenie:		
2.4.1	sterilné, v fixačnom roztoku glutaraldehydu.	spĺňa	

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Inamed s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Šustekova 37, 851 04 Bratislava

IČO:

44484275

DIČ:

2022710646

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

MUDr. Arnošt Kolozsi

Pracovné zaradenie:

konateľ

Telefónne číslo:

903439331

E-mail:

office@inamed.sk

V: Bratislava

Dňa: 21.09.2020

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie: **MUDr. Arnošt Kolozsi, konateľ**