

Príloha č. 1 - **ŠPECIFIKÁCIA PONÚKANÉHO PRODUKTU**

Predmet zákazky:
Kanyly

6. časť predmetu zákazky - **Venózne kanyly typu "single stage" rovné**

Technické parametre a požadované hodnoty		Ponúkaná hodnota (ÁNO - NIE/hodnota parametra)
-	venózna kanyla musí byť vystužená drôtom v celej dĺžke, musí byť priehľadná a rovná	ÁNO
-	veľkosť od 26 do 40 Fr.	ÁNO
-	zakončená 3/8	ÁNO
-	musí mať vyznačenú orientačnú líniu a musí mať multiotvorový špic	ÁNO
-	dĺžka kanyly musí byť minimálne 38 cm a maximálne 45 cm	ÁNO

Výrobca ponúkaného tovaru (doplň uchádzač): EDWARDS LIFESCIENCES SA

Typ ponúkaného tovaru (doplň uchádzač): Venózne kanyly typu "single stage"

Kontaktná osoba dodávateľa/subdodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia:

Meno, priezvisko: Ing. Róbert Kútny

Telefónne číslo / e-mail: 0326505017, kutny@unomed.sk

Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie: Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia resp. vybavenia, sú pravdivé.

Obchodné meno predávajúceho:

V Trenčine
dňa

01.04.2016

Ing. Peter Havier, konateľ UNOMED spol. s.r.o.

v zastúpení Peter Hlavnička na základe plnomocenstva

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača:

Príloha č. 1 - "Špecifikácia ponúkaného produktu" musí byť podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/člena skupiny v zmysle dokladu o oprávnení podnikateľ alebo môže byť podpísaná zástupcom uchádzača/člena skupiny ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.