

KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZoVO“)

Zmluvné strany:

Predávajúci

Názov **ULTRAMED, s.r.o.**
Sídlo Š.Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
Štatutárny orgán Martin Továrek, konateľ
IČO 36 638 404
DIČ 2022011651
IČ DPH SK2022011651
Banka Tatra banka, a.s.
IBAN SK031100000002621791043
BIC/SWIFT TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10498/S

(ďalej len „predávajúci“)

Kupujúci

Názov **Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica**
Sídlo Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
Štatutárny orgán Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka
IČO 00 165 549
IČ DPH SK2021 095 670
Banka Štátna pokladnica
IBAN SK35 8180 0000 0070 0027 8282
BIC/SWIFT SPSRSKBA
Zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 v znení neskorších zmien

(ďalej len „kupujúci“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Táto kúpna zmluva (ďalej aj len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade so ZoVO. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre nadlimitnú zákazku - verejnú súťaž MST zverejnenú vo VVO č. 208/2019, zo dňa 15.10.2019.
- 1.2. Predávajúci je podľa ZoVO uchádzačom, ktorý predložil ponuku na predmet zákazky, a ktorý bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a jeho ponuka bola prijatá.

Článok II.

Predmet kúpnej zmluvy

- 2.1. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu **Súbor VideoEndoskopické techniky: SYSTÉM ENDOSKOPICKEJ TECHNIKY pre endosonografické pracovisko (EUS a EBUS) (OLYMPUS EUS a EBUS)** od výrobcu **OLYMPUS pre časť č. 3** - vrátane súvisiacich služieb (ďalej aj len „tovar“), podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu podrobne vymedzenom v časti - Opis predmetu zákazky v špecifikácii podľa Prílohy č. 1 (*Podrobný technický opis predmetu zmluvy*), Prílohy č. 2 (*Cenová ponuka*) a Prílohy č. 3 (*Zoznam subdodávateľov*), tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje previesť vlastnícke práva k tovaru na kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar od predávajúceho a zaplatiť mu kúpnu cenu, a to za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
- 2.3. Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s dojednanými zmluvnými podmienkami prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

Článok III.

Spôsob, čas a miesto plnenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou dodania tovaru sú aj služby spojené s dodaním tovaru do miesta plnenia, jeho vyloženie, montáž, inštalácia, vykonanie funkčnej skúšky, odovzdanie kompletnej dokumentácie, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky a odborného zaškolenia zamestnancov kupujúceho k obsluhu tovaru a záručný autorizovaný servis.
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy dodá na miesto plnenia najneskôr do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, vrátane služieb s tým súvisiacich.
- 3.3 Presný dátum a čas dodania tovaru a vykonania služieb s tým súvisiacich oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred. Kupujúci je na tento účel povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, ktorou sa rozumie najmä zabezpečenie funkčného výťahu pre transport tovaru do určených priestorov a umožnenie vstupu do priestorov.
- 3.4 Predávajúci je povinný zabezpečiť odborné zaškolenie zamestnancov kupujúceho najneskôr do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru. Zaškolenie bude pozostávať zo zaškolenia obsluhy zariadenia a zo zaškolenia do aplikácií. O oboch zaškoleniach budú vyhotovené protokoly, v ktorých bude uvedený minimálne počet vyškolených osôb, ich mená a podpisy, rozsah a druh školenia, termín a dĺžka trvania, miesto zaškolenia a meno/mená osoby/osôb zodpovedných za školenie vrátane ich podpisov. Presný termín a miesto školenia budú určené po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 3.5 Závazok predávajúceho dodať tovar vrátane služieb s tým súvisiacich sa považuje za splnený riadnym dodaním tovaru a vykonaním služieb s tým súvisiacich. Za riadne dodaný tovar sa považuje bezchybný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky kvality a akosti podľa tejto zmluvy, technicko-medicínske parametre podľa platnej legislatívy SR, ak sa na tento tovar vzťahujú a písomné požiadavky kupujúceho v súlade s touto zmluvou.
- 3.6 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s tovarom faktúru a dodací list a dokumenty vzťahujúce sa k tovaru, najmä:
 - sprievodná a technická dokumentácia a návod na obsluhu v slovenskom jazyku,

- EC Declaration conformity – ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov,
- záručný list, potvrdenia záruky na jednotlivé funkčné celky tovaru a ich komponenty,
- inštalačný protokol na daný tovar s uvedením presného názvu a výrobcu zariadenia vrátane vykonania preberacej funkčnej skúšky zariadenia, v protokole budú rozpísané položky, z ktorých predmet zákazky pozostáva, vrátane uvedenia výrobných čísiel jednotlivých funkčných celkov a ich komponentov,
- Platný ŠUKL kód,
- ďalšie relevantné doklady.

- 3.7 Pri dodaní tovaru bude zmluvnými stranami spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Protokol bude vyhotovený v 2 rovnopisoch, s určením pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
- 3.8 Miestom plnenia bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.
- 3.9 Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby bol tovar pri dodaní chránený a balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu.
- 3.10 Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ho na náklady predávajúceho v prípade, že predmet plnenia sa nezhoduje s predloženou ponukou predávajúceho.
- 3.11 Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb, subdodávateľov.
- 3.12 Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.
- 3.13 Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy tretiu osobu, subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto zmluvy plnil sám.
- 3.14 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.
- 3.15 Predávajúci je povinný písomne predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie každého subdodávateľa.
- 3.16 Ak sa na predávajúceho a/alebo jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

Článok IV.

Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Kúpna cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Kúpna cena je zmluvnými stranami dohodnutá ako konečná kúpna cena, vrátane všetkých služieb spojených s dodaním tovaru a vrátane poskytovania záručného servisu, tak ako je uvedené v tejto zmluve v článku V. a VI., a to vo výške:

CENA za celý predmet zmluvy bez DPH..... 332 500,00 eur

(slovom: tristotridsaťdvatisícpäťsto eur)

DPH 20%..... 66 500,00 eur

(slovom: šesťdesiatšesťtisícpäťsto eur)

CENA za celý predmet zmluvy s DPH.....399 000,00 eur

(slovom: tristodeväťdesiatdeväťtisíc eur).

Presná špecifikácia kúpnej ceny je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.

- 4.3 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny na základe riadneho dodania tovaru a všetkých služieb s tým súvisiacich, v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej kúpnej/zmluvnej ceny, ktoré vyplývajú zo zmien daňových predpisov (*zmena výšky zákonnej sadzby DPH*). Úprava ceny sa bude riešiť rokovaním zmluvných strán, výsledkom ktorého bude písomný dodatok k zmluve.
- 4.5 Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu po dodaní tovaru, na základe vystavenej a doručenej faktúry. Preddavky z kúpnej ceny kupujúci neposkytuje.
- 4.6 Predávajúci doručí faktúru kupujúcemu v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe spolu s prílohami. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musí byť potvrdený dodací list a protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Každá faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo tejto zmluvy.
- 4.7 Lehota splatnosti faktúry je:
- 4.7.1 v prípade poskytnutia kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu kupujúcemu 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu,
- 4.7.2 v prípade ak kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu nebudú schválené a ak sa kúpa bude realizovať z vlastných zdrojov kupujúceho, ustanovenie bodu 4.7.1 sa neuplatní, a kúpna cena bude uhradená v 36-tich po sebe nasledujúcich rovnomerných mesačných splátkach po riadnom dodaní tovaru a služieb s tým súvisiacich. Splátky budú splatné vždy k 23. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
- 4.8 Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy a kupujúci na túto skutočnosť upozorní predávajúceho, ten je povinný zaslať kupujúcemu opravený doklad. Lehota splatnosti faktúry, začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu.

Článok V.

Záručné podmienky a reklamácia vád tovaru

- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, sortimente a akosti určenej príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na daný predmet tovaru, platnou legislatívou SR a podľa požiadaviek kupujúceho zadanych v tejto zmluve a v špecifikácii predmetu zákazky.
- 5.2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 5.3. Predávajúci poskytne na dodaný tovar ako celok záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia tovaru, ktorý je vyznačený na protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru. V prípade, ak sa jednotlivé komponenty vzťahuje kratšia záručná doba, predávajúci je povinný tieto komponenty opraviť alebo vymeniť bezplatne v rámci záručnej lehoty na tovar ako celok.
- 5.4. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd.
- 5.5. Ak nie je uvedené v tomto článku zmluvy inak, prípadné reklamácie a nároky z väd tovaru budú riešené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
- 5.6. Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu písomne poštou alebo emailom.
- 5.7. V prípade podanej reklamácie sa predávajúci zaväzuje rozhodnúť o jej oprávnenosti do 15 pracovných dní od jej doručenia a to písomne alebo na email kupujúceho.
- 5.8. V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá nezodpovedá požiadavkám kupujúceho alebo tovar, ktorý má vady, je poškodený alebo znehodnotený, je predávajúci povinný vymeniť tento tovar tovarom v zodpovedajúcej kvalite a bez väd alebo odstrániť vady tovaru, a to najneskôr do 10 pracovných dní od uznania reklamácie. Právo voľby medzi výmenou tovaru alebo odstránením vady je na strane kupujúceho. V prípade ak reklamáciu nie je možné vyriešiť podľa tohto ustanovenia zmluvy v stanovenej lehote, z objektívnych dôvodov, ktoré predávajúci oznámi kupujúcemu písomne, určí kupujúci písomne novú lehotu na výmenu tovaru alebo odstránenie väd. Ak nie je možné reklamáciu vyriešiť odstránením vady alebo výmenou tovaru, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zľave z ceny tovaru formou dobropisu alebo na odstúpení od zmluvy, pričom voľba práva je na strane kupujúceho.
- 5.9. V prípade vzniku alebo zistenia vady tovaru, ktorá robí tovar neupotrebitelným alebo funkčne len čiastočne upotrebitelným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené kupujúcim, záručná doba sa automaticky predĺži o túto dobu.
- 5.10. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru a neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore s návodom na obsluhu, v tomto prípade nie je predávajúci povinný odstrániť vady alebo vykonať servisný zásah na vlastné náklady.
- 5.11. Akékoľvek náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom rozsahu predávajúci.

- 5.12. Uplatnením nárokov podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok VI **Servisné podmienky**

- 6.1. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu počas plynutia celej záručnej doby komplexný autorizovaný záručný servis na tovar a jeho súčasti, za účelom jeho bezporuchovej prevádzky, a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii.
- 6.2. Autorizovaný záručný servis zahŕňa najmä:
- 6.2.1. opravu vád a porúch predmetu kúpy, t.j. uvedenie predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
 - 6.2.2. dodávku a výmenu všetkých potrebných náhradných dielov a súčastok v prípade ich poruchy;
 - 6.2.3. dodávku a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke predmetu kúpy, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
 - 6.2.4. v prípadoch ak je to relevantné, vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia;
 - 6.2.5. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú preventívnu prehliadku je predávajúci povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej lehoty a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku. Tieto prehliadky a opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál autorizovaný výrobcom s doložením osvedčenia (certifikát servisného technika na konkrétny typ prístroja);
 - 6.2.6. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
 - 6.2.7. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie predmetu zmluvy v rámci zabezpečenia záručného servisu;
 - 6.2.8. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy,
 - 6.2.9. údržba software vrátane vykonania aktualizácií, t.j. update softwarového vybavenia predmetu kúpy, ak sú k dispozícii.
- 6.3. Autorizovaný záručný servis tovaru, ako je uvedený v predchádzajúcom bode, bude predávajúci zabezpečovať na vlastné náklady, a to vrátane dopravy technika na miesto opravy, prác spojených s odstránením vád, náhradných dielov a poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar.
- 6.4. Ak kupujúci nahlási predávajúcemu poruchu alebo znefunkčnenie tovaru, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu prístrojového vybavenia do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú.

- 6.5. Inštaláciu zariadenia a záručný servis bude zabezpečovať ULTRAMED, s.r.o. Š. Moysesova 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom,, _____ , p. Branislav Čapoš, Ing. Pavol Franko
- 6.6. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady prístrojového vybavenia v zmysle jeho plného sfunkčnenia, s odbornou starostlivosťou:
- 6.6.1. najneskôr do 5 pracovných dní od nahlásenia poruchy v prípade ak ide o odstránenie poruchy s náhradnými dielmi,
- 6.6.2. najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy v prípade ak ide o odstránenie poruchy bez náhradných dielov.
- 6.7. V prípade, že doba opravy bude dlhšia ako 5 pracovných dní, požadujeme náhradné zariadenie do doby ukončenia opravy.

Článok VII. Sankcie

- 7.1 V prípade ak bude kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku v zmysle tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške podľa ustanovení § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 7.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu dodania. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia.
- 7.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 50,- eur za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu, na nástup technika na servis, na výmenu vadného tovaru alebo odstránenie väd tovaru podľa tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu výmeny vadného tovaru alebo odstránenia väd.
- 7.4 Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude voči kupujúcemu nárokovať iné, než vyššie uvedené sankcie.

Článok VIII. Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva

- 8.1. Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 8.2. Prechod vlastníckeho práva k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia tovaru.

Článok IX. Postúpenie a započítanie pohľadávok

- 9.1. Zmluvné strany sa v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje predávajúci voči kupujúcemu, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.

- 9.2. V zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 sa na predchádzajúci písomný súhlas kupujúceho s postúpením pohľadávky na tretiu osobu vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
- 9.3. V prípade ak predávajúci postúpi pohľadávky na tretiu osobu v rozpore s týmto ustanovením zmluvy, je takéto postúpenie podľa ustanovenia § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka neplatné.
- 9.4. Predávajúci berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok kupujúceho je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu, v zmysle § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v platnom znení.

Článok X. Skončenie kúpnej zmluvy

- 10.1. Táto zmluva sa skončí jej riadnym plnením po dodaní požadovaného množstva tovaru a uplynutím záručnej doby.
- 10.2. Túto zmluvu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán k dátumu, ktorý si dohodnú.
- 10.3. Predávajúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa kupujúci omešká s úhradou faktúry o viac ako 3 mesiace.
- 10.4. Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru o viac ako 1 mesiac, v prípadoch výslovne uvedených v tejto zmluve alebo v prípade opakovaného omeškania predávajúceho s odstránením väd tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia zmluvy niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre ukončenie zmluvy. Ak v tomto prípade nedôjde k dohode zmluvných strán o ukončení zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť.
- 10.6. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, v prípade ukončenia tejto zmluvy, podľa tohto článku, si zmluvné strany bezodkladne vrátia poskytnuté plnenia.

Článok XI. Platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy

- 11.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

Článok XII. Mlčanlivosť

- 12.1. Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti so zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by zo zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť

dôverné informácie tretej osobe môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania tejto povinnosti.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 13.2 Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 13.3 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodržaní ustanovení § 18 ZoVO, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto zmluvy, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi. V prípade, ak by došlo k situácii uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie zmluvných podmienok v súlade s Obchodným zákonníkom a ZoVO tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.
- 13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 13.6 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pri plnení zmluvných záväzkov, ktoré vznikli z tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. V prípade skutočností, ktoré nie sú v zmluve výslovne upravené, majú prednosť požiadavky vyplývajúce zo súťažných podkladov kupujúceho v postavení verejného obstarávateľa, zadané v procese verejného obstarávania a v prípade skutočností, ktoré nie sú upravené v zmluve a nevyplývajú ani z predzmluvných požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, má prednosť zákonná úprava. V prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, nevyplývajú zo súťažných podkladov alebo zo zákona, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve, prípadne osobitnú písomnú dohodu v súlade s ustanoveniami ZoVO.
- 13.7 Táto kúpna zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.

13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutými podmienkami súhlasia a že sú spôsobilé k zmluvným prejavom v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú:

Príloha č. 1 – *Podrobný technický opis predmetu zmluvy,*

Príloha č. 2 – *Položkovitá cenová ponuka zo dňa 05.11.2020 vrátane nacenenia zariadení tvoriace samostatné funkčné celky,*

Príloha č. 3 – *Zoznam subdodávateľov.*

V Banskej Bystrici dňa <u>24 NOV. 2020</u>	V Žiari nad Hronom, dňa 05.11.2020
<p>.....</p> <p>Ing. Miriam Lapuníková, MBA riaditeľka Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica</p>	<p>.....</p> <p>Martin Továrek Konateľ ULTRAMED, s.r.o.</p>

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

B – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Postup verejného obstarávania: NADLIMITNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (TOVARY)

Predmet zákazky: Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, inštalácie, funkčnej skúšky, odovzdania kompletnej dokumentácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky, odborného zaškolenia a záručného autorizovaného servisu

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre predmetu zákazky:

Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve

Časť č. 3: SYSTÉM VIDEOENDOSKOPICKEJ TECHNIKY pre Endosonografické vyšetrenia (EUS a EBUS) pre potreby Endoskopického centra, 1 systém videoendoskopickej techniky/zostava		
3.1 ULTRAZVUKOVÝ VIDEOGASTROSKOP S RADIÁLNYM SNÍMANÍM, 1 ks		
Technická špecifikácia	Požadovaný parameter/hodnota	Ponuka uchádzača
		<i>Požadujeme uviesť, či požiadavku splňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	GF-UE160
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
veľkosť zorného poľa:	min. 100°	100°
smer zorného poľa:	min. 55°	55°
hĺbka zorného poľa:	3 - 100 mm	3-100 mm
vonkajší priemer zavádzacieho tubusu:	max. 12,1 mm	11,8 mm
vonkajší priemer distálneho konca:	max. 13,8 mm	13,8 mm
priemer pracovného kanála:	min. 2,2 mm	2,2 mm
minimálna viditeľná vzdialenosť:	3 mm od distálneho konca	3 mm od distálneho konca
ohybnosť hore/dolu:	min. 130° / min. 60°	130° / 90°
ohybnosť vpravo/vľavo:	min. 60° / min. 60°	90° / 90°

pracovná dĺžka:	min. 1250 mm, max. 1300 mm	1250 mm
celková dĺžka:	min. 1550 mm, max. 1600 mm	1555 mm
metóda snímania: elektronické radiálne usporiadanie	áno	áno
smer snímania: kolmýsmer zavedenia	áno	áno
frekvencia:	5/6/7.5/10 MHz	5/6/7.5/10 MHz
snímaný rozsah: 360°	áno	áno, 360°
kontaktná metóda: balón naplnený vodou	áno	áno
rotácia obrazu	áno	áno
funkcia THE /Tkaninové Harmonické Echo/	áno	áno
funkcia farebný Doppler /Color Doppler/	áno	áno
funkcia regulácie intenzity Dopplera /Power Doppler/	áno	áno

3.2 ULTRAZVUKOVÝ VIDEOGASTROSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM, 1 ks

<i>Technická špecifikácia</i>	<i>Požadovaný parameter/hodnota</i>	<i>Ponuka uchádzača</i>
		<i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter.</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	GF-UCT180
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
veľkosť zorného poľa:	min. 100°	100°
smer zorného poľa:	min.45°	55°
hĺbka zorného poľa:	3- 100 mm	3-100 mm
vonkajší priemer zavádzacieho tubusu:	max.12,8 mm	12,6 mm
vonkajší priemer distálneho konca:	max. 14,6 mm	14,6 mm
priemer pracovného kanála:	min. 3,7 mm	3,7 mm
minimálna viditeľná vzdialenosť:	6 mm od distálneho konca	6 mm od distálneho konca
ohybnosť hore/dolu:	min. 130° / min. 90°	130° / 90°
ohybnosť vpravo/vľavo:	min. 90°/ min. 90°	90° / 90°
pracovná dĺžka:	min. 1250 mm, max. 1300 mm	1250 mm
celková dĺžka:	min. 1550 mm, max. 1600 mm	1555 mm
funkcia digitálnej chromoendoskopie	áno	áno, NBI
prevádzkové režimy: B -mode, M-mode, D-mode, Flow- mode, Powerflow mode	áno	áno, B-mode, M-mode, D-mode, Flow-mode, Powerflow mode
metóda snímania: elektronické lineárne usporiadanie	áno	áno

smer snímania: paralelne na smer zavedenia	áno	áno
snímaný rozsah:	min.120°	180°
kontaktovej metódy: balón naplnený vodou	áno	áno
funkcia farebný Doppler /Color Doppler	áno	áno
funkcia regulácie intenzity Dopplera /Power Doppler/	áno	áno
3.3 ULTRAZVUKOVÝ BRONCHOSKOP S LINEÁRNYM SNÍMANÍM, 1 ks		
Technická špecifikácia	Požadovaný parameter/hodnota	Ponuka uchádzača <i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	BF-UC190F
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
veľkosť zorného poľa:	min. 80°	80°
smer zorného poľa:	min. 10° (forward)	20°
hĺbka zorného poľa:	min.: 2-50 mm, max. 3-100 mm	2-50 mm
vonkajší priemer zavádzacieho tubusu:	max. 6,3 mm	6,3 mm
vonkajší priemer distálneho konca:	max.7,3mm	6,6 mm
priemer pracovného kanála:	min. 2 mm	2,2 mm
ohybnosť hore/dolu:	min. 120° / min. 70°	160° / 70°
pracovná dĺžka:	min. 600 mm, max. 620 mm	600 mm
celková dĺžka:	min. 870 mm, max. 910 mm	890 mm
metóda snímania: elektronické lineárne usporiadanie	áno	áno
smer snímania: paralelne na smer zavedenia	áno	áno
snímaný rozsah:	min. 60°	65°
kontaktovej metódy: balón	áno	áno
funkcia THE /Tissue Harmonic Echo/	áno	áno
funkcia Color Doppler	áno	áno
funkcia Power Doppler	áno	áno

3.4 ULTRAZVUKOVÝ PROCESOR, 1 ks		
<i>Technická špecifikácia</i>	<i>Požadovaný parameter/hodnota</i>	<i>Ponuka uchádzača</i> <i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	EU-ME2 Premier Plus
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
elektronické snímanie	áno	áno
funkcia THE (Tissue Harmonic Echo)	áno	áno
funkcia Elastografia	áno	áno
funkcia Pulse Wave Doppler	áno	áno
funkcia H-Flow	áno	áno
funkcia CH-EUS (Contrast Harmonic EUS)	áno	áno
<i>Zobrazovací spôsob:</i>		áno
- B -mode	áno	áno
- farebné zobrazenie prúdenia /Color flow mode/	áno	áno
- registrácia intenzity prúdenia /Power flow mode/	áno	áno
snímanie: radiálne pole	áno	áno
kompatibilný prístroj: elektronický radiálny ultrazvukový endoskop	áno	áno
snímanie: elektronicky zakrivené lineárne pole	áno	áno
kompatibilný prístroj: elektronický lineárny ultrazvukový endoskop	áno	áno
filmovacia pamäť: 160 obrázkov, funkcia „cine review“	áno	áno
focus: nastaviteľné zaostrenie miesta	áno	áno
power flow mode: Normal/High-resolution	áno	áno
meranie vzdialenosti medzi dvoma bodmi	áno	áno
<i>Videosignál:</i>		áno
- SDTV výstup: VBS composite - Color, B/W, Y/C, RGB, YPbPr	áno	áno
- HDTV výstup: RGB, YPbPr	áno	áno
- Digitálny výstup: IEEE1394	áno	áno
<i>Záznam obrazu:</i>		áno
Data format: Img format, Bmp format, Jpeg format	áno	áno
uloženie obrazu: interná pamäť, externé uloženie cez USB	áno	áno

<i>Klávesnica:</i>		
- zabudovaný track-ball	áno	áno
- možnosť vpísania textu do uložených obrázkov	áno	áno
ultrazvukový prepojovací kábel	áno	áno
sterilizované balenie	áno	áno
3.5 ČERPADLO KONTAKTNEJ KVAPALINY, 1 ks		
Technická špecifikácia	Požadovaný parameter/hodnota	Ponuka uchádzača
		<i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	OFP-2
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
ovládanie nožný spínačom	áno	áno
regulovateľné riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom	áno	áno
nastaviteľný prietok:	min. od 0 do 230 ml/min	0-230 ml/min
nádoba na vodu - objem:	min. 1 liter	2 litre
kompatibilita: radiálny i lineárny ultrazvukový gastroskop	áno	áno
3.6 PRACOVNÁ STANICA K ENDOSONOGRAFICKEJ ZOSTAVE, 1 ks		
Technická špecifikácia	Požadovaný parameter/hodnota	Ponuka uchádzača
		<i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	WM-NP2
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
oddel'ovací transformátor	áno	áno
centrálny spínač	áno	áno
držiak na 2 endoskopy:	min. 1 ks	1 ks
držiak na LCD monitor:	min. 1 ks	1 ks
držiak klávesnice:	min. 1 ks	1 ks
police na uloženie prístrojov:	min. 4 ks	4 ks

3.7 VIDEOPROCESOR , 1 ks		
<i>Technická špecifikácia</i>	<i>Požadovaný parameter/hodnota</i>	<i>Ponuka uchádzača</i> <i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	CV-190 Plus
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
identifikácia endoskopov podľa typov a výrobného čísla vrátane zaznamenávania počtu vyšetrení	áno	áno
automatické nastavenie jasu	áno	áno
funkcia subjektívne nastavenie kontrastu	áno	áno
funkcia nastavenie bielej farby	áno	áno
funkcia subjektívne nastavenie farieb /červená, modrá/	áno	áno
funkcia subjektívne nastavenie chromatickosti obrazu	áno	áno
funkcia zmrazenie obrazu	áno	áno
samostatný nezávislý procesor od svetelného zdroja alebo s integrovaným zdrojom svetla	áno	áno
záznam obrazu na pamäťové médium	áno	áno
funkcia vysoké rozlíšenie obrazu	áno	áno
funkcia digitálna chromoendoskopia	áno	áno
funkcia elektronické zväčšenie obrazu /v 3 veľkostiach/	áno	áno
klávesnica na ovládanie videoprocera	áno	áno
možnosť používateľských prednastavení	áno	áno
funkcia irisovej clony	áno	áno
filtrácia detailov	áno	áno
3.8 SVETELNÝ ZDROJ, 1ks		
<i>Technická špecifikácia</i>	<i>Požadovaný parameter/hodnota</i>	<i>Ponuka uchádzača</i> <i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	CLV-190
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
xenónová výbojka s výkonom	min. 300W, alebo LED	300W xenón
životnosť xenónovej výbojky	min. 500 prevádzkových hodín, alebo 10 000 hod u LED	áno, xenón 500 hodín

záložná žiarovka	áno	áno
vzduchová insuflácia /3 stupne intenzity/	áno	áno
automatické nastavenie jasu – metóda servo-diaphragm	áno	áno
funkcia manuálne nastavenie jasu	áno	áno
filter k funkcii digitálnej chromoendoskopie	áno	áno
zariadenie proti oslňovaniu pacienta a personálu	áno	áno
3.9 ODSÁVACIA PUMPA, 1 ks		
Technická špecifikácia	Požadovaný parameter/hodnota	Ponuka uchádzača
		<i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	KV-6
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
zberná nádoba – objem:	min. 1 liter	2 litre
nominálne vákuum:	min. 85 kPa	95 kPa
nominálny prietok:	min. 20 litrov/min.	50 litrov/min
možnosť použitia jednorazového systému	áno	áno
možnosť použitia opakovateľne použiteľného systému	áno	áno
3.10 LCD HD MONITOR 24“, 2 ks		
Technická špecifikácia	Požadovaný parameter/hodnota	Ponuka uchádzača
		<i>Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	LMD-2451MD/HD
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	SONY
LCD panel typ: a-Si TFT Active Matrix	áno	áno
dĺžka uhlopriečky:	min. 24“	24“
rozlíšenie monitora:	min. 1920 bodov x min. 1200 riadkov	1920x1200 obrazových prvkov
funkcia prepínania teploty farieb	áno	áno
funkcia prepínania úrovne gama	áno	áno
funkcia prepínania pomeru zobrazenia a vstupného signálu	áno	áno
funkcia prepínania užívateľských nastavení	áno	áno
funkcia riadenia napájania	áno	áno
vstupy: RGB, BNC, DVI-D, HD-SDI, SD-SDI	áno	áno

3.11 ASPIRAČNÁ IHLA K ULTRAZVUKOVÉMU GASTROSKOPU, 10 setov		
<i>Technická špecifikácia</i>	<i>Požadovaný parameter/hodnota</i>	<i>Ponuka uchádzača</i> <i>Požadujeme uviesť, či požiadavku splňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	NA-220H-8019
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
jeden set musí obsahovať 5 ks jednorazových ihlíc	áno	áno
dĺžka ihly:	max. 80 mm	80 mm
sterilizované balenie	áno	áno
3.12 ASPIRAČNÁ IHLA K ULTRAZVUKOVÉMU BRONCHOSKOPU, 5 setov		
<i>Technická špecifikácia</i>	<i>Požadovaný parameter/hodnota</i>	<i>Ponuka uchádzača</i> <i>Požadujeme uviesť, či požiadavku splňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
Typ zariadenia:	uviesť typ zariadenia	NA-201SX-4022
Výrobca	uviesť výrobcu zariadenia	OLYMPUS
jeden set musí obsahovať 5 ks jednorazových ihlíc	áno	áno
ihla na tenkoihlovú transbronchiálnu aspiráciu so striekačkou	áno	áno
dĺžka ihly:	max. 40 mm	40 mm
sterilizované balenie	áno	áno
SÚVISIACE SLUŽBY		
<i>Rozsah súvisiacich služieb</i>	<i>Požadovaný parameter/hodnota</i>	<i>Ponuka uchádzača</i> <i>Požadujeme uviesť, či požiadavku splňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter</i>
záruka v dĺžke	min. 24 mesiacov	24 mesiacov
autorizovaný záručný servis	áno	áno
dodávka na miesto určenia	áno	áno
inštalácia, funkčná skúška a uvedenie zariadení do trvalej prevádzky	áno	áno
odovzdanie kompletnej dokumentácie	áno	áno
odborné zaškolenie obsluhy	áno	áno

V Žiari nad Hronom, 05.11.2020

Martin Továrek,
Konateľ ULTRAMED, s.r.o.

Fakultná nemocnica F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Námestie L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Dátum: 05.11.2020

Ponuka č. 95059437

Názov ponuky: Systém endoskopickéj techniky pre endosonografické pracovisko (EUS a EBUS)

P.	Kód	Popis	ks	€/ks	Celkom €
1	N5366860	GF-UE160 Ultrazvukový gastroskop radiál	1	83 610,00	83 610,00
2	N5367160	GF-UCT180 Ultrazvukový gastroskop lineár	1	62 087,00	62 087,00
3	N5433630	BF-UC190F Ultrazvukový bronchoskop lineár	1	44 362,63	44 362,63
4	N4506060	EU-ME2 Premier Plus Ultrazvukový procesor	1	72 688,33	72 688,33
5	N5361030	MAJ-2056 Ultrazvukový kábel	1	5 981,26	5 981,26
6	N5767250	CV-190 PLUS Videoprocessor	1	15 624,00	15 624,00
7	N3643350	CLV-190 Svetelný zdroj	1	10 583,00	10 583,00
8	LMD-2451	LMD-2451LCD HD Monitor 24"	2	4 899,40	9 798,80
9	K10001143	OFP-2 Čerpadlo kontaktnej kvapaliny	1	2 468,00	2 468,00
10	K10016135	MAJ-1608 Hadica k OFP-2 (10 ks)	1	88,61	88,61
11	K10026146	KV-6 Odsávacía pumpa	1	4 393,00	4 393,00
12	K10021898	Sáčky jednorazové ku KV-6, 2.5l (30 ks)	1	192,24	192,24
13	K10021896	Nádoba ku KV-6, 2.5l	1	119,09	119,09
14	K7503432	Hadica jednorazová ku KV-6, 2m (50 ks)	1	423,51	423,51
15	K10021793	MAJ-1659 Držiak nádoby ku KV-6 (na WM-NP2)	1	105,56	105,56
16	K10021765	WM-NP2 Pracovná stanica	1	6 588,00	6 588,00
17	N3825130	NA-220H-8019 EUS Aspiračná ihla (5 ks)	10	829,61	8 296,10
18	N1775830	NA-201SX-4022 EBUS Aspiračná ihla (5 ks)	5	604,04	3 020,20
19	N2485700	MAJ-1430 Prepojovací videokábel	1	1 546,67	1 546,67
20	N5433700	MAJ-2295 Krytka na konektor	1	524,00	524,00

Spolu bez DPH:	332 500,00 €
DPH 20%	66 500,00 €
Spolu s DPH:	399 000,00 €

Zoznam subdodávateľov

Uchádzač:

Obchodné meno: ULTRAMED, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom

IČO: 366 384 04

Predmet zákazky: Súbor VideoEndoskopickéj techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – časť 3 vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, inštalácie, funkčnej skúšky, odovzdania kompletnej dokumentácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky, odborného zaškolenia a záručného autorizovaného servisu - vyhlásenej verejným obstarávateľom Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vo Vestníku verejného obstarávania č. 208/2019 zo dňa 15/10/2019 pod. sp. Zn 26942-MST

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

V Žiari nad Hronom, dňa 05.11.2020

.....
Martin Továrek, konateľ
ULTRAMED, s.r.o.
.....

