

Príloha č. 2

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Chirurgické operačné hlavové LED svetlo**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Predmet zákazky:		
Chirurgické operačné hlavové LED svetlo		
1. svietivosť lampy 225.000 luxov	áno	áno
2. nastaviteľná účinná plocha svietenia s priemerom od 5,08 cm do 12,7 cm	áno	áno
3. konzistentná svietivosť bez degradácie svetla	áno	áno
4. výdrž LED do 50.000 hodín	áno	áno
5. teplota svetla 6100° Kelvin	áno	áno
6. celohliníková konštrukcia lampy	áno	áno
7. záruka na LED 5 rokov	áno	áno
8. váha lampy do 312 g	áno	áno
9. batéria lithium-ion s výdržou min. 4 hod.	áno	áno
10. systém pozostáva z: 1x čelová lampa, 2x batéria, 1x nabíjačka na kábel, 1x opasok na batériu, 1x mäkkčené púzdro	áno	áno

Názov ponúkaného tovaru pre
1. Cyclops XLT-225 LED operačná čelová lampa DELUXE
2.
3.

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

MEDITRADE spol. s r.o.

Levošská 1, 851 01 Bratislava

173 12 001

SK2020293121

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Mgr. Viktor Mazág

Pracovné zaradenie:

obchodný zástupca

Telefónne číslo:

915 723 294

E-mail:

vmazag@meditrade.sk

V: Bratislava

Dňa: 21.06.2016

Ing. Pavel Bohdal, konateľ
spoločnosti

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač