

Názov predmetu zákazky:

Striekačka inzulínová injekčná

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Predmet zákazky:			
Striekačka inzulínová injekčná			
1.	jednorazová	áno	áno
2.	2-dielna štandardná injekčná striekačka 1 ml	áno	áno
3.	typ luer	áno	áno
4.	priehľadný materiál	áno	áno
5.	ľahký pohyb piestu	áno	áno
6.	ciachovanie 0,01 ml, U 100 medzinárodnej jednotky	áno	áno
7.	ihla so zrezaným uhlom	áno	áno
8.	ihla vyrobená z chirurgickej nehrdzavejúcej ocele	áno	áno
9.	veľkosť ihly:	xxx	xxx
9.1	29 G 0,33 x 12 mm	áno	áno
9.2	30 G 0,30 x 12 mm	áno	áno
10.	lubrikovaná silikónovým olejom	áno	áno
11.	sterilné balenie po 1 ks	áno	áno
12.	kompatibilné s výrobcom Chirana	áno	áno
13.	obal obsahuje: - názov, - veľkosť, - expiráciu	áno	áno

Názov ponúkaného tovaru pre	
1.	INZULIN 29G 1ml U100
2.	INZULIN 30G 1ml U100

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov predávajúceho:

Sídlo predávajúceho:

IČO:

DIČ:

INTRAVENA s.r.o

Levočska 9, 080 01

31717802

2020520766

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

Ing.Drahomír Pekár

managér

917214277

dpekar@zoznam.sk

V Prešove, dňa: 11.7.2016

Ing. Milan Mazar, konateľ s.r.o.