

Názov predmetu zákazky:

Maska operačná na tvár

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
Predmet zákazky:			
Maska operačná na tvár so šnúrkami - typ 1			
1.	požaduje sa rozmer 180 mm x 90 mm, tolerancia +/- 20 mm	áno	áno
2.	viazanie - dĺžka vrchná časť 410 mm, tolerancia +/- 20 mm	áno	áno
3.	viazanie - dĺžka spodná časť 385 mm, tolerancia +/- 20 mm	áno	áno
4.	tvarovací drôt v oblasti nosa:	xxx	xxx
4.1	- dĺžka 133 mm, tolerancia +/- 10 mm	áno	áno
4.2	- šírka 4,5 mm, tolerancia +/- 0,5 mm	áno	áno
5.	zloženie 3 vrstvového kompoziutu, ktorý tvorí:	xxx	xxx
5.1	- vonkajšia vrstva	áno	áno
5.2	- filtračné médium	áno	áno
5.3	- vnútorná vrstva	áno	áno
6.	okraje masky spájané ultrazvukom (nie zošívané)	áno	áno
7.	pridrżné pásky (úväzky) sú umiestnené vertikálne	áno	áno
8.	3 vrstvy sú na vertikálnych okrajoch ultrazvukovo privarené	áno	áno
9.	poskytujúca oper. personálu rozšírenú ochranu pred infekciami	áno	áno
10.	zosilnená vnútorná vrstva brániaca prechodu nebezpečných telesných tekutín	áno	áno
11.	chráni celú oblasť tváre, nedráždi tvár po 0,5 hod. nasadenia	áno	áno
12.	materiál nevytvára jemné chlčky, ktoré vyvolávajú začervenanie až alergické reakcie	áno	áno
13.	s možnosťou zabezpečenia proti poteniu a oroseniu okuliarov alebo lúp	áno	áno
14.	bez výrazného (neprijemného) zápachu	áno	áno
15.	uchytie masky na tvári pomocou viazaniek, ktoré sa neodtrhávajú	áno	áno
16.	materiálové zloženie:	xxx	xxx
16.1	- extra ľahká kombinácia materiálu	áno	áno
16.2	- filtračné médium - polypropylén	áno	áno
16.3	- vnútorná vrstva - polyester, celulóza, bez latexu a sklenných vlákien	áno	áno
16.4	- šnúrky - polypropylén	áno	áno
16.5	- extra dlhá nosová úchytka je zapracovaná do jemných lemovacích pásovk príjemných na pokožku a umožňuje veľmi dobré uzavretie nosa	áno	áno
16.6	- oceľ potiahnutá polyetylénom zapracovaná do mäkkého lemu	áno	áno
17.	klasifikácia masky podľa EN 14683 typu II s nasledovnými údajmi výkonnosti: smernica AORN:	xxx	xxx
17.1	- BFE min. 98 %	áno	áno

17.2	- PFE min. 98 %	áno	áno
17.3	- delta P do 29,4 Pa/cm ²	áno	áno
18.	obal musí obsahovať minimálne:	xxx	xxx
18.1	- názov	áno	áno
18.2	- katalógové číslo	áno	áno
18.3	- expiráciu	áno	áno
19.	balené minimálne po 50 ks	áno	áno
20.	nesterilné	áno	áno
21.	hygienicky nezávadné	áno	áno
22.	požaduje sa vzorka 1 bal.	áno	áno
Maska operačná na tvár (s gumičkou) - typ 2			
1.	požaduje sa rozmer 178 mm x 95 mm, tolerancia +/- 20 mm	áno	áno
2.	materiálové zloženie:	xxx	xxx
2.1	- polypropylén	áno	áno
2.2	- polyester	áno	áno
2.3	- celulóza	áno	áno
2.4	- bez latexu	áno	áno
2.5	- bez sklenených vlákien	áno	áno
3.	okraje masky spájané ultrazvukom (nie zošívané)	áno	áno
4.	poskytujúca oper. personálu rozšírenú ochranu pred infekciami	áno	áno
5.	zosilnená vnútorná vrstva brániaca prechodu nebezpečných telesných tekutín	áno	áno
6.	chráni celú oblasť tváre, nedráždi tvár po 0,5 hod. nasadenia	áno	áno
7.	s možnosťou zabezpečenia proti poteniu a oroseniu okuliarov alebo lúp	áno	áno
8.	uchytenie masky na tvári pomocou gumičiek, ktoré musia zabezpečiť pevnosť a komfort pri nosení	áno	áno
9.	bez výrazného (neprijemného) zápachu	áno	áno
10.	obal musí obsahovať minimálne:	xxx	xxx
10.1	- názov	áno	áno
10.2	- katalógové číslo	áno	áno
10.3	- expiráciu	áno	áno
11.	balené minimálne po 50 ks	áno	áno
12.	nesterilné	áno	áno
13.	hygienicky nezávadné	áno	áno
14.	klasifikácia masky podľa EN 14683 typu II s nasledovnými údajmi výkonnosti: smernica AORN:	xxx	xxx
14.1	- BFE min. 95 %	áno	áno

14.2	- PFE min. 95 %	áno	áno
14.3	- delta P do 29,4 Pa/cm2	áno	áno
15.	požaduje sa vzorka 1 bal.	áno	áno

Názov ponúkaného tovaru pre	
1.	Chirurgická ústenka s úväzkami
2.	Chirurgická ústenka s gumičkami
3.	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO:

DIČ:

DINA-HITEX SK

ul. MUDr. A. Churu 2905/1

36352446

SK2022145928

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Pracovné zaradenie:

Telefónne číslo:

E-mail:

Mgr. Zuzana Chudarová

administratívny pracovník

0918/628 123

dinahitex@mail.t-com.sk

V: Trenčine

Dňa: 26.05.2016

.....
Podpis a pečiatka uchádzača

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač