

Kúpna zmluva č. Z202031548_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Sídlo: Stefánikova 58, 94963 Nitra, Slovenská republika
IČO: 17336031
DIČ: 2021205208
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1481800000007000140144
Telefón: 037 6560411

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Amplia s. r. o.
Sídlo: Studenohorská 12, 84103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52231798
DIČ: 2120954627
IČ DPH: SK2120954627
Telefón: +421264789336

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Diagnostické kity na detekciu génov SARS-CoV-2, IAV a IBV
Kľúčové slová: PCR laboratórium, detekcia SARS-CoV-2
CPV: 33124110-9 - Diagnostické systémy; 33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. One-Step Multiplex Supermix
2. Primer E-Sarbeco-F1
3. Primer E-Sarbeco-R2
4. E-Sarbeco-P1 Sonda FAM-BHQ1
5. Primer RdRp Opt F
6. Primer RdRp Opt2 R
7. RdRP SARSr-P2 Sonda HEX-BHQ1
8. Primer InStand F
9. Primer InStand R
10. InStand P Sonda Cy5-BHQ2
11. Primer PA-A-Forward
12. Primer PA-A-Reverse
13. PA-P Sonda Cy5.5-BHQ2
14. Primer PA-B-Forward
15. Primer PA-B-Reverse
16. PA-B-P Sonda TexasRed

Položka č. 1: One-Step Multiplex Supermix

Funkcia				
One-Step Multiplex Supermix				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
4x koncentrovaný one-step RT-qPCR supermix, obsahujúci Reliance reverznú transkriptázu, zmes vysokoúčinných DNA polymeráz, vrátane fusion polymerázy, univerzálneho referenčného farbiva, stabilizátoru a reakčného pufru, pre 1,000 x 20 µl reakcií.	5 x 1ml			33
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Možnosť po pripravení RT-qPCR mixu skladovať 24 hodín pri izbovej teplote.	áno			
Možnosť použiť pre multiplex RT-qPCR - až 5 rozličných amplifikovaných targetov.	áno			
odporúčané BIO-RAD kat.č. 12010220 alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 2: Primer E-Sarbeco-F1

Funkcia				
Primer pre E gén COVID-19 - Forward				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer pre E gén COVID-19 - Forward	40 nmol			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 3: Primer E-Sarbeco-R2

Funkcia				
Primer E gén COVID-19 - Reverse				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer E gén COVID-19 - Reverse	40 nmol			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 4: E-Sarbeco-P1 Sonda FAM-BHQ1

Funkcia				
E-Sarbeco-P1 Sonda FAM-BHQ1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
E-Sarbeco-P1 Sonda FAM-BHQ1	10 nmol			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
purifikácia HPLC	áno			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 5: Primer RdRp Opt F

Funkcia				
Primer RdRp gén COVID19 - Forward				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer RdRp gén COVID19 - Forward	40 nmol			8

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno

Položka č. 6: Primer RdRp Opt2 R

Funkcia				
Primer RdRp gén COVID19 - Reverse				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer RdRp gén COVID19 - Reverse	40 nmol			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 7: RdRP SARSr-P2 Sonda HEX-BHQ1

Funkcia				
Sonda RdRp - HEX-BHQ1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sonda RdRp - HEX-BHQ1	10 nmol			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
purifikácia HPLC	áno			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 8: Primer InStand F

Funkcia				
Primer pre interný štandard - Forward				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer InStand gén - Forward	40nmol			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 9: Primer InStand R

Funkcia				
Primer pre interný štandard - Reverse				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer InStand gén - Reverse	40 nmol			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 10: InStand P Sonda Cy5-BHQ2

Funkcia				
InStand P Sonda Cy5-BHQ2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
InStand P Sonda Cy5-BHQ2	10 nmol			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
purifikácia HPLC	áno			

Generi Biotech alebo ekvivalent	áno
---------------------------------	-----

Položka č. 11: Primer PA-A-Forward

Funkcia				
Primer pre IAV gén - Forward				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer pre IAV gén - Forward	40 nmol			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 12: Primer PA-A-Reverse

Funkcia				
Primer pre IAV gén - Reverse				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer pre IAV gén - Reverse	40 nmol			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 13: PA-P Sonda Cy5.5-BHQ2

Funkcia				
PA-P Sonda Cy5.5-BHQ2				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PA-P Sonda Cy5.5-BHQ2	10 nmol			16
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
purifikácia HPLC	áno			
Microsynth alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 14: Primer PA-B-Forward

Funkcia				
Primer pre IBV gén - Forward				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer pre IBV gén - Forward	40 nmol			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 15: Primer PA-B-Reverse

Funkcia				
Primer pre IBV gén - Reverse				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Primer pre IBV gén - Reverse	40 nmol			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Generi Biotech alebo ekvivalent	áno			

Položka č. 16: PA-B-P Sonda TexasRed

Funkcia				
PA-B-P Sonda TexasRed				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PA-B-P Sonda TexasRed	10 nmol			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
purifikácia HPLC	áno			
Microsynth alebo ekvivalent	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Uvedené produkty sa požadujú vo forme kitu s validovaným protokolom na detekciu SARS-CoV-2, IAV, IBV a internej kontroly metódou multiplex RT-qPCR v písomnej alebo elektronickej forme. Podmienkou je spoľahlivá a opakovateľná amplifikácia a detekcia všetkých 5 génov pomocou uvedených primerov/sond v jednej reakcii (multiplex RT-qPCR) bez vzájomnej interferencie primerov/sond.
Kit musí byť validovaný na termocykléri Bio-Rad CFX96, na simultánnu amplifikáciu a detekciu vírusov SARS-CoV-2, IAV, IBV a internej kontroly v tej istej multiplex RT-qPCR reakcii (spolu 5 targetov), s možnosťou kedykoľvek prikúpiť samostatne primery alebo sondy. Expiračná doba min. 12 mes. od dátumu doručenia.
V prípade ponuky ekvivalentného produktu sa požaduje zvalidovaný protokol na termocykléri Bio-Rad CFX96, na detekciu SARS-CoV-2, IAV, IBV a internej kontroly, v tej istej multiplex RT-qPCR reakcii. Pripravený RT-qPCR mix musí byť stabilný 24 hodín pri izbovej teplote. Požaduje sa ekvivalentný počet 32 000 stanovení. Expiračná doba min. 12 mes. od dátumu doručenia.
Dodávateľ zašle emailom objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa emailom, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej práce použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý vyhovuje požiadavkám objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, nedodá tovar riadne a včas, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy, udeliť negatívnu referenciu.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný rozpočet do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy (uviesť jednotkovú cenu za každú položku), rozpis cien bez DPH, sadzby DPH a ceny s DPH podľa jednotlivých položiek. Tento rozpis sa taktiež uvedie v dodacom liste a vo faktúre.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky, riadne a včas do miesta určenia.
Cena za predmet zákazky zahŕňa náklady spojené s dopravou a vyložením tovaru a všetky ďalšie možné náklady spojené s dopravou predmetu zákazky na miesto určenia.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru so záručným listom a preberacím protokolom.
Právo fakturovať vzniká dodávateľovi dňom dodania predmetu zmluvy objednávateľovi na základe dodacieho listu resp. preberacieho protokolu potvrdeného objednávateľom.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky. Objednávateľ prevezme tovar nový, originálny, nepoužívaný v nepoškodených obaloch. Tovar, ktorý nespĺňa technické požiadavky resp. je poškodený, objednávateľ neprevezme. Vrátený tovar je možné nahradiť novým tovarom spĺňajúcim požiadavky do 3 pracovných dní od jeho vrátenia.
Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi

Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia minimálne 1 deň vopred.
Záruka na tovar je min. 24 mesiacov (okrem spotrebného materiálu).
Požaduje sa dodať návod na obsluhu (pracovný protokol) v slovenskom resp. v českom jazyku, aj v originály v anglickom jazyku, ak ho výrobca poskytuje. Požaduje sa dodať výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje dodávateľ voči objednávateľovi nie je možné v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964Zb.Občianskeho zákonníka postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Na súhlasobjednávateľa s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa, v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa25.septembra 2017,vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Štefánikova 58

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.12.2020 08:59:00 - 17.12.2020 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 62 045,45 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 68 250,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.12.2020 09:36:01

Objednávateľ:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Amplia s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska