

Kúpna zmluva č. 155/2020

uzatvorená medzi zmluvnými stranami v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na dodanie Angiografických prístrojov pre elektrofyziologické sály (ďalej len „Kúpna zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
Zastúpený: Ing. Mongi Msolly, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, podpredseda predstavenstva
[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 35971126
DIČ: 2022105107
IČ DPH: SK2022105107
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sa, vložka číslo 3774/B
(ďalej len "objednávateľ" alebo „kupujúci“)
- 1.2 Dodávateľ: S&T Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava
Zastúpený: Helena Horovčáková
[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 31349935
DIČ: 2020345591
IČ DPH: SK2020345591
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, vložka číslo 5021/B
(ďalej aj ako "dodávateľ" alebo „predávajúci“)
- (dodávateľ a objednávateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok II.

Predmet plnenia kúpnej zmluvy

- 2.1 Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2 Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predat' a dodať objednávateľovi ako kupujúcemu Angiografické prístroje pre elektrofyziologické sály (ďalej len „tovar“ alebo „Angiografické prístroje“, alebo „Angiografické systémy“ alebo „prístroje“), ktorého presná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy a záväzok kupujúceho za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu, a to všetko za podmienok stanovených v tejto Kúpnej zmluve.
- 2.3 Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je aj záväzok dodávateľa poskytovať služby na ním dodaných tovaroch počas záručnej doby. Bližšia špecifikácia služieb poskytovaných dodávateľom v rámci záručnej doby je uvedená v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti tejto Kúpnej zmluvy a takisto aj po skončení jej platnosti až do uplynutia záručnej doby na ním dodaných angiografických systémoch zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté v službách poskytovaných v rámci záručnej doby (napr. opravy prístrojov spôsobených neodbornou obsluhou), a to vždy odplatne na základe osobitnej objednávky doručenej od objednávateľa, alebo na základe osobitne uzatvorenej zmluvy. Podmienky poskytovania ďalších servisných činností nezahrnutých v službách poskytovaných v rámci záručnej doby budú dohodnuté v objednávke alebo osobitnej zmluve.
- 2.4 Súčasťou záväzku dodávateľa podľa tejto Kúpnej zmluvy sú aj ďalšie služby spojené s dodaním tovaru, t.j. konzultačné, prípravné a pomocné práce a činnosti vyvolané budúcou inštaláciou a potrebou bezproblémovej montáže a riadnej prevádzky obstarávanej technológie. Ďalej supervízia počas prác pri stavebných úpravách dotknutých priestorov na 2. nadzemnom podlaží v objekte DC, zabezpečenie dopravy, vyloženie v mieste plnenia a kompletizácie tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu objednávateľa s použitím „Angiografických systémov“ najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na zaškolenie, s vydaním menného zoznamu o zaškolení. Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu kúpy na stanovený účel, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku.
- Súčasťou záväzku dodávateľa podľa tejto Kúpnej zmluvy je aj Projekt Zdravotníckej technológie, tj. projekt stavebných a inštalčných požiadaviek pre stavebné úpravy dotknutých priestorov na 2. nadzemnom podlaží v objekte DC, v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky.
- Pre odstránenie pochybností, súčasťou dodávky tovaru podľa tejto Kúpnej zmluvy nie sú stavebné úpravy potrebné pre dodávku tovaru, ktoré je povinný zabezpečiť objednávateľ. Taktiež je objednávateľ povinný poskytnúť súčinnosť v zmysle technologického projektu dodávateľa pre riadne splnenie dodávky. Uvedené zahŕňa najmä:
1. Statický posudok transportnej trasy,
 2. Statický posudok miesta inštalácie zariadenia,
 3. Statický posudok ukotvenia stropných statívov,
 4. Realizačný projekt stavby (Projekt radiačnej ochrany, elektro projekt, projekt vzduchotechniky, posúdenie statiky, sanita ...),
 5. Príprava transportnej trasy,
 6. Zabezpečenie transportných otvorov,
 7. Statické preverenie transportnej trasy,
 8. Prípravu transportnej plošiny, prípravu stavebného otvoru (v prípade potreby),
 9. Demontáž a spätná montáž okien a dverí (v prípade potreby),
 10. Zabezpečenie potrebných parametrov elektrickej siete

Článok III.

Základné podmienky platné pre dodávky Angiografických prístrojov pre elektrofyziologické sály

- 3.1 Na základe ustanovení:
- a. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka dodávateľ uzatvára s objednávateľom kúpnu zmluvu na dodanie tovaru,

- b. Súčasťou predmetu plnenia tejto Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim bude aj poskytovanie služieb počas záručnej doby definovaných v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, pričom právny vzťah založený kúpou zmluvou sa bude riadiť podmienkami dohodnutými v tejto Kúpnej zmluve, najmä nižšie uvedenými článkami s nasledovným znením:

3.2 Predmet zmluvy na dodanie tovaru:

- a. Pri dodaní tovaru sa na objednávateľa primerane aplikujú ustanovenia kúpnej zmluvy o kupujúcom a na dodávateľa ako predávajúceho ustanovenia kúpnej zmluvy o predávajúcom
- b. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar a poskytnúť služby podľa podmienok dohodnutých v Kúpnej zmluve a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a objednávateľ sa zaväzuje spôsobom dohodnutým v tejto Kúpnej zmluve spolupôsobiť, dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť dodávateľovi cenu v dohodnutej výške,
- c. Dodávateľ sa zaväzuje, že objednávateľovi dodá tovar a poskytne služby :
- v dohodnutom množstve a v súlade so špecifikáciou podľa prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov (napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej výrobcom, inak v obvyklej akosti,
 - s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - v riadnom obale, pričom tovar bude riadne usposobený na prepravu, a tento bude následne u objednávateľa inštalovaný, kompletizovaný a uvedený do prevádzky,
 - a vykoná zaškolenie zdravotníckeho personálu na dodaný tovar s použitím všetkých modalít Angiografických systémov v mieste plnenia s vystavením menného zoznamu o zaškolení najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa na zaškolenie.

3.3 Predmet zmluvy na poskytnutie služieb:

- a. Pri poskytovaní služieb sa na objednávateľa primerane aplikujú ustanovenia zmluvy o dielo o objednávateľovi a na dodávateľa ako predávajúceho ustanovenia zmluvy o dielo o zhotoviteľovi diela.
- b. Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby podľa tejto Kúpnej zmluvy budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností v zmysle tejto Kúpnej zmluvy.

3.4 Doba dodania a miesto dodania

- a. Zmluvné strany sa dohodli, že tovary špecifikované v Prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy dodávateľ dodá objednávateľovi v termíne do 20-tych týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Kúpnej zmluvy, podľa harmonogramu odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. Lehota na dodanie projektu zdravotníckej technológie je 2 týždne od nadobudnutia účinnosti tejto Kúpnej zmluvy. Lehota na dodanie tovaru je pre dodávateľa záväzná a možno ju posunúť len z dôvodu, že miesto inštalácie nie je zo strany objednávateľa pripravené v zmysle čl. II bod 2.1 tejto Kúpnej zmluvy.

3.5 Doba poskytnutia služieb podľa tejto Kúpnej zmluvy je stanovená v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy.

- a. Dodávateľ upovedomí preukázateľným spôsobom objednávateľa o presnom dátume a čase dodania tovaru aspoň 5 pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- b. Objávateľ za účelom prevzatia zabezpečí v mieste dodania tovaru prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovaru.
- c. Miestom dodania tovaru na účely tejto Kúpnej zmluvy je Národný ústav srdcových a cievnych chodôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 3
- d. Povinnosť dodávateľa dodať objednávateľovi tovar je splnená tým, že dodávateľ tovar riadne a včas dodá na miesto dodania, zabezpečí inštaláciu tovaru na mieste dodania, odskúša a uvedie tovar do prevádzky, predloží príslušnú servisnú dokumentáciu, technickú a sprievodnú dokumentáciu a to: návod na obsluhu v slovenskom jazyku, záručný list, vypracuje a predloží preberací protokol, inštalčný protokol a zaškolí zdravotnícky personál objednávateľa s použitím všetkých modalít Angiografických systémov v mieste dodania, pričom po zaškolení vystaví menný zoznam zaškoleného personálu objednávateľa a objednávateľovi umožní s tovarom nakladať (t. j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby (vykonať dielo), je splnená tým, že umožní objednávateľovi nakladať s predmetom diela riadne vykonaným v dohodnutom mieste dodania.
- e. Objávateľ sa zaväzuje prevziať tovar alebo prijať služby (dielo) v dohodnutom mieste dodania podľa ďalej uvedeného článku III. tohto bodu.
- f. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, tak ako je táto definovaná v článku VI. tejto Kúpnej zmluvy, ktoré dodávateľovi bránia v splnení jeho povinnosti dodať tovar alebo poskytnúť služby objednávateľovi v dojednanej dobe, predlžuje sa lehota na dodanie tovaru alebo poskytnutia služby o dobu trvania týchto prekážok. Dodávateľ sa zaväzuje, že vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety písomne

- oznámi bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- g. Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.
- 3.6 Prevzatie tovaru a prijatie služieb (resp. diela na základe nich zhotoveného)
- Pri prevzatí tovaru alebo prijatí služieb (diela) na zmluvne dojednanom mieste dodania je objednávateľ povinný dodaný tovar alebo dielo prezrieť a poskytnuté služby preveriť.
 - Prevzatie dodaného tovaru alebo služieb (diela) je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste. Jedna kópia dodacieho listu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby (diela) ostáva tovar alebo dielo vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi riadne tovar alebo služby (dielo) prevziať.
 - Nebezpečenstvo škody na tovare alebo diele prechádza na objednávateľa vždy v čase, keď prevezme tovar alebo dielo v zmysle a spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, alebo ak tak neurobí včas, potom v čase, keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom alebo dielom a objednávateľ poruší zmluvu tým, že tovar alebo dielo bez uvedenia dôvodu neprevezme.
 - Vlastnícke právo k tovaru nadobúda objednávateľ prevzatím tovaru. V prípade, ak v dôsledku poskytovania služieb podľa tejto Kúpnej zmluvy dôjde k vytvoreniu diela, vzniká objednávateľovi vlastnícke právo k takémuto dielu momentom prevzatia tohto diela.
- 3.7 Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
- Dodávateľ zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov.
 - Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar alebo za poskytnuté služby v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare alebo na diele vzniknutom poskytnutím služieb na objednávateľa a za vady tovaru alebo za vady diela, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru alebo diela v záručnej dobe.
 - Dodávateľ preberá záväzok zo záruky tovaru alebo diela vzniknutého poskytnutím služieb, pričom dĺžka záručnej doby je stanovená na 24 mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa dodania tovaru objednávateľovi alebo prevzatia diela objednávateľom uvedeného v dodacom liste.
 - Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ uplatniť u dodávateľa bezodkladne v záručnej dobe, inak zaniknú.
 - Objednávateľ je povinný vady tovaru alebo vady diela bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť dodávateľovi písomne na jeho klientske pracovisko uvedené v prílohe č. 4 tejto Kúpnej zmluvy. V oznámení o vadách predmetu dodania musí objednávateľ každú jednotlivú vadu špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavuje).
 - Dodávateľ sa zaväzuje, že vybaví oprávnenú reklamáciu objednávateľa (odstráni vadu reklamovanú v záručnej dobe riadne a dohodnutým spôsobom) bez zbytočného odkladu opravou alebo výmenou vadného zariadenia za iné so zhodnými alebo objektívne lepšími technickými a užívateľskými vlastnosťami, najneskôr však do termínu odstránenia vady (doba opravy) uvedeného v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, pri dodržaní termínu nástupu na servisný zásah (reakčná doba) uvedeného v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, inak je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy.
- 3.8 Licencia
- V prípade ak je predmetom tejto Kúpnej zmluvy dodanie softvéru alebo pri poskytovaní služieb podľa tejto Kúpnej zmluvy dôjde k vytvoreniu diela, ktoré môže byť predmetom práv duševného vlastníctva platí, že dodávateľ dňom podpisu dodacieho listu objednávateľovi udeľuje nevýhradnú licenciu na jeho použitie, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora a na účel, na ktorý bol softvér alebo dielo vytvorené. Dodávateľ súhlasí, aby objednávateľ udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru alebo diela rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená na základe tejto Kúpnej zmluvy objednávateľovi. Licencia sa udeľuje odplatne, pričom odmena za jej poskytnutie ako aj odmena za udelenie súhlasu na udelenie sublicencie je už zahrnutá v cene dohodnutej v článku IV. tejto Kúpnej zmluvy. Udelená licencia a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením platnosti tejto Kúpnej zmluvy dotknuté.
- 3.9 Súčinnosť
- Objednávateľ sa zaväzuje v rozsahu nevyhnutnom pre riadne a včasné splnenie predmetu tejto Kúpnej zmluvy poskytnúť dodávateľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť v čase a spôsobom požadovaným dodávateľom. O dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím nevyhnutnej súčinnosti sa predlžuje čas pre splnenie predmetu plnenia, resp. čas dodania tovaru alebo poskytnutia služby.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok ani zálohu na predmet plnenia podľa tejto Kúpnej zmluvy.
- 4.2 Kúpna cena Angiografických prístrojov, ktorý je predmetom tejto Kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Presná výška kúpnej ceny je špecifikovaná v prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy. Takto stanovená kúpna cena Angiografických systémov uvedeného v prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy je cenou pevne stanovenou a záväznou počas platnosti tejto Kúpnej zmluvy.
- 4.3 V kúpnej cene Angiografických prístrojov uvedenej v prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy sú už zahrnuté najmä všetky colné a daňové poplatky, komplexné zabezpečenie služieb počas záručnej doby v zmysle prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, vrátane dopravy do miesta dodania podľa tejto Kúpnej zmluvy a vrátane súvisiacej inštalácie, kompletizácie a uvedenia tovaru do prevádzky, vrátane zaškolenia obsluhy a odvozu a likvidácie odpadu, ktorý v súvislosti s dodávkou a inštaláciou Angiografických systémov vznikne. Ďalej je v kúpnej cene zahrnuté vyhotovenie a poskytnutie užívateľskej dokumentácie, projektu zdravotníckej technológie a poskytnutie softvérových ovládačov k tovaru (hardvéru) a licencie k nim. Ak nie je stanovené inak, v dohodnutej kúpnej cene a v cene za poskytnutie služieb nie je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty - t.j. k fakturovaným cenám za dodané Angiografické systémy bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí dodávateľovi za riadne dodaný tovar kúpnu cenu v splátkach v rozsahu a za podmienok uvedených v splátkovom kalendári, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto Kúpnej zmluvy.
- 4.5 Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služieb, resp. zhotoviteľ diela (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutia služby, resp. zhotovenia diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutí služby, zhotovenia diela.

Článok V.

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania

- 5.1 V prípade omeškania dodávateľa s termínmi dodania tovaru uvedenými alebo dohodnutými v zmysle tejto Kúpnej zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny Angiografických prístrojov bez DPH, s ktorým je dodávateľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 100 % z kúpnej ceny príslušného tovaru bez DPH uvedenej v prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluve.
- 5.2 V prípade omeškania dodávateľa s termínmi plnenia služieb počas záručnej doby podľa prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi ako predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok podľa prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky 100% z kúpnej ceny tovaru bez DPH uvedenej v prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluve.
- 5.3 V prípade ak dodávateľ nedodrží parameter minimálnej dostupnosti prevádzky Angiografických prístrojov uvedený v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na náhradu škody a ušlého príjmu, ktoré budú vypočítané spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, s čím obidve zmluvné strany výslovne súhlasia, pričom takto vypočítaná výška náhrady škody a ušlého príjmu je jediným nárokom, ktorý objednávateľovi vznikne v súvislosti s nedodržaním parametra minimálnej dostupnosti prevádzky Angiografických systémov s výnimkou nároku objednávateľa na odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy.
- 5.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto Kúpnej zmluvy.

- 5.5 V prípade omeškania s plnením peňažného záväzku podľa tejto Kúpnej zmluvy je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.6 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená zmluvná strana dorúčením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
- 5.7 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok ani jednej strany na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných povinností. Oprávnená zmluvná strana má nárok na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.
- 5.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Kúpnej zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie predmetu tejto zmluvy.
- 5.9 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s objednávateľom po uzatvorení tejto Kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru alebo proces poskytovania služieb podľa tejto Kúpnej zmluvy a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý termín pre dodanie tovaru v zmysle tejto Kúpnej zmluvy.
- 5.10 Dodávateľ vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcou a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Dodávateľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto Kúpnej zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzatvorenia tejto Kúpnej zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto Kúpnej zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je dodávateľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Kúpnej zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.
- 5.11 Dodávateľ je oprávnený plniť predmet plnenia tejto Kúpnej zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, tým však nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie predmetu tejto Kúpnej zmluvy. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch v čase uzatvorenia tejto Kúpnej zmluvy uvádza dodávateľ v Prílohe č. 5 ku Kúpnej zmluve. Zároveň sa dodávateľ s objednávateľom dohodli, že dodávateľ vždy do 15 dní po skončení každého štvrťroka platnosti tejto Kúpnej zmluvy zaktualizuje a zašle objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov uvedený v Prílohe č. 5 tejto Kúpnej zmluvy, pričom túto aktualizáciu vykoná ku dňu vyhotovenia tohto zoznamu a v štruktúre uvedenej v Prílohe č. 5 k Kúpnej zmluve. Ak dodávateľ v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle objednávateľovi, má sa za to, že zoznam subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznamu nijako nezmenil. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade ak u dodávateľa dôjde k zmene subdodávateľa počas plynutia štvrťroka platnosti tejto Kúpnej zmluvy, je dodávateľ oprávnený nového subdodávateľa oznámiť objednávateľovi aj mimo aktualizácie v zmysle tohto odseku a uvedené je považované za riadne oznámenie nového subdodávateľa.

Článok VI.

Zodpovednosť za škodu

- 6.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto Kúpnej zmluvy, ak táto zmluva nestanovuje inak.
- 6.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.
- 6.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované.
- 6.4 Na účely tejto Kúpnej zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná

katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.

- 6.5 Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie bodu 6.3 sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne podľa bodu 6.6 oboznámená o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela.
- 6.6 V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto Kúpnej zmluvy.
- 6.7 Ak sa plnenie tejto Kúpnej zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu Kúpnej zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek zmluvná strana právo odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 6.8 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Článok VII.

Doba platnosti kúpnej zmluvy

- 7.1 Táto Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby splnenia jej predmetu, t.j. do doby dodania tovaru a uplynutia záručnej doby na tovar.
- 7.2 Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „register“). Povinnosť zverejniť túto zmluvu v registri má objednávateľ, ktorý sa tak zaväzuje vykonať bezodkladne po nadobudnutí platnosti tejto Kúpnej zmluvy, pričom o zverejnení tejto Kúpnej zmluvy v registri zašle objednávateľ dodávateľovi písomné potvrdenie a to do troch dní odo dňa zverejnenia tejto Kúpnej zmluvy v registri.
- 7.3 Zmluvné strany sú uzozumené s tým, že táto Kúpna zmluva sa považuje za povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zároveň zmluvné strany súhlasia s tým, že objednávateľ, zverejní celý obsah tejto Kúpnej zmluvy v registri a to v rozsahu a štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
- 7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto Kúpnej zmluvy alebo súvisiace s touto Kúpnu zmluvou na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon na základe ktorého dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu je podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Akýkoľvek súhlas objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
- 7.5 Ukončením platnosti tejto Kúpnej zmluvy z dôvodu uplynutia doby jej platnosti, nie sú dotknuté nároky na úhradu spôsobenej škody, nároky na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ktoré boli uplatnené počas jej platnosti alebo ktoré sa týkajú porušenia povinnosti zmluvnej strany ku ktorej došlo počas platnosti tejto Kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Ukončenie kúpnej zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 8.1 Od tejto kúpnej zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch uvedených v zákone alebo v tomto článku Kúpnej zmluvy a podľa podmienok uvedených v tomto článku Kúpnej zmluvy.
- 8.2 Túto Kúpnu zmluvu možno pred uplynutím jej doby platnosti ukončiť aj :

- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od tejto Kúpnej zmluvy v prípade podstatného porušenia ustanovení tejto Kúpnej zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou,
- 8.3 Za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany dodávateľa s právom na odstúpenie od Kúpnej zmluvy objednávateľom sa považuje:
- a) omeškanie dodávateľa s dodaním a inštaláciou Angiografických systémov podľa tejto Kúpnej zmluvy o viac ako 15 kalendárnych dní, pričom toto omeškanie nespôsobil ani len čiastočne objednávateľ neposkytnutím nevyhnutnej súčinnosti,
 - b) preukázateľné a zavinené dodanie tovaru v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Kúpnej zmluve a jej prílohách,
 - c) neposkytnutie služieb za podmienok dohodnutých v tejto Kúpnej zmluve alebo poskytnutie služieb v rozpore so zmluvne dohodnutými podmienkami v tejto Kúpnej zmluve, a nezjednanie nápravy ani v dodatočne poskytnutej lehote nie kratšej ako 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od objednávateľa, okrem porušenia podľa nasledujúceho písm. d),
 - d) opakované neplnenie termínov poskytnutia služieb podľa prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, pričom za opakované neplnenie termínu sa rozumie dva a viac nesplnenia akýchkoľvek termínov zo strany dodávateľa v zmysle prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov platnosti tejto Kúpnej zmluvy,
 - e) prípad, kedy dodávateľ oznámi objednávateľovi, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky predmetu plnenia podľa tejto Kúpnej zmluvy,
 - f) ak dôjde k výmazu dodávateľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto Kúpnej zmluvy. Objávateľ má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy dňom právoplatnosti o výmaze podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS,
 - g) ak je dodávateľ, ako partner verejného sektora, viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS,
 - h) ak počas platnosti tejto Kúpnej zmluvy použije dodávateľ subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto Kúpnej zmluvy vymazaný z registra a dodávateľ ho naďalej používal na plnenie predmetu tejto Kúpnej zmluvy ako svojho subdodávateľa,
 - i) pri dosiahnutí parametra dostupnosti prevádzky tovaru pod 95 % v zmysle prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy,
 - j) ak dodávateľ ako právnická osoba bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s verejným obstarávaním alebo so žiadosťou o pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie podľa osobitného predpisu alebo o iné plnenie z fondov Európskej únie, s ich poskytovaním alebo využívaním.
- 8.4 Za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy zo strany objednávateľa s právom na odstúpenie od Kúpnej zmluvy dodávateľom sa považuje:
- a) opakované (min. 2 x) omeškanie objednávateľa s úhradou príslušnej splátky kúpnej ceny podľa Prílohy č. 6 tejto Kúpnej zmluvy o viac ako 20 dní, a nezjednanie nápravy ani na základe dodatočne poskytnutej lehoty nie kratšej ako 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zaplatenie,
 - b) neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany objednávateľa bez ktorej nie je možné pokračovať v dodávke tovaru alebo poskytovaní služieb podľa tejto Kúpnej zmluvy a nezjednanie nápravy ani na základe dodatočne poskytnutej lehoty nie kratšej ako 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na zjednanie nápravy.
- 8.5 Právne účinky odstúpenia od tejto Kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 8.6 Odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
- 8.8 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy podľa tohto článku sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto Kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou alebo odmietnutím prevzatia odstúpenia od Kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto Kúpnej zmluvy ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie objednávateľovi je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v záhlaví tejto Kúpnej zmluvy a pre doručovanie dodávateľovi adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri.
- 8.9 Ustanoveniami bodu 8.8 tohto článku Kúpnej zmluvy o doručovaní sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto Kúpnej zmluvy.

- 8.10 Pri odstúpení od tejto Kúpnej zmluvy predtým ako objednávateľ zaplatí dodávateľovi kúpnu cenu v celej výške, budú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a budú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane, ak k takémuto plneniu došlo, pričom náklady na vrátenie takto poskytnutého plnenia znáša tá strana, ktorá porušila túto Kúpnu zmluvu a toto porušenie viedlo k odstúpeniu od tejto Kúpnej zmluvy.
- 8.11 Pri odstúpení od tejto Kúpnej zmluvy v prípade potom, ak objednávateľ zaplatil dodávateľovi celú kúpnu cenu, nebudú zmluvné strany povinné vrátiť si plnenia poskytnuté im pred odstúpením od tejto Kúpnej zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strany s výnimkou vrátenia časti kúpnej ceny, ktorá predstavuje cenu za služby v rámci záručného servisu podľa prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni doručenia odstúpenia od tejto Kúpnej zmluvy do dňa uplynutia záručnej doby. Pre účely výpočtu vrátenia časti kúpnej ceny za služby záručného servisu podľa prechádzajúcej vety sa zmluvné strany dohodli, že ročná cena služieb záručného servisu podľa prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy je stanovená vo výške 10 % z kúpnej ceny tovaru bez DPH uvedenej v prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluve.
- 8.12 Ukončením platnosti tejto Kúpnej zmluvy formou odstúpenia od Kúpnej zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nich zakotvené, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd na tovare v prípadoch, kedy si objednávateľ po odstúpení od tejto Kúpnej zmluvy ponecháva už dodaný tovar.

Článok IX.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany pre účely tejto Kúpnej zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú komunikáciu v súvislosti s touto Kúpnu zmluvou takto:
za objednávateľa: [REDACTED]
za dodávateľa: [REDACTED]
- 9.2 Ak táto Kúpna zmluva neustanovuje inak, akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Kúpnej zmluvy môžu byť vykonané písomným dodatkom k tejto Kúpnej zmluve po vzájomnej dohode a podpísané oprávnenými osobami zmluvných strán za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení. Uvedené sa netýka:
a) zmeny kontaktných osôb uvedených v bode 9.1 tohto článku Kúpnej zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane,
b) zmeny prílohy č. 5, ktorú môže meniť dodávateľ postupom podľa článku V, bodu 5.11 tejto Kúpnej zmluvy.
- 9.3 Záväzkový vzťah založený touto Kúpnu zmluvou sa v zmysle ustanovenia § 261 odsek (2) v spojení s odsekom (3) písm. d) Obchodného zákonníka spravuje týmto zákonom a iným všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 9.4 Ak niektoré ustanovenia tejto Kúpnej zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Kúpnej zmluvy.
- 9.5 Táto Kúpna zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní dodávateľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia.
- 9.6 Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva z tejto Kúpnej zmluvy na jej právneho nástupcu.
- 9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Kúpnu zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.
- 9.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.1: Technická špecifikácia a cena predmetu dodania
Príloha č.2: Záruky, spôsob vykonávania záručného servisu a zmluvné pokuty
Príloha č.3: Zoznam servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia Kúpnej zmluvy
Príloha č.4: Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum“,...

Príloha č.5: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 6: Splátkový kalendár

Za objednávateľa:

V dňa

.....
Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ NÚSCH, a.s.

.....
Doc.MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľa:

V dňa

.....
Helena Horovčáková
konateľ

Príloha č.1 Technická špecifikácia – návrh dodávateľa na plnenie dodávky

Požiadavka: C RAMENO	Ponúkaná hodnota
Flexibilné motoricky posuvné C rameno upevnené ku stropnému závesu s možnosťou vyšetovania celého tela pacienta	Áno
<i>Projekcie v pozícii pre vyšetrenie tela:</i>	
- Rotácia C ramena min. 90° LAO – 90° RAO	120 ° LAO, 120 ° RAO
- Angulácia C ramena min. 45° CA – 45° CR	45° CA – 45° CR
Automatický regulátor polohy systému C ramena (napr. Philips Automatic Position Controller; Siemens Automap, resp. alternatívne porovnateľné technológie)	Áno
Minimálne 10 programovateľných pamäťových pozícií C ramena a vyšetrovacieho stola	Áno
Automatické nastavenie polohy C ramena podľa navoleného referenčného obrazu	Áno
Automatické alebo manuálne otáčanie kolimačných clôn v závislosti na okamžitej polohe C ramena	Áno
Antikolízny systém	Áno
Požiadavka: DIAGNOSTICKÝ STÔL PRE PACIENTA	Ponúkaná hodnota
Katetrizačný stôl s plávajúcou doskou s možnosťou otáčania – rotácie okolo vertikálnej osi stĺpa stola min. $\pm 90^\circ$	Áno
Nastaviteľná výška stola v rozsahu min. 80 – 100 cm	79 cm - 104 cm pre stôl s možnosťou náklonu a kolísky
Dĺžka patientskej dosky stola min. 260 cm	316 cm
Šírka patientskej dosky stola min. 45 cm	50 cm
Longitudinálny pohyb patientskej dosky min. 120 cm	120 cm
Transverzálny pohyb patientskej dosky min. 35 cm	36 cm
Možnosť náklonu stola v pozdĺžnej osi (Trendelenburg) min. ± 15 stupňov	$\pm 16.5^\circ$
Možnosť náklonu stola v priečnej osi (kolíska) min. ± 15 stupňov	$\pm 15.0^\circ$
Maximálne dovolené zaťaženie stola min. 200 kg, s možnosťou ďalšieho zaťaženia stola pri resuscitácii	325 kg
Automatický regulátor pre zaujatie referenčnej polohy stola alebo ručný posun stola do automaticky zapísaných referenčných koordinátov	Áno
Požiadavka: ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO STOLA	
Štandardný matrac – podložka pod pacienta, dĺžka min. 210 cm	Áno
Dlhý matrac – podložka pod pacienta, dĺžka min. 260 cm	Áno
Integrovaný stojan infúzných fliaš	Áno
Podložka pre hlavu	Áno
Polohovateľná podložka pre rameno (ruku)	Áno
Držiak káblov pri stole	Áno
Elektrická napájacia zásuvka 230V/50 Hz integrovaná v konštrukcii stola	Áno

Požiadavka: VYSOKONAPÄŤOVÝ GENERÁTOR	
Vysokofrekvenčný RTG generátor s výkonom min. 100kW	100 kW
Nastavenie anódového napätia min. 50 – 120 kV	40 to 125 kV
Rozsah nastaviteľných mA min. 10 – 1000 mA	Áno
Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Dávka v intervenčnom bode a súčin kermy (dávky) a plochy musia byť kumulatívne zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do patientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte	Áno
Variabilné programovacie módy pre fluoroskopiю a akvizíciu	Áno
Požiadavka: RÖNTGENKA	Ponúkaná hodnota
Rotačná anóda	Áno
Počet ohnísk min. 2	2
Veľkosť malého ohnísk max. 0,5 mm	0,5 mm
Tepelná kapacita anódy röntgenky (neuvádzať prepočítané hodnoty, ako napr. efektívne atď.) – min. 5200 kHU	6 400 kHU
Systém pre pulznú skiaskopiю s modulovanými pulzami tak, aby minimalizoval nábežnú a zostupnú hranu pulzu	Áno
Kontinuálny fluoroskopický výkon röntgenky pre čas min. 20 minút – min. 3 kW	4 kW
Požiadavka: KOLIMÁTOR	Ponúkaná hodnota
Rektangulárny kolimátor	Áno
Prídavná filtrácia pre redukciu dávky s ekvivalentom Cu v rozsahu do min. 0,9 mm Cu	Áno až do 1 mm Cu
Nastavenie clón kolimátora na monitore bez žiarenia	Áno
Požiadavka: AKVIZIČNÝ OBRAZOVÝ DIGITÁLNY SYSTÉM	Ponúkaná hodnota
Minimálna aktívna plocha detektora 20 cm × 20 cm (FOV)	Áno 20,6cm x 20,6cm
Maximálne rozmery krytu detektora 41 cm × 41 cm (šikmé projekcie)	Áno 36,06cm x 36,06 cm
Bitová hĺbka min. 16 bit	16 bit
Veľkosť obrazového bodu max. 160 μm	154x154 μm
Voľba min. 5 formátov (ZOOM)	Áno- 5 formátov
Automatická optimalizácia nastavenia jas a kontrastu v závislosti na hodnotách signálu (histogramu) v reálnom čase	Áno
Automatické využitie softvéru pre úpravu obrazu – základný postprocesing: redukcia šumu, zvýraznenie hrán, zvýraznenie detailov, zlepšenie kontrastu, redukcia pohybových artefaktov	Áno
Pulzná fluoroskopiя s inteligentnou rekurzívnu filtráciou a riadením expozičných parametrov pre minimálnu dávku	Áno
Pulzná fluoroskopiя min. 25 snímok/s	Áno
Automatické uloženie posledných min. 20 sekúnd fluoroskopię do pamäte	Áno
Digitálna obrazová akvizíciu v plnom rozlíšení s voľbou frekvencie do min. 25 snímok/s	Áno
DSA v reálnom čase s voľbou frekvencie do min. 6 snímok/s	Áno
Funkcia „roadmapping“, vrátane 3D roadmappingu	Áno
Rotačná angiografiя s rýchlosťou pohybu C ramena min. 55°/s	Áno

Požiadavka: OBRAZOVÉ SPRACOVANIE	Ponúkaná hodnota
Spracovanie obrazu a archivácia v plnom rozlíšení	Áno
Záznamová kapacita 1024*1024 / 10 bit min. 100 000 obr.	100 000 obr.
Možnosť exportu dát na DVD	Áno
Výstup videosignálu pre prenos RTG obrazu do prednáškovej miestnosti, aj výstup s rozlíšením pre full HD TV, konektory DVI-D, HDMI	Áno
DICOM obrazový interfejs (DICOM Store, Dicom Send, Worklist, Query/Retrieve)	Áno
DICOM RIS interfejs (DICOM MWL – Modality Worklist, MPPS)	Áno
Požiadavka: MONITOR VO VYŠETROVNI	Ponúkaná hodnota
Jeden veľkoplošný medicínsky farebný diagnostický displej inštalovaný na pohyblivom, otočnom (min. o 180°), výškovo nastaviteľnom stropnom závese, s rozmerom uhlopriečky min. 55", s vysokou svietivosťou, DICOM kalibrovateľný	58" XL, 3840 × 2160 px 700 cd/m ²
Rozlíšenie min. 3840 × 2160 px	
Pozorovacie uhly vo všetkých osiach min. 175°	
Maximálny jas min. 700 cd/m ²	
Maximálny jas v režime DICOM min. 400 cd/m ²	
Senzor osvetlenia	
Konfigurácia musí umožňovať paralelné pripojenie min. jedenástich vstupov – aktuálny a referenčný rtg obraz, ultrazvukový obraz, 2x záznamový systém, 2x mapovací systém + 4x univerzálne vstupy (napr. 3D, prenosi, štúdie, hemodynamický systém) a súčasne min. štyri variabilné rozloženia obrazov na displeji (layout) s paralelným zobrazením aspoň ôsmich vstupov.	Áno
Prípojné miesta pre vyššieomenované zdroje obrazového signálu	Áno
Požiadavka: MONITORY V OVLADOVNI	Ponúkaná hodnota
Multimodalitné zobrazenie na dvoch displejoch a ovládanie všetkých pripojených zdrojov / aplikácií použitím jednej pripojenej myši a klávesnice	Áno – FlexSpot
Medicínske farebné diagnostické displeje s rozmerom uhlopriečky min. 27", rozlíšením min. 2560 × 1440 px, s maximálnym jasom min. 500 cd/m ²	27" Full HD, 2560 x 1440,max 500 Cd/m ² ,
Možnosť integrácie ďalších zdrojov / aplikácií v rámci tohoto multimodalitného zobrazenia a ovládania, napr. hemodynamického systému	Áno
Požiadavka: OVLÁDANIE SYSTÉMU	Ponúkaná hodnota
Ovládanie funkcií C – ramena, stola a obrazového spracovania od diagnostického stola a aj z ovladovne, dva nožné spínače skiaskopie a akvizície – vo vyšetrovni bezšnúrový a v ovladovni štandardný (pripojený káblom)	Áno
Dotyková obrazovka a ovládače umiestnené na strane diagnostického stola (možnosť umiestniť na ľavej alebo pravej strane stola, podľa postavenia obsluhy vľavo alebo vpravo od pacienta) pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému napr. nastavenie pozície clón, zmena akvizíčných režimov, zmena rozloženia zobrazovaných video vstupov na monitoroch vo vyšetrovni	Áno
Úplná kontrola všetkých aplikácií intervenčného software aj od diagnostického stola vo vyšetrovni	Áno
Ovládanie zobrazenia ultrazvukového systému od diagnostického stola vo vyšetrovni. Typ a značka ultrazvukového systému sa nepredpisuje, s požiadavkou kompatibilný systém musí umožniť intrakardiálnu echokardiografiu	Áno

Požiadavka: SYSTÉM PRE MINIMALIZÁCIU DÁVKY	Ponúkaná hodnota
Všetky dostupné moderné prostriedky pre znižovanie dávky žiarenia pre pacienta a pre obsluhujúci personál, pri dodržaní princípu ALARA . Napríklad tieto, resp. alternatívne porovnateľné technológie: - Philips ClarityIQ; Siemens OptIQ v CARE + CLEAR - príp. ďalšie technológie pre zníženie dávky	ClarityIQ;
Automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta počas subtrakčnej fluoroskopie a DSA bez nutnosti zásahu užívateľa	Áno
Skiaskopia a akvizícia s nízkou dávkou – spúšťaná externým signálom (napr. EKG) pre možnosť zobrazovacej série obrazov / snímkov v čase, zaznamenaných v rovnakej fáze srdečného cyklu. Zobrazenie a nahrávanie zvoleného signálu v RTG obraze	Áno
Pokročilá technika nastavenia vyšetrovacej pozície pacienta pomocou grafického znázornenia na poslednom snímku (LIH) bez žiarenia (napr. Philips ZeroDosePositioning; Siemens CarePosition, resp. alternatívne porovnateľné technológie)	ZeroDosePositioning
Požiadavka: INTERVENČNÝ SOFTWARE	Ponúkaná hodnota
Export obrazových dát v štandardných formátoch (DICOM SC, JPEG, AVI)	Áno
Komunikácia so systémom PACS – (DICOM Store, Dicom Send, Query/Retrieve)	Áno
Vybavenie SW balíkmi pre elektrofyziologické zákroky musí umožňovať import 3D dát z CT/MR alebo ich snímanie priamo počas zákroku 3D rotačným skenom a následnú registráciu (fúziu) 3D dát so živým fluoroskopickým 2D obrazom	Áno
Snímanie 3D dát priamo počas zákroku tzv. 3D rotačným skenom musí byť možné vykonať v uhle akvizície až 200°	Áno
Digitálny kanál 3D umožňujúci okamžité (real – time) spracovanie surových dát získaných z intervenčných aplikácií angiografie k urýchlenému vytvoreniu obrazov	Áno
SW pre automatické nastavenie pozície C ramena do optimálnej polohy podľa 3D projekcie, nasledovanie 3D obrazu v závislosti na zmene sklonu C ramena	Áno
Zobrazenie koronárneho riečiska a vytvorenie 3D roadmapy a DSA pre potreby kontroly vzdialenosti ablačných bodov a koronárnych ciev prostredníctvom fúzie s elektro-anatomicou mapou	Áno
Intervenčný nástroj umožňujúci intuitívnu navigáciu katétra počas ablačných výkonov, poskytujúci informácie o detailnej 3D anatómii (MR/CT), ktorá môže byť prekrytá (sfúzovaná) so živým fluoroskopickým obrazom, alebo vyexportovaná do kompatibilného mapovacieho systému (napr. Biosense Webster CARTO® 3 System a CARTOUNIVU™; Abbott EnSite™ Velocity™; Boston Scientific Rhythmia™). Nástroj musí umožňovať automatickú segmentáciu anatómie ľavej predsene a integráciu všetkých funkcií v jednom prostredí (t.j. 3D akvizícia, segmentácia, prekrytie a export do mapovacieho systému). Softvér musí umožňovať integráciu s mapovacími systémami z dôvodu vytvorenia adekvátnej elektro-anatomickej mapy, redukujúcej čas mapovania a radiačnú záťaž (napr. Philips EP Navigator; Siemens Syngo Electrophysiology Guidance resp. alternatívne porovnateľné intervenčné nástroje)	Áno
Softvér pre kvantitatívnu koronárnu analýzu (QCA – quantitative coronary analysis) a funkčné hodnotenie ľavej komory (LVA – left ventricle analysis) v 2D obraze s automatickým rozpoznaním kontúr	Áno
Meranie rozmerov anatomických štruktúr – základné meracie nástroje pre meranie vzdialenosti dvoch bodov, uhlov, pomeru vzdialenosti, dĺžky trajektórie s automatickou kalibráciou veľkosti pixelu.	Áno
Požiadavka: ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO (DODÁVKA A MONTÁŽ) A SLUŽBY	Ponúkaná hodnota
Dorozumievacie zariadenie medzi vyšetrovňou a ovladovňou	Áno
Vyšetrovacie LED svetidlo s min. svietivosťou 50 000 lux, inštalované na stropnom závесе	Áno
Elektrický rozvádzač	Áno
Všetky potrebné konštrukčné prvky pre upevnenie/zavesenie, pohyby a posuny prístroja, vrátane montážnej platne do podlahy a stropnej konštrukcie do medzistropu (zámočnícky výrobok)	Áno
Štít z olovnatého skla s min. 0,5 mm ekv. Pb so stropným závesom	Áno

Clony z olovnatej gumy pre jednu stranu diagnostického stola	Áno
Bezvýpadkový záložný zdroj elektrickej energie pre zaistenie bezpečného ukončenia alebo prerušenia výkonu na angiografickom systéme, ktorý musí zaistiť prevádzku systému vrátane skiaskopie (nie akvizície), podľa článkov 201.7.9.2.104 a 201.4.101 technického predpisu STN EN 60601-2-43	Áno
Pomôcky pre skúšky prevádzkovej stability	Áno
Konzultačné, prípravné a pomocné práce a činnosti vyvolané budúcou inštaláciou a potrebou bezproblémovej montáže a riadnej prevádzky obstarávanej technológie. Supervízia počas prác pri stavebných úpravách dotknutých priestorov na 2. nadzemnom podlaží v objekte DC	Áno
Projekt Zdravotníckej technológie, tj. projekt stavebných a inštalačných požiadaviek pre stavebné úpravy dotknutých priestorov na 2. nadzemnom podlaží v objekte DC. V projekte budú zapracované aj ďalšie nové zariadenia – pevne spojené so stavebnou konštrukciou, ktoré verejný obstarávateľ už vlastní (napr. zdravotnícke napájacie jednotky Dräger Agila Head 750 EasyLift s ramenami 500/1000 a Agila Column 1500 s ramenami 1250/1250), alebo ktoré bude obstarávať (napr. stropné tienenie Zero Gravity). V projekte budú zapracované aj umiestnenia a prepojenia ďalších zariadení zdravotníckej techniky prenosnej konštrukcie, ako napr. záznamový a mapovací systém pre EFV, USG, echokardiograf, anestéziologický prístroj – podľa určenia verejným obstarávateľom	Áno

Príloha č.1 Technická špecifikácia - cena predmetu dodania

Položka číslo	Názov položky	Hodnota v €
a)	<ul style="list-style-type: none"> • Cena zariadenia s príslušenstvom vrátane nákladov spojených dodávkou do miesta plnenia bez DPH • Výška a sadzba 20 % DPH • Kúpna cena spolu vrátane DPH 	<p style="text-align: right;">1 208 454,20</p> <p style="text-align: right;">241 690,84</p> <p style="text-align: right;">1 450 145,04</p>
b)	<ul style="list-style-type: none"> • Cena kompletnej montáže a inštalácie zariadenia s príslušenstvom vrátane zaškolenia, až po odovzdanie na pracovisku • Výška a sadzba 20 % DPH • Cena prác spolu vrátane DPH 	<p style="text-align: right;">110 545,80</p> <p style="text-align: right;">22 109,16</p> <p style="text-align: right;">132 654,96</p>
c)	<ul style="list-style-type: none"> • Cena predmetu dodávky spolu /A+B/ bez DPH • Výška a sadzba 20 % DPH • Cena predmetu plnenia vrátane DPH (konečná cena) 	<p style="text-align: right;">1 319 000,00</p> <p style="text-align: right;">263 800,00</p> <p style="text-align: right;">1 582 800,00</p>

Pre všetky Angiografické prístroje pre elektrofyziologické sály, na ktoré sa vzťahuje táto Kúpna zmluva (ďalej len „predmet zmluvy“) platia nasledujúce podmienky:

1. Dodávateľ poskytuje na predmet zmluvy a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní 24 mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Túto skutočnosť, t.j. uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby potvrdí dodací list (Inštalačný protokol) podpísaný oboma zmluvnými stranami, t.j. dodávateľom a objednávateľom, resp. ich oprávnenými zástupcami. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci kúpnej ceny za predmet zmluvy vykonávať dodávateľ po dobu trvania záručnej doby na predmete zmluvy za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii predmetu zmluvy. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
 - oprava vád a porúch predmetu zmluvy, t.j. uvedenie predmetu zmluvy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
 - dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
 - vykonanie štandardných vylepšení predmetu zmluvy podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania aktualizácií, t.j. update softwarového vybavenia predmetu zmluvy,
 - komplexný softvérový servis vrátane upgrade,
 - dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke predmetu zmluvy, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
 - vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí),
 - vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v nasledujúcom bode 2 tejto prílohy č. 2,
 - vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
 - práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie predmetu zmluvy v rámci zabezpečenia záručného servisu,
 - vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky, vrátane generálnej opravy,
 - technicko-organizačná pomoc a poradenstvo pri prevádzkovaní Angiografických systémov prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa v zmysle prílohy č. 4 tejto Kúpnej zmluvy a to v rozsahu najviac 10 hodín v jednom kalendárnom mesiaci. V prípade poradenstva sa jedná o pracovný čas 8:00-16:30 počas pracovných dní,
 - vytvorenie a udržiavanie on-line prístupu riešenia problémov (vzdialený prístup).

Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet zmluvy využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.

2. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
3. Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
 - 3.1 oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu: **48 hodín**
 - 3.2 oprava vady s dodávkou náhradného dielu: **72 hodín**

4. Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia vady. V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 12 hodín od nahlásenia. Do lehoty podľa tohto bodu sa počítajú aj dni pracovného pokoja v zmysle § 94 ods. 1 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
5. Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na Angiografických prístrojoch (systémoch) počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa uvedeného v prílohe č. 4 tejto Kúpnej zmluvy. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
6. V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí objednávateľ, je dodávateľ povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením objednávateľa o nedostupnosti tejto linky. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a dodávateľ túto skutočnosť preukáže objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu zariadenia tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedenú emailovú adresu dodávateľa.
7. Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť predmet zmluvy do bežnej prevádzky v lehotách uvedených v bodoch 3.1, 3.2 a v bode 4. tejto Prílohy č. 2. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci podľa článku V, bod 5.2 Kúpnej zmluvy právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
 - a) nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu podľa bodu 4. tejto Prílohy č. 2: 100 eur za každú začatú hodinu omeškania,
 - b) nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodu 3.1 tejto Prílohy č. 2: 100 eur za každú začatú hodinu omeškania,
 - c) nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodu 3.2 tejto Prílohy č. 2: 100 eur za každú začatú hodinu omeškania.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je povinný zabezpečiť minimálnu dostupnosť prevádzky každého ním dodaného prístroja podľa tejto Kúpnej zmluvy na úrovni aspoň D = 95 %.

Výpočet parametra D – dostupnosti prevádzky Angiografických systémov je nasledovná:

$(T - V)$

$$D = \frac{\quad\quad\quad}{T} \times 100$$

D – dostupnosť prevádzky prístroja v percentách

T – počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho roka prevádzky, počítané ako počet kalendárnych dní v roku vynásobených 24 hodín

V – výpadok prevádzky Angiografických prístrojov (systémov) v hodinách počas sledovaného obdobia jedného kalendárneho roka prevádzky Angiografických prístrojov (systémov), pričom výpadkom prevádzky Angiografických systémov sa rozumie taký prevádzkový stav Angiografických systémov, kedy v dôsledku výskytu vady na tomto prístroji je nedostupná alebo chybná funkčnosť jednej alebo viacerých funkcionalít Angiografických systémov nevyhnutných na jeho používanie dohodnutým spôsobom popísaným v dodanej prevádzkovej dokumentácii, pričom chybná alebo nedostupná funkcionálnosť má negatívne dopady na činnosť objednávateľa a Angiografické systémy nie je možné použiť vôbec alebo v požadovanej kvalite, alebo v požadovanom rozsahu.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania minimálnej dostupnosti prevádzky Angiografických systémov uvedenej v bode 8. tejto prílohy, má objednávateľ právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého príjmu v tomto rozsahu:

Ak D je v danom kalendárnom roku menej ako 95 % vzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody a ušlého príjmu vypočítaného dosadením hodnôt do nasledovného vzorca:

$$N = (DV - DD) \times PV \times PP,$$

v ktorom N je výška nároku na náhradu škody a náhradu ušlého príjmu v eurách,

DD je 5 % počtu dní, počas ktorých môže mať Angiografické systémy výpadok v kalendárnom roku (t.j. rozdiel medzi 100 % dostupnosťou Angiografických systémov v roku a povoleným minimálnym parametrom dostupnosti Angiografických systémov stanoveným na 95 %). Počet dní sa určí vzorcom $(5 \% \text{ z } T)/24$, pričom T je počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho roka prevádzky Angiografických systémov, ktorého bližšia špecifikácia a popis sú uvedené v bode 8 tejto prílohy č. 2.

DV je počet dní výpadku zariadenia, pričom tento údaj sa vypočíta vzorcom $(V/24)$, pričom V je výpadok prevádzky Angiografických systémov v hodinách počas sledovaného obdobia jedného kalendárneho roka prevádzky, ktorého bližšia špecifikácia a popis sú uvedené v bode 8 tejto prílohy č. 2.

PV je priemerný denný počet výkonov, ktorý sa určí ako počet výkonov, ktoré boli na zariadení urobené a vyúčtované za čas trvania prevádzky zariadenia počas príslušného kalendárneho roka.

PP je priemerná platba za 1 výkon urobený na zariadení v eurách prijatá objednávateľom, ktorá sa určí ako podiel počtu výkonov urobených na zariadení v príslušnom kalendárnom roku a súčtu sumy prijatých platieb za všetky výkony urobené na zariadení v príslušnom kalendárnom roku.

Uplatnenie nároku na náhradu škody a ušlého príjmu sa uplatňuje na základe vyhodnotenia dostupnosti prevádzky Angiografických systémov vždy za predchádzajúci kalendárny rok trvania tejto Kúpnej zmluvy. Prvým obdobím, za ktoré sa vyhodnocuje dostupnosť prevádzky Angiografických systémov je obdobie začínajúce kalendárnym dňom nasledujúcim po dni nasadenia prístroja do prevádzky a končiace 31. decembrom kalendárneho roka v ktorom boli Angiografické systémy nasadené do prevádzky. Nasledujúce obdobia vždy začínajú 1. januárom daného kalendárneho roka platnosti tejto Kúpnej zmluvy a končia 31. decembrom daného kalendárneho roka alebo dňom ukončenia platnosti tejto Kúpnej zmluvy ak zmluva skončí platnosť pred 31. decembrom daného kalendárneho roka.

10. Pri vyhodnocovaní nedostupnosti prevádzky sa do nedostupnosti Angiografických prístrojov (systémov) nebude počítať doba, počas ktorej je nedostupnosť spôsobená:

- nezabezpečením požadovanej súčinnosti a vhodných prevádzkových podmienok zo strany objednávateľa (výpadok elektrickej energie, teroristický útok, vyššia moc, nesprístupnenie zariadenia bez zbytočného odkladu po príchode servisného technika dodávateľa a pod.),
- vandalizmom, neoprávneným používaním, jeho používaním v rozpore s návodom na obsluhu a údržbu, v dôsledku vyššej moci
- čiastkovým výpadkom Angiografických systémov alebo jeho úplným odstavením spôsobeným konaním zo strany objednávateľa alebo akejkoľvek tretej osoby,
- odstavením Angiografických systémov z dôvodu vopred plánovanej prehliadky, údržby alebo profylaktiky, ak túto skutočnosť oznámil dodávateľ objednávateľovi minimálne 10 kalendárnych dní vopred, pričom do doby nedostupnosti prístroja sa započíta v tomto prípade len doba nevyhnutná na výkon takejto prehliadky, údržby alebo profylaktiky, maximálne však v dĺžke akú dodávateľ oznámil objednávateľovi pri oznamovaní potreby vykonania takejto prehliadky, údržby alebo profylaktiky a ak takúto dobu dodávateľ neoznámil objednávateľovi vopred tak maximálne doba v dĺžke 5 hodín.

Príloha č. 3: Zoznam servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia kúpnej zmluvy

Bratislava

Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava

Žilina

Priemyselná 2, 010 01 Žilina

Košice

Krivá 18, 040 01 Košice

Banská Bystrica

Rudlovsá cesta 53, 974 01 Banská Bystrica

Príloha č. 4: Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum“,...

Helpdesk

Telefón: +421 258 273 808

E-mail: medical@snt.sk

Por.	Označenie subdodávateľa	Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko)	Bydlisko osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa
1.	Hosping spol. s r.o. Bajkoalská 29F 821 05 Bratislava IČO: 31328474	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2.	Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Staničná 1062/24 911 05 Trenčín IČO: 36348279	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3.	A2B, s.r.o. Horská 1 010 03 Žilina Považský Chlmec IČO: 36010057	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4.	ROTEX ELEKTRO s.r.o. SNP 77 916 01 Stará Turá IČO: 36322229	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
5.	OBERMAYER HELIKA, s.r.o. Lamačská cesta 3/B 814 04 Bratislava IČO: 35879271	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu cenu uvedenú v Prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy za riadne dodaný tovar v štyroch (4) rovnomerných splátkach, pričom v Kúpnej cene je už zahrnutá aj cena za služby poskytované počas záručnej doby podľa prílohy č. 2 tejto Kúpnej zmluvy, a to nasledovne:
 - Prvá (1.) splátka bude Kupujúcim uhradená v lehote splatnosti do troch (3) mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Predmetu zmluvy vo výške $\frac{1}{4}$ z ceny uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.
 - Druhá (2.) splátka vo výške $\frac{1}{4}$ z ceny Predmetu zmluvy bude Kupujúcim uhradená do šiestich (6) mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Predmetu zmluvy.
 - Tretia (3.) splátka vo výške $\frac{1}{4}$ z ceny Predmetu zmluvy bude uhradená do deviatich (9) mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Predmetu zmluvy.
 - Štvrtá (4.) splátka vo výške $\frac{1}{4}$ z ceny Predmetu zmluvy bude uhradená do dvanástich (12) mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Predmetu zmluvy.

2. Objednávateľ vykoná úhrady všetkých splátok bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v čl. I. Kúpnej zmluvy; Za deň úhrady príslušnej splátky zo strany objednávateľa sa považuje deň jej pripísania na účet dodávateľa uvedený v čl. I. Kúpnej zmluvy.