



Verejný obstarávateľ: Národný onkologický ústav Bratislava
Predmet zákazky: Germicídne žiarice

Uchádzači:

názov: Nexa s.r.o.
sídlo: Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
IČO: 36239798
kontaktná osoba: Ing. Ondrejka
telefón: 0905 279 057

Ponúkané zariadenie: Germicídne žiarice PROLUX G

typ: PROLUX G

výrobca: Nexa s.r.o. Piešťany

Tabuľka č.1 - Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky :

	Minimálne požiadavky - vlastnosti :	Ponúkaná hodnota áno/nie - hodnota
Germicídny žiaric PROLUX GK55W/SP – 75 ks:		
otvorený, priamy		áno
elektrický výkon 55W		áno
v telese žiarice zabudovaný invertovaný snímač pohybu dosah 6m		áno
optická a zvuková signalizácia stavu žiarice		áno
optická a zvuková signalizácia počtu prevádzkových hodín		áno
optická a zvuková signalizácia poruchového stavu zdroja ultrafialového žiarenia		áno
oneskorenie zopnutia typicky 1 minúta (ľubovoľné nastaviteľné)		áno
vynútené oneskorenie zopnutia typicky 5 minút (ľubovoľné nastaviteľné)		áno
kommunikácia s modulom diaľkového ovládania		áno
možnosť zmeny parametrov akustickej signalizácie		áno
možnosť zmeny parametrov optickej signalizácie		áno
možnosť odčítania stavu prevádzkových hodín		áno

rozmer 1020 x 85 mm	áno
životnosť zdrojov 18 000 hod.	áno
antikorové uchytie päťic	áno
silikónová káblová prechodka	áno
Germicídny žiarič PROLUX G30WA/SPH 02 – 5 ks:	
uzatvorený germicídny žiarič, IP20	áno
elektrický výkon 30W	áno
hluk zabudovaným ventilátorom 14,8dB/3m	áno
rozmer telesa žiariča 815 x 165 x 70 mm	áno
spínacie hodiny SPH 02:	áno
- programovateľné,	áno
- súčtové – prevádzkový čas,	áno
- ovládanie pomocou časových značiek,	áno
- hodiny reálneho času,	áno
- membránová klávesnica,	áno
- LCD displej farebný,	áno
- meranie teploty v miestnosti,	áno
- automatická zmena zimného a letného času,	áno
- zobrazovanie dátum, čas, rok ,	áno
- softvérovo uzamykateľné menu,	áno
- možnosť zmeny jasu,	áno
- umývateľný displej	áno
Spínacie hodiny SPH 02 – 40 ks:	
programovateľné,	áno
súčtové – prevádzkový čas,	áno
ovládanie pomocou časových značiek,	áno
hodiny reálneho času,	áno
membránová klávesnica,	áno
LCD displej farebný,	áno
meranie teploty v miestnosti,	áno
automatická zmena zimného a letného času,	áno

zobrazovanie dátum, čas, rok ,	áno
softvérovo uzamykateľné menu,	áno
možnosť zmeny jasu,	áno
umývateľný displej	áno
Germicídny žiarič PROLUX G36W-36WA DD – 5 ks:	
kombinovaný germicídny žiarič – priamy, nepriamy, IP20	áno
celkový elektrický výkon 75W, I=0,31A (43W , I=0,18 A– priamy, 39W, I=0,17 A – nepriamy)	áno
v telese žiariča zabudovaný invertovaný snímač pohybu dosah 6m	áno
oneskorenie zopnutia typicky 1 minúta (ľubovoľné nastaviteľné)	áno
vynútené oneskorenie zopnutia typicky 5 minút (ľubovoľné nastaviteľné)	áno
kommunikácia s modulom diaľkového ovládania	áno
hluk zabudovaným ventilátorom 14,8dB/3m	áno
životnosť zdrojov 18 000 hod.	áno
antikorové uchytanie pätic	áno
Germicídny žiarič PROLUX GM 30WA – 5 ks	
uzatvorený germicídny žiarič, IP20	áno
mobilitný, pevný stojan	áno
elektrický výkon 30W	áno
hluk zabudovaným ventilátorom 14,8dB/3m	áno
životnosť zdrojov 18 000 hod.	áno
antikorové uchytanie pätic	áno
nemagnetické prevedenie	áno
bez spínacích hodín	áno
Germicídny žiarič PROLUX GM55W/SP 30,60,90 -15 ks	
otvorený, priamy	áno
elektrický výkon 55W	áno
mobilitný, pevný stojan	áno
v telese žiariča zabudovaný invertovaný snímač pohybu 2x	áno
optická a zvuková signalizácia stavu žiariča	áno
optická a zvuková signalizácia počtu prevádzkových hodín	áno
optická a zvuková signalizácia poruchového stavu zdroja ultrafialového žiarenia	áno

oneskorenie zopnutia typicky 1 minúta (tubovoľné nastaviteľné)	áno
vyhnútené oneskorenie zopnutia typicky 5 minút (tubovoľné nastaviteľné)	áno
možnosť zmeny parametrov akustickej signalizácie	áno
možnosť zmeny parametrov optickej signalizácie	áno
rozmer 1020 x 85 mm	áno
životnosť zdrojov 18 000 hod.	áno
antikorové uchytanie päťc, silikónová káblová prechodka	áno
spínacie hodiny 30,60,90	áno
Ostatné technické požiadavky – otvorené, priame GŽ:	
predloženie akreditovaného dokladu o nulových emisiách UV žiarenia na mriežkach ventilátorov	áno
predloženie akreditovaného dokladu – akustická úroveň hluku germicídneho žiaríča zo vzdialenosti 3m menej ako 15dB	áno
požadovaná životnosť zdrojov UVC žiarenia 18 000 hodín	áno
certifikáty ISO 9001, 14001	áno
Ostatné technické požiadavky – uzatvorené, nepriame GŽ:	
predloženie akreditovaného dokladu o účinnosti germicídneho žiaríča	áno
predloženie klinického hodnotenia účinnosti germicídnych žiaríčov	áno
certifikáty ISO 9001, 14001	áno

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť a správnosť vyplnených údajov.

V Piešťanoch, dňa 28.12.2020

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Ondrejka

Pečiatka a podpis:

V Piešťanoch, dňa 28.12.2020

Ing. Ivan Ondrejka

.....
Meno a Priezvisko, podpis, pečiatka

(Podpis uchádzača podľa bodu 8 písm. f) Výzvy na predloženie ponuky)