



UČINNOST'
ID:

VUSCH č. 19 - 2024 zos

Zmluva o poskytnutí pozáručného servisu a odborná údržba infúznej techniky výrobcu značky B. Braun

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami :

Objednávateľ: **Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.**
Ondavská 8
040 11 Košice

Štatutárny orgán: prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA,
predseda predstavenstva
Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

**Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných:** Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

**Zodpovedný za plnenie
zmluvy :** Ing. Ľuboslav Švec, manažér Odboru prevádzky,
e-mail: lsvec@vusich.sk,
tel.: 055/7891685, 0915906546

IČO: 36 601 284
DIČ: 2022108704
IČ DPH: SK2022108704
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: 0445952274/0900,
IBAN: SK4809000000000445952274

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 1360/V, oddiel: Sa
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Dodávateľ:

Štatutárny orgán: **B. Braun Medical s.r.o.**
Hlučínska 3, 83103 Bratislava

IČO: 31 350 780
DIČ: SK2020297609
IČ DPH: SK2020297609

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBA: SK4111110000001216579001

Spoločnosť je zapísaná
(ďalej len „**Dodávateľ**“) Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5094/B

(ďalej tiež spoločne označovaní aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1

Úvodné ustanovenie

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v zákazke s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je „**POZÁRUČNÝ SERVIS A ODBORNÁ ÚDRŽBA INFÚZNEJ TECHNIKY VÝROBCU ZNAČKY B.BRAUN**“.

Článok 2

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto servisnej zmluvy je poskytovanie služieb pozáručnej servisnej starostlivosti a odbornej údržby infúznej techniky výrobcu značky B. BRAUN vo vlastníctve objednávateľa (ďalej ako „infúzna technika“), podľa bližšej špecifikácie v Prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky a ktoré bude dodávateľ poskytovať objednávateľovi na základe jeho individuálnych objednávok v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
2. Objednávateľ v rámci poskytovanej pozáručnej servisnej starostlivosti požaduje od dodávateľa:
 - 2.1 realizáciu servisných úkonov, ktoré sa vykonávajú mimo rámca zodpovednosti predávajúceho za vady, ktoré existovali pri kúpe a prevzatí infúznej techniky kupujúcim, a mimo záruky za akosť, ak bola poskytnutá,
 - 2.2. opravy objednávatelom odovzdanej infúznej techniky dodávateľovi, pričom pod opravou sa v zmysle tejto zmluvy rozumie súbor operácií, ktorými sa poškodená infúzna technika vráti do pôvodného alebo plne prevádzkyschopného stavu, pričom nedôjde k zmene technických parametrov alebo určeného účelu,
 - 2.3. pozáručný servis sa vzťahuje aj na infúznu techniku v období záruky za akosť, ak požadovaný servisný úkon nespadá pod záručný servis,
 - 2.4. dodanie originálnych náhradných dielov vrátane všetkých prác s tým spojených (napr. montáž a výmena a pod.). Objednávateľ si vyhradzuje právo, kedykoľvek vyzvať dodávateľa na preukázanie originality dodávaných náhradných dielov.
3. Objednávateľ v rámci poskytovanej odbornej údržby požaduje od dodávateľa:
 - 3.1 realizáciu pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonov smerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky. Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením. Odborná údržba infúznej techniky sa vykonáva s ohľadom na jej zatriedenie do rizikovej triedy v rozsahu a frekvencii stanovenej výrobcom,
 - 3.2 dodávateľ je povinný vyhotoviť o vykonaní bezpečnostnej a technickej kontroly písomný protokol, ktorý odovzdá objednávateľovi.
 - 3.3 dodávateľ je povinný vykonať bezpečnostné a technické kontroly len tej infúznej techniky, ktorú objednávatel dodávateľovi fyzicky odovzdal alebo mu k nim umožnil prístup.
4. Dodávateľ je povinný prebrať infúznu techniku pre vykonanie služieb podľa článku 2. bodu 1, 2 a 3 tejto zmluvy, najneskôr do 48 hodín od zaslania objednávky zodpovednou osobou objednávateľa dodávateľovi podľa článku 3. bodu 1. tejto zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje prebrať infúznu techniku za účelom opravy v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 16.00 hod., okrem prípadov, ak sa zmluvné strany písomne dohodnú inak.
5. Miestom dodania služieb je Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Ondavská č.8, Košice.
6. Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby infúznej techniky budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu vrátane Dokladu o preškolení výrobcom B. Braun zahŕňajúci infúznu techniku, ktorá je súčasťou zmluvy a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.

Článok 3

Objednávka servisných služieb

1. Objednávateľ je povinný:
 - 1.1. zaslať objednávku požiaručného servisu infúznej techniky v elektronickej podobe na e-mail: servis.sk@bbraun.com.
 - 1.2. objednávka servisu infúznej techniky musí vždy obsahovať identifikačné údaje objednávateľa (presný názov), kontaktnú osobu objednávateľa (titul, meno, priezvisko, funkciu, telefónne číslo, e-mailová adresa), dátum objednávky, identifikáciu infúznej techniky výrobným číslom, druh požadovanej servisnej služby (oprava, PBTk) a prípadne stručný a výstižný popis poškodenia či nedostatočnej funkčnosti. V prípade, ak objednávka neobsahuje všetky náležitosti, dodávateľ je oprávnený požiadať objednávateľa o jej doplnenie.
2. Dodávateľ ku každej objednávke vyhotoví návrh kalkulácie servisu, podľa prílohy č. 2 – Servisného katalógu, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy.
3. V prípade, ak objednávateľ v objednávke nešpecifikuje druh servisnej služby, dodávateľ automaticky vykoná komplexnú kontrolu infúznej techniky a ak zistí vady, bezodkladne navrhne objednávateľovi opravu a tiež cenu opravy zistenej vady. Objednávateľ spolu s odsúhlasením ceny opravy doplní objednávku o požadovaný rozsah opravy.
4. Objednávateľ je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu kalkulácie servisu dodávateľovi oznámiť, či s návrhom kalkulácie servisu súhlasí. V prípade, ak súhlas v lehote dodávateľovi neoznámí alebo ak oznámí, že o opravu už nemá záujem, dodávateľ je povinný infúznú techniku Objednávateľovi bezodkladne vrátiť, čím objednávku objednávateľa odmietne.

Článok 4

Záruka za akosť servisnej služby a práva z vadného plnenia

1. Dodávateľ zodpovedá za vady servisných služieb podľa obchodného zákonníka a tiež poskytuje na servisné služby záruku za akosť.
2. Ak nie je v individuálnej zmluve (objedávke) o servise stanovené inak, záručná doba na servisné práce je 3 mesiace od vykonania opravy a na dodaný materiál 6 mesiacov od vykonania opravy.
3. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ktorý bol použitý v súvislosti s poskytnutím servisnej služby.
4. Vadu dodanej servisnej služby či dodaného materiálu je objednávateľ povinný dodávateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ich objednávateľ mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však v lehotách podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, inak právo objednávateľa zaniká.
5. Dodávateľ za vady servisnej služby nezodpovedá v prípade, že boli spôsobené:
 - 5.1 v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu alebo
 - 5.2 inštaláciou, prevádzkou a údržbou infúznej techniky v rozpore s návodom na obsluhu alebo
 - 5.3 neoprávneným zásahom tretích osôb alebo
 - 5.4 prevádzkovaním infúznej techniky v prostredí, ktoré je v rozpore s technickými podmienkami stanovenými výrobcom, príp. dodávateľom.

Článok 5

Cena a platobné podmienky

1. Cena za služby je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. a je maximálna a záväzná počas platnosti tejto zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený počas doby trvania tejto zmluvy jednostranne upraviť dohodnutú cenu za služby.
2. Maximálny finančný rozsah predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je: 50 416,78 EUR bez DPH (slovom: päťdesiatšesťtisícštyristošesť eur a sedemdesiatosem centov bez DPH), celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške: 60 500,14 EUR s DPH (slovom: šesťdesiatšesťtisícštyristošesť eur a štrnásť centov s DPH), a bude objednávateľom uhradený

na základe doručených faktúr vystavených poskytovateľom podľa skutočného rozsahu vykonanej služby.

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za poskytnutú servisnú službu, vrátane ceny dielov dodaných pri servisnej službe. V prípade náhradných dielov sa v každom prípade vyžaduje súhlas objednávateľa s kúpou a montážou náhradného dielu a odsúhlasenie jeho ceny.
4. Celková cena za poskytnuté služby zahŕňa celkovú logistiku súvisiacu so servisom infúznej techniky, dopravné a balné náklady vrátane cestovných nákladov technika k miestu dodania služby a späť a zároveň zvoz do servisného centra a rozvoz opravenej techniky.
5. Dodávateľ je povinný vystavovať faktúry za služby ku poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. (§340b ods.5 zákona č. 513/1991 Zb Obchodný zákonník). Faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a musia obsahovať číslo tejto zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je Pracovný výkaz za služby vykonané v príslušnom fakturačnom období. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo povinné prílohy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením opravenej, resp. dopnenej faktúry objednávateľovi.
6. Úhradu ceny, resp. platieb vykoná objednávateľ výlučne bezhotovostne, bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý dodávateľ uviedol v tejto zmluve, pričom platba sa považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na účet dodávateľa.
7. V prípade omeškania dodávateľa so splnením niektorej povinnosti podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vyúčtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ročnej ceny služieb servisnej starostlivosti za každý deň omeškania.
8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania maximálne vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva.

Článok 6

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy sú spracúvané objednávatelom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle spoločnosti www.vusch.sk.
2. Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade objednávatelovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávatelovi vznikla porušením tejto povinnosti.

Článok 7

Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a zároveň do doby naplnenia dohodnutého maximálneho finančného rozsahu podľa článku 5 bod 3 tejto zmluvy, v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
2. Pred uplynutím dohodnutej doby trvania zmluvného vzťahu je možné ukončiť zmluvu :
 - 2.1. písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou oboma zmluvnými stranami k dátumu stanovenému v tejto písomnej dohode,
 - 2.2. písomným odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo ak druhá zmluvná strana nespĺnila riadne a včas svoje záväzky podľa tejto zmluvy a ak k náprave nedošlo v dodatočne poskytnutej lehote 30 dní od doručenia písomného upozornenia zaslaného druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane a týmto dňom zmluva zaniká,
 - 2.3. písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok 8

Zmena zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dva (2) mesiace pred uplynutím trvania tejto zmluvy bude nevyčerpaných viac ako 20% dohodnutého maximálneho finančného rozsahu uvedeného v článku 5 bod 3. tejto zmluvy, zmluvné strany môžu dodatkom k tejto zmluve predĺžiť jej trvanie, maximálne však na ďalších tridsaťšesť (36) mesiacov a zároveň do doby vyčerpania zostatku nevyčerpaného finančného rozsahu uvedeného v článku 5 bod 3. tejto zmluvy v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

Článok 9

Subdodávky

1. V prípade, ak dodávateľ zabezpečuje časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám.
2. Dodávateľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy.
3. Dodávateľ je povinný objednávatelovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Za týmto účelom je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu účinnosti akejkoľvek zmeny

údajov o subdodávateľovi, aktualizovať znenie Prílohy č. 3 tejto zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok a doručiť ju objednávateľovi spolu s písomným oznámením, v ktorom uvedie všetky podrobnosti týkajúce sa zmeny údajov o subdodávateľovi, pričom zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že pre prijatie takejto zmeny sa nevyžaduje uzavretie samostatného písomného dodatku.

4. Dodávateľ má právo na zmenu resp. na doplnenie nového subdodávateľa vo vzťahu k plneniu predmetu zmluvy, ktorého sa táto zmluva týka.
5. Ak dodávateľ zmení, resp. doplní nového subdodávateľa je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu účinnosti tejto zmeny aktualizovať znenie Prílohy č. 3 tejto zmluvy a doručiť ju objednávateľovi spolu s písomným oznámením, v ktorom uvedie všetky podrobnosti týkajúce sa zmeny, resp. doplnenia nového subdodávateľa, pričom zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že pre prijatie zmeny, resp. doplnenie nového subdodávateľa sa nevyžaduje uzavretie samostatného písomného dodatku. Nedodržanie povinností stanovených dodávateľom týmto ustanovením zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok predávajúcim a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Dodávateľ je zároveň povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla objednávateľovi porušením tejto povinnosti.
6. V prípade zistenia, že subdodávateľ počas trvania tejto zmluvy nie je v súlade s ust. § 11 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní zapísaný v registri partnerov verejného sektora (v prípade, ak je to relevantné), je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
7. Dodávateľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi všetky zmluvy uzavreté so subdodávateľmi v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy.

Článok 10

Záverečné ustanovenia zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu meniť, byť menené, dopĺňané alebo zrušené iba v prípade, ak nebudú v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákonom o verejnom obstarávaní), písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán formou číslovaných dodatkov, ktoré budú podpísané zmluvnými stranami a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje inak, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. V prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto zmluvy sa použijú ustanovenia zmluvy, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy sa budú riešiť predovšetkým formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušného súdu Slovenskej republiky stanoveného podľa sídla objednávateľa.
6. Zmluva bola vyhotovená v piatich (5) exemplároch, pričom dodávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a objednávateľ tri (3) vyhotovenia.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 - Servisný katalóg

Príloha č. 3 - Zoznam všetkých známych subdodávateľov

V Bratislave dňa

V Košiciach dňa 29-01-2021

.....
Mgr. Milan Filípek,
na základe plnej moci
B. Braun Medical s.r.o.

.....
prof. MUDr. František Sabol, PhD., MPH, MBA
predseda predstavenstva
Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.

..
Ing. Marián Albert, MBA
podpredseda predstavenstva
Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.

Príloha 28.12.20 CT

Názov predmetu zákazky:
Pozáručný servis a odborná údržba infúznej techniky výrobcu značky B.Braun

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1	Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovače injekčné a infúzne		
1.	Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonovsmerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.	spĺňa	
2.	Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.	spĺňa	
Položka č. 2	Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice jednoduché		
1.	Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonovsmerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.	spĺňa	
2.	Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.	spĺňa	
Položka č. 3	Bezpečnostno technická kontrola pre dávkovacie stanice dvojité		
1.	Realizácia pravidelných bezpečnostných a technických kontrol a ďalších úkonovsmerujúcich k zachovaniu bezpečnosti a plnej funkčnosti infúznej techniky.	spĺňa	
2.	Súčasťou odbornej údržby je zároveň vykonávanie elektrickej kontroly infúznej techniky, ktorá je elektrickým zariadením.	spĺňa	
Položka č. 4	Pozáručná a mimozáručná servisná starostlivosť		
1.	Opravy objednávatelom odovzdanej infúznej techniky dodávateľovi, pričom pod opravou sa v zmysle tejto zmluvy rozumie súbor operácií, ktorými sa poškodená infúzna technika vráti do pôvodného alebo plne prevádzkyschopného stavu, pričom nedôjde k zmene technických parametrov alebo určeného účelu.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Sídlo

IČO:

DIČ:

B. Braun Medical s.r.o.

Hlučinska 3, 831 03 Bratislava

31350780

SK2020297609

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a

Marek Jurčo

Pracovné zaradenie:

SAIS

Telefónne číslo:

903 424 018

E-mail:

marek.jurco@bbraun.com

V: Bratislava

Dňa:

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Príloha – Cenník a špecifické podmienky pre servisné služby divízie HC

B. Braun Medical s.r.o.

Časť 1 – Cenník náhradných dielov a pracovných úkonov

Úvod:

1. Ceny uvedené v Cenníku náhradných dielov a pracovných úkonov sú koncové, bez zliav.
2. Pre VÚSCH a.s. platia individuálne ceny, ktoré sa stanovujú aplikáciou individuálnej zľavy vo výške 20% na všetky položky uvedené v časti 1 cenníka (tj. 20% z cenníkových cien pozáručných opráv infúznej techniky, z cenníkových cien odbornej údržby (PBTk) a z cenníkových cien náhradných dielov).
3. Poskytnutie individuálnej zľavy je podmienené uzavretím servisnej zmluvy, ktorej súčasťou je táto príloha.
4. V prípade ak reálna cena opravy bez individuálnej zľavy VÚSCH a.s. a bez DPH presiahne u prístroja generácie SPACE (neplatí pre Space Station MRI) sumu 555,- €, pozáručný servis bude vykonaný automaticky bez ohľadu na reálnu cenu opravy a fakturovaný v cene opravy max. 445,- € bez DPH.
5. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi logistiku súvisiacu so servisom infúznej techniky zadarmo, dopravné a balné zdarma, vrátane cestovných nákladov technika k miestu dodania služby a späť. Zhotoviteľ ďalej poskytne Objednávateľovi zvoz do Servisného centra a rozvoz opravenej techniky zadarmo.

1.1. Záverečná prehliadka prístroja

Záverečná prehliadka prístroja má byť definovaná podobne ako bezpečnostno technická kontrola.

1.2. Pracovné jednotky pre servis**34502000**

Pracovné jednotky pre servis

4,78 / 5,74

2. Všeobecné servisné úkony (povinné)**2.1. Dezinfekcia prístroja****7700341**

Paušálna čiastka:

7,36 / 8,82

2.2. Záverečná prehliadka prístroja**7700343**

(nie je potrebná ak bola vykonaná BTK)

Pracovné jednotky:

6

28,70 / 34,44

2.3. Paušálna čiastka za spotrebný materiál**34502001**

Paušálna čiastka za spotrebný materiál

3450 2001:

2,58 / 3,10

2.4. Dopravné a balné**7700344**

Paušálna čiastka:

9,57 / 11,48

2.5. Doprava technika k zákazníkovi a späť**99998011**

Cena za 1 km:

0,40 / 0,48

3. Infusomat® Space (špecifické úkony produktu)

3.1. Výmena krytu batérie

Pracovné jednotky:	0	0 €
Kryt batérie ISP,	3452 1321:	29,29 / 35,15

3.2. Výmena batérie

Pracovné jednotky výmeny:	0	0 €
Pracovné jednotky nastavení modulu WLAN:	2	9,56 / 11,47
Modul batérie		
- NiMH bez fixačného pinu,	3452 0856:	103,32 / 123,98
- NiMH s fixačným pinom,	3452 0856A:	95,54 / 114,65
- Li-Ion s modulom WLAN a fixačným pinom,	871 3182A:	400,00 / 480,00

3.3. Výmena nožičky

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Náhradní díl započítaný v paušálnej čiastke za spotrebný materiál		

3.4. Výmena operačnej jednotky

Pracovné jednotky:	6	14,34 / 17,21
Operačná jednotka ISPS	3452 1470:	344,66 / 413,59
Operačná jednotka ISPP	3452 1534:	212,80 / 255,36

3.5. Výmena zadného kovového krytu dvierok

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Zadný kovový kryt	3452 1487:	63,03 / 75,64

3.6. Výmena displeja

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
LC Displej SP,	3452 0988:	47,06 / 56,47

3.7. Výmena vrchnej časti krytu

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Vrchná časť krytu ISP	3452 1313:	32,11 / 38,53

3.8. Výmena reproduktora

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Reproduktor SP	3452 0937:	20,59 / 24,71

3.9. Výmena spodnej časti krytu

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Spodná časť krytu ISP	3452 1305	23,98 / 28,78

3.10. Výmena vnútorného rámčeka

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Vnútorný rám ISP,	3452 1437:	50,28 / 60,34

3.11. Výmena zámku dvierok

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Zámok dvierok ISP,	3452 1496:	33,92 / 40,70

3.12. Výmena pohonu zámku dvierok ISP

Pracovné jednotky:	6:	23,90 / 28,68
Pohon zámku dvierok:	3452 1429:	63,13 / 75,76

3.13. Výmena potenciometra ISP

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Potenciometer ISP,	3452 1056:	30,20 / 36,24

3.14. Výmena rámčeka pumpy ISP

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Rámček pumpy ISP:	3452 1402:	158,36 / 190,03

3.15. Výmena motoru pohonu pumpy ISP

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Motor pohonu pumpy ISP,	3452 1410:	80,05 / 96,06

3.16. Výmena modulu, nastavenie prítlaku ISP

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Modul nastavení prítlaku ISP,	3452 1445:	20,91 / 25,09

3.17. Výmena snímačov

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Tlakový snímač ISP,	3452 1372:	105,74 / 126,89
Detektor vzduchu ISP,	3452 1380:	98,57 / 118,28

3.18. Výmena membrány pumpy ISP

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Membrána pumpy ISP,	3452 1356:	23,01 / 27,61

3.19. Výmena bezpečnostnej svorky

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Bezpečnostná svorka ISPS,	3452 1399:	89,46 / 107,35
Bezpečnostná svorka ISPP,	3452 1526:	88,94 / 106,73

3.20. Výmena predného rámčeka

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Predný rámček ISPS,	3452 1364:	53,05 / 63,66
Predný rámček ISPP,	3452 1518:	33,48 / 40,18

3.21. Výmena plochého kábla detektora vzduchu ISP

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Plochý kábel detektora vzduchu ISP,	3477 4356:	9,62 / 11,54

3.22. Výmena procesorovej dosky ISP

Pracovné jednotky:	7	19,12 / 22,94
Procesorová doska ISP,	3452 1348:	404,00 / 484,80
Software Update (voliteľné)	vid 4.1	

3.23. Výmena konektora P2

Pracovné jednotky:	8	38,24 / 45,89
Konektor P2,	3477 4355:	68,16 / 81,79

3.24. Výmena batériových kontaktov

Pracovné jednotky:	3	14,34 / 17,21
Batériové kontakty,	3452 1362:	16,58 / 19,90

3.25. Použitie konverznej sady ISP

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Konverzná sada ISP,	3452 1361:	141,56 / 169,87


3.26. Výmena tesnenia konektora P2

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Tesnenie konektoru P2,	3477 3102:	13,44 / 16,13

4. Zvláštne úkony pre Infusomat® Space (voliteľné)

4.1.	Software Update		
Pracovné jednotky :	4		19,13 / 22,96
4.2.	Kalibrácia		7700320
Pracovné jednotky:	2		9,57 / 11,48
4.3.	Bezpečnostno technická kontrola (BTK)		7700102
Paušálna čiastka:			48,20 / 57,84
4.4.	BTK s elektrickou revíziou		CZ6215513
Paušálna čiastka:			59,13 / 70,96
4.5.	Elektrická revízia		CZ6215514
Paušálna čiastka:			10,00 / 12,00
4.6.	Čistenie v ultrazvukovej čističke		7700331
Pracovné jednotky:	2		9,57 / 11,48
4.7.	Stanovenie ceny opravy		7700330
Pracovné jednotky:	6		28,70 / 34,44
4.8.	Identifikácia skrytej poruchy		7700332
Pracovné jednotky:	3		14,35 / 17,22

5. Podrobné zloženie Infusomatu® Space



6. Zoznam náhradných dielov pre Infusomat® Space

Označení dielu	Katalógové číslo
1 Vodiaca lišta	3452 1330
2 Kryt, konektor snímača kvapiek	3452 1577
3 Kryt batérie ISP (s núdzovým kľúčom)	3452 1321
4 Batéria SP	
- NiMH bez fixačného pinu	3452 0856
- NiMH s fixačným pinom	3452 0856A
- Li-Ion s WLAN a fixačným pinom	871 3182A
5 Vrchný kryt ISP	3452 1313
6 Reproduktor SP	3452 0937
7 Spodný kryt ISP	3452 1305
Typový štítok ISP	Na vyžiadanie
8 Pohon zámku dvierok ISP	3452 1429
9 Potenciometer ISP	3452 1056
10 Modul nastavení prítlaku ISPS (držiak pružiny, prítlačné pružiny, nastavovacia skrutka, nastavovacia matka, konzola, zámok konzoly)	3452 1445
11 ISP pružina prítlaku (súčasťou modulu nastavenia prítlaku ISPS (viď 10))	
12 Rámček pumpy ISP,	3452 1402
13 Motor pohonu pumpy ISP	3452 1410
14 Zámok dvierok ISP	3452 1496
15 Vnútorý rám ISP	3452 1437
16 Membrána pumpy ISP	3452 1356
17 Snímač tlaku ISP	3452 1372
18 Detektor vzduchu ISP	3452 1380
19 Plochý kábel vzduchového detektoru ISP (10 kusov) (spája 18 s 26)	3477 4356
20 Bezpečnostná svorka ISPS	3452 1399
21 Predný rám ISPS, kompletný	3452 1364
22 Riadiaca jednotka ISPS, kompletná	3452 1470
23 LC displej SP	3452 0988
24 Zadný kovový kryt dvierok ISPS, verzia II	3452 1487
25 Oská dvierok ISP (spolu s krytom závesu a pružiny závesu)	3452 1461
26 Základná doska PCB ISP (s konektormi)	3452 1348
27 Konektor P2 (4 kusy)	3477 4355
28 Spodný vnútorný kryt ISP	3452 1453
29 EMC panel ISP	3452 1440

7. Perfusor® Space (špecifické úkony produktu)**7.1. Výmena krytu batérie**

Pracovné jednotky:	0	0 €
Kryt batérie PSP,	3452 0872:	10,99 / 13,19

7.2. Výmena batérie

Pracovné jednotky výmeny:	0	0 €
Pracovné jednotky, nastavenia WLAN:	2	9,56 / 11,47
Modul batérie		
- NiMH bez fixačného pinu,	3452 0856:	103,32 / 123,98
- NiMH s fixačným pinom,	3452 0856A:	95,54 / 114,65
- Li-Ion s WLAN a fixačným pinom,	871 3182A:	400,00 / 480,00

7.3. Výmena nožičky

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Náhradný diel započítaný v paušálnej čiastke za spotrebný materiál		

7.4. Výmena riadiacej jednotky

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Riadiaca jednotka PSP,	3452 0970:	239,15 / 286,98

7.5. Výmena zadného panela riadiacej jednotky

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Zadný panel riadiacej jednotky, PSP,	3452 1003:	17,00 / 20,40

7.6. Výmena displeja

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
LC Displej SP,	3452 0988:	47,06 / 56,47

7.7. Výmena predného krytu s klávesnicou

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Predný kryt s klávesnicou PSP,	3452 0996:	150,09 / 180,11

7.8. Výmena ľavého pántu dvierok

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Pánt dvierok PSP, ľavý,	3452 1011:	8,02 / 9,62

7.9. Výmena pravého pántu dvierok (so zámkom držiaka striekačky)

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Zámok držiaka striekačky,	3477 0025:	18,90 / 22,68

7.10. Výmena vrchného krytu

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Vrchný kryt PSP,	3452 0910:	58,39 / 70,01

7.11. Výmena tlačítka uvoľnenia klieští

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Náhradný diel započítaný v paušálnej čiastke za spotrebný materiál		

7.12. Výmena reproduktora

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Reproduktor SP,	3452 0937:	20,59 / 24,71

7.13. Výmena kompletného pohonu pumpy

Pracovné jednotky:	3	14,34 / 17,21
Pohon PSP, kompletný		
- strieborné kliešte,	3452 1046:	565,83 / 679,00
- zelené kliešte,	3452 1041:	572,15 / 686,58

7.14. Výmena hlavy pohonu alebo jednotky pohonu

Pracovné jednotky:	5	14,34 / 17,21
Hlava pohonu PSP (s kliešťami a tubusom)		
- strieborné kliešte,	3452 1038:	392,33 / 470,80
- zelené kliešte,	3452 1039:	234,66 / 281,59
- jednotka pohonu PSP,	3452 1037:	139,98 / 167,98

7.15. Výmena krytu hlavy pohonu

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Kryt hlavy pohonu PSP,	3452 1055:	58,66 / 70,39

7.16. Výmena mechanizmu klieští

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Mechanizmus klieští PSP,	3452 1550:	107,56 / 129,07

7.17. Výmena plochého kábla hlavy pohonu

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Plochý kábel hlavy pohonu PSP,	3452 1057:	100,00 / 120,00

7.18. Výmena PCB hlavy pohonu

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
PCB hlavy pohonu, PSP,	3452 1569:	160,05 / 192,06

7.19. Výmena klieští

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Sada klieští Perfusor® Space		
- strieborné kliešte,	3477 4378:	194,60 / 233,52
- zelené kliešte,	3477 4379:	221,45 / 265,74

7.20. Výmena bočnej časti krytu

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Bočná časť krytu PSP,	3452 1054:	18,10 / 21,72

7.21. Výmena držiaka striekačky

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Držiak striekačky s brzdou piestu PSP,	3452 0945:	119,62 / 143,54

7.22. Výmena plochého kábla brzdy piestu

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Plochý kábel brzdy piestu PSP,	3452 0864:	9,68 / 11,62

7.23. Výmena ťažnej pružiny

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
Ťažná pružina držiaka striekačky PSP,	3452 0953:	6,54 / 7,85

7.24. Výmena vodiacej lišty

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
vodiaca lišta držiaka striekačky PSP,	3452 0961:	6,48 / 7,78

7.25. Výmena procesorovej dosky

Pracovné jednotky:	7	19,12 / 22,94
Procesorová doska PSP,	3452 0880:	404,00 / 484,80


7.26. Výmena spodnej časti krytu

Pracovné jednotky:	7	33,46 / 40,15
Spodná časť krytu PSP,	3452 0929:	33,13 / 39,76

8. Zvláštne úkony pre Perfusor® Space (voliteľné)

8.1.	Software Update		
Pracovné jednotky :	4		19,13 / 22,96
8.2.	Kalibrácia		7700320
Pracovné jednotky:	2		9,57 / 11,48
8.3.	Bezpečnostno technická kontrola (BTK)		7700102
Paušálna čiastka:			48,20 / 57,84
8.4.	BTK s elektrickou revíziou		CZ6215513
Paušálna čiastka:			59,13 / 70,96
8.5.	Elektrická revízia		CZ6215514
Paušálna čiastka:			10,00 / 12,00
8.6.	Čistenie v ultrazvukovej čističke		7700331
Pracovné jednotky:	2		9,57 / 11,48
8.7.	Stanovenie ceny opravy		7700330
Pracovné jednotky:	6		28,70 / 34,44
8.8.	Identifikácia skrytej poruchy		7700332
Pracovné jednotky:	3		14,35 / 17,22

9. Podrobné zloženie Perfusora® Space



10. Zoznam náhradných dielov pre Perfusor® Space

Označenie dielu	Katalógové číslo
1 Kryt batérie PSP, kompletný	3452 0872
2 Modul batérie SP	
- NiMH bez fixačného pinu	3452 0856
- NiMH s fixačným pinom	3452 0856A
- Li-Ion s WLAN a fixačným pinom	871 3182A
3 Riadiaca jednotka PSP, kompletná	3452 0970
4 Pánt dvierok PSP, ľavý	3452 1011
5 Držiak striekačky	3477 0025
6 Zadný panel riadiacej jednotky PSP	3452 1003
7 LC displej SP	3452 0988
8 Predný kryt s klávesnicou PSP	3452 0996
9 Vrchná časť krytu PSP	3452 0910
10 Reproduktor SP	3452 0937
11 Jednotka pohonu PSP	3452 1037
12 Pohon PSP, kompletný	
- strieborné kliešte	3452 1046
- zelené kliešte	3452 1041
13 Hlava pohonu PSP (s kliešťami a tubusom)	
- strieborné kliešte	3452 1038
- zelené kliešte	3452 1039
14 Sada klieští Perfusora® Space (10 kusov)	
- strieborné kliešte	3477 4378
- zelené kliešte	3477 4379
15 Kryt hlavy pohonu PSP	3452 1055
16 Mechanizmus klieští PSP	3452 1550
17 Plochý kábel hlavy pohonu PSP	3452 1057
18 PCB hlavy pohonu, PSP	3452 1569
19 Ochranný kryt SP (sada 10 kusov)	3452 0911
20 Boční kryt PSP	3452 1054
21 Plochý kábel brzdy piestu PSP	3452 0864
22 Držiak striekačky s brzdou piestu PSP	3452 0945
23 Ťažná pružina držiaka striekačky PSP	3452 0953
24 Vodiaca lišta držiaka striekačky PSP	3452 0961
25 Procesorová doska PSP	3452 0880
26 Spodný kryt PSP	3452 0929

11. Space Station (špecifické úkony produktu)

11.1. Výmena vodítok infúzneho setu

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Vodítko infúznej linky SPS,	3477 4394:	33,36 / 40,03

11.2. Výmena päťice držiaka SPS

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Päťica držiaka SPS,	3452 1135:	7,94 / 9,53

11.3. Výmena zadného krytu SPS

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Zadný kryt SPS,	3452 1089:	39,96 / 47,95

11.4. Výmena konzoly SPS

Pracovné jednotky:	3	14,34 / 17,21
Konzola SPS,	3452 1127:	28,76 / 34,51

11.5. Výmena napájacieho zdroja SPS

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Napájací zdroj SPS,	3452 1097:	281,61 / 337,93

11.6. Výmena držiaka konektora napájania SPS

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Držiak konektora napájania SPS,	3452 1143:	12,21 / 14,65

11.7. Výmena uvoľňovacej páčky SPS

Pracovné jednotky:	3	14,34 / 17,21
Náhradný diel započítaný v paušálnej čiastke za spotrebný materiál		0 €

11.8. Výmena dosky komunikačného rozhrania SPS

Pracovné jednotky:	9	43,02 / 51,62
Doska komunikačného rozhrania SPS,	3452 1100:	468,62 / 562,34

11.9. Výmena držiaka konektorov F3/F4 SPS

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
Držiak konektorov F3/F4 SPS,	3452 1160:	7,60 / 9,12

11.10. Výmena modulu zámkov SPS

Pracovné jednotky:	9	43,02 / 51,62
Modul zámkov SPS,	3452 1119:	152,58 / 183,10

11.11. Výmena krytu SPS

Pracovné jednotky:	9	43,02 / 51,62
Kryt SPS,	3452 1070:	97,40 / 116,88

12. SpaceCom (špecifické úkony produktu)

12.1. Výmena krytu batérie

Pracovné jednotky:	0	0 €
Kryt batérie SPC,	3452 1232:	18,46 / 22,15

12.2. Výmena batérie

Pracovné jednotky:	0	0 €
Modul batérie		
- NiMH bez fixačného pinu,	3452 0856:	103,32 / 123,98
- NiMH s fixačným pinom,	3452 0856A:	95,54 / 114,65

12.3. Výmena modulu WLAN

Pracovné jednotky (vrátane nastavenia):	5	23,90 / 28,68
Modul WLAN,	871 3184:	198,83 / 238,60

12.4. Výmena zadného krytu SPCO

Pracovné jednotky:	3	14,34 / 17,21
Zadný kryt SPCO (Com 1),	3452 1052:	85,76 / 102,91
Zadný kryt SPCO (Com 2),	3452 1491:	84,14 / 100,97

12.5. Výmena prepojovacieho kábla SPCO

Pracovné jednotky:	5	23,90 / 28,68
SPCO prepojovací kábel,	3452 1042:	8,56 / 10,27

12.6. Upgrade SpaceStation so SpaceCom

Pracovné jednotky:	10	47,80 / 57,36
SpaceCom sada Retrofit,	8713160:	1 941,84 / 2 330,21

13. SpaceCover (špecifické úkony produktu)

13.1. Výmena krytu batérie

Pracovné jednotky:	0	0 €
Kryt batérie SPC,	3452 1232:	18,46 / 22,15

13.2. Výmena batérie

Pracovné jednotky:	0	0 €
Modul batérie		
- NiMH bez fixačného pinu,	3452 0856:	103,32 / 123,98
- NiMH s fixačným pinom,	3452 0856A:	95,54 / 114,65

13.3. Výmena madla SPC

Pracovné jednotky:	1	4,78 / 5,74
Madlo SPC,	3452 1224:	32,26 / 38,71

13.4. Výmena krytu SPCC

Pracovné jednotky:	3	14,34 / 17,21
Kryt SPCC	3452 1179:	80,32 / 96,38

13.5. Výmena zadnej časti krytu

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Zadná časť krytu	3452 1216:	14,32 / 17,18

13.6. Výmena reproduktora SP

Pracovné jednotky:	2	9,56 / 11,47
Reproduktor SPC,	3452 1267:	24,86 / 29,83


13.7. Výmena PCB SPCC

Pracovné jednotky:	4	19,12 / 22,94
PCB SPCC,	3452 1259:	340,90 / 409,08

14. Zvláštne úkony pre Space Station, Cover a Com (voliteľné)

14.1.	Software Update SpaceStation		
Pracovné jednotky:	2		9,57 / 11,48
14.2.	Software Update SpaceCover		
Pracovné jednotky:	2		9,57 / 11,48
14.3.	Software Update SpaceCom		
Pracovné jednotky (Linux):	2		9,57 / 11,48
Pracovné jednotky (Windows CE):	6		28,68 / 34,42
14.4.	Bezpečnostno technická kontrola (BTK)		7700105
Bezpečnostno technická kontrola SpaceStation	7700105:		48,20 / 57,84
14.5.	BTK s elektrickou revíziou		CZ6215516
Paušálna čiastka:			53,28 / 63,94
14.6.	Elektrická revízia		CZ6215514
Paušálna čiastka:			10,00 / 12,00
14.7.	Čistenie v ultrazvukovej čističke		7700331
Pracovné jednotky:	2		9,57 / 11,48
14.8.	Stanovenie ceny opravy		7700330
Pracovné jednotky:	6		28,70 / 34,44
14.9.	Identifikácia skrytej poruchy		7700332
Pracovné jednotky:	3		14,35 / 17,22


15. Podrobné zloženie SpaceStation bez SpaceCom



16. Zoznam náhradných dielov SpaceStation bez SpaceCom

Označení dielu	Katalógové číslo
1 Vodičko infúzneho setu SPS (20 kusov)	3477 4394
2 Päťica držiaka SPS	3452 1135
3 Zadný kryt SPS	3452 1089
4 Konzola SPS	3452 1127
5 Napájací zdroj SPS	3452 1097
6 Držiak konektora napájania SPS	3452 1143
7 Doska komunikačného rozhrania SPS s konektormi	3452 1100
8 Držiak konektorov "F3/F4" SPS	3452 1160
9 Modul zámkov SPS	3452 1119
10 Kryt SPS, s tesnením konektora napájania F1B	3452 1070


17. Podrobná skladba SpaceStation so SpaceCom



18. Zoznam náhradných dielov pre SpaceStation so SpaceCom

Označenie dielov	Katalógové číslo
1 Batéria SP (NIMH) bez fixačného pinu	3452 0856
1 Batéria SP Pin (NIMH) s fixačným pinom	3452 856A
2 Kryt batérie SPC	3452 1232
3 Kryt W-LAN SPCO (s označením) vid' Servisná sada pre SpaceStation	3477 4335
Kryt W-LAN SPCO (bez označení) vid' Servisná sada pre SpaceStation	3477 4335
3 Kryt W-LAN USB modul	na požiadanie
4 Vodítko infúzneho setu SPS (20 kusov)	3477 4394
5 Päťica držiaka SPS	3452 1135
6 Zadný kryt SPCO s ventilátorom	3452 1052
nová verzia	3452 1491
7 Konzola SPS	3452 1127
8 Izolačný kryt SPCO vid' Servisná sada pre SpaceStation	3477 4335
9 SPCO PCB	3452 1490
9 SPCO PCB US verzia	3452 1490U
10 Prepojovací kábel SPCO	3452 1042
11 Izolačný kryt SPCO - vid' servisná sada pre SpaceStation	3477 4335
12 Upevňovacia objímka SPCO - vid' Servisná sada pre SpaceStation	3477 4335
13 Servisná sada pre SpaceStation	3477 4335

19. Podrobné zloženie SpaceCover Comfort



20. Zoznam náhradných dielov pre SpaceCoverComfort

Označenie dielov	Katalógové číslo
1 Kryt batérie SPC	3452 1232
2 Batéria SP (NIMH), bez fixačného pinu	3452 0856
2 Batéria SP Pin (NIMH), s fixačným pinom	3452 0856A
3 Madlo SPC	3452 1224
4 Vrchná a spodná časť krytu s izolačnou fóliou	
Space Cover Comfort	3452 1179
Space Cover Standard	3452 1195
5 Zadný kryt SPC	3452 1216
6 Doska konektoru SPCS (len pre Space Cover Standard)	3452 1240
7 Reproduktor Space Cover Comfort	3452 1267
8 Riadiaca doska PCB pre Space Cover Comfort	3452 1259



