

# Kúpna zmluva č. Z20212101\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica  
Sídlo: Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika  
IČO: 31936415  
DIČ: 2020590187  
IČ DPH: SK2020590187  
Bankové spojenie: IBAN: SK8481800000007000177393  
Telefón: +421 444382435

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Surgitech s. r. o.  
Sídlo: Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 50197975  
DIČ: 2120238736  
IČ DPH: SK2120238736  
Bankové spojenie: IBAN: SK68 0200 0000 0038 2699 3655, BIC: SUBASKBX  
Telefón: 0903905316

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Motorový systém pre veľké traumatologické operačné výkony  
Kľúčové slová: motorový systém pre veľké traumatologické operačné výkony  
CPV: 33162100-4 - Prístroje operačnej sály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Akumulátorová vŕtačka s reamerom - 1 ks
2. Oscilačná píla veľká - 2 ks
3. Nadstavce - 6 ks
4. Batéria - 6 ks
5. Systém uchytenia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii - 1 ks
6. Sterilizačný kontajner - 1 ks

#### **Položka č. 1: Akumulátorová vŕtačka s reamerom - 1 ks**

Funkcia				
Vítanie, frézovanie, rezanie počas operačných výkonov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátorová vŕtačka s reamerom	ks			1
Výkon:	W	250		
Vítanie – krútiaci moment:	Nm	5		
Frézovanie – krútiaci moment:	Nm	19		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Možnosť vŕtania, frézovania, rezania	áno
Otáčky pre vŕtanie:	min. v rozsahu 0-1000 ot/min
Frézovanie otáčky:	min.v rozsahu 0-250 ot/min
Titánový povrch všetkých komponentov	áno
Pravý/ľavý chod	áno
Priechodné telo pre K drôt:	min. do 4,0 mm
Oddeliteľná riadiaca elektronika motora (nesterilizuje sa spolu s telom, je samostatná alebo v akumulátore)	áno
Bez nutnosti sterilizovať akumulátor	áno
ožnosť výmeny akumulátora počas operácie, bez porušenia sterility	áno

**Položka č. 2: Oscilačná píla veľká - 2 ks**

Funkcia				
Pílenie počas operačných výkonov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oscilačná píla veľká	ks			2
Výkon:	W	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Titánový povrch	áno			
Oscilácie min. v rozsahu:	0-13 000/min			
Upnutie pílového listu bez použitia istiacej matice a nutnosti použitia kľúča	áno			
Možnosť nastavenia smeru oscilácie pílového listu v 8 smeroch	áno			

**Položka č. 3: Nadstavce - 6 ks**

Funkcia				
Nadstavce pre vŕtanie, frézovanie a na K drôty				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nadstavec pre vŕtanie s koncovkou AO	ks			1
univerzálne skľučovadlo do priemeru 7,4 mm – doťahovanie pomocou kľúča	ks			1
zavádzač K drôtu o priemere 0,6mm – 4 mm	ks			1
nadstavec pre frézovanie AO	ks			1
nadstavec pre frézovanie ZIMMER/HUDSON	ks			1
nadstavec pre frézovanie HARRIS	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 4: Batéria - 6 ks**

Funkcia				
Batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batéria	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompatibilita s nabíjajúcim systémom Aesculap	áno			

V prípade že produkt nie je kompatibilný s nabíjacou stanicou Aesculap, požadujeme dodanie jedného kusa nabíjacej stanice pre dodaný systém. Nabíjacia stanica musí umožniť nabíjať min. 2 ks akumulátorov súčasne. Napájanie nabíjacej stanice: 230 VAC/50 Hz	áno
--	-----

**Položka č. 5:      Systém uchytenia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii - 1 ks**

Funkcia				
Systém uchytenia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Systém uchytenia v site zabezpečujúci správny odtok kondenzátu pri sterilizácii	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 6:      Sterilizačný kontajner - 1 ks**

Funkcia				
Sterilizačný kontajner určený na parnú sterilizáciu motorového systému				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sterilizačný kontajner	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál vane kontajneru je eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu	áno			
Materiál veka kontajneru je z hliníku určeného výhradne pre parnú sterilizáciu	áno			
Rozmer kontajneru spĺňajú normy EN	áno			
Značenie kontajnerov strojovo čitateľným kódom	áno			
Filtrový systém, integrované filtre pre opakované použitie v súlade s EN 868 časť 2, filter je validovaný na min. 5000 umývacích a sterilizačných cyklov	áno			
Kontajner možno stohovať bez neprimeraného namáhania (stlačenia) tesnenia veka	áno			
Stabilita stohovaného kontajneru spĺňa EN 868	áno			
Nerezové sitá sú vypaľované laserom, neprepletané, perforované, vybavené nôžkami pre stabilné stohovanie	áno			
V prípade potreby je možné vybrané sitá doplniť vekom so zámkom	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Tovar musí byť nový nepoužitý a nerepasovaný
Zaškolenie obsluhy
Dopravné náklady v cene
Platný SUKL kód
Záručná doba: min 24 mesiacov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodacia lehota max. 6 týždňov od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon.

V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Ružomberok  
Obec: Ružomberok  
Ulica: Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

18.02.2021 12:00:00 - 25.03.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: bal.  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 45 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 54 000,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.02.2021 12:38:01

Objednávateľ:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Surgitech s. r. o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska