



RIADITEĽSTVO

Neomedica s.r.o.
Ružová dolina 7
821 09 Bratislava

Vaša značka č./zo dňa Naša značka Vybavuje/linka Miesto a dátum
017/104/2021 JUDr. Fiala Žilina, 23. 02. 2021

Vec: **Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. Z2021566 Z**

Dňa 26.01.2021 bol uzatvorený zmluvný vzťah – Kúpna zmluva č. Z2021566_Z prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému medzi objednávateľom: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, so sídlom Ul. Spanyola 43, 012 07 Žilina, IČO: 17 335 825, zastúpenej štatutárnym orgánom – Radou riaditeľov v zložení: Ing. Igor Stalmašek, MBA – generálny riaditeľ, Ing. Peter Braška, MBA, ekonomický riaditeľ a MUDr. Igor Bízik, MBA – medicínsky riaditeľ

a

dodávateľom: Neomedica s.r.o., so sídlom Ružová dolina 7, 821 09 Bratislava, IČO: 50546279,

predmetom ktorej sú: *Príslušenstvo k infúziám časť č. 1* (ďalej len „kúpna zmluva“).

Dodávateľ bol v zmysle kúpnej zmluvy povinný:

- Dodat' predmet kúpnej zmluvy v zmysle čl. II Predmet zmluvy bod 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy – funkcia: Krátka predlžovacia hadička v dĺžke 30 cm od konca trojcestného kohútika po luer-lock závit, dlhá predlžovacia tlaková hadička v sete v dĺžke 120 cm so závitom luer-lock (male), druhý koniec nasúvací luer-lock (female), prirodzená frekvencia snímača: väčšia alebo sa rovná 40Hz, tlmiaci koeficient $\Psi > 0,4$.
- Dodaná vzorka prevodníkov na meranie invazívnych tlakov nespĺňa nasledovnú funkčnú a technickú špecifikáciu:
 - a) dĺžku 30 cm od konca trojcestného kohútika po luer-lock závit a dĺžku 120 cm so závitom luer-lock (male), nakoľko dĺžka je 25 cm od konca trojcestného kohútika po luer-lock závit a 130 cm so závitom luer-lock (male),
 - b) prirodzenú frekvenciu snímača: väčšia alebo sa rovná 40Hz, nakoľko prirodzená frekvencia snímača je 1200 Hz,
 - c) tlmiaci koeficient $\Psi > 0,4$, nakoľko tlmiaci koeficient je od -0,58 do +5,8 Psi.

Nakoľko si dodávateľ vyššie uvedenú povinnosť nesplnil, došlo k podstatnému porušeniu kúpnej zmluvy uvedenému v článku II bod 2.3 Osobitné požiadavky časť UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU: „Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom, ktorým sa podľa písm. b) rozumie dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve.“

Tel.: + 421 41 / 5110 195
Fax: + 421 41 / 72 34 003
www.fnszpa.sk
email: sekretariat.r@fnszpa.sk

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Č. účtu: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
SWIFT:SPSRSKBA

IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH SK2020699923 SK2020699923



RIADITEĽSTVO

V zmysle kúpnej zmluvy, článok II bod 2.3 Osobitné požiadavky časť UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU: „*Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti.*“


V zmysle článku XVIII ods.18.2 písm. a) Obchodných podmienok elektronického trhoviska účinných od 01.07.2019: „*Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ poruší svoju povinnosť podľa zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom.*“

V zmysle článku XVIII ods. 18.5 Obchodných podmienok elektronického trhoviska účinných od 01.07.2019: „*Odstúpenie musí mať písomnú formu, účinné je dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.*“

Vzhľadom na vyššie uvedené, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina ako objednávateľ odstupuje od kúpnej zmluvy, z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa.

S pozdravom

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
riaditeľstvo
V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
12


Ing. Igor Štalmašek, MBA
generálny riaditeľ

Ing. Peter Braška, MBA
ekonomický riaditeľ