



Titl.

Siemens Healthcare s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

84104 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

FN/EaT/2016/180

Vybavuje/linka

Michal Plesník

032 6566838

TREŇČÍN

14.12.2016

Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201645668_Z

Dňa 9.12.2016 bola medzi Fakultnou nemocnicou Trenčín ako Objednávateľom a Vašou spoločnosťou ako Dodávateľom uzavretá prostredníctvom elektronického kontraktačného systému Kúpna zmluva č. Z201645668_Z (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je dodávka Digitálny ultrazvukový prístroj vyššej triedy alebo ekvivalent so zmluvne vymedzenou technickou špecifikáciou (ďalej len „predmet zákazky“).

Neoddeliteľnou prílohou zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VZP“) ako súčasť Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.0 (ďalej len „OPET“), účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré spravujú práva a povinnosti zmluvných strán.

Celková cena predmetu uzavretej Zmluvy je oproti predpokladanej hodnote zákazky zistenej na základe predbežného prieskumu trhu nižšia o 44 800,00 € bez DPH. Po uzavretí Zmluvy ste nám na našu žiadosť po telefonickom dohovore zaslali email, ktorého prílohou bolo stručné predstavenie konkrétneho typu ponúkaného prístroja. V samotnom emaily uvádzate informáciu o ponúkanom prístroji ako o prístroji najvyššej strednej triedy, pričom už z názvu predmetu Zákazky vyplýva, že sa požaduje prístroj vyššej triedy. Po posúdení primárky príslušného oddelenia spolu s vedením Fakultnej nemocnice Trenčín sme zistili značný nesúlad špecifikácie prístroja podľa datasheet-u z oficiálnej stránky výrobcu a nami zadefinovanými technickými vlastnosťami predmetu zákazky. Celkovo bolo zistených 16 bodov, v ktorých ponúkaný prístroj nevyhovuje požiadavkám Objednávateľa. Okrem *frekvenčného rozsahu prístroja a jednotlivých sond* nevyhovuje prístroj v parametroch: *snímková frekvencia na 2D, dynamický rozsah prístroja, zobrazovací rozsah prístroja ako aj v počte portov pre 2D/3D sondy atď.*

Podľa čl. XVIII bod 18.2 písm. l) VZP: „Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak: „Dodávateľ poskytne Objednávateľovi vedome nepravdivé a zavádzajúce informácie, resp. neposkytne informácie v súlade s VZP alebo Osobitnými požiadavkami na plnenie týkajúcimi sa príslušnej Zákazky“.

V nadväznosti na uvedené objednávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín o d s t u p u j e od Kúpnej zmluvy č. Z201645668_Z uzatvorenej s dodávateľom Siemens Healthcare s.r.o., Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava, Slovenská republika prostredníctvom elektronického trhoviska z dôvodu nevyhovujúcich technicko-medicínskych parametrov ponúkaného prístroja, čím je naplnená skutková podstata ukončenia zmluvy v zmysle podmienok OPET-u podľa čl. XVIII, bod 18.2 písm. 1).

Zároveň Vás informujeme, že v zmysle podmienok OPET-u podľa čl. XVIII, bod 18.5 odstúpením od zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.

S pozdravom,

Vybavuje (podpis):

FAKULTNÁ NEMOCNICA TREŇČÍN

Fakultná nemocnica Trenčín
MUDr. Stanislav Pastva, riaditeľ