

Kupujúci: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Typ zákazky: Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Postup: Verejná súťaž s použitím elektronickej aukcie

Predmet zákazky: Oxygenátory, hadicové sety a hlavy do centrifugálnej pumpy

Dokument: Príloha č. 2 zmluvy

Predávajúci: Medline Medica Slovakia s r.o, Lopčianska 92, 852 03 Bratislava

ČASŤ 4

Membránový oxygenátor pre dospelých pacientov s nižšou hmotnosťou		
P. č.	Požadovaný technicko - medicínsky parameter - opis:	Ponúkaná hodnota: (ÁNO - NIE / hodnota parametra)
1.	na jednorázové použitie	ÁNO
2.	netoxický, apyrogénny, sterilne balený	ÁNO
3.	oxygenačná plocha maximálne 1,5 m ²	ÁNO/1,4m ²
4.	doporučený maximálny prietok krvi viac ako 5,5 l/min	ÁNO/6,0 l/min.
5.	statický plniaci objem oxygenátora maximálne 190 ml	ÁNO/184ml
6.	najnižšia bezpečná pracovná hladina vo venóznom rezervoári maximálne 150 ml	ÁNO/150ml
7.	kompatibilný pre podávanie volatílnych anestetík (izofluran, sevofluran)	ÁNO
8.	pevný graduovaný dvojkomorový venózný rezervoár so zabudovaným venóznym filtrom	ÁNO
9.	možnosť využitia modelu so zdvojeným rezervoárom separácie aktivovanej krvi z vysavačov	ÁNO
10.	objem venózneho rezervoára minimálne 4000 ml	ÁNO/4500ml
11.	integrovaný bezpečnostná VAVD chlopňa na venóznom rezervoári	ÁNO
12.	itegrovaný polyuretánový výmenník tepla	ÁNO
13.	biopasívny coating	ÁNO
14.	záruka okysličovania najmenej 6 hodín	ÁNO
15.	hadicový set ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek, potiahnutý vhodným koatingom ako oxygenátor	ÁNO
Ku každému typu oxygenátora požadujeme dodanie kompletného sterilného jednorázového hadicového systému s potiahnutím biokoatingom rovnakého typu ako oxygenátor. Každý hadicový set musí obsahovať:		
16.	arteriálu linku (hadica 3/8 x 3/32 cca 180 cm) spojenú konektorom s venóznou linkou	ÁNO
17.	(1/2 x 3/32 cca 200 cm)	ÁNO
18.	hadicu do čerpadla (3/8 x 3/32 1 ks á 50 cm, 1ks á 45 cm) so spojkami 3/8 x 1/2 spojené so silikónovou hadicou 1/4 x 3/32 dĺžky 55 cm	ÁNO
19.	hadicu (1/4 x 1/16 cca 150 cm) s vloženým kyslíkovým filtrom	ÁNO
20.	hadicu pre vysávače 3 kusy (1/4 x 1/16 cca 420 cm)	ÁNO
21.	arteriálnu hadicu s integrovaným arteriálnym filtrom a buble trapom (hadica 3/8 x 3/32 cca 130 cm) arteriálny filter, Y spojka 2 kusy	ÁNO
22.	hadice na drény (2 kusy 1/4 x 1/16 cca 80 cm)	ÁNO
23.	hadice na drény (1 kus 1/4 x 1/16 cca 80 cm) – Silicon	ÁNO
24.	hadica na arteriálny filter (1/8 x 1/32, 2x cca 40 cm + jednocestná Vernay valve, zakončenie – male LL, trojcestný ventil)	ÁNO
25.	trojcestný ventil 3 kusy	ÁNO
26.	konečky na vysávače 2 kusy (Sarms 4300 alebo ekvivalent – Fluted, angled 30°)	ÁNO
27.	hadicové spojky MVL-MVL 2 kusy	ÁNO

28.	hadicové spojky – priama 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1 kus	ÁNO
29.	hadicové spojky – priama 1/2 x 1/2 s bočným LL – 1 kus	ÁNO
30.	hadicové spojky – Y typ 3/8 x 1/4 x 1/4 – 1 kus	ÁNO
31.	hadicové spojky – Y typ 1/2 x 3/8 x 3/8 s bočným LL – 1 kus	ÁNO
32.	hadicové spojky – Y typ 1/4 x 1/4 x 3/8 – 1 kus	ÁNO
33.	rýchlospúšťač 2 línk 90 cm s Y spojkou + 2 ks 20 cm hadica 1/4 x 1/16 so stopermi	ÁNO
34.	2x jednosmerná hadica 1/8 x 1,32 80 cm s one way valve, LL koncovkou s krytkami + 3 cestný ventil	ÁNO
35.	transfer bag 1000 ml + 15 cm hadica so stoperom a krytkou 4,33 x 1,3	ÁNO
36.	+ 30 cm hadica s LL spojkou, stoperom, krytkou 4,33 x 1,3	ÁNO
37.	+ 10 cm hadica 1/2 x 3,32 s Y spojkou 1/4,1/2	ÁNO
38.	+ 5 cm hadica so stoperom a krytkou 3,0 x 0,55	ÁNO
39.	(Dížkové miery sú uvádzané ako orientačné, upresňované budú v jednotlivých objednávkach podľa skutočných potrieb a požiadaviek obstarávateľa.)	ÁNO

Meno štatutárneho orgánu predávajúceho: Zdeněk Bot

Podpis štatutárneho orgánu predávajúceho:

V Bratislave, dňa 04.02.2021


Medline Medica Slovakia s.r.o.
 Keptčianska 92
 852 03 Bratislava
 IČ DPH: SK2020210434