

## Príloha č. 1 ku KZ – Špecifikácia predmetu zákazky

### Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne zavádzače veľkých priemerov vhodné na implantáciu brušných stentgraftov a odpojené coily resp. hydrocoily vhodné na uzáver tepien ako aj liečbu aneuryziem tepien, resp. riešenie komplikácie endograftingu aorty - endoleakov.

### Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

| Položka č. 1 - Kinkrezistentné zavádzače |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                      | Požadované kinkrezistentné zavádzače použiteľné aj pri implantácii brušných stentgraftov, dvojito taperované pre ľahké a bezpečné zavádzanie, optimálne vo veľkostiach minimálne 12 - 20 F, na 0,035 vodič s hemostatickou chlopňou zabraňujúcou aspirácii a minimalizáciou krvácania, v dĺžke minimálne 30 cm.                                                        |
| Položka č. 2 - Coily                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1                                      | Požadované coily rôznych rozmerov kompatibilné s 0,018'' a 0,035'' vodičom, s možnosťou implantácie tlačení (odpojené coily) a s možným použitím pri riešení aj komplikácií endograftingu aorty - na riešenie endoleakov. Požadované sú aj coily malých rozmerov 2 - 3 mm, optimálne s hydrogélovou výplňou, tzv. boptnajúce coily a coily do veľkosti priemeru 16 mm. |

Obchodný názov uchádzača:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Donská 61, 841 06 Bratislava

Vystavil (meno, priezvisko, titul):

Mgr. Tomáš Szymanowski, obchodný manažér

V:

Bratislave

Dňa:

8.4.2021

.....  
Ing. Silvia Augustinová, konateľ