

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

- *V popise uviesť či spĺňa/nespĺňa ponuka slovné zadanie slovom uviesť parametre

Pol ož ka	Názov položky	M.j. *	Počet	* Parametre
1.	12-kanálové EKG – minimálne požiadavky	ks	1	Spĺňa všetky požadované parametre - displej – min 5.7" farebný, dotykový, rozlíšenie min. 640 × 480 px - Indikátor odpadnutých elektród - kontrola každej elektródy - Rozhranie – min. RS 232, USB, - Tlačiareň - šírka papiera 112 mm, vinutý/A4 kancelársky , - Rýchlosť posuvu – min. 5, 10, 25, 50 mm/s - SPRACOVANIE SIGNÁLU - o Počet kanálov - 3, 6, 12 - o Počet zvodov – 12.0 - o Zobrazené zvody - 3, 6, 12 - Napájanie - 115/230 V, 50–60 Hz - Detekcia kardiostimulátora - 100 µs / špeciálny obvod s detekciou ekvivalentnou vzorkovaniu 40.000 Hz - Kapacita akumulátora (automat: min 30 tlačенých záznamov, manuálne: min 30 minút tlačенého signálu, monitoring: min 90 minút)
2.	Stolík pojazdný k prístroju s odkladacím priestorom	ks	1	Spĺňa - pojazdný stolík na kolieskach s odkladacím priestorom a ramenom na patientský kábel
3	Zaškolenie personálu (6 zamestnanci) – 2 termíny na zaškolenie, verejný obstarávateľ upresní po dohode	ks	6	spĺňa