

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Položka	Názov položky	M.j.	Počet	*Parametre
1.	2-kanálový elektroliečebný prístroj so zabudovanou vákuovou jednotkou a s 1- kanálovým ultrazvukovým prístrojom	ks	1	spíňa



	Minimálne požiadavky: - počet súčasne zapojených aplikátorov – 2 - počet nezávislých kanálov – 2 - ponuka typov prúdov (min. TENS, interferencia 4 pólová, Träbertové prúdy, Kotzové prúdy, Diodynamik) - vhodný na aplikáciu kombinovanej terapie - programovateľné sekvencie - nastaviteľná doba aplikácie: min. 5 – 100 minút - simultánna liečba 1 a 3 MHz hlavicou s možnosťou pred hriatia aplikátorov - ergonomické multifunkčné hlavice 5 a 1 cm² - prednastavené protokoly, voľba protokolov a možnosť nastavovania vlastných protokolov a vedenia databázy pacientov a podaných terapií - dotykový displej min. 7" - pulzný alebo masážny režim - káble (min. sieťový, prepojovací)			splnené požiadavky: • počet súčasne zapojených aplikátorov – 2 • počet nezávislých kanálov – 2 • ponuka typov prúdov (min. TENS, interferencia 4 pólová, Träbertové prúdy, Kotzové prúdy, Diodynamik) • vhodný na aplikáciu kombinovanej terapie • programovateľné sekvencie • nastaviteľná doba aplikácie: 5 – 100 minút • simultánna liečba 1 a 3 MHz hlavicou s možnosťou pred hriatia aplikátorov • ergonomické multifunkčné hlavice 5 a 1 cm² • prednastavené protokoly, voľba protokolov a možnosť nastavovania vlastných protokolov a vedenia databázy pacientov a podaných terapií • dotykový displej 7" • pulzný alebo masážny režim • káble (min. sieťový, prepojovací)
--	--	--	--	--

2.	Stolík k prístroju s odkladacím priestorom a ľahkou manipuláciou prístroja v priestore	ks	1	spĺňa Stolík k prístroju s odkladacím priestorom a ľahkou manipuláciou prístroja v priestore
----	--	----	---	--

- *V popise uviesť či spĺňa/nespĺňa ponuka slovné zadanie slovom uviesť parametre

