

# Kúpna zmluva č. Z202115956\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika  
IČO: 36644331  
DIČ: 2022102753  
IČ DPH: SK2022102753  
Bankové spojenie: IBAN: Sk59 0200 0000 0037 1089 6554  
Telefón: 0484333137

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NIMAG, spol. s r.o.  
Sídlo: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31337775  
DIČ: 2020343391  
IČ DPH: SK2020343391  
Bankové spojenie: IBAN: SK9075000000004020362955  
Telefón: 0905257958

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: 12-kanálový EKG prístroj  
Kľúčové slová: EKG, elektrokardiograf, termopapier  
CPV: 33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje; 33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: 12-kanálový EKG prístroj

| Funkcia                                                                                                                                           |                         |         |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| 12-kanálový mikroprocesorom riadený elektrokardiograf s možnosťou integrácie do nemocničného informačného systému, vrátane vozíka a držáka káblov |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                              | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| 1. 12-kanálový EKG prístroj                                                                                                                       | ks                      |         |         | 4      |
| 1.1 farebný dotykový LCD displej                                                                                                                  | palec                   | 8       |         |        |
| 1.2 interná pamäť                                                                                                                                 | počet záznamov          | 350     |         |        |
| 1.3 port USB                                                                                                                                      | počet                   | 2       |         |        |
| 1.4 tlak v prevádzke                                                                                                                              | hPa                     | 700     | 1060    |        |
| 1.5 príkon                                                                                                                                        | VA                      |         | 64      |        |
| 1.6 hmotnosť prístroja - vrátane batérie a papiera                                                                                                | g                       |         | 4500    |        |
| 2. vozík na presun prístroja                                                                                                                      | ks                      |         |         | 4      |
| 3. držiak káblov                                                                                                                                  | ks                      |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti                                                                                                                              | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |

|                                                                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-kanálový EKG prístroj                                                                                        | ---                                                                                                  |
| - rozmeranie + R-R analýza                                                                                      |                                                                                                      |
| - napájanie zo siete 230 V aj z akumulátora                                                                     |                                                                                                      |
| - konfigurovateľné zobrazenie zvodov na displeji                                                                |                                                                                                      |
| - prednastaviteľné profily manuál a automat                                                                     |                                                                                                      |
| - spätný záznam v režime printscreen                                                                            |                                                                                                      |
| - automatická detekcia kardiostimulátora a zaznamenanie arytmií                                                 |                                                                                                      |
| - možnosť prehliadania komplet denný report záznamu EKG                                                         |                                                                                                      |
| - zmrazenie EKG krivky na obrazovke                                                                             |                                                                                                      |
| - rozhranie pre pripojenie k PC                                                                                 |                                                                                                      |
| - filtrácia a inteligentný autoadaptívny filter                                                                 | sieťový filter 50/60 Hz, svalový filter 25/35 Hz, filter draftu 0,25/0,5 Hz, LP filter 75,100,150 Hz |
| - interná termálna tlačiareň                                                                                    |                                                                                                      |
| - záznam na termopapier - voliteľné formáty tlače                                                               | rolka min.210mm, skladaný papier A4                                                                  |
| - ochrana proti defibrilácii                                                                                    |                                                                                                      |
| - automatická kontrola uvoľnených zvodov                                                                        |                                                                                                      |
| - možnosť zadania dát - rodné číslo, meno a priezvisko, vek, hmotnosť, výška, pohlavie, krvná skupina, symptómy |                                                                                                      |
| - prenos EKG záznamov do archivačného systému EKG prostredníctvom LAN                                           |                                                                                                      |
| - minimálne rozlíšenie tlačiarne pri rýchlosti 25 mm/s                                                          |                                                                                                      |
| - citlivosť nastaviteľná manuálne 0,25-0,5-1-2 cm/mV, alebo automaticky                                         |                                                                                                      |
| - rozlíšenie displeja min.1024*768                                                                              |                                                                                                      |
| - súbežné zapojenie čítačky čiarového kódu a pripojenie USB pamäte                                              |                                                                                                      |
| - modul analýzy s interpretáciou                                                                                |                                                                                                      |
| - vybavenie príslušenstvom                                                                                      | elektrody + EKG papier                                                                               |
| - kapacita batérie                                                                                              | 8 hod s výtlačkom EKG každých 15 min                                                                 |
| - vyhovuje bezpečnostným a výkonovým normám IEC/EN60601-1 a IEC/EN60601-2-25                                    |                                                                                                      |
| - vozík pod EKG s ramenom na uchytenie patientského kábla                                                       |                                                                                                      |

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vráťane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2. Vráťane inštalácie na mieste plnenia, uvedenia do prevádzky, zaškolenia personálu a odovzdanie užívateľského manuálu v slovenskom jazyku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Aplikačné školenie pre max.6 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4. Minimálne 2 ročná záruka na kompletne vybavenie (odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Predmet zákazky bude považovaný za dodaný jeho doručením na miesto určenia, inštaláciou, zaučením obsluhujúceho personálu a podpísaním preberacieho protokolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Zariadenie má byť nové, nepoužívané a nerepasované.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky, a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia, a zrealizuje plnenie len prostredníctvom osôb spĺňajúcich všetky predmetné požiadavky pre poskytovanie plnenia. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Dodávateľ deklaruje, že predmet zákazky spĺňa technické požiadavky, ktoré sa na výrobok vzťahujú v súlade so Zákomom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9. Požaduje sa v zmysle § 340 b) ods.5 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. Požaduje sa predložiť platný certifikát tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (CE certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu, resp. iný doklad, ktorý nahrádza požadované potvrdenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14. Požaduje sa predložiť kópia dodacieho listu od výrobcu zariadenia, vrátane sériového čísla zariadenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaných dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16. Dodávateľ je povinný odstrániť vady tovaru bez zbytočného odkladu: najneskôr do 48 hodín pri vade nevyžadujúcej náhradný diel, alebo najneskôr do 72 hodín pri nahlásení vady vyžadujúcej si náhradný diel. Pri nedodržaní týchto povinností je dodávateľ povinný zabezpečiť zapožičanie iného prístroja s porovnateľnými technickými parametrami. Nahlásenie vady prístroja objednávateľom prebehne telefonicky alebo e-mailom s uvedením názvu objednávateľa, zodpovednej osoby, kontaktu, dátumu a času závady, typu prístroja a popisu závady. Nástup servisného technika do 24 hodín od nahlásenia poruchy. |
| 17. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas dlžníka je platný za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa nie je potrebný pri postúpení pohľadávok v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti.                                                                             |
| 18. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Banská Bystrica  
Obec: Banská Bystrica  
Ulica: Cesta k nemocnici 1

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.08.2021 07:00:00 - 06.09.2021 15:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok  
Požadované množstvo: 1,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 500,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 800,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.07.2021 13:08:01

Objednávateľ:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

NIMAG, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu