

ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNEJ VECI

uzavretá v súlade s ustanovením § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka (Zákona č. 40/1963 Zb.)

I.

Zmluvné strany

1. Prenajímateľ

Bio G, spol. s r. o.

Elektrárenská 12092, 831 04 Bratislava

Zastúpený: Ing. Dagmar Berkešová, konateľka

IČO: 34123415

IČ DPH: SK2020361222

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Zapísaný v OR SR Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 13217/B

číslo účtu:

IBAN:

(ďalej len Prenajímateľ)

2. Nájomca:

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2, 036 59 Martin

Zastúpený: radou riaditeľov v zložení

MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA, generálny riaditeľ

Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD, medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Škorňa, ekonomický riaditeľ

(V mene organizácie sú oprávnení konať najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu spoločne)

IČO: 365327

IČ DPH: 2020598019

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

číslo účtu:


(ďalej len Nájomca)

uzatvárajú túto **z m l u v u o n á j m e**.

II.

Predmet nájmu

Predmetom tejto nájomnej zmluvy je užívanie hnuteľnej veci: Acidobázického analyzátoru RapidLab 348EX, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics (sériové číslo s príslušenstvom bude uvedené v protokole o inštalácii), ďalej označovaný aj ako „zariadenie“, nájmomcom v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto nájomnej zmluve.



Predmet nájmu je pri dodaní a inštalácii nový, je vo výlučnom vlastníctve Prenajímateľa a jeho špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1.

III. Termín a spôsob plnenia

1. Prenajímateľ sa zaväzuje bezodplatne nainštalovať plne funkčné zariadenie v Univerzitnej nemocnici Martin na pracovisku: Ústav klinickej biochémie (ďalej ako miesto dodania), do 4 - 8 týždňov odo dňa podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami. Prenajímateľ potvrdí protokol o odovzdaní zariadenia. Rovnako potvrdí inštaláciu zariadenia, jeho odskúšanie a funkčnosť zariadenia. Prenajímateľ neposkytuje a nehradí zapojenie zariadenia do Laboratórneho informačného systému.
2. Prenajímateľ bezodplatne zaškolí v rámci užívateľskej príručky obsluhujúci personál určený Nájomcom. Prenajímateľ uvedie v protokole o zaškolení jednotlivé činnosti a Nájomca ich zvládnutie potvrdí písomne.
3. Dodaním zariadenia sa rozumie prevzatie zariadenia v mieste dodania, povereným zamestnancom nájomcu a tým je primárka MUDr. Jela Schudichová, MPH. Prevzatím zariadenia prechádza nebezpečenstvo straty, alebo znehodnotenia zariadenia na Nájomcu.

IV. Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po podpise sa zmluva uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 1 rok odo dňa dodania predmetu zmluvy.
2. Doby nájmu je možné zmeniť formou dodatku k tejto nájomnej zmluve, ktorý musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami
3. Po skončení nájmu je Nájomca povinný odovzdať predmet nájmu užívania v prevádzkyschopnom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. O odovzdaní predmetu nájmu bude spísaný odovzdávajúci protokol.

V. Nájomné

1. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli na mesačnom nájomnom za predmet nájmu

Mesačné nájomné v EUR bez DPH	150,-
DPH 20% v EUR	30,-
Mesačné nájomné v EUR s DPH	180,-

Prenajímateľ je povinný vystaviť nájomcovi faktúru za prenájom najneskôr však do 5. dňa v mesiaci nasledujúceho po dni poskytnutia služby. Splatnosť faktúr je 60 dní.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnuté nájomné je konečné.

VI. Iné záväzky zmluvných strán

1. Nájomca je povinný zariadenie užívať v súlade s pokynmi poskytnutými Prenajímateľom počas zaškolenia, v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke a v súlade s účelom použitia zariadenia.
2. Nájomca je povinný zariadenie chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením.
3. Prenajímateľ môže požadovať vrátenie nepoškodeného zariadenia pred skončením určenej doby nájmu, ak Nájomca neužíva zariadenie riadne. Nájomca nemôže premiestniť zariadenie z miesta dodania, alebo prenechať zariadenie na užívanie inému.
4. Prenajímateľ zabezpečí servis na zariadenie počas celej dĺžky platnosti tejto nájomnej zmluvy na svoje náklady, prostredníctvom autorizovaného servisu výrobcu.
6. V prípade poruchy sa Prenajímateľ zaväzuje začať s jej odstraňovaním do 48 hodín od nahlásenia poruchy zo strany Nájomcu. Za nahlásenie poruchy sa pre účely tejto zmluvy považuje nahlásenie telefonicky na tel. č.: **0800 500 045** alebo e-mailom na: **servis@infomed.sk**.
7. Zodpovednosť za vady nekryje prirodzené opotrebovanie, ani poškodenie, ktoré vznikne po prechode nebezpečenstva škody na zariadení, vzhľadom na chybnú alebo nedbalú manipuláciu, nadmerné namáhanie, použitie nevhodného materiálu pre prevádzku a také chemické, elektrochemické alebo elektrické vplyvy, ktoré sa nepredpokladali v čase uzatvorenia zmluvy.
8. Všetky záväzky, práva a povinnosti podľa tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť výslovné prevzatie práva a povinností z tejto zmluvy právnym nástupcom.
9. Nájomca je povinný zabezpečiť pracovníkom Prenajímateľa a pracovníkom servisnej organizácie, plný a voľný prístup k zariadeniu tak, aby mohli vykonávať kontrolu, opravy a údržbu v priestoroch Nájomcu v termínoch dohodnutých s Prenajímateľom.
10. Prenajímateľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu nájomcu nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany prenajímateľa tretej osobe bez súhlasu nájomcu je neplatné. Súhlas nájomcu je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

VII. Záverečné ustanovenia


1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.



2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán si ponechá jeden rovnopis.
3. Všetky prípadné neskoršie zmeny a dodatky vzťahujúce sa k tejto zmluve musia byť urobené písomnou formou.
4. Zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu v 3 – mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po jej doručení druhej zmluvnej strane.

V Bratislave, dňa 13. 4. 2021


Za Prenajímateľa:



Ing. Dagmar Berkešová
Konateľka


V Martine, dňa 06. JÚL 2021

Za Nájomcu:



MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
generálny riaditeľ UNM

Ing. Stanislav Škorňa
ekonomický riaditeľ UNM



Univerzitná nemocnica s poliklinikou
Kollárova 2, 002 69 Bratislava




Bio G spol. s r.o. ©
Elektrárnska 12092
831 04 Bratislava
IČO: 34 1234 15
IČ DPH: SK2020361222

Príloha č.1:

Technická špecifikácia

SIEMENS

Acidobázický analyzátor RapidLab 348 EX



Plnoautomatický analyzátor krvných plynov **RapidLab 348 EX** poskytuje všetko na rýchle, presné, správne a pohodlné testovanie.

Základné vlastnosti a parametre modelu Rapidlab 348 EX:

- merané parametre: pH, pO₂, pCO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Hct, pAtm
- vypočítané parametre: HCO₃-act, HCO₃-std, BE(ecf), BE(B), ctCO₂, Ca⁺⁺(7,4), Anion Gap; O₂SAT, O₂CT, pO₂(A-a), pO₂(a/A), pO₂/FI_O₂, ctHb(est)
- teplotne korigované parametre: pH(T), H⁺(T), pCO₂(T), pO₂(T), pO₂(A-a)(T), pO₂(a/A)(T), pO₂/FI_O₂, ctHb (est)
- analyzovaný materiál: **plná krv, dialyzát**
- objem vzorky: 95 µl (striekačka/kapilára), **50 µl** v mikromóde
- automatické dávkovacie zariadenie rozpozná a nasaje vzorku priamo z kapiláry alebo striekačky; čistenie dávkovacieho zariadenia prebieha automaticky bez zásahu obsluhy
- **automatická detekcia malého objemu vzorky** spôsobí prepnutie analyzátoru do mikromódu bez zásahu operátora
- automatická kalibrácia a premývanie, alebo na základe požiadavky
- výsledok do 60 sekúnd od nasatia vzorky
- umiestnenie reagensí na prednom paneli analyzátoru umožňuje jednoduché monitorovanie hladiny a výmenu reagensí (priehľadné plastové nádoby a modrosfarbené roztoky)
- jednoduchý prístup k senzorum, reagensiám a odpadu zaručuje rýchlu výmenu
- zálohovanie údajov až do 250 záznamov pre analyzované vzorky, 90 záznamov pre každú hladinu kontrolného materiálu
- prehľad získaných výsledkov: na monitore, výstup do tlačiarne, alebo elektronický prenos do LIS

- záznamy QC v Levey – Jennings grafe
- možnosť tlače súhrnných záznamov pre kalibrácie a QC reporty
- USB port pre exportovanie dát
- bezúdržbové elektródy Ready Sensor™ s preukázateľnou dlhodobou životnosťou a výkonom
- farebná dotyková obrazovka, užívateľský veľmi jednoduchý ovládací softvér
- čítačka čiarových kódov zabezpečuje bezpečnosť údajov pacientov
- minimálne požiadavky na údržbu
- operačný systém LINUX
- zabudovaná tlačiareň
- Rozmery: výška: 371 mm, šírka: 386 mm, hĺbka: 380 mm
 hmotnosť: 10,7 kg