

Názov predmetu zákazky:
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 5 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na cievny uzatvárací systém

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Cievny uzatvárací systém			
1.	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na cievny uzatvárací systém:	spĺňa	
1.1	špeciálny uzatvárací systém pozostávajúci z dvojzložkového vstrebateľného materiálu s RTG markerom	spĺňa	
1.2	so zreteľom na uzatváranie katetrizačného prístupu z femorálnej artérie špeciálne do 25F vonkajšieho diametra	spĺňa	
1.3	indikovaný na použitie po transkatérovej implantácii aortálnej chlopne a perkutánnej implantácii podporných komorových systémov (PVAD, ECMO, PulsCath) ako aj po ednovaskulárnych technikách	spĺňa	
1.4	požaduje sa veľkosť systému 14F je indikovaný po použití 10-14F pošvičiek	spĺňa	
1.5	18F systém je indikovaný na uzavretie punkcie po použití 15-18F (maximálny vonkajší priemer 25F).	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Biomedica Slovakia, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Drobného 27, 841 01 Bratislava

IČO:

35849258

DIČ:

2020239518

V: Bratislava

Dňa: 6.8.2021

Mag. Karl Hirczy, konateľ spoločnosti

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač