

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu**Špecifikácia predmetu zákazky****Časť č. 3 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie angiografických postupov**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Angiografický set I.			
1.	Požaduje sa špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu s osobitným zreteľom na riadené kontrastné infúzie angiografických postupov:	spĺňa	
1.1	<i>ručný ovládač</i>	spĺňa	
1.1.1	umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky	spĺňa	
1.1.2	prepojenie na Injektor Acist Cvi	spĺňa	
1.1.3	má dve tlačidlá:	spĺňa	
a)	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky	spĺňa	
b)	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom	spĺňa	
1.2	<i>trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou</i>	spĺňa	
1.3	<i>vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok</i>	spĺňa	
1.3.1	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)	spĺňa	
1.3.2	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).	spĺňa	
Položka č. 2 - Angiografický set II.			
1.	<i>tľakový prevodník</i>	spĺňa	
1.1	zbernú hadicu	spĺňa	
1.2	hadicu fyziologického roztoku	spĺňa	
1.3	hrot fyziologického roztoku	spĺňa	
1.4	ručnú striekačku	spĺňa	
2.	<i>Multi-use Syringe</i>	spĺňa	
2.1	100 ml striekačku	spĺňa	
2.2	hrot fyziologického roztoku	spĺňa	
2.3	hadicu na kontrastnú látku	spĺňa	
2.4	posuvnú svorku	spĺňa	

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

3.	<i>ručný ovládač</i>	spĺňa	
3.1	umožňuje precíznu reguláciu prietoku a objemu vstrekovanej kontrastnej látky	spĺňa	
3.2	prepojenie na Injektor Acist Cvi	spĺňa	
3.3	má dve tlačidlá:	spĺňa	
a)	horné tlačidlo, označené ako C, spúšťa a reguluje prietok vstrekovanej kontrastnej látky	spĺňa	
b)	spodné tlačidlo, označené ako S, spúšťa a zastavuje prepláchnutie fyziologickým roztokom	spĺňa	
4.	<i>trojcestný vysokotlakový uzatvárací kohút s otočnou koncovkou</i>	spĺňa	
5.	<i>vysokotlakovú hadicu rôznych dĺžok</i>	spĺňa	
5.1	AT-P65 dĺžka vysokotlakovej hadice je 65 inch (165,10 centimetra)	spĺňa	
5.2	AT-P54 dĺžka vysokotlakovej hadice je 54 inch (137,16 centimetra).	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Slomed s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Levická 11, 949 01 Nitra

IČO:

36307165

DIČ:

2020077312

V: Nitre

Dňa: 8.7.2021

.....
Ing. Tomáš Bartoň, konateľ