

Kúpna zmluva č. Z202117414_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Sídlo: Banisko č. 1, 97742 Brezno, Slovenská republika
IČO: 31908969
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687
Bankové spojenie: IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736
Telefón: +421918732587

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FOSAN SK s.r.o.
Sídlo: Palisády 14, 81106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35970472
DIČ: 2022102632
IČ DPH: SK2022102632
Bankové spojenie: IBAN: SK4011000000002920840116
Telefón: 0948526396

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitné motorové vozidlo - RZP
Kľúčové slová: Sanitné motorové vozidlo, RZP
CPV: 34114110-3 - Záchranné vozidlá
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Sanitné motorové vozidlo - RZP

Funkcia				
Sanitné motorové vozidlo - RZP				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sanitné motorové vozidlo - RZP	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Technická špecifikácia vozidla - karoséria a ostatné požadované parametre:				
1.1 rok prvého stupňa výroby vozidla	2021			
1.2 dĺžka ložného priestoru na podlahe	2500 - 4000 mm			
1.3 maximálne zaťaženie vozidla	do 3 500 kg s vodičským oprávnením skupiny B			
1.4 zadné dvere - vysoké dvojkrídlové čiastočne presklené, zosilnené pánty, otváranie o 270 stupňov, aretácia v dvoch polohách	vyžaduje sa			
1.5 posuvné bočné dvere	vpravo z časti presklené			
1.6 posuvné okno	v bočných pravých dverách			
1.7 spätné zrkadlá elektricky vyhrievané	vyžaduje sa			

1.8 uzatvorená karoséria, oceľová, prípadne s kombinovaná s laminátovou časťou, žltej farby, odtieň	vyžaduje sa
1.9 vnútorná výška interiéru po prestavbe na sanitné vozidlo min. 1 800 mm	vyžaduje sa
1.10 pohon 4 x 4, ABS, ASR, ESP, asistent rozjazdu do kopca,	vyžaduje sa
1.11 airbag vodiča, signál nezapnutého pásu vodiča	minimálne jedno sedadlo spolujazdca s osobitnými bezpečnostnými pásmi, airbag spolujazdca
1.12 posilňovač riadenia s premenlivým účinkom v závislosti na rýchlosti	vyžaduje sa
1.13 motor vznetový	výkon minimálne 100 kW
1.14 emisie	minimálne EURO 6
1.15 palubný počítač	vyžaduje sa
1.16 lapače nečistôt vpredu a vzadu	vyžaduje sa
1.17 parkovacie senzory zadné	vyžaduje sa
1.18 automatické zapnutie stretávacích svetlometov	vyžaduje sa
1.19 deliaca priehradka s posuvným oknom	vyžaduje sa
1.20 predné svetlomety do hmly s aktívnou funkciou pri odbočovaní	vyžaduje sa
1.21 centrálné uzamykanie s diaľkovým ovládaním, kľúč 2 x	vyžaduje sa
1.22 klimatizácia kabíny vodiča	vyžaduje sa
1.23 predpríprava uchytenia rádiostanice a príslušenstva v kabíne vodiča	vyžaduje sa
1.24 kolesá	minimálne 16'' oceľové 6,5Jx16 s pneumatikami typu C
1.25 plnohodnotné rezervné koleso	vyžaduje sa
1.26 cúvací senzor s akustickým signálom pri cúvaní	vyžaduje sa
1.27 zosilnený alternátor 180 A a AGM akumulátor minimálne 85Ah/520 A	vyžaduje sa
1.28 signalizácia otvorených ktorýchkoľvek dverí na palubnej doske	vyžaduje sa
1.29 zaškolenie obsluhy v počte minimálne 2 osoby na dodávané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla	vyžaduje sa
2. Ďalšia požadovaná výbava vozidla:	
2.1 sada povinnej výbavy podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	vyžaduje sa
2.2 zdvihák s nosnosťou min 3,5 tony	vyžaduje sa
2.3 prenosné svetlo akumulátorové dobijacie s päticou 12 V s automatickým režimom dobijania, osvetlenie min. 50 m priestoru, dĺžka svietenia min 1,5 hodiny, umiestnenie na deliacej zadnej priečke v kabíne vodiča medzi sedadlami	vyžaduje sa
2.4 päť kusov pneumatík na vozidle s oceľovými ráfikmi s príslušným rozmerom a parametrami k danému vozidlu podľa predpisu výrobcu vozidla	vyžaduje sa
3. Požiadavky na prestavbu vozidla:	
3.1 podľa technickej normy vydanej 1.8.2015 STN EN 1789+A2 Vozidlá záchranej zdravotnej služby a ich vybavenie. Cestné ambulancie.	vyžaduje sa

3.2 výstražná LED diódová svetelná signalizácia modrej farby v zmysle platnej vyhlášky so stroboskopickým efektom, umiestnená: • na prednej časti strechy vozidla, svetelná rampa, na zadnej časti strechy samostatný maják, predné zábleskové svetlá v maske vozidla, bočné zábleskové svetlá v predných blatníkoch vozidla	vyžaduje sa
3.3 Ostatné osvetlenie: dve LED prídavné pracovné bočné svetlá v plastových krytoch na oboch bokoch vozidla na streche s možnosťou zapnutia v kabíne vodiča, minimálny výkon jedného svetla min 10 W • dve prídavné svetlá umiestnené na zadnej hrane strechy otočené smerom za vozidlo, aktivované automaticky pri cúvaní, pracovné osvetlenie na ohybnom krku umiestnené pred spolujazdcom nad palubnou doskou s vlastným spínačom na zapnutie	vyžaduje sa
3.4 Zvuková signalizácia v zmysle platnej vyhlášky siréna s minimálnou voľbou Wail/Yelp/Hilo so samostatným ovládaním, reproduktor s minimálnym výkonom 100 W / 11 OHMS, ovládateľné samostatne, umiestnené v prednej vonkajšej spodnej polovici vozidla.	vyžaduje sa
3.5 Ostatná špeciálna výbava: automatický predhrev motora s termostatom o minimálnom výkone 500 W pripojený na elektrický rozvod vozidla 230 V	vyžaduje sa
4. Požiadavky na prestavbu a vybavenie ambulantného priestoru RZP:	
4.1 na chode motora nezávislé teplovzdušné kúrenie s termostatom, naftové s výdychom teplého vzduchu do ambulantného priestoru a vodiča	vyžaduje sa
4.2 závislé teplovodné kúrenie s termostatom, trojrychlostné s výdychom v spodnej časti	vyžaduje sa
4.3 klimatizácia zadného priestoru nezávisle regulovaná od kabíny vodiča, napojená na prednú originálnu klimatizáciu dodávanú výrobcom vozidla	vyžaduje sa
4.4 prídavné teplovzdušné kúrenie elektrické napojené na rozvod 230 V/1500 W vhodné do dopravných prostriedkov pre prepravu, zapojené do samostatnej istenej zásuvky regulovanej termostatom	vyžaduje sa
4.5 elektrický rozvod 230 V so samostatným istením: vonkajšia prípojná zásuvka s krytím min IP 65 umiestnená v ľavej bočnej stene vozidla s funkciou nedovolenia štartu vozidla v prípade zapojenia el. prívodu do tejto zásuvky, 2 x vnútorná zásuvka na ľavej stene v ambulantnej časti vozidla, predlžovací kábel na pripojenie vozidla do elektrickej siete 230 V v dĺžke 10 metrov, v prípade napojenia vozidla na elektrickú sieť 230 V funkcia automatického dobíjania batérie vozidla aj batérie ambulantného priestoru s automatickým režimom proti prebíjaniu batérií	vyžaduje sa
4.6 zásuvka na 12 V s nepretržitým odberom elektrického prúdu v ambulantnom priestore samostatne istené minimálne 2x na ľavej stene vpredu, 1x na ľavej stene vzadu, 1x pred spolujazdcom v prednej časti vozidla	vyžaduje sa
4.7 halogénový reflektor v zadnej časti ambulantného priestoru osvetľujúci priestor za vozidlom	vyžaduje sa
4.8 osvetlenie interiéru, žiarovkové a LED, ovládanie pri bočných a zadných dverách	vyžaduje sa
4.9 bodové svetlo nastaviteľné nad pacientom, zapustené v stropě	vyžaduje sa
4.10 osvetlenie nástupného schodu s automatickým zapnutím pri otvorení bočných posuvných dverí	vyžaduje sa
4.11 ventilátor obojsmerný zabudovaný v streche, prípadne na boku zástavby s dvojpolohovým spínačom	vyžaduje sa
4.12 sklá v zdravotníckom priestore jednostranne z vonkajšej strany vozidla nepriehľadné zatmavené fóliou	vyžaduje sa

4.13 výstuhy karosérie pre inštaláciu držiakov na prístroje a nábytok	vyžaduje sa
4.14 zateplenie a odhlučnenie zdravotnej časti	vyžaduje sa
4.15 celkový vnútorný obklad všetkých stien a stropu umývateľným a dezinfikovateľným materiálom s vytmelením škár	vyžaduje sa
4.16 skrinky a poličky	vyžaduje sa
4.17 protišmyková, antistatická podlaha	vyžaduje sa
4.18 na priečnej priehradke polica s nerezovou, prípadne inou medicínsky akceptovateľnou, pracovnou plochou, skrinka so zásuvkami, odkladací priestor pre ruksak	vyžaduje sa
4.19 uzamykateľná skrinka na opiáty a psychotropné látky	vyžaduje sa
4.20 skrinková zástavba na ľavej hornej stene po celej dĺžke vozidla presklená	vyžaduje sa
4.21 odkladací priestor nad ľavým vnútorným blatníkom	vyžaduje sa
4.22 skrinka pred ľavým podbehom s úložným priestorom a výklopnými dverkami	vyžaduje sa
4.23 stropné madlo s držiakmi na infúzne fľaše/vaky	vyžaduje sa
4.24 nerezový stôl pod transportným ležadlom s dvomi zámkami proti samovoľnému uvoľneniu podvozku transportného ležadla s výklopným nerezovým nájazdom - plošinou, vodiacími lištami a s úložným priestorom v priestore pod ním	vyžaduje sa
4.25 nosidlá so sklopným, brzdeným, odnímateľným, polohovateľným a pojazdným podvozkom a fixačnými bezpečnostnými popruhmi pre pacienta, odporúčané s nosnosťou minimálne 200 kg, nosidlá s polohovaním chrbtovej časti a časti dolných končatín, bočné sklopné zábrany, odnímateľný a umývateľný matrac	vyžaduje sa
4.26 univerzálny zadržiavací a fixačný systém na schodolez umiestnený na pravých zadných dverách vozidla	vyžaduje sa
4.27 montáž držiakov na uchytenie prístrojov podľa špecifikácie odberateľa	vyžaduje sa
4.28 vpravo 1 x sklopno-otočné sedadlo s bezpečnostným trojbodovým pásom	vyžaduje sa
4.29 rozvod kyslíka ukončený rýchlospojkou – 3x	vyžaduje sa
4.30 držiak na 10 l kyslíkovú fľašu s rozvodom – 2x	vyžaduje sa
4.31 držiak na 2 l kyslíkovú fľašu – 1x	vyžaduje sa
4.32 odpadkový kôš	vyžaduje sa
4.33 nástupné madlo vpravo a vľavo pri bočných dverách	vyžaduje sa
4.34 hasiaci prístroj s hmotnosťou 2 kg	vyžaduje sa
4.35 termobox s minimálnym objemom 7litrov s prepínaním chladenie/ohrev	vyžaduje sa
4.36 ovládací panel v ambulantnom priestore (vypínače, zásuvky, termostat, kyslík)	vyžaduje sa
5. Označenie vozidla podľa prílohy č. 4 Výnosu MZ SR 10548/2009 OL	
5.1 po obvode pás so šírkou najmenej 100 mm vo farbe signálna červená, po obvode zvýšenej nadstavby strechy pás vo farbe signálna červená	vyžaduje sa
5.2 na bočných stranách pás so šírkou najmenej 100 mm šikmo od zvýšenej strechy nad zadnými dverami po spodnú časť predných dverí	vyžaduje sa

5.3 na bočných stranách nápis „ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA“ s výškou písma najmenej 100 mm	vyžaduje sa
5.4 vyhradený znak záchrannej zdravotnej služby s priemerom kruhu minimálne 300 mm	vyžaduje sa
5.5 symbol telefónu a číslo 155 modrej farby a symbol SOS 112 červenej farby na bočnej strane vozidla	vyžaduje sa
5.6 logo prevádzkovateľa alebo názov a sídlo prevádzkovateľa najmenej 100 mm	vyžaduje sa
5.7 na prednej kapote nápis „AMBULANCIA“	vyžaduje sa
5.8 polep musí spĺňať EHK 104	vyžaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu predmetu zmluvy bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví zmluvy na základe faktúry vystavenej po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy dodávateľom. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. Vystavená faktúra bude doručená objednávateľovi bez zbytočného zdržania. Predmet zmluvy bude financovaný prostredníctvom úveru, resp. finančného leasingu.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti požadované daňovými predpismi alebo bude vystavená v rozpore s touto zmluvou, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie a/alebo opravu. V takom prípade lehota splatnosti danej faktúry začína plynúť až vystavením doplnenej a/alebo opravenej faktúry. Táto doplnená a/alebo opravená faktúra musí byť bezodkladne po jej vystavení doručená kupujúcemu.
4. Povinnosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú cenu je splnená splatením celej zmluvnej ceny na účet dodávateľa.
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať a objednávateľ sa zaväzuje prevziať celý predmet zmluvy na adrese dodávateľa. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy sa uskutoční formou písomného preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany v preberacom protokole uvedú prípadné vady predmetu zmluvy. V prípade, ak by boli vady podstatného charakteru (t.j. brániace riadnemu užívaniu predmetu zmluvy na účel, na ktorý je predmet zmluvy určený), objednávateľ je oprávnený prevzatie predmetu zmluvy odmietnuť a požadovať dodanie predmetu zmluvy bez väd.
5.2 Dodávateľ je povinný v tomto prípade dodať objednávateľovi predmet zmluvy bez väd do 15 dní plynúcich odo dňa, kedy objednávateľ odmietol prevziať predmet zmluvy s podstatnými vadami. V prípade, ak by boli v preberacom protokole vytknuté vady predmetu zmluvy, ktoré nie sú podstatného charakteru, dodávateľ je povinný tieto vady odstrániť v lehote do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
6. Dodávateľ sa zaväzuje spolu s predmetom zmluvy odovzdať dodávateľovi všetky doklady potrebné na prevzatie a na užívanie predmetu zmluvy v súlade s účelom, na ktorý je predmet zmluvy určený. K vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy a ďalšie príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.
7. V prípade, že dodávateľ nedodrží lehotu na odovzdanie predmetu zmluvy, dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi zľavu 5% z celkovej zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý začatý týždeň omeškania od posledného dňa povinnosti dodávateľa odovzdať predmet zmluvy objednávateľovi, pričom zmluvná cena v budúcnosti bude náležite upravená.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníctvo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa v deň odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
9. Dodávateľ prehlasuje, že je oprávnený s predmetom zmluvy nakladať a nič nebráni prevodu vlastníckeho práva na objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje, že ku dňu prevodu vlastníctva predmetu zmluvy na objednávateľa nebudú na predmete zmluvy žiadne dlhy, vecné bremená, ani iné ťarchy alebo práva v prospech tretích osôb. Dodávateľ vyhlasuje, že na jeho majetok sa nezačalo žiadne konanie, ktoré by mohlo obmedziť nadobudnutie vlastníckeho práva objednávateľom.
10. Dodávateľ vyhlasuje, že neuzatvoril a neuzatvorí s nijakou inou treťou osobou zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kúpnu zmluvu, zmluvu o budúcej nájomnej zmluve, nájomnú zmluvu a ani žiadnu inú zmluvu, ktorá by akýmkoľvek spôsobom mohla obmedziť vlastnícke právo objednávateľa k predmetu zmluvy. Dodávateľ vyhlasuje, že po podpise zmluvy zmluvnými stranami neurobí žiadny úkon, ktorý by akýmkoľvek spôsobom znemožnil nadobudnutie alebo obmedzil výkon vlastníckeho práva objednávateľa k predmetu zmluvy.
11. Dodávateľ je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri prevoze predmetu zmluvy a pri všetkých administratívno-právnych úkonoch viažucich sa k predaju predmetu zmluvy, vrátane zápisu objednávateľa ako vlastníka a držiteľa vozidla do príslušnej evidencie vozidiel.
12. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať bezplatný autorizovaný záručný servis a bezplatné záručné opravy.
13. V prípade vady na predmete zmluvy, dodávateľ i je povinný zabezpečiť záručný servis do 48 hodín od nahlásenia jeho potreby, ak sa zmluvné strany z objektívnych dôvodov nedohodnú na dlhšej lehote.

14. Dodávateľ prehlasuje, že má vlastný autorizovaný servis, resp. zmluvu so servisnou organizáciou, ktorá má oprávnenie na poskytovanie servisu (záručného a pozáručného) na predmet kúpy (t.j. na upravené vozidlo ako aj na úpravu, výbavu a príslušenstvo sanitky).
15. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe požiadavky objednávateľa, dodávateľ pre objednávateľa k celému predmetu zmluvy zabezpečí na základe osobitnej servisnej zmluvy autorizovaný pozáručný servis po dobu najmenej 10 rokov od uplynutia doby záručného servisu.
16. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
17. V prípade, ak ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške % , pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
18. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas dlžníka je platný za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa nie je potrebný pri postúpení pohľadávok v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Brezno
Ulica: Banisko 273/1, 977 01 Brezno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.09.2021 00:00:00 - 30.09.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 67 999,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 21,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 82 278,79 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117414

V Bratislave, dňa 30.08.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FOSAN SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska