

Rámcová dohoda č. Z202117793_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEDIS Nitra, spol. s r.o.
Sídlo: Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce, Slovenská republika
IČO: 36531774
DIČ: 2020148152
IČ DPH: SK2020148152
Bankové spojenie: IBAN: SK8111000000002624776463
Telefón: 00421905905061

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Anestetický a resuscitačný špeciálny zdravotnícky materiál pre deti a novorodencov
Kľúčové slová: intubačný zavádzač, odsávací katéter, zvlhčovacia komora, tracheostomické kanyly, nebulizátor, absorbent CO₂, endotracheálne kanyly.
CPV: 33170000-2 - Anestézia a resuscitácia; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Intubačný zavádzač novorodenecký k ET kanyle, veľkosť 5 CH - Pomoc pri komplikovanej intubácii, pri anestézii a resuscitácii
2. Absorbent CO₂, znižujúci riziko vzniku zlúčenín pri anestéze
3. Nebulizátor s T-kusom a kyslíkovou hadičkou slúži na premenu lekárskeho roztoku na aerosol jemných častíc, ktorý môže pacient vdýchnuť priamo do pľúc spontánne alebo ako pripojiteľný do ventilačného okruhu.
4. Odsávací katéter rovný s kontrolným ventilom, s centrálnym a bočným otvorom veľkosť 5Fr
5. Automaticky plnená zvlhčovacia komora
6. Tracheostomická kanyla s manžetou "Tight to Shaft" pediatrická (rôzne veľkosti)
7. Tracheostomická kanyla s manžetou "Tight to Shaft" neonatálna (rôzne veľkosti)
8. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne / nazálna (rôzne veľkosti)
9. Intubčný zavádzač BOUGIE k endotracheálnej kanyle na opakované použitie veľkosť 15Ch
10. Intubčný zavádzač BOUGIE pediatrický k endotracheálnej kanyle na opakované použitie veľkosť 10Ch
11. Nebulizačná hlavica s piesoelektrickou vibračnou membránou

Položka č. 1: Intubačný zavádzač novorodenecký k ET kanyle, veľkosť 5 CH - Pomoc pri komplikovanej intubácii, pri anestézii a resuscitácii

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

vonkajší priemer O.D.	mm			1,7
dĺžka	mm			500
veľkosť	CH			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilný	áno			
materiál	Ivory PVC			
bez latexový pre novorodencov	áno			
jednorázové použitie	áno			
pružný materiál, dobrá flexibilita	áno / ohybný			
požadované množstvo	2 ks			

Položka č. 2: Absorbent CO₂, znižujúci riziko vzniku zlúčenín pri anestéze

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
balenie kanyster	l			5
obsah NaCl	%			1,5
obsah Ca(OH) ₂	%			93,5
obsah NaOH	%			1,5
zeolit	%			5
indikátor	%			0,03
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
syntetická silica / porózna	nie			
skladá sa z guľičiek	o priemere 3-4 mm / tvrdé / minimalizujú prašnosť			
zmena farby	biela na fialovú			
požadované množstvo	120 ks			

Položka č. 3: Nebulizátor s T-kusom a kyslíkovou hadičkou slúži na premenu lekárskeho roztoku na aerosol jemných častíc, ktorý môže pacient vdýchnuť priamo do pľúc spontánne alebo ako pripojiteľný do ventilačného okruhu.

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
nebulizátor ukončenie T-kusa	mm			10
respiračný výstup	g/min			0,3
frakcia respirácie	%			77
MMD	mikrón			2,7
použitie pre ventilačný okruh	mm			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
expirácia neotvoreného balenia	5 rokov			
jednorázový, bez latexu	áno			
kyslíková hadička	áno			
konektor na pripojenie hadice/nebulizátora 22	áno			
váha nebulizéra/konektora/kyslíkovej hadičky	21/10/33g			
požadované množstvo	5 ks			

Položka č. 4: Odsávací katéter rovný s kontrolným ventilom, s centrálnym a bočným otvorom veľkosť 5Fr

Funkcia				
odsávací katéter rovný na odstránenie sekrétov (hlenov) z dýchacích ciest				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
veľkosť katétra	Fr			5
dĺžka katétra	mm			355
vonkajší priemer (OD)	mm			1,7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	termosenzitívne PVC, bez latexu			
sterilný	áno			
bočný otvor	áno			
bezpečné pripojenie k saciemu zariadeniu	áno			
atraumatické ukončenie	áno			
na jedno použitie	áno			
kontrolný ventil	áno			
rovný	áno			
požadované množstvo	200 ks			

Položka č. 5: Automaticky plnená zvlhčovacia komora

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
plniaca rýchlosť	sekunda			475
hladina / objem	ml	50	307	
odpor pri prietoku 60l/min	l/min			0,1
compliance	ml/kPa			3,1
vlhkosť pri výstupe pri 37C	mg/l			44
váha	g			83
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
jednorázová / bez latexu	áno			
skladovanie v nepoškodenom obale	5 rokov			
požadované množstvo	16 ks			

Položka č. 6: Tracheostomická kanyla s manžetou "Tight to Shaft" pediatriká (rôzne veľkosti)

Funkcia	
1. Tracheostomická kanyla pediatriká s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 2,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	
2. Tracheostomická kanyla pediatriká s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 3 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	
3. Tracheostomická kanyla pediatriká s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 3,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	
4. Tracheostomická kanyla pediatriká s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 4 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	
5. Tracheostomická kanyla pediatriká s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 4,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	
6. Tracheostomická kanyla pediatriká s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	
7. Tracheostomická kanyla pediatriká s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 5,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. vnútorný priemer	mm			2,5
1. vonkajší priemer	mm			4,0
1. dĺžka	mm			38
2. vnútorný priemer	mm			3,0
2. vonkajší priemer	mm			4,7
2. dĺžka	mm			39
3. vnútorný priemer	mm			3,5
3. vonkajší priemer	mm			5,3
3. dĺžka	mm			40
4. vnútorný priemer	mm			4,0
4. vonkajší priemer	mm			6,0
4. dĺžka	mm			41
5. vnútorný priemer	mm			4,5
5. vonkajší priemer	mm			6,7
5. dĺžka	mm			42
6. vnútorný priemer	mm			5,0
6. vonkajší priemer	mm			7,3
6. dĺžka	mm			44
7. vnútorný priemer	mm			5,5
7. vonkajší priemer	mm			8,0
7. dĺžka	mm			46
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. - 7. materiál	100% silikón			
1. - 7. RTG kontrastná	áno			
1. - 7. príruha	biela, priamy úchyt s vyznačenými rozmermi			
1. - 7. obturátor	áno			
1. - 7. použitie	opakované			
1. - 7. konektor na pripojenie ventilačného/anestéziologického okruhu	15 mm priemer konektora			
1. - 7. autoklávovateľná	áno			
1. - 7. fixačná páska	áno, bavlnená			
1. - 7. odpojovací klin	áno			
požadované množstvo				
1. Tracheostomická kanyla pediatrická s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 2,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	1 ks			
2. Tracheostomická kanyla pediatrická s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 3 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	4 ks			
3. Tracheostomická kanyla pediatrická s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 3,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	6 ks			
4. Tracheostomická kanyla pediatrická s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 4 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	1 ks			
5. Tracheostomická kanyla pediatrická s manžetou autoklávovateľná 100% silikón veľkosť 4,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	1 ks			

6. Tracheostomická kanyla pediatrická s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	1 ks
7. Tracheostomická kanyla pediatrická s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 5,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	1 ks

Položka č. 7: Tracheostomická kanyla s manžetou "Tight to Shaft" neonatálna (rôzne veľkosti)

Funkcia				
1. Tracheostomická kanyla neonatálna s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 2,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)				
2. Tracheostomická kanyla neonatálna s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 3 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)				
3. Tracheostomická kanyla neonatálna s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 3,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)				
4. Tracheostomická kanyla neonatálna s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 4 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. vnútorný priemer	mm			2,5
1. vonkajší priemer	mm			4,0
1. dĺžka	mm			30
2. vnútorný priemer	mm			3,0
2. vonkajší priemer	mm			4,7
2. dĺžka	mm			32
3. vnútorný priemer	mm			3,5
3. vonkajší priemer	mm			5,3
3. dĺžka	mm			34
4. vnútorný priemer	mm			4,0
4. vonkajší priemer	mm			6,0
4. dĺžka	mm			36
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. materiál	100% silikón			
1. RTG kontrastná	áno			
1. príruha	biela, tvar V s vyznačenými rozmermi			
1. obturátor	áno			
1. použitie	opakované			
1. konektor na pripojenie ventilačného/anestéziologického okruhu	15 mm priemer konektora			
1. autoklárovateľná	áno			
1. fixačná páska	áno, bavlnená			
1. odpojovací klin	áno			
požadované množstvo:				
1. Tracheostomická kanyla neonatálna s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 2,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	2 ks			
2. Tracheostomická kanyla neonatálna s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 3 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	4 ks			
3. Tracheostomická kanyla neonatálna s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 3,5 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	3 ks			

4. Tracheostomická kanyla neonatálna s manžetou autoklárovateľná 100% silikón veľkosť 4 (zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest)	1 ks
--	------

Položka č. 8: Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne / nazálna (rôzne veľkosti)

Funkcia				
1. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne/nazálna veľkosť 2,5				
2. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne/nazálna veľkosť 3				
3. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne/nazálna veľkosť 3,5				
4. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne/nazálna veľkosť 4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. vnútorný priemer	mm			2,5
1. vonkajší priemer	mm			3,6
2. vnútorný priemer	mm			3,0
2. vonkajší priemer	mm			4,4
3. vnútorný priemer	mm			3,5
4. vnútorný priemer	mm			4
4. vonkajší priemer	mm			5,8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. - 4. materiál	PVC Ivory, bez latexu			
1. - 4. manžeta	nie			
1. - 4. murphyho oko	nie			
1. - 4. orál/nazal	áno			
1. - 4. atraumatická špička	áno			
1. - 4. RTG kontrastný pásik	áno			
1. - 4. konektor 15 mm - pripojenie na anesteziologický a ventilačný okruh	áno			
1. - 4. značenie dĺžky	áno			
1. - 4. sterilná	áno			
1. - 4. na jedno použitie	áno			
Požadované množstvo:				
1. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne/nazálna veľkosť 2,5	27 ks			
2. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne/nazálna veľkosť 3	50 ks			
3. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne/nazálna veľkosť 3,5	45 ks			
4. Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka orálne/nazálna veľkosť 4	10 ks			

Položka č. 9: Intubčný zavádzač BOUGIE k endotracheálnej kanyle na opakované použitie veľkosť 15Ch

Funkcia				
intubačný zavádzač pre dospelých Bougie na pomoc pri komplikovanej intubácii pri anestézii a resuscitácii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vonkajší priemer (OD)	mm			5
dĺžka	mm			600
veľkosť	CH			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

sterilný	áno
na opakované použitie 40x/Bougie	áno
materiál	bez latexový
pre dospelých	áno
dobrá flexibilita	áno
dobrá flexibilita	áno
tvarová stálosť	áno
Požadované množstvo:	2 ks

Položka č. 10: Intubčný zavádzač BOUGIE pediatričský k endotracheálnej kanyle na opakované použitie veľkosť 10Ch

Funkcia				
intubačný zavádzač pediatričský Bougie na pomoc pri komplikovanej intubácii pri anestézii a resuscitácii				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vonkajší priemer (OD)	mm			3,3
dĺžka	mm			700
veľkosť	CH			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sterilný	áno			
na opakované použitie 40x/Bougie	áno			
materiál	bez latexový			
pediatričský	áno			
dobrá flexibilita	áno			
pružný materiál	áno			
tvarová stálosť	áno			
Požadované množstvo:	1 ks			

Položka č. 11: Nebulizačná hlavica s piesoelektrickou vibračnou membránou

Funkcia				
- tracheálna, tracheobronchiálna, alveolárna nebulizácia inhalačného liečiva;				
- použitie v intenzívnej medicíne, urgentnej medicíne, neonatológii, na bežných ošetrovacích jednotkách, v domácej starostlivosti;				
- možnosť použitia pri všetkých typoch ventilačných režimov. U ventilovaných aj spontánne dýchajúcich pacientov.				
1. Nebulizačná hlavica s piesoelektrickou vibračnou membránou - Aerogen AG- AS3100 alebo ekvivalent				
2. Nebulizačná hlavica s piesoelektrickou vibračnou membránou - Aerogen AG-AS3200 alebo ekvivalent				
3. Nebulizačná hlavica s piesoelektrickou vibračnou membránou s T-adaptérom pre dospelých do ventilačného okruhu - Aerogen AG-AS3300 alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1.- 3. hmotnostný medián aerodynamického priemeru MMAD	µm			3,4
1.- 3. vypočítateľná dýchateľná dávka dodaná cez ETK	%	13	17	
1.- 3. reziduálny objem liečiva	ml	≤	0,1 pre 3ml dávku	
1.- 3. objem komôrky nebulizačnej hlavice Solo	ml			6
1. počet kusov v balení	ks			5
2. počet kusov v balení	ks			10
3. počet kusov v balení	ks			5

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
1.- 3. nebulizačná hlavica Solo s konektorom	áno
1.- 3. hlavica s uzatváracou čiapočkou	áno
1.- 3. pieso elektrická vibračná membrána	áno
1.- 3. kontinuálna aj prerušovaná nebulizácia	áno
1.- 3. použitie pri HFOV	áno
1.- 3. použitie pri HFNC	áno
1.- 3. nCPAP	áno
1.- 3. NIV	áno
1.- 3. použitie pri všetkých typoch ventilácie	áno
1.- 3. neobsahuje latex	áno
1.- 3. vhodný pre všetky vekové skupiny pacientov	áno
1.- 3. ohrievanie liečiva počas nebulizácie	áno
1.- 3. tichá prevádzka	áno
3. T- adaptér (spojka, T- kus)	T-adaptér pre dospelých 22 M/22F so silikónovým uzáverom určená na pripojenie nebulizéra do ventilačného okruhu a zvlhčovača
Požadované množstvo:	
1. Nebulizačná hlavica s piesoelektrickou vibračnou membránou - Aerogen AG- AS3100 alebo ekvivalent	10 ks
2. Nebulizačná hlavica s piesoelektrickou vibračnou membránou - Aerogen AG-AS3200 alebo ekvivalent	20 ks
3. Nebulizačná hlavica s piesoelektrickou vibračnou membránou s T-adaptérom pre dospelých do ventilačného okruhu - Aerogen AG-AS3300 alebo ekvivalent	25 ks

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ predloží objednávateľovi v lehote do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné doklady:
a) prospektový materiál ponúkaného tovaru (katalóg) v elektronickej alebo papierovej forme s uvedením podrobného technického opisu v slovenskom resp. českom jazyku;
b) kópiu Potvrdenia ŠUKL k ponúkanému tovaru - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady nahrádzajúce toto potvrdenie.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Zazmluvené množstvo je predpokladaným množstvom na obdobie 12 mesiacov.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb.
Dodávky budú realizované postupne počas platnosti zmluvy na základe písomných objednávok kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky.
Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS a uviesť ŠUKL za každú položku.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v nesprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. V súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto rámcová dohoda zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Námestie L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 12 332,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 14 798,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117793

V Bratislave, dňa 30.08.2021 09:38:02

Objednávateľ:

Detická fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MEDIS Nitra, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu