

# Rámcová dohoda č. Z202117801\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica  
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika  
IČO: 37957937  
DIČ: 2021928150  
IČ DPH: nie je platiteľ DPH  
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745  
Telefón: 00421484726500

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEDIS Nitra, spol. s r.o.  
Sídlo: Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra - Dražovce, Slovenská republika  
IČO: 36531774  
DIČ: 2020148152  
IČ DPH: SK2020148152  
Bankové spojenie: IBAN: SK8111000000002624776463  
Telefón: 00421905905061

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laryngeálne masky a príslušenstvo k drenážnemu systému Thopaz  
Kľúčové slová: maska laryngeálna, kyslíková, zberné kanistre a vaky, odsávacie hadičky a hadica  
CPV: 33141600-6 - Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy; 33171110-3 - Masky na anestéziu; 33171210-4 - Masky na resuscitáciu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Maska kyslíková pre vysokú koncentráciu detská - liečba alebo prevencia symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka, podávanie kyslíka o väčšej koncentrácii ako je okolitý vzduch (kyslíková terapia)
- Maska pre vysokú koncentrácia pre dospelých: Liečba alebo prevencia symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka. Kyslíková terapia je podávanie kyslíka o väčšej koncentrácii ako je okolitý vzduch.
- Laryngeálna maska veľ. 1,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
- Laryngeálna maska veľ. 1,5 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
- Laryngeálna maska veľ. 2,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
- Laryngeálna maska veľ. 2,5 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
- Laryngeálna maska veľ. 3,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
- Laryngeálna maska veľ. 4,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
- Laryngeálna maska veľ. 5,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
- Laryngeálna maska veľ. FX 4 M - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest
- Zberný kanister 300 ml
- Zberný kanister 800 ml
- Odsávacie hadičky
- Zberný vak 1,5 L s viečkom a filtrom jednorazový - na biologický odpad k odsávačke s 1,5 L zbernou nádobou, bez odsávacej hadice
- Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad k odsávačke s 1,5l zbernou nádobou a 2 m odsávacou hadicou

16. Odsávací hadica 200 cm - pre odsávanie sekrétov s ukončením Funnel / Finger Tip

**Položka č. 1:**      **Maska kyslíková pre vysokú koncentráciu detská - liečba alebo prevencia symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka, podávanie kyslíka o väčšej koncentrácii ako je okolitý vzduch (kyslíková terapia)**

| Funkcia                          |                         |         |         |        |
|----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| kyslíková hadička                | m                       |         |         | 2,1    |
| koncentrácia                     | %                       | 80      |         |        |
| prietok                          | L/min                   | 10      | 15      |        |
| nosný klip                       | ks                      |         |         | 1      |
| vysoko-koncentračný vak          | ks                      |         |         | 1      |
| integrované bezpečnostné ventily | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| predpokladané množstvo           | 70 ks                   |         |         |        |

**Položka č. 2:**      **Maska pre vysokú koncentráciu pre dospelých: Liečba alebo prevencia symptómov a prejavov nedostatočného prívodu kyslíka. Kyslíková terapia je podávanie kyslíka o väčšej koncentrácii ako je okolitý vzduch.**

| Funkcia                          |                         |         |         |        |
|----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti             | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| kyslíková hadička                | m                       |         |         | 2,1    |
| koncentrácia                     | %                       | 80      |         |        |
| prietok                          | L/min                   | 10      | 15      |        |
| vysokokoncentračný vak           | ks                      |         |         | 1      |
| integrované bezpečnostné ventily | ks                      |         |         | 2      |
| Technické vlastnosti             | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| bez nosového klipu               | áno                     |         |         |        |
| predpokladané množstvo           | 40 ks                   |         |         |        |

**Položka č. 3:**      **Laryngeálna maska veľ. 1,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest**

| Funkcia                                                                                                     |                         |         |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                        | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| hmotnosť pacienta                                                                                           | kg                      |         | 5       |        |
| maximálny plniaci objem manžety                                                                             | ml                      |         |         | 4      |
| Technické vlastnosti                                                                                        | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| jednorazový spotrebný materiál, bez latexu                                                                  |                         |         |         |        |
| nafukovateľná manžeta                                                                                       |                         |         |         |        |
| integrovaná inflačná linka do tela laryngeálnej masky zaliata minimálne v 70% dĺžky tela laryngeálnej masky |                         |         |         |        |
| viditeľné značenie, konektor 15 mm, pripojenie na ventilačný a anesteziologický okruh, bezlatexová          |                         |         |         |        |
| predpokladané množstvo                                                                                      | 20 ks                   |         |         |        |

**Položka č. 4:**      **Laryngeálna maska veľ. 1,5 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest**

| Funkcia              |          |         |         |        |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

|                                                                                                                |                                |   |    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|----|------|
| hmotnosť pacienta                                                                                              | kg                             | 5 | 10 |      |
| maximálny plniaci objem manžety                                                                                | ml                             |   | 7  |      |
| dĺžka manžety                                                                                                  | mm                             |   |    | 67   |
| šírka manžety                                                                                                  | mm                             |   |    | 40,1 |
| váha                                                                                                           | g                              |   |    | 24,2 |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                    | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |   |    |      |
| jednorazový spotrebný materiál, bez latexu                                                                     |                                |   |    |      |
| nafukovateľná manžeta                                                                                          |                                |   |    |      |
| integrovaná inflačná linka do tela laryngeálnej masky<br>zaliata minimálne v 70% dĺžky tela laryngeálnej masky |                                |   |    |      |
| viditeľné značenie, konektor 15 mm, pripojenie na<br>ventilačný a anesteziologický okruh, bezlatexová          |                                |   |    |      |
| predpokladané množstvo                                                                                         | 100 ks                         |   |    |      |

**Položka č. 5: Laryngeálna maska veľ. 2,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest**

| Funkcia                                                                                                        |                                |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                           | Jednotka                       | Minimum | Maximum | Presne |
| 3. hmotnosť pacienta                                                                                           | kg                             | 10      | 20      |        |
| 3. maximálny plniaci objem manžety                                                                             | ml                             |         | 10      |        |
| 3. skladovanie v neotvorenom obale                                                                             | rok                            |         | 3       |        |
| 3. priemer trubice                                                                                             | mm                             |         |         | 6,9    |
| 3. dĺžka manžety                                                                                               | mm                             |         |         | 56,5   |
| 3. šírka manžety                                                                                               | mm                             |         |         | 33,5   |
| 3. váha                                                                                                        | g                              |         |         | 19,3   |
| <b>Technické vlastnosti</b>                                                                                    | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |         |         |        |
| jednorazový spotrebný materiál, bez latexu                                                                     |                                |         |         |        |
| nafukovateľná manžeta                                                                                          |                                |         |         |        |
| integrovaná inflačná linka do tela laryngeálnej masky<br>zaliata minimálne v 70% dĺžky tela laryngeálnej masky |                                |         |         |        |
| viditeľné značenie, konektor 15 mm, pripojenie na<br>ventilačný a anesteziologický okruh, bezlatexová          |                                |         |         |        |
| predpokladané množstvo                                                                                         | 320 ks                         |         |         |        |

**Položka č. 6: Laryngeálna maska veľ. 2,5 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest**

| Funkcia                                    |                                |         |         |        |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                       | Jednotka                       | Minimum | Maximum | Presne |
| 4. hmotnosť pacienta                       | kg                             | 20      | 30      |        |
| 4. maximálny plniaci objem manžety         | ml                             |         | 14      |        |
| 4. skladovanie v neotvorenom obale         | rok                            |         | 3       |        |
| 4. priemer trubice                         | mm                             |         |         | 9      |
| 4. dĺžka manžety                           | mm                             |         |         | 67     |
| 4. šírka manžety                           | mm                             |         |         | 40,1   |
| 4. váha                                    | g                              |         |         | 24,2   |
| <b>Technické vlastnosti</b>                | <b>Hodnota/Charakteristika</b> |         |         |        |
| jednorazový spotrebný materiál, bez latexu |                                |         |         |        |
| nafukovateľná manžeta                      |                                |         |         |        |

|                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| integrovaná inflačná linka do tela laryngeálnej masky<br>zaliata minimálne v 70% dĺžky tela laryngeálnej masky |        |
| viditeľné značenie, konektor 15 mm, pripojenie na<br>ventilačný a anesteziologický okruh, bezlatexová          |        |
| predpokladané množstvo                                                                                         | 400 ks |

**Položka č. 7: Laryngeálna maska veľ. 3,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest**

| Funkcia                                                                                                        |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| 5. hmotnosť pacienta                                                                                           | kg                      | 30      | 50      |        |
| 5. maximálny plniaci objem manžety                                                                             | ml                      | 20      |         |        |
| 5. priemer trubice                                                                                             | mm                      |         |         | 9,9    |
| 5. dĺžka manžety                                                                                               | mm                      |         |         | 165    |
| 5. šírka manžety                                                                                               | mm                      |         |         | 47     |
| 5. skladovanie v neotvorenom obale                                                                             | rok                     |         | 3       |        |
| Technické vlastnosti                                                                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| jednorazový spotrebný materiál, bez latexu                                                                     |                         |         |         |        |
| nafukovateľná manžeta                                                                                          |                         |         |         |        |
| integrovaná inflačná linka do tela laryngeálnej masky<br>zaliata minimálne v 70% dĺžky tela laryngeálnej masky |                         |         |         |        |
| viditeľné značenie, konektor 15 mm, pripojenie na<br>ventilačný a anesteziologický okruh, bezlatexová          |                         |         |         |        |
| predpokladané množstvo                                                                                         | 320 ks                  |         |         |        |

**Položka č. 8: Laryngeálna maska veľ. 4,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest**

| Funkcia                                                                                                        |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| hmotnosť pacienta                                                                                              | kg                      | 50      | 70      |        |
| maximálny plniaci objem manžety                                                                                | ml                      | 30      |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| jednorazový spotrebný materiál, bez latexu                                                                     |                         |         |         |        |
| nafukovateľná manžeta                                                                                          |                         |         |         |        |
| integrovaná inflačná linka do tela laryngeálnej masky<br>zaliata minimálne v 70% dĺžky tela laryngeálnej masky |                         |         |         |        |
| viditeľné značenie, konektor 15 mm, pripojenie na<br>ventilačný a anesteziologický okruh, bezlatexová          |                         |         |         |        |
| predpokladané množstvo                                                                                         | 270 ks                  |         |         |        |

**Položka č. 9: Laryngeálna maska veľ. 5,0 - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest**

| Funkcia                                    |                         |         |         |        |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                       | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| hmotnosť pacienta                          | kg                      | 70      |         |        |
| skladovanie v neotvorenom obale            | rok                     |         | 3       |        |
| Technické vlastnosti                       | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| jednorazový spotrebný materiál, bez latexu |                         |         |         |        |
| nafukovateľná manžeta                      |                         |         |         |        |

|                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| integrovaná inflačná linka do tela laryngeálnej masky<br>zaliata minimálne v 70% dĺžky tela laryngeálnej masky |       |
| viditeľné značenie, konektor 15 mm, pripojenie na<br>ventilačný a anesteziologický okruh, bezlatexová          |       |
| predpokladané množstvo                                                                                         | 50 ks |

**Položka č. 10: Laryngeálna maska veľ. FX 4 M - zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest**

| Funkcia                                                                                                        |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti                                                                                           | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| maximálny plniaci objem manžety                                                                                | ml                      | ≤       | 30      |        |
| hmotnosť pacienta                                                                                              | kg                      | 50      | 70      |        |
| Technické vlastnosti                                                                                           | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| jednorazový spotrebný materiál, bez latexu                                                                     |                         |         |         |        |
| nafukovateľná manžeta                                                                                          |                         |         |         |        |
| integrovaná inflačná linka do tela laryngeálnej masky<br>zaliata minimálne v 70% dĺžky tela laryngeálnej masky |                         |         |         |        |
| viditeľné značenie, konektor 15 mm, pripojenie na<br>ventilačný a anesteziologický okruh, bezlatexová          |                         |         |         |        |
| predpokladané množstvo                                                                                         | 20 ks                   |         |         |        |

**Položka č. 11: Zberný kanister 300 ml**

| Funkcia                                                                                                  |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zberný kanister 300 ml k hrudnej drenáži                                                                 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| objem                                                                                                    | ml                      |         |         | 300    |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| jednorázový, sterilne balený                                                                             | áno                     |         |         |        |
| zabudovaný antibakteriálny filter so systémom proti<br>presatiu                                          | áno                     |         |         |        |
| kompatibilný s digitálnym drenážnym prístrojom Thopaz<br>(alebo ekvivalent schválený výrobcom prístroja) | áno                     |         |         |        |
| požadované množstvo                                                                                      | 20 ks                   |         |         |        |

**Položka č. 12: Zberný kanister 800 ml**

| Funkcia                                                                                                  |                         |         |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zberný kanister 800 ml k hrudnej drenáži                                                                 |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| objem                                                                                                    | ml                      |         |         | 800    |
| Technické vlastnosti                                                                                     | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| jednorázový, sterilne balený                                                                             | áno                     |         |         |        |
| zabudovaný antibakteriálny filter so systémom proti<br>presatiu                                          | áno                     |         |         |        |
| kompatibilný s digitálnym drenážnym prístrojom Thopaz<br>(alebo ekvivalent schválený výrobcom prístroja) | áno                     |         |         |        |
| požadované množstvo                                                                                      | 10 ks                   |         |         |        |

**Položka č. 13: Odsávacie hadičky**

| Funkcia                                                                                                                                 |                         |         |         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| 1. Odsávacia hadička jednoduchá k hrudnej drenáži - Odsávacia hadička k hrudnej drenáži s konektorom na jeden drén, malý konektor       |                         |         |         |        |
| 2. Odsávacia hadička dvojité k hrudnej drenáži - Odsávacia hadička k hrudnej drenáži s konektorom na dva drény, malý konektor           |                         |         |         |        |
| 3. Odsávacia hadička jednoduchá k hrudnej drenáži - Odsávacia hadička k hrudnej drenáži s konektorom na jeden drén, štandardný konektor |                         |         |         |        |
| 4. Odsávacia hadička dvojité k hrudnej drenáži - Odsávacia hadička k hrudnej drenáži s konektorom na dva drény, štandardný konektor     |                         |         |         |        |
| Technické vlastnosti                                                                                                                    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| 1. - 4. dĺžka                                                                                                                           | m                       |         |         | 1,5    |
| Technické vlastnosti                                                                                                                    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| 1. - 4. jednorázová, sterilne balená, dvojlumenová                                                                                      | áno                     |         |         |        |
| 1. - 4. port na odber vzorky odsávaného biologického materiálu                                                                          | áno                     |         |         |        |
| 1. - 4. kompatibilná s digitálnym drenážnym prístrojom Thopaz                                                                           | áno                     |         |         |        |
| Požadované množstvo:                                                                                                                    |                         |         |         |        |
| 1. Odsávacia hadička jednoduchá k hrudnej drenáži - Odsávacia hadička k hrudnej drenáži s konektorom na jeden drén, malý konektor       | 10 ks                   |         |         |        |
| 2. Odsávacia hadička dvojité k hrudnej drenáži - Odsávacia hadička k hrudnej drenáži s konektorom na dva drény, malý konektor           | 10 ks                   |         |         |        |
| 3. Odsávacia hadička jednoduchá k hrudnej drenáži - Odsávacia hadička k hrudnej drenáži s konektorom na jeden drén, štandardný konektor | 10 ks                   |         |         |        |
| 4. Odsávacia hadička dvojité k hrudnej drenáži - Odsávacia hadička k hrudnej drenáži s konektorom na dva drény, štandardný konektor     | 10 ks                   |         |         |        |

**Položka č. 14: Zberný vak 1,5 L s viečkom a filtrom jednorázový - na biologický odpad k odsávačke s 1,5 L zbernou nádobou, bez odsávacej hadice**

| Funkcia                          |                                     |         |         |        |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti             | Jednotka                            | Minimum | Maximum | Presne |
| objem zberného vaku              | L                                   |         |         | 1,5    |
| Technické vlastnosti             | Hodnota/Charakteristika             |         |         |        |
| doba použiteľnosti zberného vaku | jednorázový                         |         |         |        |
| farba zberného vaku              | transparentná                       |         |         |        |
| materiál                         | PVC                                 |         |         |        |
| viečko                           | súčasť vaku spolu s filtrom / modré |         |         |        |
| konektor k odsávacej hadici      | súčasť vaku / žltý                  |         |         |        |
| požadované množstvo              | 850 ks                              |         |         |        |

**Položka č. 15: Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad k odsávačke s 1,5l zbernou nádobou a 2 m odsávacou hadicou**

| Funkcia                      |          |         |         |        |
|------------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti         | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| objem zberného vaku          | L        |         |         | 1,5    |
| dĺžka odsávacej hadice dĺžka | m        |         |         | 2      |

| Technické vlastnosti             | Hodnota/Charakteristika                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| doba použiteľnosti zberného vaku | jednorazový                                                      |
| farba zberného vaku              | transparentná                                                    |
| materiál                         | PVC                                                              |
| viečko                           | súčasť vaku spolu s filtrom / modré                              |
| konektor k odsávacej hadici      | súčasť vaku / žltý                                               |
| farba odsávacej hadice           | transparentná                                                    |
| ukončenie hadice                 | Funnel / Finger Tip                                              |
| kompatibilita vaku               | so zbernými nádobami MEDELA objem 1,5l s farebným označením žltá |
| Požadované množstvo              | 450 ks                                                           |

**Položka č. 16: Odsávací hadica 200 cm - pre odsávanie sekrétov s ukončením Funnel / Finger Tip**

| Funkcia                 |                         |         |         |        |
|-------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti    | Jednotka                | Minimum | Maximum | Presne |
| odsávací hadica - dĺžka | cm                      |         |         | 200    |
| Technické vlastnosti    | Hodnota/Charakteristika |         |         |        |
| ukončenie hadice        | Funnel / Finger Tip     |         |         |        |
| farba hadice            | transparentná           |         |         |        |
| materiál                | PVC                     |         |         |        |
| typ hadice              | vnútorný hladký priemer |         |         |        |
| Požadované množstvo     | 900 ks                  |         |         |        |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy.                                                                                                         |
| Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.                                                                                                                                                                                                                               |
| Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.                                                                                                                                                   |
| Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.                                                                                                                                                                    |
| Dodávateľ do svojej ponúkanej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. |
| Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr.                                                               |
| Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami                                                  |
| Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.                                                                                                    |
| Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb;                                                                                                                                     |
| - dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý bol objednaný jednotlivými písomnými objednávkami objednávateľa, v lehote do 5 dní od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivých čiastkových kúpnych zmluvách nedohodnú inak;           |
| - zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. |
| Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.                                                                                                                                                                                          |
| Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.        |
| V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v nesprospechceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi     |
| ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. V súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.                                                                                        |
| Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto rámcová dohoda zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.                                                                                                                                              |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Banská Bystrica  
Obec: Banská Bystrica  
Ulica: Námestie L. Svobodu 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 13 622,50 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 16 347,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>  
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117801

V Bratislave, dňa 30.08.2021 10:38:03

Objednávateľ:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

MEDIS Nitra, spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu