

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Položka	Názov položky	M. j.	Počet
1.	Terapeutický laser kategória 3B	ks	1
	Minimálne požiadavky: - QUICK protokoly - Anatomická navigácia - Farebný dotykový displej veľkosti minimálne 7" vhodný na aplikáciu kombinovanej terapie - Integrovaná užívateľská príručka a nápoveda - Databáza pacientov - Laserové sondy kombinované - Automatický prepočet parametrov liečby pri zmene nastavených hodnôt - Test a identifikácia pripojených laserových sond a sprch - Požadované minimálne príslušenstvo: o držiak na laserovú sondu, o držiak na laserovú sprchu, o adaptér, sieťový kábel, o ochranný obal na prístroj, o dotykové pero.		Splňa - QUICK protokoly - Anatomická navigácia - Farebný dotykový displej veľkosti minimálne 7" vhodný na aplikáciu kombinovanej terapie - Integrovaná užívateľská príručka a nápoveda - Databáza pacientov - Laserové sondy kombinované - Automatický prepočet parametrov liečby pri zmene nastavených hodnôt - Test a identifikácia pripojených laserových sond a sprch - Požadované minimálne príslušenstvo: o držiak na laserovú sondu, o držiak na laserovú sprchu, o adaptér, sieťový kábel, o ochranný obal na prístroj, o dotykové pero.
2.	Laserová sprcha	Ks	1
	- kombinovaná (minimálne 16 lúčov, osvit 25 cm ²) - výkon minimálne 1500mW		Splňa - kombinovaná (minimálne 16 lúčov, osvit 25 cm ²) - výkon minimálne 1500mW
3.	Prístrojový stolík	ks	1
	- umožňujúci ľahkú manipuláciu s prístrojom – pevné uchytenie prístroja - obsahujúci úložný priestor		Splňa - umožňujúci ľahkú manipuláciu s prístrojom – pevné uchytenie prístroja - obsahujúci úložný priestor
4.	Ochranné okuliare	ks	2
	- ochrana očí voči laserovým lúčom		Splňa - ochrana očí voči laserovým lúčom