

Príloha č. 1 ku KZ – Špecifikácia predmetu zákazky

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Vyžadujú sa PTA katétre-balóny na 0.035'' vodiče na komplexné, komplikované a reziduálne lézie, vybrané katétre kompatibilné s 5 F zavádzačom a 0.035'' vodičom a cievne periférne stentgrafty samo aj balón expandovateľné.

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Položka č. 1 - Ultra non-compliantné PTA katétre na 0,035'' vodiče	
1.1	Ultra non-compliantné PTA dilatačné katétre, kompatibilné s 0,035'' vodičmi, určené na rezistentné lézie periférnych tepien v rozmeroch priemeru medzi 30 - 100 mm a dĺžky niektorých katétrov medzi 20 - 200 mm a dĺžky shaftov niektorých rozmerov medzi 40 – 135 cm a kompatibilné s 5 F resp. 6F zavádzačmi
Položka č. 2 - Samo-expandovateľné cievne stentgrafty	
2.1	Samoexpandovateľné cievne stentgrafty kompatibilné s 0,035'' vodičmi, s ePTFE materiálu s impregnáciou carbónom určené primárne na liečbu restenóz periférnych a centrálnych lézií v stentoch a u pacientov s AV štepami resp. fistulami. Požadované sú rozmery priemeru stentgraftu medzi 6 - 13,5 mm a v dĺžkach medzi minimálne 40 - 120 mm
Položka č. 3 - Balón-expandovateľné potáhané stenty-stentgrafty	
3.1	Balón-expandovateľné nízko-zavádzač profilové covered stenty - stentgrafty kompatibilné s 0,035'' vodičmi, z ePTFE materiálu, v rozmeroch priemeru medzi 5 - 12 mm a dĺžkach vybraných priemerov medzi 16 -58 mm a kompatibilitou zavádzačov medzi 6F-8F s možnosťou liečby aj stenóz resp. restenóz renálnych tepien

Obchodný názov uchádzača:

UNOTECH, spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín

Vystavil (meno, priezvisko, titul):

Ivan Radosa, Ing.

V:

Trenčine

Dňa:

6.9.2021

.....
Ing. Peter Havier, konateľ
v zastúpení Ing. Róbert Kútňy, na základe
plnomocenstva z 28.09.2020