

## Príloha č. 1 Typový list lekárskeho prístroja

### cobas LIAT

#### Časť A – Špecifikácia lekárskeho prístroja

- 1. Systém:** Automatizovaný *Point-of-Care* Real-Time PCR systém pre STATIM spracovanie vzorky a následnú amplifikáciu a kvantifikáciu DNA a RNA s automatickou analýzou a interpretáciou dát, s pripojiteľnosťou do LIS
- 2. Výkon:** 1 vzorka (denná kapacita počas 8h pracovnej zmeny max 24 vzoriek)
- 3. Materiál vzorky:** DNA, RNA
- 4. Kapacita pre vzorky:** 1x cobas LIAT kazeta
- 5. Typy vzorkových skúmaviek:** cobas LIAT kazeta pre spracovanie a analýzu jednej vzorky
- 6. Objem vzorky:** 200 µl (presný objem vzorky nie je potrebné merať)
- 7. Čiarový kód pre vzorky:** Code 39, Code 93, Code 128, Code 128-A, Code 128-B, Codabar, GS1 Databar-14
- 8. Reagencie:** PCR reagencie, NAPI reagencie
- 9. Kyvety:** neaplikovateľné
- 10. Spotreba vody:** neaplikovateľné
- 11. Kontrolná jednotka:** PC s dotykovou obrazovkou a ovládacím softvérom
- 11. Rozhranie:** Ethernet: RJ-45, TCP/IPUSB
- 12. Požiadavky na pripojenie do elektrickej siete:** 100-240V AC /50-60Hz
- 13. Rozmery:** v: 19 cm, š: 11,4 cm, d: 24,1 cm
- 14. Hmotnosť:** 3,76 kg
- 15. Certifikácia:** CE-IVD
- 16. Príslušenstvo lekárskeho prístroja<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup> V konkrétnom obchodnom prípade môže byť dodané všetko uvedené príslušenstvo alebo len niektoré. Presný zoznam dodávaného príslušenstva lekárskeho prístroja bude uvedený v preberacom protokole.

13/10

## **ČASŤ B – Záruka a záručný servis pri predaji lekárskeho prístroja**

**Servisná organizácia<sup>2</sup>:** Autorizovaný záručný, mimozáručný a pozáručný servis  
Roche Slovensko s.r.o., Divízia Diagnostics, Pribinova 19, 811 09 Bratislava

**Záručný servis:** záručná doba 24 mesiacov plyní od podpisu preberacieho protokolu  
bezplatné odstránenie porúch na prístroji majúce pôvod v povahe prístroja  
bezplatná preventívna údržba (servisná prehliadka), 1 x za 12 mesiacov  
odplatný servis porúch prístroja nad rámec bezplatného záručného servisu

V prípade, ak v záručnej dobe dôjde k výmene súčiastky alebo časti (dielu) lekárskeho prístroja alebo jeho príslušenstva, výmenou nezačína plynúť nová záručná doba.

### **Servisná prehliadka:**

Spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. vykoná na žiadosť kupujúceho periodickú servisnú prehliadku prístroja 1x za obdobie 12 mesiacov/ v lehotách určených výrobcom, ktorej obsahom je:

- a) Overenie funkčnosti zariadenia
- b) Prečistenie vzduchových filtrov

### **Spotrebný materiál nezahrnutý do záruky (hradené kupujúcim)<sup>3</sup>:**

07341890190 KIT COBAS LIAT INFLUENZA A/B

07402660190 KIT COBAS LIAT INFLUENZA A/B CTL

08160104190 KIT COBAS LIAT FLU A/B & RSV IVD

07402686190 KIT COBAS LIAT FLU A/B & RSV CTL IVD

09211101190 cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B

09211128190 cobas® SARS-CoV-2 & Influenza A/B Quality Control Kit

08244626190 LBLD TUBE COBAS LIAT DEMO

08305480001 Copan 305C UTM 3ml & Swab (6x50)

### **Náhradné diely nezahrnuté do záruky (hradené kupujúcim):**

neaplikovateľné

### **Záruka na vodárne a UPS nezahŕňa (hradené kupujúcim):**

neaplikovateľné

### **Pozáručný a mimozáručný servis<sup>4</sup>:**

- a) Plná paušálna servisná zmluva, rozsah plnenia zodpovedá záručnému servisu
- b) Individuálne hradený servis (práca, náhradné diely)

<sup>2</sup> Akýkoľvek zásah do prístroja je oprávnená urobiť iba osoba na to oprávnená podľa všeobecne platných právnych predpisov, s odborným vzdelaním a skúsenosťami, osoba, ktorá je servisným partnerom výrobcu alebo spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. alebo zamestnancom spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o.

<sup>3</sup> Dodávky reagensov a spotrebného materiálu sa uskutočňujú na základe osobitných objednávok zákazníka.

<sup>4</sup> Jednotlivé servisné úkony budú spoločnosťou Roche Slovensko, s.r.o. fakturované zákazníkovi v súlade s cenníkom spoločnosti Roche Slovensko, s.r.o. platným v čase vykonania servisného úkonu.