

Rámcová dohoda č. Z202119435_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Sídlo: Námestie L.Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica , Slovenská republika
IČO: 37957937
DIČ: 2021928150
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: IBAN: SK76 8180 0000 0070 0028 0745
Telefón: 00421484726500

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: B.Braun Medical s.r.o.
Sídlo: Hlučínska 3, 83103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31350780
DIČ: 2020297609
IČ DPH: SK2020297609
Bankové spojenie: IBAN: SK4111110000001216579001
Telefón: +421263838320

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Potreby na infúzie
Kľúčové slová: ventil, infúzna súprava, kryt, infúzny filter
CPV: 33194120-3 - Potreby na infúzie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Spätný ventil na paralelnú infúziu
2. Trojprvková rampa na spájanie infúznej linky
3. Trojcestný otočný ventil, modrý
4. Kryt na bezihlový ventil
5. Infúzny filter pre deti 0,2 um
6. Infúzny filter pre novorodencov 0,2 um
7. Spojovacia hadička pre Perfusor, 150 cm
8. Súprava na podávanie enterálnej výživy
9. Infúzna súprava na gravitačné a pretlakové podávanie liečiv a infúzií bez obsahu DEHP
10. Infúzna súprava na tlakové podávanie liečiv a infúzií
11. Mikrovapková infúzna súprava s odmerným valcom

Položka č. 1: Spätný ventil na paralelnú infúziu

Funkcia				
Spätný ventil na paralelnú infúziu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
maximálny prevádzkový tlak	bar			5
minimálny uzatvárací prietok	ml/hod			0,1

minimálny otvárací tlak	bar			20
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			1700
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
bez latexu, bez DEHP	áno			
LL konektory	áno			

Položka č. 2: Trojprvková rampa na spájanie infúznej linky

Funkcia				
odolná voči poškodeniu liečivami a tukovými emulziami, na napojenie viacerých infúzných súprav, spojovacích hadičiek				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
maximálny prevádzkový tlak	bar			2
počet otočných ventilov v rampe	ks			3
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
voľne otočná matica s Luer M konektorom pre pripojenie na infúznu hadičku				
voľne otočná matica umožňuje otáčanie rampou bez rotácie napojenej hadičky na Luer M konektor				
kliknutie pri každom otočení ventilu o 45°				
Luer Lock konektory s krytmi	4 ks			
bez obsahu latexu, bez obsahu DEHP	áno			
materiál tela rampy	transparentný			
farba otočných ventilov	modrá, červená, žltá			
rampa obsahuje napevno spojené tri trojcestné kohúty - bez možnosti rozpojenia				
podložka rampy uchytiteľná na držiak rampy alebo na fixačnú, lepiacu podložku				
balenie	sterilne jednotlivo balené			

Položka č. 3: Trojcestný otočný ventil, modrý

Funkcia				
Discofix alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
maximálny prevádzkový tlak	bar			2
plniaci objem	ml			0,3
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			1800
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
voľne otočná matica s Luer M konektorom pre pripojenie na infúznu hadičku				
voľne otočná matica umožňuje otáčanie rampou bez rotácie napojenej hadičky na Luer M konektor				
kliknutie pri každom otočení ventilu o 45°				
Luer Lock konektory s krytmi	3 ks			
bez obsahu latexu, bez obsahu DEHP, PVC	áno			
materiál tela kohúta	transparentný			
farba otočných ventilov	modrá			
balenie	sterilne jednotlivo balené			

Položka č. 4: Kryt na bezihlový ventil

Funkcia				
na jednorazové použitie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IPA	%			70
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			1000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Infúzny filter pre deti 0,2 um

Funkcia				
infúzny filter na filtráciu roztokov podávaných deťom od baktérií, spór, častíc a eliminácia vzduchových bublín, Sterifix (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
veľkosť póru filtra	um			0,2
filtračná plocha	mm ²			4,5
rýchlosť prietoku	ml/min			≥ 10
plniaci objem	ml			0,7
maximálny prevádzkový tlak	bar			3,1
doporučený režim výmeny	h			24
hydrofóbná membrána - počet	ks			2
hydrofóbná membrána - veľkosť póru	um			0,2
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
polyetersulfónová membrána				
filtrácia plesní, častíc, baktérií				
nízka väzba proteínov				
eliminácia vzduchu - jeho vypustenie do priestoru cez hydrofóbnu PTFE membrány v tele filtra				
sterilne jednotlivo balené				
materiál	modifikovaný polyakryl, polyetersulfánová membrána filtra, PTFE			
LL konektory				
bez latexu, bez DEHP				
materiál tela filtra - transparentný				
filter bez prírodných hadičiek				

Položka č. 6: Infúzny filter pre novorodencov 0,2 um

Funkcia				
infúzny filter na filtráciu roztokov podávaných deťom od baktérií, spór, častíc a eliminácia vzduchových bublín, Sterifix (alebo ekvivalent)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
veľkosť póru filtra	um			0,2
filtračná plocha	mm ²			1,65
rýchlosť prietoku	ml/min			2
plniaci objem	ml			0,76
maximálny prevádzkový tlak	bar			5,2

doporučený režim výmeny	h			24
hydrofóbná membrána - počet	ks			1
priemer hadičky vnútorný	mm			1
priemer hadičky vonkajší	mm			2,35
hydrofóbná membrána - veľkosť póru	um			0,02
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
polyetersulfónová membrána				
filtrácia plesní, častíc, baktérií				
nízka väzba proteínov				
eliminácia vzduchu - jeho vypustenie do priestoru cez hydrofóbné PTFE membrány v tele filtra				
sterilne jednotlivo balené				
materiál	modifikovaný polyakryl, polyetersulfánová membrána filtra, PTFE			
LL konektory na prívodnej aj odvodnej hadičke filtra				
bez latexu, bez DEHP, PVC				
materiál tela filtra aj hadičiek - transparentný				
filter bez prírodných hadičiek				

Položka č. 7: Spojovacia hadička pre Perfusor, 150 cm

Funkcia				
hadíčka k lineárnym dávkovačom (používaným na pracovisku)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	cm			150
rozmer	mm			1,5 x 2,7
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hadíčka pre Perusor so závitom				
materiál	PVC			
koncovka	Luer Lock			

Položka č. 8: Súprava na podávanie enterálnej výživy

Funkcia				
Súprava na podávanie enterálnej výživy pomocou infúznej techniky Infusomat Space a Infusomat FMS (používaná na pracovisku)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celková dĺžka súpravy	cm			320
dĺžka súpravy od pumpy po patientský koniec	cm			215
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určené na aplikáciu sondovej enterálnej výživy z fliaš alebo vakov				
kompatibilné s infúznou technikou typu Infusomat space a Infusomat FMS používanými na pracovisku				
apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu				
určené na pretlakové podávanie infúznou technikou				
bez obsahu DEHP				

bez obsahu latexu	
univerzálny adaptér pre napojenie na vaky ako aj fľaše dvoch priemerov	
bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy	
regulátoir prietoku s kolieskom	
na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky súpravy	
kombinovaný konektor: kužel pre sondu, Luer Lock pre PEG a jejunálnu sondu	
Y-spojka na hadičke súpravy s Luer Lock konektorom	

Položka č. 9: Infúzna súprava na gravitačné a pretlakové podávanie liečiv a infúzií bez obsahu DEHP

Funkcia				
Infúzna súprava na gravitačné a pretlakové podávanie liečiv a infúzií bez obsahu DEHP				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celková dĺžka súpravy	cm			150
partikulárny kvapalinový filter	um			15
vzduchový filter	um			0,2
vnútorný priemer hadičky súpravy	mm			3
vonkajší priemer hadičky súpravy	mm			4,1
tlaková odolnosť súpravy	bar			2
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			7300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určené na aplikáciu infúzných a injekčných roztokov do cievneho systému z fliaš alebo vakov				
apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu				
určené na gravitačné a pretlakové podávanie infúznou technikou				
bez obsahu DEHP				
bez obsahu latexu				
kvapková komôrka bez obsahu PVC				
bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy				
regulátor prietoku s kolieskom				
na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky súpravy				
v regulátore prietoku kryt na zasunutie trňa infúznej súpravy po jej použití				
pripojovací konektor Luer Lock				
sterilne jednotlivo balené				
dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku				

Položka č. 10: Infúzna súprava na tlakové podávanie liečiv a infúzií

Funkcia				
Infúzna súprava pre použitie s infúznou technikou Infusomat Space a Infusomat FMS (používanými na pracovisku)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
celková dĺžka súpravy	cm			250

partikulárny kvapalinový filter	um			15
vzduchový filter	um			0,2
vnútorný priemer hadičky súpravy	mm			3
vonkajší priemer hadičky súpravy	mm			4,1
dĺžka súpravy od pumpy po paacientský Luer Lock konektor	cm			145
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
určené na aplikáciu infúzných a injekčných roztokov do cievneho systému z fliaš alebo vakov				
apyrogénne, sterilné, určené k jednorazovému použitiu				
určené na pretlakové podávanie infúznou technikou				
bez obsahu DEHP				
bez obsahu latexu				
kvapková komôrka bez obsahu PVC				
bezpečnostný kruh na kvapkovej komôrke pre uchytenie kvapkového senzora pumpy				
regulátor prietoku s kolieskom				
na regulátore prietoku konektor na uchytenie konca hadičky súpravy				
v regulátore prietoku kryt na zasunutie trňa infúznej súpravy po jej použití				
pripojovací konektor Luer Lock				
sterilne jednotlivo balené				
dostatočne ostrý prepichovací trň umožňujúci ľahké pripojenie infúznej fľaše alebo vaku				
bezpečnostná svorka na hadičke na uzatvorenie prietoku				
kompatibilná s infúznou technikou používanou na pracovisku (Infusomat Space a Infusomat FMS)				

Položka č. 11: Mikrokvapková infúzna súprava s odmerným valcom

Funkcia				
Mikrokvapková infúzna súprava s odmerným valcom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objem odmerného valca	ml			150
partikulárny filter	um			15
dĺžka infúznej hadičky	cm			160
Predpokladané množstvo na 12 mesiacov	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
trň z umelej hmoty v súlade s normami ISO				
zavzdušňovanie s bakteriálnym filtrom a s EURO-uzáverom				
odmerný valec s presnou stupnicou malých objemov				
s možnosťou aplikácie do odmerného valca				
mikrokvapkač	60 kvapiek = 1 ml +/- 0,1 ml			
flexibilná odolná časť k rýchlemu nastaveniu hladiny				
bezpečnostný plávajúci ventil k zabráneniu vzduchovej embólie				
dva rolovacie regulátory prietokov	biele			

Y rozdvojka pre aplikáciu injekcie	
------------------------------------	--

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH.
Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia a celkovú cenu za položku.
Každá dodávka bude fakturovaná samostatne s lehotou splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Dodávateľ do svojej ponúkanej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú - 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania celkového finančného objemu tejto rámcovej dohody v závislosti od toho, ktorá situácia nastane skôr.
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami
Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť (zvýšiť, znížiť) predpokladané množstvo tovaru pri jednotlivých položkách pri dodržaní jednotkových cien a celkovej ceny predmetu zákazky.
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky objednávateľa podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb;
- dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar, ktorý bol objednaný jednotlivými písomnými objednávkami objednávateľa, v lehote do 5 dní od uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany v jednotlivej čiastkovej kúpnej zmluve nedohodnú inak;
- zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie tovaru.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
Požaduje sa predložiť vyhlásenie o zhode, t.j. funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
Verejný obstarávateľ môže požadovať predloženie bezplatných skúšobných vzoriek spĺňajúcich technické špecifikácie vybraného materiálu, a to ešte pred začatím plnenia zmluvy, najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu účinnosti zmluvy. Ak verejný obstarávateľ vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným uchádzačom bude zrušená. Dodávateľ sa zaväzuje k dodávaniu tovaru totožného so vzorkami počas celej doby trvania zmluvy. V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len nižšia cena) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v nesprospechceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi
ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. V súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.
Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť aj písomnou výpoveďou v 2-mesačnej výpovednej lehote bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po mesiaci v ktorom bude výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpoveďou táto rámcová dohoda zaniká v posledný deň výpovednej lehoty.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Banskobystrický
 Okres: Banská Bystrica
 Obec: Banská Bystrica
 Ulica: Námestie L. Svobodu, 4

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: podľa rozpisu položiek

Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 030,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 436,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
 Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119435

V Bratislave, dňa 05.10.2021 09:38:01

Objednávateľ:
 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
 konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
B.Braun Medical s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska