

Kúpna zmluva č. Z202120930_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo: Pažítková 4, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549
IČ DPH: SK2021700549
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000279808
Telefón: +421 248234088

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. o.
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 25, 08005 Prešov, Slovenská republika
IČO: 31676936
DIČ: 2020519193
IČ DPH: SK2020519193
Bankové spojenie: IBAN: SK34 0900 0000 0051 5631 7146, BIC: GIBASKBX
Telefón: 051 7734403

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Novorodenecký ventilátor vyššej triedy
Kľúčové slová: konvenčný ventilátor, novorodenecký ventilátor
CPV: 33157400-9 - Lekárske dýchacie prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Novorodenecký ventilátor vyššej triedy

Funkcia				
Novorodenecký ventilátor najvyššej triedy s konvenčnými ventilačnými režimami a výkonným HFOV (vysoko frekvenčnou oscilačnou ventiláciou), určený pre invazívnu a neinvazívnu ventilačnú podporu novorodencov (vrátane nezrelých novorodencov) a pediatrických pacientov. Vrátať komplexného monitoringu ventilačných parametrov a pľúcnych funkcií a automatického zvlhčovača dýchacích plynov.				
Nový prístroj nepoužívaný a nerepasovaný, v originálnom balení výrobcu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Novorodenecký ventilátor vyššej triedy určený pre invazívnu a neinvazívnu ventiláciu novorodencov vrátane novorodencov s nízkou a veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou	ks			1
nastaviteľný CPAP tlak v rozsahu minimálne	mbar	0 -35		
nastaviteľný čas nárastu inšpiria záložnej ventilácie v režime CPAP min. v rozsahu nastavenia	sek	0-3		
adaptívny synchronizovaný ventilačný režim PSV s možnosťou nastavenia kritéria ukončenia inspiračnej fázy min. rozsah nastavenia	%	5-50		

garancia dychového objemu v režimoch IPPV (CMV), SIMV, PTV a PSV minimálne v rozsahu	ml	2-300		
nastaviteľný koncový tlak (PEEP) v režimoch IPPV (CMV), SIMV, PTV a PSV minimálne v rozsahu	mbar	0-35		
nastaviteľný špičkový tlak (PIP) v režimoch IPPV (CMV), SIMV, PTV a PSV minimálne v rozsahu	mbar	0-65		
nastaviteľná frekvencia pre HFOV režim minimálne v rozsahu	Hz	3-20		
nastavenie stredného tlaku v dýchacích cestách (MAP) v režime HFOV minimálne v rozsahu	mbar	0-50		
nastavenie amplitúdy v režime HFOV min. do	mbar	do 140		
garancia dychového objemu v režime HFOV min. v rozsahu	ml	2-50		
trend hodnôt SpO2 a tepovej frekvencie min do	dní	14		
trend monitorovaných parametrov min. do	dní	14		
integrovateľný akumulátor pre prevádzku ventilátora minimálne 3 hodiny bez vonkajšieho zdroja el. energie min. do 3 hod.	hod.	do 3		
farebný dotykový ovládací displej uhlopriečka min.	cm	30		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
ventilátor umožňujúci ventiláciu pediatrických pacientov do 30 kg	do 30 kg			
ventilátor pracujúci na princípe časového cyklovania s tlakovým limitom (TCPL)	áno			
konvenčné ventilačné režimy: CPAP so záložnou ventiláciou a monitorovaním apnoickej pauzy, IPPV (CMV) / IMV	áno			
dychová frekvencia záložnej ventilácie v režime CPAP	min. v rozsahu 1-150			
pacientom ovládané synchronizované ventilačné režimy: SIMV, PTV (AC, APRV, PSV)	áno			
možnosť aktivácie garancie objemu v režime IPPV (CMV), SIMV, PTV a PSV, HFO	áno			
výkonný HFOV (vysoko frekvenčná oscilačná ventilácia) režim s aktívnou exhaláciou a širokým rozsahom nastaviteľných parametrov	áno			
nastaviteľný I:E pomer pre HFOV režim	min. v rozsahu 1:1 až 1:3			
možnosť aktivácie konvenčného dychu (sigh) v režime HFOV	áno			
kombinovaný ventilačný režim HFOV + CMV	áno			
možnosť aktivácie HFOV v inšpiriu aj v expíriu alebo len v expíriu CMV	áno			
možnosť aktivácie pauzy oscilácie v režime HFOV + CMV	áno			
monitorovanie DCO2 parametra (koeficient výmeny plynov) pri HFOV ventilácii	áno			
neinvazívny ventilačný režim nCPAP pre pasívne nCPAP aplikátory (dve ventilačné vetvy)	áno			
neinvazívny ventilačný režim NIPPV (dve ventilačné vetvy)	áno			
neinvazívny tlakovo synchronizovaný ventilačný režim NIPPV (dve ventilačné vetvy)	áno			
neinvazívny ventilačný režim nCPAP pre aktívne (fluidic-flip) nCPAP aplikátory (jedna ventilačná vetva)	áno			
neinvazívny ventilačný režim DuoPAP pre aktívne (fluidic-flip) nCPAP aplikátory (jedna ventilačná vetva)	áno			

možnosť synchronizácie neinvazívneho ventilačného režimu DuoPAP	áno
neinvazívny ventilačný režim nHFOV (dve ventilačné vetvy)	áno
vysokoprietoková O ₂ terapia / HFNC použiteľná s väčšinou bežných aplikačných systémov a nazálnych kanýl	áno
manuálny dych s nastaviteľným maximálnym časom trvania v každom ventilačnom režime	áno
integrovateľný modul SpO ₂ pre monitorovanie saturácie kyslíka v krvi novorodenca	áno
systémom automatickej regulácie FiO ₂ dýchacieho plynu podľa nastavených hodnôt SpO ₂ novorodenca	áno
integrovateľný modul kapnografie (monitorovanie vydychovaného CO ₂) štandardu microstream	áno
kyslíkový preplach - automatické dočasné zvýšenie FiO ₂ dýchacieho plynu na preoxygénáciu s možnosťou nastavenia kyslíkovej koncentrácie počas preoxygénácie	áno
objemový (prietokový) trigger s nastaviteľnou citlivosťou	áno
záložný tlakový trigger s nastaviteľnou citlivosťou	áno
proximálne monitorovanie tlaku v dýchacích cestách (pri Y-kuse dýchacieho okruhu)	áno
integrovateľný monitoring pľúcnej mechaniky v grafickej a numerickej podobe	áno
znázornenie dychových kriviek a slučiek	áno
monitoring ventilačných parametrov - tlaky (PEEP, Mean, PIP), únik, dychový objem, minútový objem, frekvencia, dynamická kompliance, C ₂₀ /C, rezistencia, O ₂ koncentrácia	áno
softvér v slovenskom alebo českom jazyku	áno
Podrobný technický popis - automatický zvlhčovač dýchacích plynov	áno
možnosť nastavenia zvlhčovača v režime invazívnej alebo neinvazívnej ventilácie (preddefinované režimy prevádzky)	áno
možnosť užívateľského nastavenia vyhrievania dýchacieho plynu	áno
možnosť aktivácie terapeutической pauzy, tzv. "standby" režim pri zachovaní aktuálne nastavených parametrov	áno
možnosť nastavenia miery zvlhčenia v dýchacom okruhu	áno
možnosť nastavenia úrovne vyhrievania expiračnej vetvy	áno
automatická detekcia úrovne vody vo zvlhčovacej komore	áno
Minimálna požadovaná zostava	áno
novorodenecký ventilátor podľa popisu a technickej špecifikácie popísanej vyššie	áno
prívodné tlakové hadice pre kyslík a vzduch s rýchlospojkami	áno
automatický zvlhčovač dýchacích plynov v technickej špecifikácii popísanej vyššie s teplotnou sondou a adaptérom pre pripojenie dýchacieho okruhu pre invazívnu aj pre neinvazívnu ventiláciu	áno
mobilný stojan s brzdenými kolieskami pre ventilátor a zvlhčovač	áno
kábel pre pripojenie prietokového senzora, minimálne 1 ks	áno

prietokový senzor	min. 3 ks
umelé pľúca	min. 1 ks
držiak ventilačných hadíc, nastaviteľný (opčne)	áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmetom zmluvy je úprava práva povinností zmluvných strán pri predaji a kupe tovaru a záväzok dodávateľa dodať a predat' objednávateľovi tovar za podmienok stanovených zmluvou a záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy je novorodenecký ventilátor vyššej triedy, v počte 1 kus, podľa uvedenej technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Predmet zákazky musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v originálnom balení výrobcu.
Objednávateľ požaduje dodať predpísaný tovar, alebo ekvivalent v tom prípade, ak bude mať vhodné alebo lepšie parametre v porovnaní s prepísaným tovarom
Súčasťou dodávky musia byť všetky platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike ak sa uplatňujú (zvlášť CE certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu /výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie/a pod.), návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací protokol.
Cena vrátane dopravy, inštalácie na mieste plnenia a uvedenia zariadenia do prevádzky. Odkúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti a vrátane zaškolenia požadovaného počtu zamestnancov objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.
Dodanie tovaru zahŕňa aj dodanie softvéru a časovo neobmedzených štandardných licenčných podmienok koncového užívateľa určených výrobcom softvéru, s ktorými je tovar a softvér štandardne na trhu predávaný.
V prípade poruchy zariadenia servisná odozva maximálne do 12 hodín od nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní a servisný zásah do maximálne 24 hodín v rámci pracovných dní.
Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom.
Záručná doba na zariadenie, vrátane príslušenstva je min. 24 mesiacov odo dňa inštalácie v mieste plnenia a uvedenie zariadenia do prevádzky.
Najviac 14 dní pred uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku.
Cena za tovar je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. dohodou zmluvných strán.
Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a konečná. Cena tovaru zahŕňa aj dodanie softvéru ak je nevyhnutný pre riadnu funkciu prístroja a jeho užívanie a časovo neobmedzených štandardných licenčných podmienok koncového užívateľa určených výrobcom softvéru, s ktorými je tovar a softvér štandardne na trhu predávaný.
Cena tovaru zahŕňa aj inštalácie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu a záručný servis vrátane pravidelných bezpečnostno-technických prehliadok podľa odporúčaní výrobcu.
Tovar sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia obalu tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu sortimentu dodaného tovaru so zmluvou, množstva tovaru, vzhľadových vlastností tovaru, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
Súčasťou preberacieho protokolu o uvedení prístroja do prevádzky je: typ prístroja, výrobca, krajina pôvodu, výrobné číslo, dátum a zaškolenie vrátane menného zoznamu zaškolených pracovníkov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru zistí nezrovnalosti – zrejme chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zrejme vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 24 hodín od uplatnenej reklamácie.
Predmet zákazky bude financovaný z účelovo vyčlenených prostriedkov pridelených na tento účel zo strany poskytovateľa (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky). V prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, resp. ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené, verejný obstarávateľ (ďalej aj „objednávateľ“) si vyhradzuje právo zmluvy neuzatvoriť. Predávavok sa nebude poskytovať.
Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi.	
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 3 pracovných dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný.	
Dodávateľ do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) predloží objednávateľovi:	
a.) typové označenie tovaru, výrobcu, zoznam predmetov v súprave u v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku, ktorý musí obsahovať popis technických vlastností, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a požiadaviek kladených na predmet zákazky,	
b) aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien (ceny za jeden kus prístroja) v € bez DPH, sadzby DPH, cenu s DPH a cenu celkom bez DPH a s DPH.	
Predložené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, alebo spolu s prekladom, ak sú doklady predkladané v cudzom jazyku.	
Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať a od zmluvy odstúpiť.	
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie predložených dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.	
Ak sa v rámci funkčnej a technickej špecifikácie predmetu kúpnej zmluvy vyskytujú technické požiadavky určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže Dodávateľ v ponuke predložiť aj ekvivalentný tovar pri dodržaní stanovených parametrov v rovnakej alebo vyššej kvalite, ktorý bude pri dodržaní minimálnych technických požiadaviek Objednávateľa slúžiť rovnakému účelu.	
V prípade, že Dodávateľ v ním ponúkanej funkčnej a technickej špecifikácii použije „ekvivalent“, musí Dodávateľ pri predložení vlastného návrhu plnenia prostredníctvom ním predložených dokumentov preukázať, že ním ponúkaný ekvivalent spĺňa stanovené parametre, je rovnakej alebo vyššej kvality a slúži rovnakému účelu ako funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy Objednávateľa.	
Objednávateľ si vyhradzuje právo ponúkaný ekvivalent z dôvodu nesplnenia minimálnych požadovaných kvalitatívnych a technických požiadaviek odmietnuť a predávajúci ho musí nahradiť pôvodným požadovaným alebo iným tovarom spĺňajúcim minimálne technické a kvalitatívne požiadavky, pri dodržaní zmluvnej ceny za predmet zákazky.	
Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa a následné vypovedanie platnosti zmluvy, pričom objednávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom 18.2 písm. a) OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS.	
Dodávateľ je povinný v prípade omeškania s dodaním tovaru z dôvodov mimoriadnych udalostí písomne požiadať Objednávateľa o predĺženie termínu dodania tovaru a uviesť dôvody požadovanej zmeny termínu dodania tovaru. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi svoj súhlas/nesúhlas s predĺženým termínom dodania.	
Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.	
Ostatné právne vzťahy, výslovne touto dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.	
Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v aktuálne účinných obchodných podmienkach Elektronického trhu, výpoveďou s výpovednou lehotou 14 dní. Výpovedná lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.	
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej vygenerovania systémom EKS a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.	
Pred dodaním tovaru je potrebné kontaktovať objednávateľa najmenej tri dni vopred, ktorý zabezpečí proces preberania.	

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Ružinovská 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.11.2021 08:00:00 - 31.01.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 51 755,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 62 106,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120930

V Bratislave, dňa 08.11.2021 09:24:01

Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica Bratislava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu