

Kúpna zmluva č. Z202121904_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica
Sídlo: Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok, Slovenská republika
IČO: 31936415
DIČ: 2020590187
IČ DPH: SK2020590187
Bankové spojenie: IBAN: SK8481800000007000177393
Telefón: +421 444382435

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DOLDRUMS Medical s.r.o.
Sídlo: Rastislavova 10168/8A, 96001 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 48115410
DIČ: 2120046500
IČ DPH: SK2120046500
Telefón: +421905316647

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Digitálny celotelový scanner
Kľúčové slová: Digitálny celotelový scanner
CPV: 38520000-6 - Skenery; 48318000-0 - Softvérový balík pre skenery; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Digitálny celotelový scanner
2. Digitálna ručná videokamera
3. Software

Položka č. 1: Digitálny celotelový scanner

Funkcia				
Celotelový dermatoskopický skener s digitálnou ručnou dermatoskopickou videokamerou a softvérom pre vyhodnotenie malignity a s ručným dermatoskopom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Celotelový scanner	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prístroj musí umožňovať celotelové mapovanie pigmentových lézií jedným alebo viacerými fotoaparátmi s rozlíšením min 24 MPx	ÁNO			
Osvetlenie dokumentačných zariadení musí byť typu štúdiového blesku s energiou minimálne 350 J.	ÁNO			
Dotykový monitor s veľkosťou aspoň 27 " na zobrazenie postavy.	ÁNO			

Prístroj musí umožňovať rýchle nasnímanie obrazu celého tela prvého vyšetrenia aj následných kontrol.	ÁNO
Zobrazenie lokalizácie nálezu na figuríne v obrazovke prístroja.	ÁNO
Analýza podľa ABCD pravidiel.	ÁNO
Zosnímanie minimálne 4 prehľadných snímok do 1 minúty pokrývajúcich povrch celého tela, a to bez nutnosti zmeny nastavenia polohy fotoaparátu medzi jednotlivými snímkami a pacientmi.	ÁNO
Prístroj musí umožniť porovnanie snímok a automatickú identifikáciu nových pigmentových lézií pri následných kontrolách.	ÁNO
Prístroj musí vykonávať automatické označenie pigmentových lézií so zmenou farby a veľkosti.	ÁNO
Prístroj musí umožniť automatickú nádväznosť označených pigmentových lézií na následné detailné vyšetrenie kamerou digitálneho dermatoskopu.	ÁNO
Prístroj musí byť mobilný v rámci pracoviska.	ÁNO
Prístroj musí obsahovať ručnú dermatoskopickú videokameru s LED polarizovaným osvetlením.	ÁNO

Položka č. 2: Digitálna ručná videokamera

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Digitálna ručná videokamera	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozlíšenie minimálne 5MPx Full HD s polariz. LED osvetlením pre štandardizovaný záznam pigmentových lézií.	ÁNO			
Kamera musí byť prenosná medzi počítačmi v rámci pracoviska.	ÁNO			
Ergonomická kamera.	ÁNO			
Kalibrácia kamery musí byť vykonávaná externým farebným štandardom a musí byť umožnené vykonávanie kalibrácie užívateľom.	ÁNO			

Položka č. 3: Software

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Software	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Software musí umožňovať zväčšenie jednotlivých lézií minimálne 100x, ďalšie porovnanie a súčasné zväčšovanie dvoch a tiež štyroch obrazov lézie z viac vyšetrení daného pacienta pri následných kontrolách.	ÁNO			
Software musí vykonávať automatickú digitálnu dermatoskopickú analýzu jednotlivých pigmentových lézií s automatickým výpočtom skóre a určením malignity nasnímanej lézie s vysokou senzitivitou min 94% a špecifitou min 78%	ÁNO			
Prístroj musí umožniť tlač protokolov výsledkov automatickej analýzy na farebnej tlačiarňi.	ÁNO			
Prístroj musí umožňovať prehľadnú archiváciu nasnímaných obrazov s možnosťou zálohy dát.	ÁNO			

Súčasťou celotelového skenera musí byť PC s minimálnou konfiguráciou - procesor i7, operačná pamäť min 16GB, SSD disk s kapacitou min 500GB, operačný systém WIN10 Pre 64bit, klávesnica, myš	ÁNO
---	-----

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
K prístroju požadujeme dodanie ručného dermatoskopu s LED polarizovaným osvetlením.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia obsluhy.
Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov.
Splatnosť faktúry 60 dní.
Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti / záväzky / vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek pohľadávku alebo jej právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za neplatný právny úkon.
V prípade porušenia tejto povinnosti dodávateľom, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Ulica: Gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.11.2021 12:00:00 - 31.12.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: balík
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 39 000,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 46 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121904

V Bratislave, dňa 15.11.2021 10:38:07

Objednávateľ:

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

DOLDRUMS Medical s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska