

Názov predmetu zákazky:
Fixačný systém na sternum

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Fixačný systém na sternum:			
1.	Pohotovostná rozpojovacia závlačka na každej dlaha	ano	
1.1	Všetky dlahy sú zostavené z dvoch častí, ktoré sú v priereze spojené závlačkou v tvare U (rozpojovaný kolík).	ano	
2.	Požaduje sa, aby boli k dispozícii rôzne titánové dlahy podľa anatomických štruktúr sterna vyrobených z čistého titánu:	ano	
2.1	Titánové sternálne zaisťovacie dlahy, priame, pre rebrá 2 až 5 pre stabilné rebrové sternálne fixácie	ano	
2.1.1	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, rovná, 30 otvorov, Titán	ano	
2.1.2	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, rovná, 20 otvorov, Titán	ano	
2.1.3	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, rovná, 13 otvorov, bez bezpečnostnej závlačky, Titán	ano	
2.1.4	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, rovná, 12 otvorov, Titán	ano	
2.1.5	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, rovná, 8 otvorov	ano	
2.2	Zaisťovacie titánové sternálne dlahy v tvare H a hviezdy, k fixácii pre manubrium	ano	
2.2.1	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, tvar H, malá 4+4 otvor Titan	ano	
2.2.2	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, v tvare H-PI, veľká 4+4 otvor Titan	ano	
2.2.3	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, tvar hviezdica , 3+3 otvorov Titán	ano	
2.2.4	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, tvar hviezdica , 6+6 otvorov Titán	ano	
2.2.5	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, X-tvar, 5 + 5 otvorov, Titán	ano	
2.2.6	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, tvar dvojité T, 7 + 7 otvorov	ano	
2.2.7	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, uhlovo zahnutá, 12 otvorov	ano	
2.2.8	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, X-tvar široká, 5 + 5 otvorov	ano	
2.2.9	sternálna zaisťovacia dlaha, hrúbka 2.4 mm, tvar dvojité T, 9 + 9 otvorov	ano	
3.	Skrutky	ano	
3.1	Samorezné a samovrtné uzamykacie skrutky vyrobené z čistého titánu	ano	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Johnson & Johnson, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, SR

IČO:

31 345 182

DIČ:

2020300931

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Ján Petraník

Pracovné zaradenie:

Spine Team Lead

Telefónne číslo:

42194825 48 41

E-mail:

jpetran1@its.jnj.com

V: Bratislava

Dňa: 2. 11.2021

Podpis a pečiatka: _____

Ing. Daniel Masár, konateľ

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač