

## NÁJOMNÁ ZMLUVA

uzatvorená podľa zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., ako aj príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

### **medzi zmluvnými stranami**

#### **Prenajímateľ:**

##### **Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne**

Študentská 2, 911 50 Trenčín

Zriadená zákonom č. 155/1997 Z. z. o zriadení Trenčianskej univerzity v Trenčíne

V zastúpení: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor

Bankové spojenie:

IBAN: \_

SWIFT:

IČO: 31118259

DIČ: 2021376368

IČ DPH: SK2021376368

(ďalej len „*prenajímateľ*“)

a

#### **Nájomca:**

##### **Fakultná nemocnica Trenčín**

Legionárska 28, 911 71 Trenčín

zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1970/1991-A/VIII-1 zo dňa 14.6.1991

v zastúpení: Ing. Tomáš Janík, MBA, riaditeľ

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIF1 \_

IČO: 00610470

DIČ: 2021254631

IČ DPH: SK2021254631

(ďalej len „*nájomca*“)

Prenajímateľ a nájomca (ďalej spolu ako *zmluvné strany*) uzatvárajú

túto nájomnú zmluvu

(ďalej len *zmluva*):

## **I.**

### **Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto nájomnej zmluvy je nájom vyhradeného technického zariadenia skupiny A, písm. bl (podľa prílohy č. 1 vyhlášky č.408/2009 Z.z.). hyperbarická komora HAUX-STARMED 2200/2.2 s príslušenstvom vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, ktoré je podrobne definované v **Prílohe č. 1** tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej ako „predmet nájmu“).
2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, vyplývajúcich z umiestnenia predmetu nájmu v nehnuteľnosti vo vlastníctve nájomcu, využívanie tejto nehnuteľnosti pri výkone spolupráce nájomcu a prenajímateľa v oblasti vedy a výskumu za použitia predmetu nájmu.

## **II.**

### **Účel nájmu**

1. Prenajímateľ prenecháva predmet nájmu nájomcovi za účelom poskytovania liečebno-preventívnej starostlivosti v prospech pacientov nájomcu. Táto zmluva neupravuje práva a povinnosti nájomcu pri poskytovaní uvedenej liečebno- preventívnej starostlivosti.
2. Nájomca sa zaväzuje užívať predmet nájmu výlučne v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto zmluve, v súlade s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. S10905-2021-OddNAPP-5 zo dňa 22.2.2021, v súlade s inými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na predmet nájmu.

## **III.**

### **Doba nájmu a miesto plnenia**

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je nehnuteľnosť vo vlastníctve nájomcu a to hospodársko-technická budova bez súpisného čísla, postavená na parcele registra „C“, parc. č. 747/1, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 814, katastrálne územie Trenčín, obec a okres Trenčín, nachádzajúce sa v miestnosti č. 15-01-111 a v suteréne s umiestnením strojovne, na Legionárskej ul. č. 28, Trenčín.
2. Nájom sa dojednáva na dobu určitú, od 01.01.2022 do 31.12.2022.

## **IV.**

### **Výška a úhrada nájomného**

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájomnom vo výške 2.000 Eur bez DPH (slovom: dvetisíc eur) mesačne. K cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

2. Náklady spojené s užívaním predmetu nájmu a náklady, ktoré slúžia na zabezpečenie technickej a právnej spôsobilosti predmetu nájmu, ktorými sú náklady spojené so zabezpečením jeho revízií znáša nájomca.
3. Na mesačnú úhradu nájomného nemá vplyv prípadná akákoľvek odstávka predmetu nájmu.
4. Prenajímateľ vystaví nájomcovi daňový doklad- faktúru za predchádzajúci mesiac najneskôr do piateho pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, so splatnosťou 30 dní od jej doručenia.
5. V prípade omeškania s platením nájomného je nájomca povinný zaplatiť prenájomateľovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z.

## V.

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Prenajímateľ prenájma predmet nájmu v stave spôsobilom na bežné užívanie. Nájomca je oboznámený s technickým stavom v čase podpisu tejto zmluvy.
2. Prenajímateľ sa zaväzuje po dobu platnosti zmluvy uzavrieť Poistnú zmluvu pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb.
3. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť prevádzky predmetu nájmu, ktorá musí zodpovedať príslušným bezpečnostným normám podľa jednotlivých odborností (elektrické rozvody, rozvod kyslíka a vzduchu, požiarne zariadenia, doplnkové technické vybavenie), za čo preberá plnú zodpovednosť.
4. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiace s vykonávanou činnosťou, definovanými Vyhláškou č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, ako aj predpisy o ochrane pred požiarimi, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi, v znení neskorších predpisov, súvisiacich vyhlášok STN.
5. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať náklady spojené s užívaním a technickými prehliadkami predmetu nájmu.
6. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť prehliadky a skúšky predmetu nájmu v intervaloch definovaných v Prílohe č. 5 k vyhláške 508/2009 Z.z. a v súlade s požiadavkami výrobcu hyperbarickej komory spoločnosťou HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH definovanými v dokumente Návod na obsluhu - HAUX-STARMED 2200/2.2/S (06\_Ba2686\_Service\_3.6\_m\_E), bod 6.1.3. Údržba podľa požiadaviek výrobcu.

7. Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi termíny technických revízií a skúšok minimálne 5 pracovných dní vopred, pričom si prenajímateľ vyhradzuje právo byť prítomný pri všetkých revíznych prehliadkach a skúškach.
8. Nájomca sa zaväzuje preukázať na vyžiadanie aktuálne certifikáty a potvrdenia o absolvovaní revíznych prehliadok a skúšok súvisiacich s bezpečnosťou prevádzky predmetu nájmu.
9. Nájomca je povinný umožniť vstup prenajímateľovi za účelom kontroly predmetu nájmu. Prenajímateľ je však povinný vykonanie takejto kontroly oznámiť nájomcovi vopred a kontrolu vykonať tak, aby nerušil nájomcu pri výkone jeho činnosti.
10. Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu alebo jeho časť do nájmu alebo tento predmet nájmu vypožičať. Zmluva, ktorou nájomca prenechá predmet tejto zmluvy do nájmu alebo výpožičky, je neplatným právnym úkonom.
11. Nájomca sa zaväzuje zabezpečiť medicínsku garanciu nad liečebno-preventívnu starostlivosťou zodpovednými pracovníkmi - lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi s úväzkom vo Fakultnej nemocnici Trenčín pri využívaní prenajatého predmetu nájmu, ktorého obsluhu zabezpečí vyškolenými technikmi. Za ich činnosť preberá nájomca plnú zodpovednosť v súlade s platnou legislatívou. Finančné náklady s tým spojené znáša nájomca.
12. Pri nedodržaní podmienok definovaných v čl. II. a v čl. V. v bodoch 1-11 tejto zmluvy sa nájomca zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z mesačnej výšky nájomného podľa tejto zmluvy za každý deň nedodržania zmluvných podmienok, vrátane omeškania s platbou. Faktúru takto vystavenú je nájomca povinný uhradiť do 15 dní od jej vystavenia. Zmluvná pokuta nemá vplyv na zaplatenie úroku z omeškania.

## VI.

### **Spolupráca v oblasti vedy a výskumu**

1. Nájomca sa zaväzuje umožniť prístup k databáze a liečebným výsledkom pacientov, ktorí absolvovali hyperbarickú oxygenoterapiu vedecko-pedagogickým zamestnancom Fakulty zdravotníctva TnUAD.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vedecko-výskumná činnosť v tejto oblasti, spracovanie a interpretácia dát vrátane publikačnej a prednáškovvej činnosti sa bude realizovať výlučne po vzájomnej dohode vedecko-pedagogického, resp. vedecko-výskumného zamestnanca Fakulty zdravotníctva TnUAD a lekára špecialistu Fakultnej nemocnice Trenčín z príslušného zdravotníckeho odboru, v ktorom sa výskum vykonáva. Zároveň sa nájomca zaväzuje umožniť za týmto účelom zamestnancom Fakulty zdravotníctva TnUAD vstup do priestorov pracoviska HBO.
3. Nájomca sa zaväzuje umožniť vstup prenajímateľovi do miestnosti, v ktorej je lokalizovaný predmet nájmu za účelom zhotovovania audiovizuálnych diel a ďalších

náležitostí spojených s vedecko-výskumnou činnosťou prenajímateľa v nevyhnutnom rozsahu tak, aby nedošlo k narušeniu práv nájomcu pri výkone jeho činnosti, resp. práv iných dotknutých osôb vrátane práv zamestnancov a pacientov nájomcu. Vykonávanie audiovizuálnych diel bude nájomcom umožnené iba v súlade s písomným informovaným súhlasom dotknutých osôb; v prípade ich absencie prenajímateľ nemá právo vyžadovať od nájomcu splnenie tejto povinnosti. Prenajímateľ je povinný termín, vrátane dĺžky realizácie aktivít oznámiť nájomcovi min. 2 dni vopred.

4. Zmluvné strany sa dohodli o dodržiavaní princípov vedeckej etiky a integrity.

## **VII.**

### **Skončenie nájmu**

1. Nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal.
2. Nájomný vzťah možno skončiť aj pred dojednanou dobou trvania nájmu:
  - a) Písomnou dohodou - konsenzuálnym právny úkonom oboch zmluvných strán
  - b) Písomnou výpoveďou, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane.

## **VIII.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu si pred podpísaním prečítali, že zmluva bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní ich vzájomných práv a povinností na základe ich slobodnej a vážnej vôle, určite a zrozumiteľne a že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť upravené výlučne vo forme písomného dodatku, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.
3. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán zákonom č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. ako aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka zverejnením v Centrálnom registri zmlúv, najskôr dňa 1.1.2022.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
*Príloha č. 1* - Špecifikácia predmetu nájmu  
*Príloha č. 2* - Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia

- Príloha č. 3* - Výstup z databázy kódov registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok
- Príloha č. 4* - Osvedčenie č. 1755/4/2018 o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Tlaková nádoba stabilná - hyperbarická komora
- Príloha č. 5* - Certifikát č. 141/4/2020-01 o bezpečnosti technického zariadenia podľa STN EN ISO/IEC 17020 - Kompresorová stanica
- Príloha č. 6* - Certifikát č. 141/4/2020-02 o bezpečnosti technického zariadenia podľa STN EN ISO/IEC 17020 - Vzduchotechnická jednotka
- Príloha č. 7* - Osvedčenie č. 00701/1/2014-1-TZ o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Hyperbarická medicínska liečebná komora s monitorovacím systémom
- Príloha č. 8* - Osvedčenie č. 00701/1/2014-2-TZ o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Vzdušník I LP kompresora
- Príloha č. 9* - Osvedčenie č. 00701/1/2014-3-TZ o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Vzdušník I LP kompresora
- Príloha č. 10* - Osvedčenie č. 00701/1/2014-4-TZ o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Batéria tlakových fliaš I HP kompresora
- Príloha č. 11* - Osvedčenie č. 00701/1/2014-5-TZ o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Batéria tlakových fliaš II HP kompresora
- Príloha č. 12* - Osvedčenie č. 00701/1/2014-6-TZ o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Nádoba hasiaceho zariadenia
- Príloha č. 13* - Osvedčenie č. 00701/1/2014-7-TZ o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Batéria fliaš hasiaceho zariadenia
- Príloha č. 14* - Osvedčenie č. 00701/1/2014-8-TZ o skúške vyhradeného technického zariadenia vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. - Filter LP vzduchu
- Príloha č. 15* - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby č. 675-2019
- Príloha č. 16* - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby č. 676-2019
- Príloha č. 17* - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby č. 677-2019
- Príloha č. 18* - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby č. 678-2019
- Príloha č. 19* - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby č. 679-2019
- Príloha č. 20* - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby č. 680-2019
- Príloha č. 21* - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby č. 681-2019
- Príloha č. 22* - Správa z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby č. 682-2019

*Príloha č. 23* - Titulná strana z ostatnej ročnej údržby vykonanej spoločnosťou HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH

V Trenčíne dňa..

Za prenajímateľa

Za nájomcu

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.  
rektor TnUAD

Ing./Fomáš Ja'ník, MBA  
riaditeľ FN

## **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu nájmu**

1. Medicínska hyperbarická komora HAUX-STARMED 2200/2.2 s monitorovacím systémom Haux-Medical-Monitoring-System s príslušenstvom od výrobcu HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH je komora určená hlavne pre oxygenoterapiu s monitoringom vitálnych funkcií pacienta.
2. Systém hyperbarickej pretlakovej komory pozostáva z nasledovných podjednotiek:
  - a) medicínska pretlaková komora s predkomorou a terapeutickou komorou HAUX-STARMED 2200/2.2S,
  - b) hlavný ovládací panel s kontrolným počítačovým systémom hyperbarickej komory Haux Starcontroller,
  - c) patientský TV monitorovací systém pre komoru Starmed,
  - d) transportný vozík pre ležiacich pacientov s upevňovacím systémom Haux Roll-On/Roll-Off,
  - e) chladiaci systém Haux Coolmaster a vykurovací systém Haux Heatmaster komory pre riadenie klimatizácie,
  - f) stacionárny hasiaci systém Haux Sprey Fog System pre hyperbarickú komoru,
  - g) systém pre monitorovanie pacientov Haux-Medical-Monitoring-System,
  - h) systém pre zásobovanie vzduchom na dýchanie v hyperbarickej komore pozostávajúci z dvoch systémov - nízky a vysoký tlak.
3. Medicínska pretlaková hyperbarická komora s predkomorou a terapeutickou komorou je dvojpriestorová pretlaková komora, pozostávajúca z terapeutической komory a predkomory. Kapacita terapeutической komory je pre 12 sediacich pacientov s možnosťou úpravy pre dvoch ležiacich pacientov a 6 sediacich pacientov, resp. pre iné varianty. Kapacita predkomory je pre 2 sediace osoby.
4. Technické parametre komory:
  - a) komora v tvare valca,
  - b) svetlá vnútorná výška 2000 mm pre stojacich pacientov,
  - c) vnútorný priemer komory 2200 mm,
  - d) vnútorná dĺžka terapeutической komory 5000 mm,
  - e) celková vonkajšia dĺžka komory 6840 mm,
  - f) pracovný relatívny tlak (pretlak) 2.0 bar, absolútny 3 bar,
  - g) konštrukčný tlak 2,2 bar, absolútny 3,2 bar,
  - h) skúšobný tlak 3,14 bar, absolútny 4,14 bar.
5. Komora je vybavená:
  - a) 12 ks pohodlných, jednoducho demontovateľných sedadiel,
  - b) 2 ks sada vysokoúčinných tlmičov hluku,
  - c) 1 ks ventil k rýchlemu zníženiu tlaku v núdzových prípadoch,
  - d) bezpečnostný ventil,
  - e) 1 ks sada osvetľovacích telies Luxmaster LS/D,
  - f) komunikačné zariadenie Haux Infostar - sada mikrofónov bezdrôtový telefón analógové hodiny, zobrazovač terapeutického tlaku, teploty a núdzové tlačidlo,
  - g) 12 ks patientských dýchacích jednotiek pre kyslík,
  - h) 12 ks kyslíkových tvárových masiek,
  - i) 4 ks kyslíkové helmy,
  - j) 2 ks ručný hasiaci prístroj,
6. Predkomora je vybavená:

- a) 2 ks pohodlné sedadlá,
  - b) 2 ks sada vysokoúčinných tlmičov hluku pre vstup a výstup vzduchu,
  - c) bezpečnostný ventil,
  - d) 1 ks sada osvetľovacích telies,
  - e) komunikačné zariadenie Haux Infostar,
  - f) 2 ks patientských dýchacích jednotiek pre kyslík Haux-Oximaster s príslušenstvom,
  - g) 2 ks kyslíkových tvárových polomasiek,
  - h) 1 ks ručný hasiaci prístroj.
7. Hlavný ovládací panel obsahuje kontrolný počítačový systém,
8. Ovládací panel pozostáva z nasledovných častí:
- a) telo ovládacieho panela,
  - b) počítačový hardware, tlačiareň,
  - c) riadiaca a kontrolná jednotka Haux Starvalve,
  - d) počítačové softwarové licencie Haux Decomat 2000,
  - e) analógové hodiny a multifunkčné hodiny,
  - f) dorozumievacie zariadenie 2 ks, bezdrôtový telefón,
  - g) diaľkový ovládač ventilov, prevetrávanie komory čerstvým vzduchom, vypínače, osvetlenia, signalizácia volania pacienta, videorekordér, osvetlenia, CD-DVD prehrávač so 4 ks plochými monitormi.
9. Patientský TV monitorovací systém (pozorovanie pacientov) pozostáva z kamier, monitorov a digitálneho videorekordéru.
10. Transportný vozík pre ležiacich pacientov (vrátane matracov), s rýchlopínacím systémom Haux Roll-On/Roll-Off.
11. Chladiaci a vykurovací systém pre riadenie klimatizácie v komore. Systém riadi klimatizáciu, riadi teplotu v komore aj počas prevádzky a umožňuje riadenie vlhkosti v komore pomocou chladiaceho systému. Celý systém obsahuje integrovaný chladiaci systém s chladiacim agregátom a vykurovací systém s výmenníkom a agregátom pre teplú vodu.
12. Stacionárny hasiaci systém. Systém viacmiestnej HB komory je vybavený integrovaným stacionárnym hasiacim systémom Haux Spray Fog System.
13. Systém pre monitorovanie pacientov a medicínske prístroje. Haux-Medical-Monitoring-System je špeciálne vyvinutý pre hyperbarické podmienky. Je to modulárny systém a je možné vždy ho rozšíriť.
14. Monitorovací systém je doplnený prístrojovou výbavou, ktorá je spôsobilá pracovať v hyperbarickom prostredí:
- a) 2 ks prístroj Siaretron 1000 IPER na umelú ventiláciu pľúc v hyperbarickom prostredí (pre 2 pacientov),
  - b) 2 ks prístroj Pilóte hyperbaric na podávanie infúzie v hyperbarickom prostredí (pre 2 pacientov), t. j. striekačková pumpa s jednoduchou obsluhou, inteligentným systémom alarmov,
  - c) 2 ks prístroj Haux Suction Unit je pneumatické odsávacie zariadenie na odsávanie sekrétov.
- 15 Systém pre zásobovanie vzduchom na dýchanie v hyperbarickej komore:
- a) Systém pre zásobovanie dýchacím vzduchom obsahuje z bezpečnostných dôvodov nízkotlakový systém pre rutinnú prevádzku a vysokotlakový systém pre núdzovú prevádzku a pre prekrytie prípadných špičiek v spotrebe vzduchu.
  - b) Nízkotlakový systém pozostáva z:

- skrutkový kompresor, tlak 12 bar, výkon 1800 l/min.,
- zariadenie na úpravu stlačeného (bez skratiek) vzduchu - aktívna sušička, odlučovač olej/voda, sada aktívnych uhlíkových filtrov, cyklónový odlučovač, automatický odlučovač, kondenzátov,
- nízkotlakový (12 bar) vzdušník 2000 l ( 24.000 l vzduchu),
- inštalačný materiál.

Vysokotlakový systém pozostáva z:

- vysokotlakový kompresor pre vzduch na dýchanie Bauer - Verticus MV-120-5,5,-3, tlak 225 bar, výkon 250 l/min, systém filtračných vložiek P41 so Securus Control, ostatné príslušenstvo,
- vysokotlakový zásobník vzduchu na dýchanie (320.000 l) pozostávajúci z 20 ks tlakové fľaše 801/200 bar, systém pre uloženie 2 x 10 ks tlakových fliaš.

Príloha č. 2 - Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia

Hyperbarická medicínska liečebná komora s monitorovacím systémom HAUX-STARMED 2200/2.2  
Tlakové zariadenie skupiny A písm. bl (podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., príloha č.1)

| <b>Predmet</b>                                                                                                              | <b>Vykonáva</b> | <b>Frekvencia</b>             | <b>Termín</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Opakovaná úradná skúška vyhradeného technického zariadenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. (§ 12 ods.2)</b> | OPO             | á 10 r.                       | 03/2024       |
| <b>Opakovaná úradná skúška - kompresorová stanica</b>                                                                       | OPO             | á 5 r.                        | 01/2025       |
| <b>Opakovaná úradná skúška - vzduchotechnika a chladenie</b>                                                                | OPO             | á 5 r.                        | 01/2025       |
| <b>Opakovaná vnútorná prehliadka</b>                                                                                        | RT              | á 5r.                         | 03/2023       |
| <b>Opakovaná úradná skúška - vzdušník LP kompresora</b>                                                                     | OPO             | á 10 r.                       | 05/2024       |
| <b>Opakovaná úradná skúška - batéria tlakových fliaš HP kompresora</b>                                                      | OPO             | á 10 r.                       | 05/2024       |
| <b>Opakovaná úradná skúška - nádoba hasiaceho zariadenia</b>                                                                | OPO             | á 10 r.                       | 05/2024       |
| <b>Opakovaná úradná skúška - batéria fliaš hasiaceho zariadenia</b>                                                         | OPO             | á 10 r.                       | 05/2024       |
| <b>Opakovaná úradná skúška - filter LP vzduchu</b>                                                                          | OPO             | á 10 r.                       | 05/2024       |
| <b>Opakovaná vonkajšia prehliadka</b>                                                                                       | RT              | á 1r.                         | 12/2021       |
| <b>Tlaková skúška vyhradeného technického zariadenia</b>                                                                    | OPO/RT          | 10 rokov od výroby zariadenia | 2023          |

*Legenda:* OPO - oprávnená právnická osoba, RT - revízny technik



Kvetná 11 S25 08 Biatistaví

**Výstup z databázy kódov registrovaných / evidovaných zdravotníckych pomôcok**

| K | Kód   | Názov                                        | Doplňok                                     | Výrobca |
|---|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| P | 92838 | Komora hyperbarická Haux Starmed 2200/2; 2/S | výr. č. 201326; hyperbarická oxygenoterapia | HLS-DE  |

Vypracoval

Skratku výrobcu predstavujú prvé tri znaky zľava.

Telefón:

|                                  |                                                                                                |                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PR. Jahresw. d. z.<br>09/2010 Gr | <b>HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH</b><br>Roční údržba HAUX-STARMED/QUADRO<br>Test / přejímací protokol | MHI Mi 11H 4Kf<br><b>HAUX</b> |
|                                  |                                                                                                |                               |

# **HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH** **Jahreswartung /** **Roční údržba** **HAUX-STARMED / QUADRO** **Arbeits- und Kontrollprotokoll /** **Pracovní a zkušební protokol**

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum / Datum:     . . . « s / i / k . . .     i   «   .   ,   / J                   |
| Kunde / Zákazník:     ^ ' c ^ z v   / / i ? n C ' n   z í ,   r , w y // c )   x í / |
| Gerätetyp / Typ přístroje:     // V < - i   J T / . β f r l t d                      |
| Bau-Nr / Sériové číslo:                                                              |
| Projekt - Nr / Projektové číslo:     < ? 6   / Y                                     |
| HAUX-Techniker / Technik fa. HAUX:     ^ X   h o e < , /   Á // t / z t              |

## Legende / Legenda:

- 0 = nicht vorhanden / neexistující
- 1 = kontrolliert und in Ordnung \ gewechselt / konrolovány, v pořádku \ vymeneny
- 2 = nicht kontrolliert \ nicht gewechselt / nekontrolovány \ nevymeneny

-V-!

y .y.

' n f

? v ?

a Š \*\* i j •i-Á/á i i ' r i I. l á A-i k k L ň ř á ě i j

m

TECL^HLICSKÄ ^NŠPfc::

a

1

22( i J a -

^ 8

P  
V

INTERNATIONAL

SLOVENSKA REPUBLIKA

u

i

OSVEDČENIE

č. 1755/4/2018

o skúške vyhradeného technického zariadenia  
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z

|                                 |                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum skúšky:                   | 07.03.2018                                                                                            |
| Druh skúšky:                    | Opakovaná úradná skúška (§ 12 ods. 2 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)                                         |
| Názov zariadenia:               | Tlaková nádoba stabilná - hyperbarická komora                                                         |
| Typové označenie:               | HAUX-STARMED 2200/2.2                                                                                 |
| Zaradenie zariadenia:           | tlakové zariadenie skupiny A písm. b1<br>(podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z., príloha č.1)               |
| Výrobné číslo:                  | 201326 Rok výroby: 2013                                                                               |
| Výrobca:                        | HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH, Auf der Hub 11 - 15, D-76307<br>Karlsbad-Ittersbach, Nemecko                  |
| Prevádzkovateľ:                 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,<br>Študentská 2, 911 50 Trenčín                  |
| Umiestnenie zariadenia:         | Fakultná nemocnica Trenčín, Oddelenie hyperbarickej<br>oxygenoterapie, Legionárska 28, 911 50 Trenčín |
| Žiadateľ o vydanie osvedčenia:  | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne<br>Študentská 2<br>911 50 Trenčín                 |
| Podklady na vydanie osvedčenia: | IZ. č. 1755/4/2018                                                                                    |

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou.  
Zariadenie spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a je obsluhované bezpečným spôsobom.

Opakovaná úradná skúška nahrádza odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradeného  
technického zariadenia. Jej vykonaním začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných  
prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia.

Toto osvedčenie sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia

Platnosť osvedčenia do:

V Nitre dňa: \_\_\_\_\_

za Technickú úradnú inšpekciu, A. Ľ.  
Jozef Grman  
vedúci oddelenia inšpektorov I,

375927

OSV11-018

Strana 1 z 1 strán


y^T.f f./f

': f

,T y

\*

Y.,7-T



HNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.

CEOC  
INTERNATIONAL

SLOVENSKA REPUBLIKA

## CERTIFIKÁT

č. 141/4/2020-01

**Technická inšpekcia, a. s. podľa STN EN ISO/IEC 17020,  
vydáva tento certifikát o bezpečnosti technického zariadenia**

Dátum vykonania skúšky: 14.01.2020, 13.02.2020

Názov zariadenia: Kompresorová stanica, ktorá sa skladá zo zariadení:  
Kompresor s integrovanou sušičkou vzduchu, typ MV120-5.5-3, s.č. 13-13 4277, rok výroby 2013, výrobca BAUER Kompressoren GmbH  
Kompresor LP K2, typ RS18,5 HTN, s.č. 340022, rok výroby 2009, výrobca RENNER Kompressoren GmbH  
Zariadenie na úpravu vzduchu na dýchanie, typ HAUX-AIRFÍT, rok výroby 2013, výrobca HEUX-STARMED GmbH Cuxhaven, Nemecko  
HAUX COOLMASTER chladič, rok výroby 2013, výrobca HEUX-STARMED GmbH Cuxhaven, Nemecko  
HAUX HEATMASTER ohrievač vody, typ SHZ 80 LCD, rok výroby 2013, výrobca HEUX-STARMED GmbH Cuxhaven, Nemecko  
2x Vzdušník, výrobca OKS

Prevádzkovateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Umiestnenie zariadenia: HBO, FN Trenčín, Legionárska 28

Žiadateľ o vydanie certifikátu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2 911 50 Trenčín

Podklady na vydanie certifikátu: Odborné stanovisko č. 141/4/2020-01

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

**potvrdzuje, že**

**Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou**


Platnosť certifikátu do:

V Nitre, dňa:

za Technickú inšpekciu, a.s.  
Ing. Roman Mihálik  
poverený riadením pracoviska

428283

CERT10-056



TE < NIC KÁ IN Š P E KC IA<sub>f</sub> a.s.

SLOVENSKA REPUBL

INTERNATIONAL

1

## CERTIFIKÁT č. 141/4/2020-02

**Technická inšpekcia, a. s. podľa STN EN ISO/IEC 17020,  
vydáva tento certifikát o bezpečnosti technického zariadenia**

|                                                                                                |                                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dátum vykonania skúšky:                                                                        | 14.01.2020, 13.02.2020                                                                |                  |
| Názov zariadenia:                                                                              | Vzduchotechnická jednotka                                                             |                  |
| Výrobné číslo:                                                                                 | 5325432                                                                               | Rok výroby: 2013 |
| Výrobca:                                                                                       | DAIKIN EURÓPE N.V.                                                                    |                  |
| Prevádzkovateľ:                                                                                | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,<br>Študentská 2, 911 50 Trenčín  |                  |
| Umiestnenie zariadenia:                                                                        | HBO, FN Trenčín, Legionárska 28                                                       |                  |
| Žiadateľ o vydanie certifikátu:                                                                | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne<br>Študentská 2<br>911 50 Trenčín |                  |
| Podklady na vydanie certifikátu:                                                               | Odborné stanovisko č. 141/4/2020-02                                                   |                  |
| Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s. |                                                                                       |                  |

**potvrďuje, že**

**Zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou.**

Platnosť certifikátu do:

V Nitre, dňa:

za Technickú inšpekciu, a.s.  
Ing. Roman Mihálik  
poverilý riadením pracoviska

428284

CERT10-056



IA, a.s.  
**CEOC**  
INTERNATIONAL

## SLOVENSKÁ REPUBLIKA

### OSVEDČENIE

č. 00701/1/2014 - 1 - T Z

o skúške vyhradeného **technického zariadenia**  
vydané podľa **vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum skúšky:                   | 07.03., 14.04., 21.05. a 22.05.2014                                                      |
| Druh skúšky:                    | Úradná skúška (§ 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)                                      |
| Názov zariadenia:               | Hyperbarická medicínska liečebná komora s monitorovacím systémom                         |
| Typové označenie:               | HAUX-STARMED 2200/ 2.2                                                                   |
| Zaradenie zariadenia:           | tlakové zariadenie skupiny A písm. b1)<br>(podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z., príloha č.1) |
| Výrobné číslo:                  | 201326 Rok výroby: 2013                                                                  |
| Výrobca:                        | HEUX-STARMED GmbH, Cuxhaven, Nemecko                                                     |
| Prevádzkovateľ:                 | t<br>Univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín                                               |
| Umiestnenie zariadenia:         | HBO, FN Trenčín, Legionárska 28                                                          |
| Žiadateľ o vydanie osvedčenia:  | TRANSKONTAKT s.r.o., Detviarska 6, 831 06 Bratislava                                     |
| Podklady na vydanie osvedčenia: | IZ. ô. 00701/1/2014-01-TZ                                                                |

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.  
**osvedčuje, že**

**zariadenie** spĺňa základné požiadavky **bezpečnosti** technických **zariadení overených skúškou**.  
**Zariadenie je** spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho **bezpečnej** obsluhy **a zodpovedá**  
**konštrukčnej** dokumentácii

**Toto osvedčenie** a jeho príloha sa musí **priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii**  
**zariadenia.**

Platnosť osvedčenia do:

V Bratislave dňa:

za Technickú inšpekciu, a. s.

Ing. Ľuboš Izakovič  
vedúci oddelenia inšpektorov

250961  
OSV11-018

" í l

$$mSW^1. \quad f'_{\pm p} \quad \eta_j = i \quad [i - \{i \setminus j \mid | \dots, <^j \rangle]^{1-v_j} \quad (J [\%]; < \text{£} .. A$$
$$o_2 \setminus 'O/'$$
$$M \mid i \quad l' - l' \quad j A M C l \quad J / ^1 i .$$

LOVLNSKÁ REPUBLIKA

OSVEDČENIE  
č. 00701/1/2014-2-TZ

**o skúške vyhradeného technického zariadenia  
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum skúšky:                   | 07.03., 14.04. a 22.05. 2014                                                             |
| Druh skúšky:                    | Úradná skúška (§ 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)                                      |
| Názov zariadenia:               | Vzdušník I LP kompresora                                                                 |
| Zaradenie zariadenia:           | tlakové zariadenie skupiny A písm. b1)<br>(podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z., príloha č.1) |
| Výrobné číslo:                  | 581701 Rok výroby: 2013                                                                  |
| Výrobca:                        | OKS Otto Klein GmbH, Kreutztal, Nemecko                                                  |
| Prevádzkovateľ:                 | Univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín                                                    |
| Umiestnenie zariadenia:         | Technická miestnosť, HBO, FN Trenčín, Legionárska 28                                     |
| Žiadateľ o vydanie osvedčenia:  | TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava                                     |
| Podklady na vydanie osvedčenia: | IZ. č. 00701/1/2014-02-TZ                                                                |

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

osvedčuje, že

**zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou. Zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá konštrukčnej dokumentácii**

**Toto osvedčenie a jeho príloha sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia.**

Platnosť osvedčenia do: :

V Bratislave dňa:

za Technickú inšpekciu, a. s.

Ing. iluooš Izakcvič \  
vedúci oddelenia inšpektorov \

$\begin{matrix} & & \dot{1} \\ p. & \dot{1} & \dot{1} & \dot{1} \\ \dot{1} & \dot{1} & \dot{1} & \dot{1} \end{matrix}$

I 250962  
OSV11-018

Strana 1 z 1 strany

$$\frac{\dot{I}_R}{\dot{I}_M} < 1$$

y. t/ f , 'f -v. 'í: « V . v r á' y í, 1  
' , Jk , \, Jk J ^ JLJL. íi., Á,,, s! L'. JLJlí lv, m ' : it  
...á. r. «JM\* • M. iú. -iá fe IN6-HLA» ' i líi f

L". C." t"i N I C K Á ě N Š F K K ' C í Ä , a .

\*,+«  
v\*J.

?k< }  
-»•Ä

0)<r  
M i  
V

y t y .  
!N.LñNAñOVjL

.U.OVÍ; , REPUBi fkvÁ

f: ' 1

## OSVEDČENIE

č. 00701/1/2014-3-TZ

P'íj, j.

W/Z.1:  
r\* si® i  
^is-J

**o skúške vyhradeného technického zariadenia  
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

I

t a

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum skúšky:                   | 07.03., 14.04. a 22.05.2014                                                              |
| Druh skúšky:                    | Úradná skúška (§ 12 ods. 1 vyhi. č. 508/2009 Z. z.)                                      |
| Názov zariadenia:               | Vzdušník I LP kompresora                                                                 |
| Zaradenie zariadenia:           | tlakové zariadenie skupiny A pfsm. b1)<br>(podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z., príloha č.1) |
| Výrobné číslo:                  | 581702 Rok výroby: 2013                                                                  |
| Výrobca:                        | OKS Otto Klein GmbH, Kreuztal, Nemecko                                                   |
| Prevádzkovateľ:                 | Univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín                                                    |
| Umiestnenie zariadenia:         | Technická miestnosť, HBO, FN Trenčín, Legionárska 28                                     |
| Žiadateľ o vydanie osvedčenia:  | TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava                                     |
| Podklady na vydanie osvedčenia: | IZ. č. 00701/1/2014-03-TZ                                                                |

x m.  
-iAf  
MS•-f  
Bb> {

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

**osvedčuje, že**

**zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou.  
Zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá  
konštrukčnej dokumentácii**

**Toto osvedčenie a jeho príloha sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii  
zariadenia.**

Platnosť osvedčenia do:

V Bratislave dňa:

za Technickú inšpekciu, a. s.

Inčf. Ľuboš Izakovič  
vedúci oddelenia inšpektorov

250963

OSV11-018

Strana 1 z 1 strany

T t n r W ' W T T T ^ ' f f T f T f T J T y \$ • v ' r - r t v W T t ^ t - f

F<sub>2</sub> →  $\frac{1}{n} \frac{d}{dt}$

M-

7 «1  
k j

◀v

r<sup>m</sup><sub>3</sub>

u> n i •  
/ -V

Ä

L H

. š a , a : , s ,

f ' ) í s < l

(ic  
[Mí-R-V^TO"IA>

# SLOVENSKA REPUBLIKA

P''C J  
V ®

## OSVEDČENIE

Č. 00701/1/2014 - 4 TZ

].  
m. m

**o skúške vyhradeného technického zariadenia  
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

ssr\*!; |!

Dátum skúšky:

07.03., 14.04. a 22.05. 2014

Druh skúšky:

Úradná skúška (§ 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)

2\*

Názov zariadenia:

Batéria tlakových fliaš I HP kompresora

ft: j I

Zaradenie zariadenia:

tlakové zariadenie skupiny A pism. b1)  
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)

Výrobné číslo:

v. č.: 9753203, 9753205, 9753206, 9753207, 9753208,  
9753209, 9753211, 9753212, 9753213, 9753216

K g.  
^ t' / j

Rok výroby:

2013

Msa

Výrobca:

Worthington Cylinders GmbH, Gaming, Rakúsko

te«  
S«\*:]

Prevádzkovateľ:

Univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín

Umiestnenie zariadenia:

Technická miestnosť, HBO, FN Trenčín, Legionárska 28

«IA" |

Žiadateľ o vydanie osvedčenia:

TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava

¿«xj:

Podklady na vydanie osvedčenia:

IZ. č. 00701/1/2014-04-TZ

I s O  
t' s' i

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

**osvedčuje, že**

"Ír\*1

**zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou. Zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá konštrukčnej dokumentácii**

K š - i 1

**Toto osvedčenie a jeho príloha sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia.**

m\*\* , j

Platnosť osvedčenia do:

V Bratislave dňa:

za Technickú inšpekciu, a. s.

Ing. Ľuboš TŽSkovič  
vedúci oddelenia inšpektorov

i ^  
3  
5..

250964  
OSV11-018

Strana 1 z 1 strany

w"

• é " é f c • ' Á v " i ' ;  
... la - ;

f^f^f^T

£r^/ufv - ¿Ä m»

1?;



RV  
f."

. g f\* - 'ívo,.

í'

C!...! H

r í ". K/

: ± c- tí A. r fí

J.- y

v.- - Ū f v /; t v-

' a

. -iA

ŲMVA μy.

## SLOVDviSKA h£KIBÍ :KA

### OSVEDČENIE

č. 00701/1/2014 - 6 - TZ

**o skúške vyhradeného technického zariadenia  
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

s:  
fe^r j  
fe' /> t  
Air ä-  
v; «i  
Sr- f

w C j !

Dátum skúšky:

07.03., 14.04. 21.05. a 22.05. 2014

1

Druh skúšky:

Úradná skúška (§ 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)

5b

Názov zariadenia:

Nádoba hasiaceho zariadenia

Vojp;

Typové označenie:

HAUX Tank 500/30

P' v í.  
V : .

Zaradenie zariadenia:

tlakové zariadenie skupiny A písm. b1)  
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha 5.1)

fé-n

Výrobné číslo:

v. č.: 2013102

Rok výroby: 2013

M

Výrobca:

HEUX-STARMED GmbH, Cuxhaven, Nemecko

N

Prevádzkovateľ:

Univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín

f - s á  
k-

Umiestnenie zariadenia:

HBO, FN Trenčín, Legionárska 28

Žiadateľ o vydanie osvedčenia:

TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava

Podklady na vydanie osvedčenia:

IZ. č. 00701/1/2014-06-TZ

N®.

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

**osvedčuje, že**

fl  
xw

**zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou.  
Zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá  
konštrukčnej dokumentácii**

| "»Ä  
f ' J

**Toto osvedčenie a jeho príloha sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii  
zariadenia.**

t' - " !

Platnosť osvedčenia do:

h

V Bratislave dňa:

za Techpickú Inšpekciu, a. s.

t. il  
L. • )!  
í, [

my. L u bos izäRôvíč  
vedúci oddelenia Inšpektorov

250966

OSV11-018

Strana 1 z 1 strany

I h C H N i C K Ä I N Š P E K C I A ,

f'-'''- p. \*r\ f\*\*

lÄnFRNÄTIONÄ!

SLOVENSKA REPUBLÍK/S

## OSVEDČENIE

č. 00701/1/2014-7 TZ

o skúške vyhradeného technického zariadenia  
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

|                                |                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dátum skúšky:                  | 07.03., 14.04. 21.05. a 22.05. 2014                                                       |
| Druh skúšky:                   | Úradná skúška (§ 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z.)                                       |
| Názov zariadenia:              | Batéria fliaš hasiaceho zariadenia                                                        |
| Typové označenie:              | HP cylinder 300/50                                                                        |
| Zaradenie zariadenia:          | tlačové zariadenie skupiny A plsm. b1)<br>(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha 6.1) |
| Výrobné číslo:                 | v. č.: 7964690, 8885395 Rok výroby: 2007                                                  |
| Výrobca:                       | Worthington Cylinders GmbH, Gaming, Rakúsko                                               |
| Prevádzkovateľ:                | Univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín                                                     |
| Umiestnenie zariadenia:        | HBO, FN Trenčín, Legionárska 28                                                           |
| Žiadateľ o vydanie osvedčenia: | TRANSKONTAKT s.r.o., Detvianska 6, 831 06 Bratislava                                      |
| Podklady na vydanie osvedčenia | IZ. č. 00701/1/2014-07-TZ                                                                 |

Po posúdení dokladov, po prehliadke a vyhodnotení skúšok zariadenia Technická inšpekcia, a. s.

**osvedčuje, že**

**zariadenie spĺňa základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení overených skúškou. Zariadenie je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy a zodpovedá konštrukčnej dokumentácii**

**Toto osvedčenie a jeho príloha sa musí priložiť k sprievodnej technickej dokumentácii zariadenia.**

Platnosť osvedčenia do:

V Bratislave dňa:

za Technickú inšpekciu, a. s.

ing. Ľuboš Tžakovič  
vedúci oddelenia inšpektorov

250967

QSV11-018

Strana 1 z 1 strany



$$\dots \mathbf{u}_i, \dots,$$

• **99**

CA \

t \* ^ <M.>Vi.NSKAKLPUBLJKA

'ii'./\

č. 00701/1/2014-8-TZ

**o skúške vyhradeného technického zariadenia  
vydané podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.**

iSwŠTl!

Srí- j

osvedčuje, že

*Oj-* II

### h<sub>us</sub> t' j

 $\gg \bullet \bar{v}$ 

za Technickú inšpekciu, a. s.

$$\begin{aligned} & | \text{**} \text{"^ffj"} \\ & \text{;V'^j}; \end{aligned}$$

# h l j i

250968  
OSV11-018

Strana 1 z 1 strany

'f: V.. f y C f j / ' - ' i

$$1' \leq i \leq j \cdot i$$

Meno a priezvisko revízneho technika: Róbert Maruškaníč

Číslo správy: 677 - 2019

Osvedčenie číslo: 369/4/2010 - TZ - A2 - Ab1,b2 Ba,b1,b2 AOP: 30.10.2019 JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín

## S P R Á V A

### z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby

vykonanej v súlade s §13 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Prevádzkovateľ: **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín**

Užívateľ: **Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu HBO, Fakultná nemocnica Trenčín**

Tlaková nádoba: hyperbarická liečebná komora

Druh prehliadky: opakovaná vonkajšia prehliadka

Typ: HAUX-STARMED 2200/2,2/S Karlsbad

Å Výrobné číslo: **201326**

Rok výroby: 2013

Konstrukčný tlak: max.2,2/2,2/2,2 bar

Teplota: 0/38°C

Objem: 18450/3690/9 litrov

Pracovné médium: vzduch

Skupina: **Ab1**

#### Zistený stav tlakovej nádoby:

výrobný štítok: čitateľný

sprievodná technická dokumentácia: predložená, vyhovuje

korózia plášťa: nezistená, ochranný náter- vyhovuje

korózia predného dna: nezistená

korózia zadného dna: nezistená

zvarové spoje: bez poškodenia, vyhovujú

skrutkové spoje:

netesnosti: nezistené

deformácie: nezistené

obsluha tlakovej nádoby: má platné písomné doklady na obsluhu tlakových nádob

prevádzkový predpis: predložený, vyhovuje

prevádzkový denník: predložený, vyhovuje

**Príslušenstvo tlakovej nádoby:**

**snímače tlaku • preskúšané:** funkčné, vyhovujú, vyvedené do ovládacieho pultu

**snímače teploty • preskúšané:** funkčné, vyhovujú, vyvedené do ovládacieho pultu

**manometre - stupnice:** vyznačené

**preskúšané:** vyhovujú

**trojcestné kohúty:**

**poistný ventil - preskúšaný:** 1 ks., funkčný, tesný, nainštalovaný na tlakovej nádobe,  
otvárací tlak- 2,2 bar

**uzatváracie armatúry - preskúšané:** funkčné, tesné

**vypúšťacie armatúry - preskúšané:** funkčné, tesné

Ostatné zariadenia pre signalizáciu, ovládanie a automatickú ochranu sú umiestnené v sústave stlačeného vzduchu.

Tlaková nádoba je zásobovaná vzduchom z kompresora (1 ks.), ktorý je umiestnený v technickej miestnosti: typ: **RS18,5HTN RENNERTM**, výrobné číslo: **340022**, tlak: **max.13 bar**, ktorý je uzatvoriteľne prepojený s tlakovou nádobou. Prepojenie (kompresor -»tlak.nádoba)- vyhovuje.

**Použité meracie prístroje:**

kontrolný manometer- **DMP CRESSTO**, výrobné číslo: 80/02, sonda: **TMG 717 M1C**, výrobné číslo: 85/02

kontrolný teplomer- **SENSITEST 200**, výrobné číslo: 3037/01

**Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky:**

**Navrhované opatrenia:**

**Záver o spôsobilosti na ďalšiu prevádzku:**

**Tlaková nádoba je spôsobilá bezpečnej prevádzky.**

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Meno a priezvisko revízneho technika: Róbert Maruškaníč

Číslo správy: 677 - 2019

Osvedčenie číslo: 369/4/2010 - TZ - A2 - Ab1,b2 Ba,b1,b2 AOP: 30.10.2019 JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín

## S P R Á V A **z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby**

vykonanej v súlade s §13 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Prevádzkovateľ: **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín**

Užívateľ: **Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu HBO, Fakultná nemocnica Trenčín**

Tlaková nádoba: nádoba hasiaceho zariadenia

Druh prehliadky: **opakovaná vonkajšia prehliadka**

Typ: HAUX Tank 500/30 Karlsbad

• Výrobné číslo: **2013102**

Rok výroby: 2013

Konštrukčný tlak: max.30 bar

Teplota: 0/50°C

Objem: 500 litrov

Pracovné médium: voda -vzduch

Skupina: **Ab1**

Tlaková nádoba v.č. 2013102 a tlakové nádoby v.č. 7964690, v.č. 8885395 sú prepojené.

### **Zistený stav tlakovej nádoby:**

výrobný štítok: čitateľný

sprievodná technická dokumentácia: predložená, vyhovuje

korózia plášťa: nezistená, ochranný náter- vyhovuje

korózia horného dna: nezistená

korózia dolného dna: nezistená

zvarové spoje: bez poškodenia, vyhovujú

skrutkové spoje: plný počet skrutiek, tesné

netesnosti, deformácie: nezistené

obsluha tlakovej nádoby: má platné písomné doklady na obsluhu tlakových nádob

prevádzkový predpis: predložený, vyhovuje

prevádzkový denník: predložený, vyhovuje

**Príslušenstvo tlakovej nádoby:**

**snímače tlaku - preskúšané:** funkčné, vyhovujú, vyvedené do ovládacieho pultu

**manometre - stupnice:** vyznačené

**preskúšané:** . vyhovujú

**trojcestné kohúty:**

**poistný ventil - preskúšaný:** 1 ks., funkčný, tesný, nainštalovaný na tlakovej nádobe,  
otvárací tlak- 30 bar

**uzatváracie armatúry - preskúšané:** funkčné, tesné

**vypúšťacia armatúra - preskúšaná:** funkčná, tesná

**Použité meracie prístroje:**

kontrolný manometer- **DMP CRESSTO**, výrobné číslo: 80/02, sonda: **TMG 717 M1C**, výrobné číslo: 85/02

kontrolný teplomer- **SENSITEST 200**, výrobné číslo: 3037/01

**Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky:**

**Navrhované opatrenia:**

**Záver o spôsobilosti na ďalšiu prevádzku:**

Tlaková nádoba je spôsobilá bezpečnej prevádzky.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Meno a priezvisko revízneho technika: Róbert Maruškaníč

Číslo správy: 677 - 2019

Osvedčenie číslo: 369/4/2010 - TZ - A2 - Ab1,b2 Ba,b1,b2 AOP: 30.10.2019 JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín

## S P R Á V A **z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových nádob**

vykonanej v súlade s §13 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Prevádzkovateľ: **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín**

Užívateľ: **Centrum pre hyperbarickú oxygenoterapiu HBO, Fakultná nemocnica Trenčín**

Tlakové nádoby: batéria fliaš hasiaceho zariadenia Druh prehliadky: **opakovaná vonkajšia prehliadka**

Typ: HAUX LIFE SUPPORT

Výrobné čísla: **7964690, 8885395**

Rok výroby: 2007, 2009

Konštrukčný tlak: max.300 bar

Teplota: -20/80°C

Objem: 2 x 50 litrov

Pracovné médium: vzduch

Skupina: **Ab1**

Tlakové nádoby v.č. 7964690 a v.č. 8885395 sú prepojené.

### **Zistený stav tlakových nádob:**

výrobné štítky: čitateľné

sprievodná technická dokumentácia: predložená, vyhovuje

korózia plášťov: nezistená, ochranný náter- vyhovuje

korózia horného dna: nezistená

korózia dolného dna: nezistená

zvarové spoje: bez poškodenia, vyhovujú

skrutkové spoje:

netesnosti, deformácie: nezistené

obsluha tlakovej nádoby: rná platné písomné doklady na obsluhu tlakových nádob

prevádzkový predpis: predložený, vyhovuje

prevádzkový denník: predložený, vyhovuje

Meno a priezvisko revízneho technika: Róbert Maruškaníč

Číslo správy: 679 - 2019

Osvedčenie číslo: 369/4/2010 - TZ - A2 - Ab1,b2 Ba,b1,b2 AOP: 30.10.2019 JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín

## S P R Á V A

# **z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových nádob**

vykonanej v súlade s §13 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Prevádzkovateľ: **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín**

Užívateľ: **technická miestnosť HBO, Fakultná nemocnica Trenčín**

Tlakové nádoby: 2 x vzdušník

Druh prehliadky: **opakovaná vonkajšia prehliadka**

Typ: OKS Otto Klein GmbH Kreuztal

Výrobné čísla: č. 1- **581701**, č. 2- **581702**

Rok výroby: 2013

Konstruktívny tlak: max. 16 bar

Teplota: -10/50°C

Objem: 2 x 1000 litrov

Pracovné médium: vzduch

Skupina: **Ab1**

Tlakové nádoby v.č. 581701 a v.č. 581702 sú neuzatvoriteľne prepojené.

### **Zistený stav tlakových nádob:**

výrobné štítky: čitateľné

sprievodná technická dokumentácia: predložená, vyhovuje

korózia plášťov: nezistená

korózia horného dna: nezistená

korózia dolného dna: nezistená

zvarové spoje: bez poškodenia, vyhovujú

skrutkové spoje: plný počet skrutiek, tesné

netesnosti, deformácie: nezistené

obsluha tlakových nádob: má platné písomné doklady na obsluhu tlakových nádob

prevádzkový predpis: predložený, vyhovuje

prevádzkový denník: predložený, vyhovuje

Meno a priezvisko revízneho technika: Róbert Maruškaníč

Číslo správy: 677 - 2019

Osvedčenie číslo: 369/4/2010 - TZ - A2 - Ab1,b2 Ba,b1,b2 AOP: 30.10.2019 JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín

## S P R Á V A **z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakovej nádoby**

vykonanej v súlade s §13 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Prevádzkovateľ: **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín**

Užívateľ: **technická miestnosť HBO, Fakultná nemocnica Trenčín**

Tlaková nádoba: filter vzduchu

Typ: 3037 AIR COM

Druh prehliadky: **opakovaná vonkajšia prehliadka**

— Výrobné číslo: **10639**

Konštrukčný tlak: max. 16 bar

Objem: 36 litrov

Skupina: **Ab1**

Rok výroby: 2013

Teplota: -10/50°C

Pracovné médium: vzduch

### **Zistený stav tlakovej nádoby:**

výrobný štítok: ťažko čitateľný

spríevodná technická dokumentácia: predložená, vyhovuje

korózia plášťa: nezistená, ochranný náter- vyhovuje

korózia horného dna: nezistená

korózia dolného dna: nezistená

zvarové spoje: bez poškodenia, vyhovujú

skrutkové spoje:

netesnosti: nezistené

deformácie: nezistené

obsluha tlakovej nádoby: rná platné písomné doklady na obsluhu tlakových nádob

prevádzkový predpis: predložený, vyhovuje

prevádzkový denník: predložený, vyhovuje

**Príslušenstvo tlakovej nádoby:**

**manometer - stupnica:** nevyznačená, rozsah stupnice 0-25 bar

**preskúšaný:** vyhovuje, nainštalovaný na tlakovej nádobe

**trojcestný kohút:**

**uzatváracie armatúry - preskúšané:** funkčné, tesné

**odvodnenie - preskúšané:** funkčné, vyhovuje

Ostatné zariadenia pre signalizáciu, ovládanie a automatickú ochranu sú umiestnené v sústave stlačeného vzduchu.

Tlaková nádoba je zásobovaná vzduchom z kompresora (1 ks.), ktorý je umiestnený vedľa nádoby:

typ: **RS18.5HTN RENNER**, výrobné číslo: **340022**, tlak: **max.13bar**,

ktorý je uzatvoriteľne prepojený s tlakovou nádobou. Prepojenie (kompresor nádoba)- vyhovuje.

**Použité meracie prístroje:**

kontrolný manometer- **DMP CRESSTO**, výrobné číslo: 80/02, sonda: **TMG 717 M1C**, výrobné číslo: 85/02

kontrolný teplomer- **SENSITEST 200**, výrobné číslo: 3037/01

**Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky:**

**Navrhované opatrenia:**

**Záver o spôsobilosti na ďalšiu prevádzku:**

**Tlaková nádoba je spôsobilá bezpečnej prevádzky.**

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Meno a priezvisko revízneho technika: Róbert Maruškaníč

Číslo správy: 681 - 2019

Osvedčenie číslo: 369/4/2010 - TZ - A2 - Ab1,b2 Ba,b1,b2 AOP: 30.10.2019 JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín

## S P R Á V A

# z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových nádob

vykonanej v súlade s §13 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Prevádzkovateľ: **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín**

Užívateľ: **technická miestnosť HBO, Fakultná nemocnica Trenčín**

Tlakové nádoby: batéria tlakových fliaš I

Druh prehliadky: opakovaná vonkajšia prehliadka

Typ: HAUX LIFE SUPPORT

Výrobné čísla: **9753203, 9753205, 9753206, 9753207,  
9753208, 9753209, 9753211, 9753212, 9753213, 9753216**

Rok výroby: 2012

Konštrukčný tlak: max.300 bar

Teplota: -20/80°C

Objem: 10 x 80 litrov

Pracovné médium: vzduch

Skupina: **Ab1**

Tlakové nádoby v.č. 9753203, 9753205, 9753206, 9753207, 9753208, 9753209, 9753211, 9753212, 9753213, 9753216 sú prepojené.

### Zistený stav tlakových nádob:

výrobné štítky: čitateľné

sprievodná technická dokumentácia: predložená, vyhovuje

korózia plášťov: nezistená, ochranný náter- vyhovuje

korózia horného, dolného dna: nezistená

zvarové spoje: bez poškodenia, vyhovujú

skrutkové spoje:

netesnosti, deformácie: nezistené

obsluha tlakových nádob: má platné písomné doklady na obsluhu tlakových nádob

prevádzkový predpis: predložený, vyhovuje

prevádzkový denník: predložený, vyhovuje

**Príslušenstvo tlakovej nádoby:**

**snímač tlaku - preskúšaný:** funkčný, vyhovuje, vyvedený do ovládacieho pultu

**manometer - stupnica:** vyznačená, rozsah stupnice 0-250 bar

**preskúšaný:** vyhovuje

**trojcestný kohút:**

**redukčné ventily:** funkčné, vyhovujú

**uzatváracie armatúry:** funkčné, tesné

Ostatné zariadenia pre signalizáciu, ovládanie a automatickú ochranu sú umiestnené v sústave stlačeného vzduchu.

Tlakové nádoby sú zásobované vzduchom z kompresora (1 ks.), ktorý je umiestnený vedľa nádob:

typ: **MV-120-5.5-3 BAUER**, výrobné číslo: **13-13 4277**, tlak: **max.225 bar**,

ktorý je uzatvoriteľne prepojený s tlakovými nádobami. Prepojenie (kompresor —> nádoby)- vyhovuje.

**Použité meracie prístroje:**

kontrolný manometer- **DMP CRESSTO**, výrobné číslo: 80/02, sonda: **TMG 717 M1C**, výrobné číslo: 85/02

kontrolný teplomer- **SENSITEST 200**, výrobné číslo: 3037/01

**Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky:**

**Navrhované opatrenia:**

**Záver o spôsobilosti na ďalšiu prevádzku:**

**Tlakové nádoby sú spôsobilé bezpečnej prevádzky.**

Dátum:

Pečiatka a podpis:

Meno a priezvisko revízneho technika: Róbert Maruškaníč

Číslo správy: 677 - 2019

Osvedčenie číslo: 369/4/2010 - TZ - A2 - Ab1,b2 Ba,b1,b2 AOP: 30.10.2019 JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín

## S P R Á V A

# **z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových nádob**

vykonanej v súlade s §13 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Prevádzkovateľ: **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín**

Užívateľ: **technická miestnosť HBO, Fakultná nemocnica Trenčín**

Tlakové nádoby: batéria tlakových fliaš II

Druh prehliadky: **opakovaná vonkajšia prehliadka**

Typ: HAUX LIFE SUPPORT

Výrobné čísla: **9753082, 9753083, 9753096, 9753097,**

Rok výroby: 2012

— **9753098, 9753100, 9753101, 9753102, 9753103, 9753104**

Konstruktívny tlak: max.300 bar

Teplota: -20/80°C

Objem: 10 x 80 litrov

Pracovné médium: vzduch

Skupina: **Ab1**

Tlakové nádoby v.č. 9753082, 9753083, 9753096, 9753097, 9753098, 9753100, 9753101, 9753102, 9753103, 9753104 sú prepojené.

### **Zistený stav tlakových nádob:**

výrobné štítky: čitateľné

sprievodná technická dokumentácia: predložená, vyhovuje

korózia plášťov: nezistená, ochranný náter- vyhovuje

korózia horného, dolného dna: nezistená

zvarové spoje: bez poškodenia, vyhovujú

skrutkové spoje:

netesnosti, deformácie: nezistené

obsluha tlakovej nádoby: má platné písomné doklady na obsluhu tlakových nádob

prevádzkový predpis: predložený, vyhovuje

prevádzkový denník: predložený, vyhovuje

Meno a priezvisko revízneho technika: Róbert Maruškanič

Číslo správy: 681 - 2019

Osvedčenie číslo: 369/4/2010 - TZ - A2 - Ab1,b2 Ba,b1,b2 AOP: 30.10.2019 JUMA Trenčín s.r.o., Trenčín

## **SPRÁVA** **z odbornej prehliadky a odbornej skúšky tlakových nádob**

vykonanej v súlade s § 13 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a STN 69 0012

Prevádzkovateľ: **Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín**

Užívateľ: **technická miestnosť HBO, Fakultná nemocnica Trenčín**

Tlakové nádoby: batéria tlakových fliaš I

Druh prehliadky: **opakovaná vonkajšia prehliadka**

Typ: HAUX LIFE SUPPORT

Výrobné čísla: **9753203, 9753205, 9753206, 9753207,**

Rok výroby: 2012

**9753208, 9753209, 9753211, 9753212, 9753213, 9753216**

Konštrukčný tlak: max. 300 bar

Teplota: -20/80°C

Objem: 10 x 80 litrov

Pracovné médium: vzduch

Skupina: **Ab1**

Tlakové nádoby v.č. 9753203, 9753205, 9753206, 9753207, 9753208, 9753209, 9753211, 9753212, 9753213, 9753216 sú prepojené.

### **Zistený stav tlakových nádob:**

výrobné štítky: čitateľné

sprievodná technická dokumentácia: predložená, vyhovuje

korózia plášťov: nezistená, ochranný náter- vyhovuje

korózia horného, dolného dna: nezistená

zvarové spoje: bez poškodenia, vyhovujú

skrutkové spoje:

netesnosti, deformácie: nezistené

obsluha tlakových nádob: má platné písomné doklady na obsluhu tlakových nádob

prevádzkový predpis: predložený, vyhovuje

prevádzkový denník: predložený, vyhovuje

**Príslušenstvo tlakovej nádoby:**

**snímač tlaku - preskúšaný:** funkčný, vyhovuje, vyvedený do ovládacieho pultu

**manometer • stupnica:** vyznačená, rozsah stupnice 0-250 bar

**preskúšaný:** vyhovuje

**trojcestný kohút:**

**redukčné ventily:** funkčné, vyhovujú

**uzatváracie armatúry:** funkčné, tesné

Ostatné zariadenia pre signalizáciu, ovládanie a automatickú ochranu sú umiestnené v sústave stlačeného vzduchu.

Tlakové nádoby sú zásobované vzduchom z kompresora (1 ks.), ktorý je umiestnený vedľa nádob:

typ: **MV-120-5.5-3 BAUER**, výrobné číslo: **13-13 4277**, tlak: **max.225 bar**,

ktorý je uzatvoriteľne prepojený s tlakovými nádobami. Prepojenie (kompresor —> nádoby)- vyhovuje.

**Použité meracie prístroje:**

kontrolný manometer- **DMP CRESSTO**, výrobné číslo: **80/02**, sonda: **TMG 717 M1 C**, výrobné číslo: **85/02**

kontrolný teplomer- **SENSITEST 200**, výrobné číslo: **3037/01**

**Údaje o odstránení nedostatkov z predchádzajúcej odbornej prehliadky:**

**Navrhované opatrenia:**

**Záver o spôsobilosti na ďalšiu prevádzku:**

**Tlakové nádoby sú spôsobilé bezpečnej prevádzky.**

Dátum:

Pečiatka a podpis: