

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre by-pass kyveta**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Špeciálny zdravotnícky materiál pre by-pass kyveta			
1.	Plniaci objem: 220 m	spĺňa	
2.	Plocha aktívnej filtračnej membrány: 900 cm štvorcové	spĺňa	
3.	Veľkosť otvorov membrány: 0.2 mikrometer	spĺňa	
4.	Pokles tlaku pri prietoku 5 litrov/min.: 150 mm Hg	spĺňa	
5.	Pokles tlaku pri prietoku 1 liter/min.: 25 mm Hg	spĺňa	
6.	Exspirácia: 24 mes.	spĺňa	
7.	Špeciálny zdravotnícky materiál pre by-pass kyveta na odstránenie kryštálov, nečistôt a infekčných zárodkov z plniacich roztokov pre zahájenie by-passu:	spĺňa	
7.1	konektory 1/2" na vstupe aj výstupe,	spĺňa	
7.2	predpojená s 10 cm PVC hadicou priemeru 1/2" x 3/32 k urýchlenému pripojeniu k okruhu,	spĺňa	
7.3	jednotlivo sterilne zabalené k okamžitému použitiu,	spĺňa	
7.4	skladovanie pri izbovej teplote.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

MEDITRADE spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Levočská 1, 851 01 Bratislava

IČO:

173 120 01

DIČ:

2020293121

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Ing. Adam Sorkovský

Pracovné zaradenie:

obchodný zástupca

Telefónne číslo:

904 386 067

E-mail:

asorkovsky@meditrade.sk

V: Bratislave

Dňa: 25.1.2022

a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Ing. Pavel Bohdal, konateľ spoločnosti