

Príloha č. 1 ku KZ – Špecifikácia predmetu zákazky

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Liekom (paclitaxel) poťahované samoexpandovateľné nitinolové stenty (DES) určené na liečbu tepien femoropopliteálnej oblasti de novo lézií alebo symptomatických restenóz v natívnych tepnách, kompatibilné so 6F zavádzačmi.

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Položka č. 1 - DES samoexpandovateľné stenty	
1.1	Liekom (paclitaxel) poťahované nitinolové samoexpandovateľné stenty určené na liečbu tepien femoropopliteálnej oblasti, kompatibilné s 0.035" vodičom a 6F zavádzačom, minimálne v rozmedzí vrátane priemeru stentu 6 - 7 mm a dĺžky v rozsahu minimálne 40 - 120 mm (konkrétne minimálne v rozmeroch 40, 60, 80, 100 a 120 mm dĺžky stentu)

Obchodný názov uchádzača:

ARID obchodná spoločnosť, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Boženy Němcovej 14, 811 04 Bratislava

Vystavil (meno, priezvisko, titul):

Bc. Tomáš Drozd MBA

V:

Bratislave

Dňa:

19.1.2022

.....
podpísané uchádzačom t. j. osobou/osobami oprávnenými konať
v mene uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ resp.

podpísané zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene
uchádzača; v tom prípade je potrebné predložiť adekvátne
písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača, podpísané
uchádzačom t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene
uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ