

Kúpna zmluva č. Z2022676_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Stefana Kukuru Michalovce, a.s.
Sídlo: Spítalska 2, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 44927380
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421910386544

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BLUEMED s.r.o.
Sídlo: Nevádzová 17211/6E, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 51835827
DIČ: 2120805610
IČ DPH: SK2120805610
Telefón: 0918894174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: USG rádiologické
Kľúčové slová: USG, rádiológia, ultrasonograf, sonda, diagnostika, zobrazovacie zariadenie
CPV: 33112000-8 - Echo, ultrazvukové a dopplerovské zobrazovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. USG rádiologické
2. Sondy k USG prístroju
3. ARCIVÁCIA A SPRACOVANIE OBRAZU

Položka č. 1: USG rádiologické

Funkcia				
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných rádiologických zobrazovacích zariadení používaných pre diagnostiku, a to konkrétne dodanie - 1 ks USG rádiologického s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre komplexné využitie vyšetrení pre COVID pacientov, vrátane 4 typov sond. Dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na min. 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ultrazvukový prístroj s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vhodný pre komplexné využitie vyšetrení pre COVID pacientov	ks			1
Uhlopriečka monitora, na artikulačnom ramene	palec	19		
Rozlíšenie monitora	pixel	1024 x 1080		
Počet spracovávajúcich signálových kanálov	počet	40 000		
Celkový dynamický rozsah prístroja	dB	205		

Frekvenčný rozsah prístroja // väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 18) Mhz musí byť zachovaný	MHz	1 až 18		
Maximálna zobrazovaná hĺbka prístroja	cm	30		
Porty pre 2D sondy	ks	3		
Zoom v živom aj zmrazenom obraze ako aj HD zoom s vysokým rozlíšením	rozlíšenie zoom	8		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Artikulačné rameno, na ktorom je umiestnený monitor musí umožňovať prispôsobenie ergonómie pracoviska. Ovládací panel musí byť výškovo a stranovo nastaviteľný	áno			
Prístroj musí umožňovať ovládanie všetkých funkcií pomocou multifunkčných podsvietených aktívnych tlačidiel alebo pomocou dotykového displeja, ovládací panel aj klávesnica vodeodolný s možnosťou povrchovej dezinfekcie tekutými čistiacimi prostriedkami	áno			
Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a Dopplerovské frekvencie	áno			
Prístroj musí byť schopný pracovať s minimálne dvoma ostríacimi bodmi v obraze , alebo mať technológiu na rovnomerne "fokusovaný" obraz bez potreby meniť ostríaci bod	áno			
MÓDY PREVÁDZKY A ZOBRAZENIA:	áno			
2D zobrazovanie s možnosťou harmonického zobrazenia	áno			
2D farebné mapovanie prietokov (CFM)	áno			
Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave	áno			
Merať merací rozsah rýchlostí pri farebnom mapovaní (CFM)	áno			
Merať rýchlosti v určenom objeme – pulzný doppler (PWD)	áno			
Zobraziť spektrum rýchlostí	áno			
Energetický Doppler s rozlíšením smeru toku	áno			
M- mód	áno			
Automatické obkresľovanie rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v "zmrazenom" obraze	áno			
Software pre bioptickú navigáciu	áno			
Možnosť rozšíriť o resterilizovateľný alebo jednorázový punkčný adaptér pre sektorovú konvexnú sondu (pediatrickú), konvexnú sondu a lineárnu sondu	áno			
Technológia umožňujúca automatické alebo manuálne meranie biometrických rozmerov: CRL, BPD, OFD, HC, AC, HL, FL	áno			
Softvér pre lepšiu vizualizáciu ihly pri zavádzaní regionálnej anestézy	áno			
Technológia skladania obrazu tzv. compounding	áno			

Položka č. 2: Sondy k USG prístroju

Funkcia
1. Sonda sektorová konvexná /pediatrická /- vhodná na vyšetrenie abdoménu - multifrekvenčná
2. Lineárna sonda – určená na vyšetrenie ciev a ako aj jemných tkanív, multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid
3. Sonda konvexná - vhodná na vyšetrenie abdoménu - multifrekvenčná
4. Sonda vaginálna - vhodná na gynekologické vyšetrenie - multifrekvenčná

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Sonda sektorová konvexná /pediatrická / - multifrekvenčná	ks	1		
1.1. Frekvenčný rozsah // väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3,5-9) Mhz musí byť zachovaný	MHz	3,5 - 9		
1.2. Počet elementov	počet	192		
1.3. Uhol sektora	stupeň	55		
1.4. Bioptický nadstavec	ks	1		
2. Lineárna sonda multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid	ks	1		
2.1. Frekvenčný rozsah // väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (5-14) MHz musí byť zachovaný	MHz	5 - 14		
2.2. Počet elementov	počet	192		
2.3. Aktívna plocha	cm	3,4		
2.4. Bioptický nadstavec	ks	1		
3. Sonda konvexná - multifrekvenčná	ks	1		
3.1. Frekvenčný rozsah // väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 5) MHz musí byť zachovaný	MHz	2 - 5		
3.2. Počet elementov	počet	192		
3.3. Bioptický nadstavec	ks	1		
4. Sonda vaginálna - multifrekvenčná	ks	1		
4.1. Frekvenčný rozsah // väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (4 - 9) MHz musí byť zachovaný	MHz	4 - 9		
4.2. Počet elementov	počet	128		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: ARCIVACIA A SPRACOVANIE OBRAZU

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kapacita interného pevného disku	GB	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN a Wifi a musí obsahovať SW, ktorý chráni prístroj pred vírusovými aplikáciami a škodlivým SW	áno			
Prístroj musí byť možné pripojiť k archivačnému systému PACS - DICOM 3.0 protokol	áno			
Prístroj musí byť možné rozšíriť o možnosť importovať dáta pacientov z NIS	áno			
Prístroj musí mať minimálne 4 USB porty z toho aspoň 1 na ovládacom paneli	áno			
Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora	áno			
Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie - DVD napáľovačka	áno			
Prístroj musí obsahovať čiernobiely termotlačiareň	áno			
K prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň	áno			
Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na PC tlačiarňu a zasielanie sieťou vo formáte PDF.	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu na základe vystavenej objednávky predmet zmluvy – USG rádiologické (ďalej ako „prístroj“ alebo „tovar“) podľa technickej špecifikácií a poskytnúť služby podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto prístroju a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom poskytnúť súčinnosť, prístroj podľa technických špecifikácií prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu dohodnutú touto zmluvou.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že jeho ponuka bude platná šesť (6) mesiacov od uzatvorenia zmluvy; kupujúci sa zaväzuje, že tovar do tejto lehoty objedná (t.j. lehota dodania je naviazaná na doručenie objednávky, ktorou si kupujúci tovar žiada dodať. Pre odstránenie pochybností sa má za to, že kupujúci je povinný tovar odobrať v zmysle záväzku vyplývajúceho z kúpnej zmluvy. Účelom objednávky je koordinovať dodanie tovaru v súlade s potrebami nemocnice).
3. Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy - najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.
4. Predávajúci poskytuje na tovar a všetky jeho súčasti komplexnú záruku, ktorá bola stanovená predávajúcim v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpísania Inštaláčného protokolu.
5. Predávajúci je povinný tovar nainštalovať a uviesť do bezporuchovej prevádzky bezodkladne po jeho dodaní, a to na vlastné náklady.
6. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny nedodaného tovaru bez DPH, s ktorým je predávajúci v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
7. Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
8. Ponúkané produkty / zariadenia musia spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určené výrobky vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musia byť označené značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daných výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na dané výrobky kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
9. K bodu 8 verejný obstarávateľ požaduje do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť vyhlásenie o zhode alebo osvedčenie (bez príloh) vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 25/2018 Z.z.) vo formáte pdf. Uvedený doklad deklaruje splnenie požiadavky na predmet zákazky
10. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
11. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho týkajúce sa obsluhy tovaru je predávajúci povinný realizovať najneskôr pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania, resp. inštalácie. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení.
12. Súčasťou záväzku predávajúceho je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na požadovaný účel, a to najmä, no nie len výlučne: a) Návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom resp. v českom jazyku, Záručný list, b) neoverené kópie všetkých dokladov a dokumentov, preukazujúcich splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré neboli obsahom kupujúcim prijatej ponuky predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.
13. Nakoľko dodávka predávajúceho podľa tejto zmluvy zahŕňa aj dodávku softvéru, platí, že predávajúci dňom podpisu Preberacieho protokolu udeľuje kupujúcemu nevýhradnú licenciu na jeho použitie, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora a na účel, na ktorý bol softvér vytvorený. Predávajúci súhlasí, aby kupujúci udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia udelená na základe tejto zmluvy kupujúcemu.
14. Licencia podľa bodu 13 sa udeľuje odplatne, pričom odmena za jej poskytnutie ako aj odmena za udelenie súhlasu na udelenie licencie je už zahrnutá v kúpnej cene podľa tejto zmluvy.
15. Predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu: a) oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 48 hodín; b) oprava vady s dodávkou náhradného dielu uloženého na sklade do 72 hodín s výnimkou prípadov, pri ktorých je preukázateľná potreba objednať náhradný diel.
16. Predávajúci je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť kupujúcemu zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba, b) identifikácie plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ, c) doklady preukazujúce oprávnenie subdodávateľa vykonávať dané plnenie.
17. Požaduje sa prehlásenie dodávateľa, ktorý predloží ponuku ako neplatiteľ DPH, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľa DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu s DPH.
18. Zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ neschválí predmetné verejné obstarávanie.
19. Dodávateľ ako úspešný uchádzač berie na vedomie, že má povinnosť strpieť výkon kontroly a auditu overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Špitálska 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.02.2022 08:00:00 - 30.06.2022 18:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa opisu - súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 30 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 36 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022676

V Bratislave, dňa 18.02.2022 13:24:02

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

BLUEMED s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska