

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
NÁDOBY NA KLINICKÝ ODPAD

Názov predmetu zákazky: NÁDOBY NA KLINICKÝ ODPAD			
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY			
Funkčná špecifikácia, opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky požadované verejným obstarávateľom		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota (Áno-Nie)
Predmetom obstarávanej zákazky je dodávka nádob na klinický odpad pre jednotlivé pracoviská verejného obstarávateľa v rozsahu požadovanej špecifikácie, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa. Predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje vrátane prepravy a vyloženia v mieste plnenia. Súčasťou predmetu zákazky sú všetky, resp. akékoľvek ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zákazky (napr. balné).		xxx	xxx
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA		Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota (áno/nie)
1. NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD TYP č. 1		xxx	xxx
1.1	objem nádoby	min. 2 litre - max. 2,2 litra	áno
1.2	otvor na kryte (veku) nádoby:		áno
1.2.1	s priemerom	min. 4,5 cm - max. 7,5 cm	áno
1.2.2	resp. s rozmerom	min. 5 cm x max. 11 cm	áno
1.3	výška nádoby	min. 12,5 cm - max. 23 cm	áno
1.4	nádoba musí slúžiť na zber ostrých predmetov a klinického odpadu		áno
1.5	nádoba musí byť určená na jednorazové použitie		áno
1.6	nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia		áno
1.7	nádoba musí byť vyrobená z ekologického plastového materiálu		áno
1.8	nádoba musí byť vybavená rúčkami, resp. úchytkami na jednoduchý prenos		áno
1.9	nádoba musí pozostávať z dvoch častí:		áno
a)	samotná nádoba		áno
b)	kryt (uzatvárateľné veko) s otvorom		áno
1.10	nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia:		áno
a)	dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými ostrými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami		áno
b)	permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevné uzavretie pomocou permanentného uzáveru, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácii. Po uzavretí nesmie byť možné jej opätovné otvorenie a použitie		áno
1.11	nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady		áno
1.12	na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný.		áno
2. NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD TYP č. 2		xxx	xxx
2.1	objem nádoby	min. 4 litre - max. 5 litrov	áno
2.2	otvor na kryte (veku) nádoby:		áno
2.2.1	s priemerom	min. 7,5 cm - max. 11,5 cm	áno
2.2.2	resp. s rozmerom	min. 5,5 cm x max. 12 cm	áno
2.3	výška nádoby	min. 14 cm - max. 25 cm	áno
2.4	nádoba musí slúžiť na zber ostrých predmetov a klinického odpadu		áno
2.5	nádoba musí byť určená na jednorazové použitie		áno

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
NÁDOBY NA KLINICKÝ ODPAD

2.6	nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia		áno
2.7	nádoba musí byť vyrobená z ekologického plastového materiálu		áno
2.8	nádoba musí byť vybavená rúčkami, resp. úchytami na jednoduchý prenos		áno
2.9	nádoba musí pozostávať z dvoch častí:		áno
a)	samotná nádoba		áno
b)	kryt (uzatvárateľné veko) s otvorom		áno
2.10	nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia:		áno
a)	dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými ostrými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami		áno
b)	permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevne uzavretie pomocou permanentného uzáveru, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácii. Po uzavretí nesmie byť možné jej opätovné otváranie a použitie		áno
2.11	nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady		áno
2.12	na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný.		áno
3. NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD TYP č. 3		xxx	xxx
3.1	objem nádoby	min. 10 litrov - max. 12 litrov	áno
3.2	otvor na kryte (veku) nádoby s priemerom:	min. 8 cm - max. 12,5 cm	áno
3.3	výška nádoby	min. 22 cm - max. 32 cm	áno
3.4	nádoba musí slúžiť na zber ostrých predmetov a klinického odpadu		áno
3.5	nádoba musí byť určená na jednorazové použitie		áno
3.6	nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia		áno
3.7	nádoba musí byť vyrobená z ekologického plastového materiálu		áno
3.8	nádoba musí byť vybavená rúčkami, resp. úchytami na jednoduchý prenos		áno
3.9	nádoba musí pozostávať z dvoch častí:		áno
a)	samotná nádoba		áno
b)	kryt (uzatvárateľné veko) s otvorom		áno
3.10	nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia:		áno
a)	dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými ostrými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami		áno
b)	permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevne uzavretie pomocou permanentného uzáveru, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácii. Po uzavretí nesmie byť možné jej opätovné otváranie a použitie		áno
3.11	nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady		áno
3.12	na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný.		áno
4. NÁDOBA NA KLINICKÝ ODPAD TYP č. 4		xxx	xxx
4.1	objem nádoby	60 litrov	áno
4.2	výška nádoby	min. 50 cm - max. 75 cm	áno
4.3	nádoba musí slúžiť na zber ostrých predmetov a klinického odpadu		áno
4.4	nádoba musí byť určená na jednorazové použitie		áno
4.5	nádoba musí byť určená na transport a následnú likvidáciu spálením spolu s jej obsahom mimo nemocničného zariadenia		áno

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
NÁDOBY NA KLINICKÝ ODPAD

4.6	nádoba musí byť vyrobená z ekologického plastového materiálu		áno
4.7	nádoba musí byť vybavená rúčkami, resp. úchytami na jednoduchý prenos		áno
4.8	nádoba musí pozostávať z dvoch častí:		áno
a)	samotná nádoba		áno
b)	kryt (uzatvárateľné veko)		áno
4.9	nádoba musí mať možnosť dočasného a permanentného uzavretia:		áno
a)	dočasné uzavretie nádoby má chrániť personál pred kontaktom s použitými ostrými predmetmi a výparmi z biologického materiálu medzi jednotlivými použitiami		áno
b)	permanentné uzavretie nádoby má zabezpečiť po naplnení nádoby jej pevné uzavretie pomocou permanentného uzáveru, čím bude nádoba pripravená k transportu a likvidácii. Po uzavretí nesmie byť možné jej opätovné otváranie a použitie		áno
4.10	nádoba musí spĺňať požiadavky na obaly v zmysle Dohody ADR podľa obalových inštrukcií pre klinické odpady		áno
4.11	na nádobe musí byť označenie kódu obalu "un", ktorý je trvalý, čitateľný a umiestnený na mieste a takej veľkosti vzťahujúcej sa k nádobe, aby bol dobre viditeľný.		áno

Položky predmetu zákazky

1.	Nádoba na klinický odpad typ č. 1
2.	Nádoba na klinický odpad typ č. 2
3.	Nádoba na klinický odpad typ č. 3
4.	Nádoba na klinický odpad typ č. 4

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

PULImedical, spol.s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO:

31 344 399

DIČ:

2 020 315 044

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa predmetu zákazky:

Meno a priezvisko:

Hana Koterbová

Hana Koterbová

Telefónne číslo:

0905201376

0905201376

E-mail:

koterbova@pulimedical.sk koterbova@pulimedical.sk

V: Ivanke pri Dunaji

Dňa: 16.10.2017

.....
podpis a pečiatka

