



HORNOORAVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENÁ

Mieru 549/16, 028 01 Trstená



DC AGENCY s.r.o.
Želova 527/2
821 08 Bratislava

Naše číslo
80/2017/HTÚ

Vybavuje/linka
Mgr. Gašperová/043 5307 284

Trstená
07. novembra 2017

VEC

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z201752567_Z

Dňa 17.10.2017 bola postupom podľa § 110 a nasl. Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Elektronickým trhoviskom Elektronického kontraktčného systému uzatvorená Kúpna zmluva č. Z201752567_Z medzi:

Objednávateľom: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 01 Trstená

a

Dodávateľom: DC AGENCY s.r.o., Mlynarovičova 1595/2, 851 03 Bratislava,

predmetom ktorej je dodanie **Laparoskopickej veže**.

Zmluva bola uzatvorená automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska, verzia 3.1 účinná odo dňa 01.02.2017 (ďalej len „OPET“), ktoré tvoria jej prílohu.

Dňa 23.10.2017 ste na adresu Objednávateľa doručili požadovanú dokumentáciu na preukázanie splnenia minimálnych technických a osobitných požiadaviek. Predloženie uvedených dokumentov sme požadovali do 5 pracovných dní, čo ste ako Dodávateľ aj splnili. Na základe predložených dokumentov sme pristúpili ku kontrole a zistili sme nasledovné:

Ako Dodávateľ ste **nesplnili** Funkčnú a technickú špecifikáciu bod 2.2 uvedenej Kúpnej zmluvy v nasledovnom:

- Požiadavka v zmluve: **laparoskopická kamerová hlava – spôsob prenosu signálu cez optický kábel**; v predložených dokumentoch - *Návod na použitie 4K kamera* (str. 8) uvádzate, že pripojenie kábla od kamerovej hlavy do kamerovej jednotky je pomocou 32 pinového konektora, teda nie optickým káblom zloženým z optických vlákien, ako sme požadovali a ako uvádzate v *Návrhu plnenia Z20175256*.
- Požiadavka v zmluve: **laparoskopická kamerová hlava – ostrenie obrazu automatické pomocou ovládacieho tlačidla**; v predložených dokumentoch – *Návrh plnenia Z20175256* (str. 2) uvádzate, že ostrenie obrazu je automaticky pomocou antimoire cez ovládacie tlačidlo na laparoskopickej kamerovej hlave.

Funkcia antimoire sa používa na odstránenie rušivých efektov zo snímaného obrazu, dochádza však zároveň k miernemu rozostreniu obrazu. Toto nie je automatické zaostrenie obrazu, ktoré má po prvom zaostrení pomocou tlačidla automaticky doostrovať obraz aj pri zmene vzdialenosti snímaného objektu. Navyše funkcia antimoire sa v *Návode na použitie 4K kamera* nenachádza.

Ako Dodávateľ ste **nesplnili** Osobitné požiadavky na plnenie bod 2.3 uvedenej Kúpnej zmluvy v nasledovnom:

- Vami predložený dokument – *Návrh plnenia Z201752567 - Podrobný technický opis ILO endoscopy 4K laparoskopická zostava* v slovenskom jazyku nie je v súlade s *Návodom na použitie 4K kamery* (optický kábel vs. 32 pinový konektor; automatické ostrenie obrazu pomocou antimoiré).
- Objednávateľ má pochybnosť, či ako Dodávateľ dokážete zabezpečiť nástup servisného technika na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy prístroja v pracovných dňoch podľa podmienok uvedených v zmluve, nakoľko uvádzate, že servisný technik Mr. Falko Scheit je zástupcom firmy ILO electronic GmbH, ktorej sídlo je Quickborn, Nemecko.

Porušenie všetkých vyššie uvedených bodov Objednávateľ v zmluve označil za **podstatné porušenie zmluvných podmienok**. Na základe porovnania vami ponúkanej špecifikácie konštatujeme, že laparoskopická zostava **ILO endoscopy 4K nespĺňa nami požadované parametre**.

Dňa 30. októbra 2017 sme vám listom 75/2017/HTÚ zaslali Žiadosť o písomné stanovisko k nesplneným bodom Kúpnej zmluvy. Na základe vášho Vysvetlenia zo dňa 31. októbra 2017 doručeného do sídla Objednávateľa dňa 6.11.2017 sme usúdili, že vaše vyjadrenie nebolo postačujúce a trváme na tom, že laparoskopická zostava **ILO endoscopy 4K nespĺňa nami požadované parametre** v nasledovnom:

- **Laparoskopická kamerová hlava – spôsob prenosu signálu: optický kábel**; optický kábel nie je možné ukončiť rôznymi konektormi ako uvádzate – HDMI, 32 pin, 8 pin, USB, čo sú elektrické pripojenia. Optické pripojenie používa špeciálne konektory na prenos svetla, ktoré môžu byť unifikované alebo špeciálne vyrobené na daný účel. Vami ponúkané ukončenie pomocou 32 pinového konektora danú požiadavku nespĺňa.
- **Laparoskopická kamerová hlava – ostrenie obrazu automaticky pomocou ovládacieho tlačidla**; funkcia antimoiré, ktorú uvádzate, nespĺňa plnohodnotné možnosti automatického ostrenia (fokusácie). Jedná sa o filter použitý pri spracovaní obrazu, používaný najmä pri flexibilných endoskopoch s fibrooptikou na odstránenie efektu „včelieho plástu“, aby bol obraz jednoliaty.

V súlade s Čl. XVIII bod 18.2 písm. a) platných OPET a na základe vyššie uvedeného týmto písomným prejavom vôle **odstupujeme od Kúpnej zmluvy č. Z201752567_Z zo dňa 17. októbra 2017**.

Účinky tohto odstúpenia od Kúpnej zmluvy č. Z201752567_Z zo dňa 17. októbra 2017 nastanú podľa ustanovenia § 349 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade s čl. XVIII bod 18.5 platných OPET dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že odstúpenie je doručené tretí deň odo dňa jeho odoslania. Odstúpením od Zmluvy zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia jednej zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

S pozdravom

MUDr. Marian Tholt
riaditeľ HNŠP Trstená

Hornooravská nemocnica
s poliklinikou Trstená
028 01 TRSTENÁ
-11-

