

NIMAG, spol. s r.o.

Prievozská 4/B,
821 09 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
RPC 3091/2021

Vybavuje/linka
Mgr. Medved' /437

Bojnice
28.10.2021

Vec: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z202120627 Z zo dňa 25.10.2021

Vážená spoločnosť,

dňa 02.09.2021 uzatvorila Vaša spoločnosť **NIMAG, spol. s r.o.**, so sídlom Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31337775 (ďalej len „**dodávateľ**“) a Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 971 02 Prievidza, IČO: 17 335 795 (ďalej len „**objednávateľ**“) Rámcovú dohodu č. Z202120627_Z zo dňa 25.10.2021 (ďalej len „**Zmluva**“) prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému.

Predmetom Zmluvy je záväzok dodávateľa dodať pôrodnú posteľ v zmysle bodu: 2.2. Zmluvy - Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy, 2.3. Zmluvy – Osobitné požiadavky na plnenie a 2.4. Zmluvy- Prílohy opisného formulára Zmluvy.

Dodávateľ sa v zmysle článku II. bodu 2.2. Zmluvy – technické vlastnosti zaviazal dodať (viď. tabuľka):

celková dĺžka v rozloženom stave

cm 215
(216,5)

možnosť nastavenia podnožného dielu do rôznych výškových úrovní a zasunutie celého podnožného dielu po rám postele

nesplňa (Nie je možné nastavenie podnožného dielu do rôznych výškových úrovní a jeho plnohodnotné zasunutie pod rám postele. Navyše je potrebné použiť prídavný matrac pre vytvorenie rovnej lôžnej plochy. Prídavný matrac je nutné niekde skladovať keď sa nepoužíva.)

zasúvanie podnožného dielu pod lôžnú plochu bez nutnosti jeho odobratia, excentricky umiestnený zdvíhací stĺp

nesplňa (Je potrebné odobrať vrchný matrac pre zasunutie podnožného dielu. Neprítomnosť excentricky umiestneného zdvíhacieho stĺpu pre bezproblémový prístup lekára k rodičke. Prídavný matrac je nutné niekde skladovať keď sa nepoužíva.)

mechanicky nastaviteľný podnožný diel	vyžaduje sa (Podnožný diel nie je nastaviteľný, je možné ho iba vysunúť a zasunúť.)
flexibilita nastavenia opierok nôh do pozície lýtkových opierok, ako aj do pozície opierok chodidiel	nesplňa (Je nutné zvoliť kolenné opierky, alebo pätné opierky, samostatné príslušenstvo, nutné uskladniť keď sa nevyužíva.)
bezšvové čalúnenie	nesplňa (Má lepené švy.)
tvarovaný sedací diel pre zaistenie dostatku miesta pre pôrodníka	vyžaduje sa (Podnožný diel nie je možné zasunúť úplne tak, aby bol zaistený dobrý prístup pre pôrodníka, navyše niektoré prevedenia majú medzi stĺpmi inštalovanú spevňovaciu tyč na podvozku, čo by bránilo v neobmedzenom prístupe k rodičke.)
podpery nôh	ľahko prestaviteľné (Potrebné prestavovanie na guľových čapoch ďalšou osobou.)
uhol nastavenia podnožného dielu	minimálne od 0° do - 20° - nesplňa (Nie je možné nastavenie podnožného dielu, podnožný diel tak nie je možné použiť ako oporu pre rodičku pri posede s využitím podnožného dielu.)
možnosť mechanického CPR spustenia chrbtového dielu	vyžaduje sa (Aj bez záťaž zrazí o rám.)
zaťaženie podnožného dielu	minimálne 150 kg (Uvádzaný podnožný diel je prezentovaný ako podložka pre dieťa, nosnosť 150 kg ? – musí to byť uvedené v návode.)

Musíme však konštatovať, že tovar nesplňa viaceré (viď. tabuľka) vlastnosti zmysle zmluvnej špecifikácie.

Dodávateľ a objednávateľ uzatvorili Zmluvu ako výsledok kontraktačného postupu Trhoviska, ktorá sa riadi nielen všeobecnými obchodnými podmienkami v zmysle § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ale súčasne aj jednotlivými ustanoveniami Obchodného zákonníka upravujúcim záväzkovo – právne vzťahy dodávateľa a kupujúceho.

V zmysle bodu 5.1 a) všeobecných zmluvných podmienok Trhoviska (ďalej len „VZP“): „Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi Tovar podľa Špecifikácie a v dohodnutom množstve, čase a mieste a podľa ostatných Zmluvných špecifikácií a previesť na Objednávateľa vlastnícke právo k predmetnému Tovar, ak je Plnením Tovar.“

V zmysle bodu 6.1.1 VZP je dodávateľ povinný: „Dodať či poskytnúť Plnenie v súlade so všetkými Špecifikáciami a inými podmienkami uvedenými v Zmluve, v dohodnutej akosti a množstve riadne a včas.“

V zmysle bodu 6.1.2 VZP je dodávateľ povinný: „Dodat' či poskytnúť Plnenie, ktoré splňa okrem Špecifikácií tiež všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a platných technických noriem zväzajúcich pre takéto Plnenie a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh.“

V zmysle bodu 12.1 VZP: „Plnenie má vady, ak nezodpovedá Špecifikácii, Zmluvnej špecifikácii alebo podmienkam podľa týchto VZP, alebo má právne vady.“


V zmysle bodu 12.5 písm. f) VZP: „V prípade ak je dodaním, vykonaním alebo poskytnutím Plnenia s vadami Zmluva porušená podstatným spôsobom, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.“

V zmysle bodu 12.7 VZP: „Právo voľby medzi nárokmi ustanovenými v bode 12.5 až 12.6 patrí Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný oznámiť voľbu nároku Dodávateľovi spravidla spolu s oznámením vady, inak bez zbytočného odkladu po oznámení vady Plnenia Dodávateľovi.“

Vzhľadom na vyššie uvedené si dovoľujeme uviesť nasledujúce:

Z dôvodu, že dodávateľ nesplnil podmienky podľa VZP v zmysle Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7 účinná odo dňa 02. 08. 2021, si Vám objednávateľ dovoľuje oznámiť, že od Kúpnej zmluvy č. Z202120627_Z zo dňa 25.10.2021 **o d s t u p u j e** v súlade s bodom 18.2 písm. a) a nasl. VZP. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

S pozdravom



Mgr. Peter Glatz
riaditeľ

NsP Prievidza so sídlom v
Bojniciach