

**Čl. I. Zmluvné strany**

**1. Predávajúci: A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.**

sídlo: Podháj 31,97405 Banská Bystrica  
krajina: Slovenská republika  
právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 16554/S  
IČO: 44 792 301  
DIČ: 2022826278  
IČ pre DPH: SK2022826278  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
v zastúpení: Igor Markovič, riaditeľ

(ďalej len „Predávajúci“)

**2. Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín**

Organizácia zriadená na základe Zriaďovacej listiny MZ SR Č.  
1970/1991-A/VIII-1

Sídlo: Legionárska 28, 911 71 Trenčín  
Krajina: Slovenská republika  
IČO: 00 610 470  
DIČ: 2021254631  
IČ pre DPH: SK2021254631  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
v zastúpení: MUDr. Rudolf Lintner, riaditeľ  
Internet. adresa: [www.fntn.sk](http://www.fntn.sk)

(ďalej len „Kupujúci“)

**Čl. II. Úvodné ustanovenia**

1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaráva tovar postupom stanoveným zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 25/2006 Z. z.“).
2. Túto zmluvu uzatvára Kupujúci, ktorý je verejným obstarávateľom s Predávajúcim, ktorý je úspešným uchádzačom ako výsledok zadávania zákazky podlimitnej zákazky – verejná súťaž, podľa zák. č. 25/2006 Z. z. , s názvom predmetu „**Monitory vitálnych funkcií pre potreby Fakultnej nemocnice Trenčín**“.

### **Čl. III. Predmet zmluvy**

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu 2. tohto článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy.
2. Tovarom pre účely tejto zmluvy je **monitor vitálnych funkcií – 10 ks**, špecifikovaný **v prílohe č. 3.1 a 3.2** tejto zmluvy (ďalej len „tovar“).
3. Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta podľa bodu 2 Čl. IV. Dodacie podmienky, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním) dodaného tovaru, podmienok sterilizácie tovaru (určených časti tovaru), predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: ES Vyhlásenie o zhode, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, potvrdenie ŠUKL-u o pridelení kódu, záručného listu, vypracovanie a predloženie Preberacieho protokolu, Inštalačného protokolu, Protokolu a zaškolení.
4. Tovar sa dodáva za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti kupujúcim.
5. Predávajúci prehlasuje, že je výlučným vlastníkom tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy.

### **Čl. IV. Dodacie podmienky**

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa článku III. bod 2 tejto zmluvy kupujúcemu do 8 týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej tri pracovné dni vopred a to písomne na e-mail adresu: [skocikova@fntn.sk](mailto:skocikova@fntn.sk), [marekova@fntn.sk](mailto:marekova@fntn.sk) a telefonicky na tel. č. 032/6566275, 032/6566622.
2. Miestom dodania tovaru je pracovisko kupujúceho a to na adrese:  
monitor vyššej triedy - 3 ks OAIM  
základný monitor: 5 ks - chirurgická klinika JIS , 1 ks - ortopedické oddelenie, 1 ks - urologické oddelenie Fakultnej nemocnice Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín (ďalej len „miesto dodania“).
3. Predávajúci je povinný tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky najneskôr do štrnást (14) kalendárnych dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania podľa bodu 2. tohto článku. Predávajúci je povinný dodať a nainštalovať tovar na miesto dodania tovaru na vlastné náklady.
4. Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne a to podpísaním dodacieho listu.
5. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a úžitkové parametre dodaného tovaru nezodpovedajú špecifikácií tovaru uvedenej v prílohe č. 3.1 a 3.2 tejto zmluvy. Špecifikácia tovaru v prílohe č. 3.1 a 3.2 tejto zmluvy musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.
6. O inštalácii a uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany **Inštalačný protokol** pre dané miesto dodania.
7. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhu tovaru je predávajúci povinný realizovať pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania. O zaškolení bude predávajúcim vystavený **Protokol o zaškolení** pre dané miesto dodania.
8. Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho uvedenia tovaru do prevádzky predávajúcim v mieste dodania. V **Preberacom protokole** sa potvrdzuje druh, množstvo,

vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 3.1 a 3.2 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou na prevzatie tovaru za kupujúceho ( oprávnený na podpísanie preberacieho protokolu) je pracovník referátu verejného obstarávania a pracovník technického odboru, za prítomnosti zástupcu oddelenia, na ktoré je tovar určený. Kontaktné údaje oprávnených osôb - podľa bodu 1. Čl. IV. Dodacie podmienky.

9. Kupujúci je povinný po inštalácii tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne písomne reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu tovaru, najneskôr však do 15 kalendárnych dní odo dňa inštalácie tovaru.

#### **Čl. V. Ukončenie zmluvy**

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť:
  - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
  - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo pri porušení ustanovení tejto zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučené na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v čl. I. tejto zmluvy, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta.
  - c) Výpoveďou v jednomesačnej výpovednej lehote.

#### **Čl. VI. Kúpna cena a platobné podmienky**

1. Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov , takto :

Celková kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy je 47 833,31 € bez DPH, slovom štyridsaťsedemtisícosemstotridsaťtri eur a tridsaťjeden centov.

K uvedenej kúpnej cene sa pripočítava DPH v zákonom stanovenej výške t.j. 9 566,66 €, slovom deväťtisícpäťstošesťdesiatšesť eur a šesťdesiatšesť centov.

Celková kúpna cena za dodaný tovar podľa tejto zmluvy je 57 399,97 € s DPH, slovom päťdesiatšedemtisíctristodeväťdesiatdeväť eur a deväťdesiatšedem eur.

Cena jednotlivých položiek dodaného tovaru, vrátane príslušenstva k tovaru je uvedená v **prílohe č. 1** tejto zmluvy

2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez závad. V uvedenej kúpnej cene podľa bodu 1. tohto článku je zahrnuté : cena tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov, príslušná technická a sprievodná dokumentácia, príslušný software, opravy, údržba a výmena prevádzkových náplní a komponentov spotrebného charakteru počas záručnej doby a všetky ostatné finančné náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu.
3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho podľa bodu 1 Čl. I. tejto zmluvy v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
5. Predávajúci je povinný vystaviť a doručiť faktúru kupujúcemu v lehote podľa platných predpisov, po uvedení prístroja do prevádzky. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu, pričom lehota splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
6. Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň pripísania sumy fakturovanej kúpnej ceny na účet predávajúceho podľa bodu 4. tohto článku.

## **Čl. VII. Reklamácia tovaru, vady tovaru**

1. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na 24 mesiacov; táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Inštaláčného protokolu.
2. V záručnej dobe predávajúci
  - a/ bezplatne odstráni všetky vady dodaného tovaru a
  - b/ vykoná bezplatne štyri záručné preventívne servisné prehliadky prístrojov (vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu) v šesťmesačných intervaloch. Štvrtú vykoná štrnásť (14) kalendárnych dní pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky nezavinené kupujúcim.
  - c/ je povinný v prípade, ak opravu alebo preventívnu servisnú prehliadku tovaru, bude potrebné vykonať mimo miesta dodania tovaru (čl. IV. bod 2 tejto zmluvy) zabezpečiť dopravu tovaru na miesto vykonania opravy alebo preventívnej servisnej prehliadky na vlastné náklady. Uvedené platí aj pre vrátenie tovaru späť na miesto dodania.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady tovaru, vrátane, nie však len, všetkých prác spojených s opravami tovaru, dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu tovaru, poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar, dodávky funkčného príslušenstva k tovaru, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená kupujúcim.
4. Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou zamestnancami kupujúceho. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť počas záručnej doby plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete plnenia.
5. Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie vady tovaru za kupujúceho oznámi predávajúcemu oprávnená osoba kupujúceho na tel. číslo: 0905 989 606, faxom na číslo: 048 410 4981, alebo na e-mail: servis@amimedical.sk .Osobou oprávnenou za kupujúceho reklamovať tovar a žiadať odstránenie vady počas záručnej doby je určený pracovník technického odboru kupujúceho.

6. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na tovar počas desiatich (10) rokov od ukončenia výroby posledného zhodného typu tovaru pre každý typ tovaru tvoriaceho predmet plnenia podľa tejto zmluvy osobitne. Životnosť prístroja je 10 rokov.
7. Počas záručnej doby sa servisný technik predávajúceho dostaví na opravu tovaru do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady tovaru/poruchy. Nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na mieste dodania, pričom dni pracovného voľna, pokoja a sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu tovaru t.j. jeho plné sfunkčnenie maximálne do štyroch (4) pracovných dní od nahlásenia vady/poruchy. Pri nedodržaní tohto časového intervalu je predávajúci povinný zabezpečiť iný zhodný náhradný tovar za nefunkčný tovar.
8. Pri službách ako servis sa vyžaduje zápis o podstatných náležitostiach služieb: čas nástupu a čas plnenia služby, popis závady, jednotkové ceny náhradných dielov a cena prác, ak sú nad rámec záruky.

### **Čl. VIII. Majetkové sankcie**

1. V prípade nedodržania podmienok plnenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho si môže kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty kúpnej ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.  
Nárok na úrok z omeškania nevzniká vtedy, ak predávajúci preukáže, že oneskorenie je spôsobené výlučne účinkom vyššej moci, alebo zavinením kupujúceho.
2. V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať a vtedy je kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny omeškanej časti platby bez DPH za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
3. Uplatnením majetkových sankcií podľa bodu 1 a 2 tohto článku nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody.

### **Čl. IX. Osobitné ustanovenia**

1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy.
2. Zmluvné strany sa, v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že
  - a/ nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy;

b/ informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto Zmluvy.

#### **Čl. X. Záverečné ustanovenia**

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s ust. zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
2. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží predávajúci a dve vyhotovenia kupujúci.
5. Zmluva bude zo strany kupujúceho podpísaná až po obdržaní súhlasu MZSR.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: Príloha č.1 – Stanovenie celkovej zmluvnej ceny, Príloha č. 2 - Doklad o oprávnení dodávať tovar a Príloha č. 3 - Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Banskej Bystrici, dňa 21.11.2011

V Trenčíne dňa 21.11.2011

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.....  
Igor Markovič  
riaditeľ spoločnosti  
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.

.....  
MUDr. Rudolf Lintner  
riaditeľ FN Trenčín

## PRÍLOHA Č. 1

**VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENČÍN**

### Podlimitná zákazka – tovary

### Verejná súťaž

**Stanovenie celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu zákazky.**

Predmet zákazky: **Monitory vitálnych funkcií pre potreby Fakultnej nemocnice Trenčín.**

| P. č. | Názov položiek:        | Počet kusov položky | Cena v € bez DPH/ 1ks | Cena v € za položky |                 |                  |
|-------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|       |                        |                     |                       | bez DPH             | DPH 20%         | celkom s DPH     |
| 1.    | Monitor BSM 6701K      | 3                   | 4 307                 | 12 921              | 2 584,20        | 15 505,20        |
| 2.    | AY-663P - modul        | 3                   | 2 423                 | 7 269               | 1 453,80        | 8 722,80         |
| 3.    | Y 212A - príslušenstvo | 3                   | 500                   | 1 500               | 300             | 1 800            |
| 4.    | P225F – snímač SPO2    | 10                  | 200                   | 2 000               | 400             | 2 400            |
| 5.    | L901- kábel na IBP     | 9                   | 150                   | 1 350               | 270             | 1 620            |
| 6.    | KC-600P – vozík        | 3                   | 570                   | 1 710               | 342             | 2 052            |
| 7.    | X075 - batéria         | 3                   | 300                   | 900                 | 180             | 1 080            |
| 8.    | Monitor BSM 2301K      | 7                   | 2 533,33              | 17 733,31           | 3 546,66        | 21 279,97        |
| 9.    | Y212a - príslušenstvo  | 7                   | 100                   | 700                 | 140             | 840              |
| 10.   | X062 - batéria         | 7                   | 250                   | 1 750               | 350             | 2 100            |
|       | Spolu                  | <b>55 ks</b>        | <b>11 333,33</b>      | <b>47 833,31</b>    | <b>9 566,66</b> | <b>57 399,97</b> |



**VÝPIS**  
**Z OBCHODNÉHO REGISTRA**  
Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro  
Vložka číslo: 16554/S

**I. OBCHODNÉ MENO**

A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.

**II. SÍDLO**

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Podháj 31

Názov obce: Banská Bystrica

PSČ: 974 05

**III. IČO:** 44 792 301

**IV. DEŇ ZÁPISU:** 28.05.2009

**V. PRÁVNÁ FORMA:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)**

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. prenájom hnuteľných vecí
5. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
6. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
7. počítačové služby
8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. výroba strojov pre zdravotníctvo
10. výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení

**VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ**

Meno a priezvisko: Zbyněk Macháček

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Nebužická 208

Názov obce: Praha 6 - Nebužice

PSČ: 164 00

Štát: Česká republika

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Vznik funkcie: 28.05.2009



**Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:**

Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis.

**VIII. PROKÚRA**

**Meno a priezvisko:** Igor Markovič

**Bydlisko:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Slnčná 11

**Názov obce:** Banská Bystrica

**PSČ:** 974 04

**Dátum narodenia:**

**Rodné číslo:** (

**Vznik funkcie:** 28.05.2009

**Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným:**

Prokurista je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.

**IX. SPOLOČNÍCI**

**Obchodné meno:**

A.M.I. Holding, a.s.

**Sídlo:**

**Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):**

Letohradská 342/3

**Názov obce:** Praha 7

**PSČ:** 170 00

**Štát:** Česká republika

**Výška vkladu:** 5 000,000000 EUR

**Rozsah splatenia:** 5 000,000000 EUR

**X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

5 000,000000 EUR

**XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA**

5 000,000000 EUR

Banská Bystrica, 03.06.2010

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Alena Siráňová



.....  
( podpis oprávnenej osoby )

.....  
( odtlačok úradnej pečiatky )



Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín.

Podlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Monitory vitálnych funkcií.

Množstvo: 3 ks.

Názov predmetu zákazky: **Monitory vitálnych funkcií pre potreby Fakultnej nemocnice Trenčín.**

Typové označenie zariadenia: BSM 6701K

Výrobca zariadenia: NIHON KOHDEN (Japonsko)

| P. č. | Požadovaný parameter - opis                                                                                                                                    | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
|       | <b><u>Monitor vitálnych funkcií:</u></b>                                                                                                                       |                    |                                                                  |
| 1.    | multikonektorový monitor s dotykovou TFT LCD obrazovkou s minimálnou veľkosťou 15"                                                                             | áno/vid' hodnoty   | áno – 15“                                                        |
| 2.    | ovládanie monitora v slovenskom jazyku                                                                                                                         | áno                | áno                                                              |
| 3.    | nastavenie min. 3 pred nastaviteľných tlačidiel pre rýchly prístup k ovládaniu monitora                                                                        | áno/vid' hodnoty   | áno – 3                                                          |
| 4.    | zobrazenie min. 14 kriviek súčasne na displeji                                                                                                                 | áno/vid' hodnoty   | áno – 14 kriviek                                                 |
| 5.    | 3,6, 12 zvodové EKG                                                                                                                                            | áno/vid' hodnoty   | áno – 3,6,12 zvodové                                             |
| 6.    | analýza ST segmentu vo všetkých zvodoch                                                                                                                        | áno                | áno                                                              |
| 7.    | možnosť zobrazenia 3 ľubovoľných zvodov súčasne                                                                                                                | áno/vid' hodnoty   | áno – 3 zvody                                                    |
| 8.    | meranie minimálne: NIBP, 2x teplota, SpO2, respirácia, 3x IBP, 1xCO2                                                                                           | áno/vid' hodnoty   | áno – NIBP,2x teplota SPO2,respirácia,3x IBP,CO2                 |
| 9.    | možnosť rozšírenia na 5xIBP, na 2xteplota, CO2 mainstream u spontánne ventilujúcich pacientov, FiO2, BIS, EEG s min 8 kanálmi                                  | áno/vid' hodnoty   | áno – 5xIBP,2x teplota, CO2mainstream,FiO2, BIS ,EEG s 8 kanálmi |
| 10.   | možnosť rozšírenia o modul plynovej analýzy anestetík                                                                                                          | áno                | áno                                                              |
| 11.   | možnosť rozšírenia o zobrazovanie dát kontinuálneho srdcového výdaja pripojením externých zariadení                                                            | áno                | áno                                                              |
| 12.   | možnosť doplnenia o zobrazenie dát z ventilátoru, anesteziologického prístroja, či relaxometrie                                                                | áno                | áno                                                              |
| 13.   | grafické a tabuľkové trendy min. 24 hodín; krátke min. 30min trendy na displeji pri krivke vitálnych funkcií, full disclosure zobrazenie uložených kriviek 24h | áno/vid' hodnoty   | áno-tabuľkové a grafické trendy 24 hod. na displeji              |

|     |                                                                                                                                                                             |                  |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                             |                  | <b>pri krivke vitálnych funkcií -30 min. trendy full disclosure-24 hod.</b> |
| 14. | 24hod.full disclosure minimálne na 5 kriviek                                                                                                                                | áno/vid' hodnoty | <b>áno – 5 kriviek</b>                                                      |
| 15. | možnosť nastavenia kalkulácie liekových dávok                                                                                                                               | áno              | <b>áno</b>                                                                  |
| 16. | možnosť nastavenia hemodynamických parametrov                                                                                                                               | áno              | <b>áno</b>                                                                  |
| 17. | možnosť pripojenia externého displeja                                                                                                                                       | áno              | <b>áno</b>                                                                  |
| 18. | základné príslušenstvo EKG, NIBP, SpO2,3xIBP pre dospelých                                                                                                                  | áno/vid' hodnoty | <b>áno EKG,NIBP,SPO2,3xIBP</b>                                              |
| 19. | prevádzka na batérie min. 60 min.                                                                                                                                           | áno/vid' hodnoty | <b>áno – 60 min.</b>                                                        |
| 20. | možnosť rozšírenia o modul s pamäťou ( prenos všetkých dát medzi monitormi pri transporte)                                                                                  | áno              | <b>áno</b>                                                                  |
| 21. | zobrazenie minimálnych 16 iných monitorov zapojených v sieti (ethernetom,wifi)                                                                                              | áno/vid' hodnoty | <b>áno – 16 monitorov</b>                                                   |
| 22. | pripojenie monitoru (ethernetom,wifi) k centrále resp. možnosť zobrazenia snímaných parametrov z iných pripojených monitorov (ethernetom,wifi) s následným vypnutím alarmov | áno              | <b>áno</b>                                                                  |
| 23. | svetelné a zvukové alarmy s potlačením (nastavenie potlačenia od 1-3 min)                                                                                                   | áno/vid' hodnoty | <b>áno - ( 1,2,3 min.)</b>                                                  |
| 24. | možnosť nastavovanie parametrov prostredníctvom bezdrôtového diaľkového ovládača                                                                                            | áno              | <b>áno</b>                                                                  |

**Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):**

**Meno štatutárneho orgánu uchádzača:** **Igor Markovič**

**Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:** .....

**V Banskej Bystrici, dňa 21.11.2011**

**Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe : Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia:  
Monitory vitálnych funkcií, sú pravdivé.**

**Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia:**

- meno a priezvisko: Bohumil Stryncl

- pracovné zaradenie u výrobcu: produktový špecialista pre monitory NIHON KOHDEN

- telefónne číslo / e-mail: +49(0) 6003-827-239/bohumil.stryncl@nke.de

V Banskej Bystrici dňa 21.11. 2011

Pečiatka, podpis oprávneného zástupcu výrobcu ponúkaného zariadenia.: .....

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín.

Podlimitná zákazka – tovary

Verejná súťaž

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Monitor vitálnych funkcií s možnosťou transportu.

Množstvo: 7 ks.

Názov predmetu zákazky: **Monitory vitálnych funkcií pre potreby Fakultnej nemocnice Trenčín.**

Typové označenie zariadenia: **BSM 2301K**

Výrobca zariadenia: **NIHON KOHDEN**

| P. č. | Požadovaný parameter - opis                                                                      | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Monitor vitálnych funkcií s možnosťou transportu:</b>                                         |                    |                                                                                |
| 1.    | multikonektorový monitor s dotykovou TFT LCD obrazovkou s minimálnou veľkosťou 8"                | áno/viď hodnoty    | áno / 8,4"                                                                     |
| 2.    | ovládanie v slovenskom jazyku prostredníctvom dotykovej obrazovky                                | áno                | áno                                                                            |
| 3.    | min. 3 pred nastaviteľné tlačidlá pre rýchly prístup                                             | áno/viď hodnoty    | áno/ 3 tlačidlá                                                                |
| 4.    | možnosť nastavenia zobrazenia veľkých čísel                                                      | áno                | áno                                                                            |
| 5.    | zobrazenie 6 parametrov s minimálne 5 stopami                                                    | áno/viď hodnoty    | áno/<br>6 parametrov s 5 stopami                                               |
| 6.    | zobrazenie stôp a údajov , ktoré sú merané - používané ( pre prehľadnosť displeja)               | áno                | áno                                                                            |
| 7.    | 3,6 zvodové EKG,analýza ST segmentu ,analýza arytmií                                             | áno/viď hodnoty    | áno/ 3,6 zvodové EKG                                                           |
| 8.    | NIBP - meranie NIBP sa môže realizovať automaticky pri podozrení na obehovú nestabilitu pacienta | áno                | áno                                                                            |
| 9.    | merané veličiny - EKG,NIBP,SPO2,teplota + voľný konektor na monitorovanie IBP,alebo EtCO2        | áno/viď hodnoty    | áno/EKG,NIBP,SPO2,teplota<br>+voľný konektor na IBP,<br>resp. na meranie EtCO2 |
| 10.   | možnosť meranie EtCO2 - metódou mainstream pri spontánne ventilujúcich pacientov                 | áno                | áno                                                                            |
| 11.   | možnosť rozšírenia o pripojenie anesteziologického modulu pre analýzu anestetík                  | áno                | áno                                                                            |
| 12.   | možnosť rozšírenia o monitorovanie BIS                                                           | áno                | áno                                                                            |
| 13.   | grafické a tabulárne trendy – minimálne 24 hod.                                                  | áno/viď hodnoty    | áno/ 24 hod.                                                                   |
| 14.   | zobrazenie minimálne 30 min. trendov v reálnom čase                                              | áno/viď hodnoty    | áno/ 30 min.                                                                   |
| 15.   | záznam alarmov minimálne 200 udalostí                                                            | áno/viď hodnoty    | áno/200udalostí                                                                |



|     |                                                                                                                                                           |                 |                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 16. | svetelné a zvukové alarmy s rozlíšením udalosti                                                                                                           | áno             | áno                                    |
| 17. | zobrazenie v sieti zapojeného vzdialeného lôžka( zapojenie ethernetom, resp. wifi)                                                                        | áno             | áno                                    |
| 18. | príslušenstvo – EKG, NIBP, SPO2 pre dospelých                                                                                                             | áno/viď hodnoty | áno/<br><b>EKG,NIBP,SPO2 pre dosp.</b> |
| 19. | batéria s prevádzkou minimálne 3 hod.                                                                                                                     | áno/viď hodnoty | áno/ <b>3 hod.</b>                     |
| 20. | možnosť v prípade potreby zapojenia druhého displeja                                                                                                      | áno             | áno                                    |
| 21. | možnosť rozšírenia o sieťovú kartu – pripojenie k centrálnemu monitoru resp. pripojenie k monitorom v sieti so zobrazením informácií ľubovoľného monitora | áno             | áno                                    |
| 22. | možnosť nastavovanie parametrov prostredníctvom bezdrôtového diaľkového ovládača                                                                          | áno             | áno                                    |
| 23. | možnosť pripojenia tlačiarne                                                                                                                              | áno             | áno                                    |

**Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):**

**Meno štatutárneho orgánu uchádzača:** Igor Markovič

**Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:** .....

**V Banskej Bystrici, dňa 21.11.2011**

**Týmto potvrdzujem, že vyššie uvedené informácie v prílohe : Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia: Monitor vitálnych funkcií s možnosťou transportu, sú pravdivé.**