

Príloha č. 1 ku KZ – Špecifikácia predmetu zákazky

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na špeciálne zavádzače veľkých priemerov vhodné na implantáciu brušných stentgraftov a odpojené coily resp. hydrocoily vhodné na uzáver tepien ako aj liečbu aneuryziem tepien, resp. riešenie komplikácie endograftingu aorty - endoleakov.

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky

Položka č. 1 - Kinkrezistentné zavádzače	
1.1	Požadované kinkrezistentné zavádzače použiteľné aj pri implantácii brušných stentgraftov, dvojito taperované pre ľahké a bezpečné zavádzanie, optimálne vo veľkostiach minimálne 12 - 20 F, na 0,035 vodič s hemostatickou chlopňou zabraňujúcou aspirácií a minimalizáciou krvácania, v dĺžke minimálne 30 cm.
Položka č. 2 - Coily	
2.1	Požadované coily rôznych rozmerov kompatibilné s 0,018'' a 0,035'' vodičom, s možnosťou implantácie tlačení (odpojené coily) a s možným použitím pri riešení aj komplikácií endograftingu aorty - na riešenie endoleakov. Požadované sú aj coily malých rozmerov 2 - 3 mm, optimálne s hydrogélou výplňou, tzv. bopťajúce coily a coily do veľkosti priemeru 16 mm.

Obchodný názov uchádzača:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Donská 61, 841 06 Bratislava

Vystavil (meno, priezvisko, titul):

Mgr. Tomáš Szymanowski, obchodný manažér

V:

Bratislave

Dňa:

11.3.2022

.....
Ing. Silvia Augustinová, konateľ