

Kúpna zmluva č. Z20223166_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo: ul.Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, Slovenská republika
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923
Bankové spojenie: IBAN: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
Telefón: +421 415110193

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Surgitech s. r. o.
Sídlo: Pri suchom mlyne 58, 81104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 50197975
DIČ: 2120238736
IČ DPH: SK2120238736
Bankové spojenie: IBAN: SK68 0200 0000 0038 2699 3655, BIC: SUBASKBX
Telefón: 0903905316

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry s možnosťou odsávania a filtrácie dymu
Kľúčové slová: Elektro-generátor, Monopolárne a bipolárne rezanie, Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy, Štandardný rez, Suchý rez, Precízny rez, Štandardný bipolárny rez, Argónový rez, Ľahká koagulácia, Forsírovaná koagulácia, Iskrivá koagulácia, Bezkontaktná - sprejová koagulácia, Dvojkoagulácia, Vysokovýkonná koagulácia, Bipolárna štandardná koagulácia, Bipolárna forsírovaná koagulácia, Bipolárna simultánna koagulácia, Argónová jednotka, Ultrazvuková koagulačno-disekčná jednotka, Ultrazvukový generátor, Jednotka na odsávanie dymu, Prístrojový vozík.
CPV: 33161000-6 - Elektrochirurgické jednotky; 51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadenia; 80561000-4 - Zdravotnícke školenia
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry s možnosťou odsávania a filtrácie dymu

Funkcia				
Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry s možnosťou odsávania a filtrácie dymu. Určené pre detskú ortopédiu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Disekčno-koagulačný systém na mäkké biologické tkanivové štruktúry	ks			1
Štandardný rez:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	350		
-- automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia	Vp		750	

Endoskopický rez:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	200		
-- automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia	Vp		750	
- Suchý rez:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	200		
-- automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia	Vp		1600	
Precízny rez:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	50		
-- automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia	Vp		450	
Štandardný bipolárny rez:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	200		
-- automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia,	Vp		400	
-- vf napätie neprekročí (ani špičkové) hodnotu	Vp		400	
Argónový rez:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	300		
-- automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia	Vp		750	
Resekčný rez (monopolárne rezaniev režime)	-	-	-	
-nominálny vf výkon	W	250		
-automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia	Vp		650	
Resekčný rez (bipolárne rezanie v režime)	-	-	-	
-nominálny vf výkon (inicializačné min. 800W)	W	250		
-automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia	Vp		500	
L'ahká koagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	120		
-- vf napätie nižšie ako	Vp		250	
Forsírovaná koagulácia:	-	-	-	
- nominálny vf výkon	W	120		
-- vf napätie	Vp	1500	2500	
Iskrivá koagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	80		
-- vf napätie	Vp		3500	
Bezkontaktná - sprejová koagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	120		
-- vf napätie	Vp	3000	5000	
Endoskopická koagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	120		
-- vf napätie	Vp		1800	
Dvojkoagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	120		
-- vf napätie	Vp	2000	4600	
Vysokovýkonná koagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	200		

-- vf napätie	Vp		195	
Bipolárna štandardná koagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	120		
-- vf napätie	Vp		155	
Bipolárna forsírovaná koagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	90		
-- vf napätie	Vp		560	
Bipolárna simultánna koagulácia:	-	-	-	
-- nominálny vf výkon	W	60		
-- vf napätie	Vp		560	
-- variabilne konfigurovateľné zásuvky a z toho min 2 možno použiť pre monopolár a min. 2 možno použiť pre bipolár	počet	4		
-- veľkosť displeja	cm	22		
--- uhol pohľadu displeja	°	175		
-- množstvo voľne konfigurovateľných nastavení	počet	99		
Príslušenstvo ku generátoru:	-	-	-	
- dátové médium pre prenos nahratých individuálnych konfigurácií v rámci systému	ks			1
- monopolárne pero	ks			2
- bipolárny kábel	ks			2
- kábel pre neutrálnu elektródu	ks			2
- neutrálna elektróda, delená	ks			100
- nožný ovládač minimálne dvojtláčidlový	ks			1
- uzemňovací kábel	ks			1
Jednotka na odsávanie dymu s filtráciou	ks			1
- filtračná účinnosť	%	99,999		
- veľkosť mikroorganizmov a častíc	um	1-2		
Príslušenstvo ku jednotke odsávania dymu:	-	-	-	
- uzemňovací kábel	ks			1
- jednorázový nástavec na nôž s odsávaním dymu	ks			10
Prístrojový vozík	ks			1
- počet koliesok	počet	4		
- počet brzdených koliesok	počet	2		
- police	počet	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Elektro-generátor:	zariadenie musí umožňovať pripojiť min. 2 monopolárne nástroje súčasne a min. 3 bipolárne nástroje súčasne			
-	medicínsky atest			
-	všetky zásuvky musia byť ovládateľné nožným spínačom (pripojenie min. 2 nožných spínačov súčasne), opcionálne ručným spínačom			
-	bipolárne zásuvky musia umožňovať automatický štart pre bipolárne nástroje			
-	možnosť simultánneho použitia, aktivovanie min. 2 bipolárny zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku			
-	možnosť simultánneho použitia, aktivovanie min. 2 monopolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku			
-	aktivovaná zásuvka musí byť svetelne zvýraznená			

-	do zásuviek je možné zapojiť min. nasledovné druhy koncoviek káblu: Monopolar: 3 pin, „Bovie“, 4 mm koncovka, 5 mm koncovka. Bipolár: 2 pin, bipolár „Erbe“
-	jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, respektíve nástroja
-	ovládanie generátora prostredníctvom plne farebného dotykového displeja
-	displej z tvrdeného skla, resp. iného odolného materiálu
-	displej možno hygienicky čistiť, dezinfikovať, odolný voči poškriabaniu
-	displej s nastaviteľnou perspektívou, s možnosťou nastavenia jasů, vybavený samokalibráciou za účelom zabezpečenia správnej citlivosti a reakcie na dotyk.
-	sprievodné video nastavenia a ovládania generátora a interaktívne piktogramy na pomoc užívateľovi
-	možnosť upgradu SW
-	možnosť spojenia a komunikácie generátora s argónovou jednotkou
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátoru:	jednoduchý a zrozumiteľný výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátora
-	minimálne 1 permanentne predprogramované nastavenie pre všetky režimy
-	možnosť vytvárania konfigurácii podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operátora, s možnosťou uloženia na prenosné pamäťové médium
-	prenos nahranej konfigurácie (podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operátora) prostredníctvom pamäťového média na iný generátor toho istého typu
-	sprievodné menu programov nastavenia
-	prepojenie na PC
-	možnosť individuálne okomentovať programy vložení textu
-	uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom kódu
Ochranné funkcie elektro-generátoru:	automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel) a správneho umiestnenia neutrálnej elektródy
-	automatické sledovanie symetrie čiastkových vf-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vf prúdu
-	automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vf prúdu
-	automatické sledovanie aktivačného času a nesprávnej dávky
-	automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky
-	automatické rozoznávajú chýb, správy chýb, dokumentácia chýb
Monopolárne a bipolárne rezanie:	požaduje sa minimálne deväť rozličných rezacích režimov, vrátane argónového rezu
-	všetky režimy musia byť reprodukovateľne nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu
-	nastavenie režimov musí umožňovať procedúry od mikrooperatív až po najsilnejšiu vaporizáciu
Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy:	musí byť k dispozícii minimálne deväť rozličných koagulačných režimov, vrátane argon-plazma koagulácie a rezu, vrátane pokročilej bipolárnej technológie
-	automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu
-	automatická regulácia sily pre rapídnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie

Dvojité koagulácia:	súbežná aktivácia s „bezkontaktným koagulačným režimom“ s dvoma nástrojmi
-	jemné nastavovanie výkonov
-	separátne nastavovanie sily a výkonu
Štandardný rez :	automatická regulácia účinku , automatická podpora incisie , nastaviteľný výkon vo wattoch , minimálne osem rozličných hemostatických výkonov
-	
Endoskopický rez:	monopolárne rezanie v režime endoskopický rez, automatická regulácia účinku , automatická podpora incisie , nastaviteľný výkon vo wattoch , minimálne osem rozličných hemostatických výkonov
Suchý rez:	monopolárne rezanie v režime, nastaviteľná výkon vo wattoch, najmenej osem rozličných hemostatických výkonov, automatická regulácia sily
Precízny rez:	monopolárne rezanie v režime - zvlášť jemne regulovaný rez, nastaviteľný výkon vo wattoch, vyhovujúci pre jemnú operatívu, najmenej osem rozličných hemostatických výkonov , utomatická regulácia sily
Štandardný bipolárny rez:	bipolárne rezanie v režime Štandardný bipolárny rez , nastaviteľný výkon vo wattoch, automatická regulácia napätia, automatická regulácia sily
Argónový rez:	monopolárne rezanie v režime Argónový rez, nastaviteľný výkon vo wattoch, automatická regulácia účinku, automatická podpora incisie, najmenej osem rozličných hemostatických výkonov
Resekčný rez:	monopolárne rezanie v režime Resekčný rez, nastaviteľný výkon vo wattoch, automatická regulácia účinku, automatická regulácia napätia, najmenej päť rozličných hemostatických výkonov
Resekčný rez:	Bipolárne rezanie v režime Resekčný rez, nastaviteľný výkon vo wattoch, automatická regulácia účinku, automatická regulácia napätia, najmenej tri rozličné hemostatické výkony
Spolu pre typy rezov:	všetky režimy rezania môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek
Iskrivá koagulácia:	monopolárna koagulácia v režime Iskrivá koagulácia
Bezkontaktná - sprejová koagulácia:	monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná-sprejová koagulácia, nastaviteľný výkon , najmenej štyri rozličné hemostatické výkony
Endoskopická koagulácia:	monopolárna koagulácia v režime , nastaviteľný výkon
Dvojkoagulácia:	monopolárna koagulácia v režime Dvojkoagulácia, nastaviteľný výkon, súčasná aktivácia dvoch nástrojov, najmenej tri rozličné hemostatické výkony
Vysokovýkonná koagulácia:	bipolárna koagulácia vaskulárnych tkanivových štruktúr, vysokoprúdová koagulácia, nástroje na opätovné použitie, automatické rozlíšenie nástroja (Plug & Play), deaktivácia automatickým zastavením
Bipolárna štandardná koagulácia:	bipolárna koagulácia v režime, nastaviteľný výkon, aktivácia automatickým štartom, automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením, deaktivácia možná aj automatickým zastavením
Bipolárna forsírovaná koagulácia:	bipolárna forsírovaná koagulácia v režime Forsírovaná koagulácia, nastaviteľný výkon
Bipolárna simultánna koagulácia:	bipolárna koagulácia v režime
L'ahká koagulácia:	monopolárna koagulácia v režime L'ahká koagulácia, nastaviteľný výkon, najmenej tri rozličné hemostatické výkony
Forsírovaná koagulácia:	monopolárna koagulácia v režime Forsírovaná koagulácia, nastaviteľný výkon, najmenej tri rozličné hemostatické výkony
Koagulácie spolu:	Všetky uvedené koagulačné režimy popísané môžu byť nastavené a aktivované nezávisle v závislosti od konfigurácie zásuviek
Jednotka na odsávanie dymu a filtrácia	jednotka určená na odsávanie dymu a aerosóly, ktoré vznikajú pri používaní ultrazvukových a vysokoenergetických nástrojov ako nežiadúci účinok na mäkké tkanivové biologické štruktúry

-	filtrácia umožňujúca zachytiť micro-organizmy a čistočky o veľkosti 1-2microny, schopnosť zachytiť pachy a toxické plyny (vrátane filtrácie korona vírusu)
-	vizuálna indikácia funkčnosti jednotky
-	indikátor výmeny filtra
-	tichá prevádzka
Prístrojový vozík:	určený pre medicínske využitie a umiestnenie na operačných sálach
-	ochrana proti prepätiu
-	antistatické prevedenie

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ v lehote na predkladanie ponúk predkladá Objednávateľovi vlastný návrh plnenia t.j. prospektový materiál predmetu zákazky, ktorý bude obsahovať popis technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek objednávateľa a podrobný technický opis ponúkaného prístroja, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaných prístrojov. Vlastným návrhom plnenia dodávateľ preukazuje technickú špecifikáciu porovnateľnú minim. s požadovanými parametrami Objednávateľa.
Objednávateľ posúdi a mailom dodávateľovi potvrdí predložený Vlastný návrh plnenia (splnenie požiadaviek na predmet zákazky), najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Nakoľko objednávateľ použil označenie konkrétneho výrobku je možné v technickom riešení použiť ekvivalent produktu, ale len za predpokladu že dodávateľ preukáže rovnaké alebo lepšie kvalitatívne vlastnosti produktu pri dodržaní plnej funkčnej charakteristiky produktu. Za ekvivalent je považovaný prostriedok rovnakých alebo lepších parametrov
Dodávateľ v prípade dodania ekvivalentu dodá platné Vyhlásenie o zhode produktu, ktorý preukazuje zhodnosť ekvivalentu s požadovanými parametrami produktu, s doplňujúcimi dokladmi k nemu, resp. certifikáty vydané autorizovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobku. Konečné posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii objednávateľa.
Ak dodávateľ nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov materiálu alebo produktu, bude mať objednávateľ za to, že dodávateľ uvažoval s tým výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol objednávateľ v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar
Zaškolenie personálu minimálne v rozsahu 3 hodín, dodávateľ vystaví doklad o zaškolení.
Úvodné zaškolenie personálu najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru
Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, návod na údržbu a dezinfekciu
Dodávateľ musí garantovať dostupnosť náhradných dielov a príslušenstvo na všetky časti a komponenty v zostave počas celej životnosti zariadenia, min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky, vrátane technickej podpory pre SW v trvaní 5 rokov.
Dodávateľ sa zaväzuje, že predložená cena neprevyšuje cenu predloženú v prieskume trhu verejných obstarávateľov za posledných 5 mesiacov na daný predmet obstarávania ak nie je rozdiel v predmete a v množstve. Ak je rozdiel v množstve alebo dodávateľ ponuka rozdielne zariadenie ako v procese prieskumu trhu, taktiež ak sa nezúčastnil prieskumu trhu za určené obdobie na daný predmet tak do maximálnej ceny uvedenej objednávatelom.
Predmet zákazky musí spĺňať legislatívne požiadavky pre umiestnenie na trh v Slovenskej republike.
Dodávateľ v lehote na predkladanie ponúk predkladá objednávateľovi Vyhlásenie o zhode a CE certifikát k predmetu zákazky.
Požaduje sa do 3 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky.
Vrátane dopravy na miesto plnenia, dodania a vyloženia tovaru do určených priestorov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a ich uvedenie do prevádzky
Požaduje sa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja a požadovaných funkcionalít
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii a spĺňať deklarované technické parametre v predloženom certifikáte.
Z dodacích dokumentov, balenia a označenia musí byť zrejmý pôvod tovaru a spojitosť certifikátu s dodaným tovarom. V prípade nejasností kupujúci má právo vyžiadať bližšie informácie o pôvode tovaru, napr. colné dokumenty, dodacie dokumenty pri nadobudnutí tovaru a pod.

Dodávateľ sa zaväzuje v lehote najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy predložiť Objednávateľovi v písomnej forme rozpis jednotkovej ceny za ks v rozsahu cena bez DPH, cena s DPH.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a naopak nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.
Zodpovednosť za vady.
Dodávateľ garantuje, že predmet zákazky (dodaný tovar) bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť Dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zákazky (tovar) v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Objednávateľa, aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.
Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu Dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní predmetu zákazky, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty alebo e-mailom.
Zodpovednosť za vady tovaru v rozsahu, ktorý nie je upravený zmluvou, sa bude riadiť ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.
Dodávateľ sa zaväzuje v lehote najneskôr do 24 hodín počas pracovných dní od nahlásenia poruchy Objednávateľom v rámci záručnej doby zabezpečiť prítomnosť servisného technika Dodávateľa na mieste plnenia za účelom odstránenia vady na predmete zákazky.
Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť vadu na predmete zákazky najneskôr do 48 hodín od nástupu servisného technika Dodávateľa, pokiaľ sú náhradné diely dostupné u Dodávateľa. V prípade, že náhradné diely pre predmet zákazky nie sú dostupné u Dodávateľa, Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť vadu na predmete zákazky v lehote najneskôr do 72 hodín od nástupu servisného technika Dodávateľa alebo bezodplatne po dobu trvania odstránenia vady na predmete zákazky poskytnúť Objednávateľovi na vlastné náklady náhradné zariadenie, ktoré bude spĺňať technické a funkčné vlastnosti ako predmet zákazky.
V prípade nedodržania vyššie uvedených lehôt vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 €/deň, a to i za každý deň omeškania, pričom tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody Objednávateľa.
Objednávateľ ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvy v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
Spôsob, čas a miesto dodania tovaru :
a) termín dodania tovaru je najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.
b) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy, servisná dokumentácia, návod na použitie a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku , preberací protokol a protokol o zaškolení poverených zamestnancov Objednávateľa.
c) Dodávateľ môže vystaviť faktúru až po úplnom dodaní, inštalovaní a sprevádzkovaní predmetu zákazky, po úvodnom zaškolení personálu a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom a to najneskôr v lehote najneskôr do 5 pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni podpisu Protokolu.
d) termín dodania tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi najmenej 3 dni vopred na jeho emailovú adresu
e) oprávnená osoba objednávateľa a jeho e mailová adresa pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená dodávateľovi do 72hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy
f) Objednávateľ potvrdí dodávateľovi do 3 pracovných dní splnenie technických požiadaviek predmetu zákazky odo dňa prevzatia požadovaných dokumentov od dodávateľa.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto Zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky a Osobitými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.
Zmluvné a platobné podmienky:
- ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. §340b) ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
- Dodávateľ vystaví faktúru v lehote najneskôr do 5 pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni podpisu Preberacieho protokolu. Podkladom pre vystavenie faktúry je povinne Preberací protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.
- Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná , zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu a inštaláciu prístroja
- Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho/objednávateľa/dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky predávajúceho v rozpore s dohodou kupujúceho a podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.Súhlas kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu

v prípade, ak dodávateľ du dňu uzavretia zmluvy nie je platiteľ DPH, avšak po jej podpise sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády SR na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.
Dodávateľ sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie tretej strany v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zákonníka ako ručiteľa záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy, a teda sa v zmysle § 306 Obchodného zákonníka nebude domáhať splnenia záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy od ručiteľa. Dodávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade porušenia takéhoto zákazu je objednávateľ oprávnený uložiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej hodnoty predmetu zmluvy (pohľadávky predávajúceho podľa tejto zmluvy).
Sankcie:
- V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania , nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý
- Objednávateľ má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 ObZ ods.1 písmen. a) až d) ak ju oznámi dodávateľovi včas v zaslanom oznámení väd alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
- Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu
Dodávateľ je oprávnený požadovať:
- úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.
Ukončenie zmluvného vzťahu:
Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe dohody zmluvných strán, výpoveďou alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v aktuálnych obchodných podmienkach Elektronického trhu.
Zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom za:
a) nedodržanie termínu dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke
b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve
c) neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné porušenia zmluvy , ktoré upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka
d) Podľa ustanovení Obchodného zákonníka môže predávajúci odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy upravené v tejto zmluve a ustanoveniach Obchodného zákonníka
e) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených v aktuálnych Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u a podľa ustanovení Obchodného zákonníka
f) nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objedávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objedávateľ:
- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti
- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,
- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objedávateľ úradu pre verejné obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom
g) Objedávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je Dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu s kvalifikovanými negatívnymi referenciami (blacklist) trhu
V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, vzniká objedávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom tým nie je dotknutý nárok objedávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy, ani nárok na náhradu škody

Dodávateľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“) ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) ako partner verejného sektora, spĺňa túto zákonnú povinnosť. Dodávateľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní.
V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Dodávateľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy,
Ochrana osobných údajov:
1. Dodávateľ je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho zodpovednosť pri plnení zmluvy mlčanlivosťou. Dodávateľ predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách objednávateľa, kde môže prísť do styku z osobnými údajmi.
2. Neumožnený vstup do priestorov objednávateľa zástupcovi dodávateľa bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany objednávateľa.
3. Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.
4. Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach objednávateľa, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“: P O U Č E N I E o povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou
5. Dodávateľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v mene dodávateľa v priestoroch objednávateľa.
Dodávateľ ako poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii " Ochrana osobných údajov, GDPR"
Informačná povinnosť:
Poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“.

Názov	Upresnenie
Záruka minimálne	24 mesiacov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: V. Spanyola 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.04.2022 11:45:00 - 25.05.2022 11:45:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súhrn položiek definovaných v technickom opise

Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 31.3.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 31 059,50 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 37 271,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 31.03.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.0, účinná zo dňa 31.03.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223166

V Bratislave, dňa 13.04.2022 13:12:00

Objednávateľ:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Surgitech s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska