

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

Názov predmetu zákazky:

Sety na podvodnú hrudnú drenáž

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Sety na podvodnú hrudnú drenáž			
1.	Hrudná drenážna jednotka musí obsahovať:	spĺňa	
1.1	dve zberné komory:	spĺňa	
1.1.1	dominantná zberná komora:	spĺňa	
1.1.1.1	požaduje sa objem zbernej komory: max. 2 120 ml, bez vplyvu na šírku nádoby	spĺňa	
1.1.1.2	požaduje sa výrazne označená stupnica na odčítavanie množstva drénovanej tekutiny v zbernej komore: max. 2 120 ml	spĺňa	
1.1.1.3	požaduje sa stupnica s nasledovným graduovaním v dominantnej zbernej komore:	spĺňa	
a)	od 0 ml - do 200 ml: možnosť odčítania po 0,5 ml alebo 1 ml alebo 2 ml alebo 2,5 ml alebo 5 ml. Alebo rôzna kombinácia týchto možností.	spĺňa	
b)	od 200 ml - vyššie: možnosť odčítania po 2 ml alebo 2,5 ml alebo 5 ml alebo 10 ml. Alebo rôzna kombinácia týchto možností.	spĺňa	
1.1.2	minoritná zberná komora:	spĺňa	
1.1.2.1	požaduje sa objem zbernej komory: max. 1 200 ml	spĺňa	
1.1.2.2	požaduje sa výrazne označená stupnica na odčítavanie množstva drénovanej tekutiny v zbernej komore: max. 1 200 ml	spĺňa	
1.1.2.3	požaduje sa stupnica s nasledovným graduovaním v minoritnej zbernej komore:	spĺňa	
a)	od 0 ml - vyššie: rozsah odčítania po 2 ml alebo 5 ml alebo 10 ml. Alebo rôzna kombinácia týchto možností.	spĺňa	
1.2	komoru s vodným uzáverom a s farebne odlišenou tekutinou	spĺňa	
1.3	komoru kontroly sania s viditeľnou stupnicou	spĺňa	
2.	Požaduje sa:	spĺňa	
2.1	port na zastavenie podtlaku a špeciálny otvor na vytvorenie maximálneho podtlaku alebo port sa klemuje peanom.	spĺňa	
2.2	rozsah podtlaku: 0 cm - 25 cm vodného stĺpca	spĺňa	
2.3	gumový port na odstránenie nadbytočnej vody	spĺňa	
2.4	plávajúca guľička – indikátor intratorakálneho tlaku	spĺňa	
2.5	automatický ventil na uvoľnenie negatívneho tlaku	spĺňa	
2.6	manuálny ventil na zmenu intenzity odsávania	spĺňa	
2.7	silikónové hadice: v počte 2 ks	spĺňa	
2.7.1	dĺžka: min. 1,6 m - max. 2,5 m	spĺňa	
2.7.2	hrúbka: min. 2,5 mm	spĺňa	
2.7.3	ID: 3/8 s výstužou proti zalomeniu	spĺňa	

Príloha č. 1

Špecifikácia predmetu zákazky

2.7.4	ukončenie hadice kónusovou spojkou ¼ pre napojenie drénov a tlačka na uzáver hadice alebo peán	spĺňa	
2.8	hadica s výstužou proti zalomeniu pri výstupe z drenážnych komôr, lievikom a uzáverom	spĺňa	
2.9	rotovateľný pevný stabilný stojan	spĺňa	
2.10	bočné držiaky na uchytanie o lôžko postele	spĺňa	
2.11	rozmery drenážnej jednotky:	spĺňa	
2.11.1	šírka: min. 19 cm - max. 35 cm	spĺňa	
2.11.2	výška: min. 30 cm - max. 39 cm	spĺňa	
2.11.3	hĺbka: min. 5 cm - max. 7,5 cm	spĺňa	
2.12	model s dvoma vstupmi pre hrudné drény a dvoma oddelenými zbernými komorami umožňujúcimi nezávislú hrudnú drenáž z dvoch anatomických lokalít	spĺňa	
2.13	balenie po 1 ks v sterilnom dvoj-obale	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

MEDITRADE spol. s r.o.

Sídlo uchádzača:

Levočská 1, 851 01 Bratislava

IČO:

17312001

DIČ:

2020293121

Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:

Meno a priezvisko:

Ing. Adam Sorkovský

Pracovné zaradenie:

produktový špecialista

Telefónne číslo:

0904 386 067

E-mail:

asorkovsky@meditrade.sk

V: Bratislave

Dňa: 22.4.2022

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby na podpisovanie:

Ing. Pavel Bohdal