

**ZMLUVA č. 100/011/2022**  
**O POSKYTOVANÍ KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB**  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „*zmluva*“)

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** Nemocnica Poprad, a.s.  
So sídlom: Banícka 803/28, 058 45 Poprad  
IČO: 36 513 458  
DIČ: 2022127657  
IČ pre DPH: SK2022127657  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa,  
Vložka č. 10322/P

Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT (BIC):  
Štatutárny zástupca: MUDr. Jozef Tekáč, MPH – predseda predstavenstva  
Mgr. Bc. Richard Vojsovič - člen predstavenstva

(ďalej len „*objednávateľ*“)

a

**Vykonávateľ:** Slovenská legálna metrológia, n. o.  
So sídlom: Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica  
IČO: 37 954 521  
DIČ: 2021921880  
IČ pre DPH: SK2021921880  
Zapísaný v: Registri neziskových organizácií OÚ v Banskej Bystrici,  
pod č. OVVS/NO-1/2005

Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT (BIC):  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Vook, riaditeľ

(ďalej len „*vykonávateľ*“ alebo „*SLM*“)

(*objednávateľ* a *vykonávateľ* ďalej spoločne tiež ako „*zmluvné strany*“, resp. každý samostatne ako „*zmluvná strana*“)

**Článok II.**  
**PREDMET ZMLUVY**

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa vykonať pre objednávateľa činnosti v súlade s ustanovením bodu 2 tohto článku a zároveň záväzok objednávateľa:
  - a) uhradiť vykonávateľovi za vykonané činnosti dohodnutú odmenu podľa čl. V tejto zmluvy,

b) poskytnúť vykonávateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy a doložiť informácie, materiály a dokumenty nevyhnutné k realizácii činností uvedených v bode 2 tohto článku.

2. Predmetom tejto zmluvy je:

A) Tvorba a udržiavanie dokumentácie systému manažérstva kvality (ďalej len „SMK“), metrologického poriadku, súvisiacich dokumentov a formulárov kvality tak, aby spĺňali požiadavky platnej metrologickej legislatívy

a1. tvorba príslušných dokumentov kvality;

a2. aktualizácia požiadaviek uvedených v dokumentoch vyplývajúcich zo zmien právnych predpisov súvisiacich s metrologiou.

B) Zabezpečenie metrologickej kontroly a evidencie meradiel:

b1. zabezpečenie evidencie meradiel v zmysle § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii (ďalej len „zákon“);

b2. zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel (overenie určených meradiel a kalibrácia meradiel) (ďalej len „metrologický výkon“).

C) Expertno – poradenská činnosť:

c1. poradenstvo pri obstarávaní, vyraďovaní meradiel a pri príprave organizácie na certifikačné/akreditačné audity, výlučne na oblasť merania a metrologie.

### Čl. III.

#### MIESTO, ČAS A PODMIENKY PLNENIA.

1. Miestom poskytovania metrologických služieb sú laboratóriá Slovenskej legálnej metrologie, n. o. (ďalej aj ako „pracovisko“).
2. V prípade, že meradlo nemožno vzhľadom na jeho špecifické podmienky inštalácie, používania alebo iné parametre predložiť na metrologický výkon na pracovisko vykonávateľa, metrologický výkon vykonávateľ poskytne na mieste používania meradla ako externý výkon.
3. Metrologický výkon bude Vykonávateľ realizovať na základe Prílohy č. 2 – Evidencia meradiel.
4. Predmet zmluvy bude vykonávateľom vykonávaný na základe tejto zmluvy po dobu platnosti zmluvy.

### Článok IV.

#### PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Vykonávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí predmet plnenia tejto zmluvy vlastnými silami a prostriedkami alebo prostredníctvom subdodávateľov. V prípade, že vykonávateľ použije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, zodpovedá voči objednávateľovi tak, ako keby plnil predmet zmluvy sám.
2. Objednávateľ spolu s meradlom odovzdá vykonávateľovi potrebné technické príslušenstvo (veci, ktoré sú určené na to, aby sa s meradlom trvalo užívali), u určeného

meradla na overenie aj číslo rozhodnutia o schválení typu meradla, prípadne ďalšie náležitosti, ktoré určí vykonávateľ a ktoré sú nevyhnutné k metrologickej kontrole alebo meraniu. Návod na obsluhu, údaje o parametroch a technickú dokumentáciu o meradle objednávateľ predloží na požiadanie vykonávateľa v štátnom jazyku.

3. Ak je miestom plnenia podľa tejto zmluvy miesto používania meradla, objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť technickým zamestnancom vykonávateľa, ktorí sa preukážu služobným preukazom a na ich žiadosť, potrebnú spoluprácu a zaistiť technické podmienky na zabezpečenie metrologického výkonu (§ 25 ods. 4 zákona).
4. Úrad môže povoliť používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od ukončenia ich opravy do ich následného overenia, ak ide o určené meradlo, ktoré je možné opraviť len na mieste jeho používania, pričom povolenie je platné najviac 30 dní. Používateľ určeného meradla môže takéto meradlo používať, ak registrovaná osoba, ktorá určené meradlo opraví a označí dočasnou zabezpečovacou značkou opravára, a používateľ určeného meradla do troch pracovných dní od vykonanej opravy doručí vykonávateľovi písomnú objednávku na následné overenie. (§ 27 ods. 7 a 8 zákona)
5. Objednávateľ je povinný odovzdať v mieste príslušného pracoviska vykonávateľa, podľa tejto zmluvy, meradlo za účelom vykonania metrologického výkonu v termíne podľa pokynov vykonávateľa. Meradlo môže byť doručené na príslušné pracovisko aj pomocou zasielateľskej služby alebo poštou.
6. Ak sú miestom plnenia podľa tejto zmluvy laboratória/pracovisko vykonávateľa, objednávateľ sa zaväzuje prevziať meradlo, na ktorom bol realizovaný metrologický výkon najneskôr do 7 dní odo dňa obdržania emailu, alebo inej formy informácie o vykonaní metrologického výkonu. E-mail vykonávateľa sa považuje za doručený dňom odoslania objednávateľovi. Vykonávateľ je oprávnený účtovať skladné podľa platného cenníka v prípade, že si objednávateľ neprevzal meradlo ani do 7 kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy (e-mail).
7. Po poskytnutí príslušného metrologického výkonu/vykonaní služby v zmysle tejto zmluvy vykonávateľ objednávateľovi vydá tomu zodpovedajúci doklad. Pre prípad overenia určeného meradla, ktoré vyhoví požiadavkám zákona, vykonávateľ vydá doklad o overení určeného meradla alebo určené meradlo označí overovacou značkou, alebo vydá doklad o overení určeného meradla a súčasne určené meradlo označí overovacou značkou.
8. Umiestňovanie značky na určené meradlo, ktorá môže viesť k zámene s overovacou značkou a k uvedeniu do omylu, je zakázané (§13 ods. 3 zákona). Poškodzovanie, pozmeňovanie alebo odstraňovanie značky schváleného typu, platnej overovacej značky, značky čiastočného overenia, zabezpečovacej značky, zabezpečovacej značky opravára, dočasnej zabezpečovacej značky opravára alebo zabezpečovacej značky montážnika je zakázané (§16 ods. 3 zákona). Neoprávnené vyrobenie, používanie alebo prechovávanie overovacej značky meradla alebo zabezpečovacej značky meradla je podľa § 219a Trestného zákona trestným činom.
9. Vykonávateľ zodpovedá za to, že overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom a s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. Ak daný druh meradla schválení typu nepodlieha, ide o potvrdenie jeho zhody s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. V prípade kalibrácie zodpovedá za to, že namerané hodnoty kalibrovaného meradla sú v súlade s hodnotami uvedenými v certifikáte o kalibrácii.
10. Omeškanie objednávateľa s úhradou fakturovanej ceny po lehote splatnosti o viac ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie povinnosti objednávateľa a vykonávateľ si

vyhradzuje právo prerušiť všetky výkony objednávateľovi a obnoviť ich až po uhradení dlžnej sumy. Zároveň vykonávateľ informuje príslušný orgán verejného zdravotníctva o prerušení poskytovania dozimetrických služieb, prípadne, za splnenia zmluvných predpokladov, tiež o zrušení zmluvy.

11. Porušenie zákonných povinností alebo povinností ustanovených zmluvou alebo platnými všeobecnými obchodnými podmienkami vykonávateľa (ďalej len „VOP“) podstatným spôsobom zo strany objednávateľa, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä neuhradenie fakturovanej sumy v lehote jej splatnosti, neposkytnutie súčinnosti pri realizácii predmetu plnenia, ako aj opakované porušenie VOP, je podstatným porušením povinností zo strany objednávateľa. Nevykonanie overenia/kalibrácie meradla v stanovenom termíne vinou vykonávateľa, za predpokladu, že omeškanie vykonávateľa nebolo zapríčinené nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa, je podstatným porušením povinností zo strany vykonávateľa.
12. Objednávateľ a vykonávateľ sa dohodli, že vzájomná komunikácia v oblasti plnenia predmetu zmluvy bude prebiehať medzi kontaktnými osobami. Pre potreby tejto zmluvy boli objednávateľom a vykonávateľom určené osoby uvedené v čl. IX. v bode 6., alebo v príslušných prílohách tejto zmluvy. Vykonávateľ a objednávateľ sa zaväzujú, že v prípade zmeny kontaktných osôb sa budú vzájomne bezodkladne informovať.
13. Objednávateľ (kontaktná osoba) je povinný vykonávateľovi bezodkladne zaslať potrebné alebo vyžiadané informácie, materiály a iné dokumenty potrebné k plneniu predmetu zmluvy podľa čl. II, prípadne aj ďalšie materiály, pokiaľ nimi objednávateľ disponuje a ktoré sú potrebné k plneniu predmetu tejto zmluvy, a to poštou alebo v elektronickej podobe na adresy uvedené v zmluve.
14. Vykonávateľ sa zaväzuje, že všetky skutočnosti, informácie a dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti a na základe tejto zmluvy nebude poskytovať tretím osobám počas platnosti tejto zmluvy a ani po jej zániku, až do doby, kedy sa stanú všeobecne známymi, alebo mu objednávateľ poskytol súhlas.
15. Vykonávateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy podľa čl. II. v priestoroch objednávateľa, bude dodržiavať platné právne normy a interné predpisy objednávateľa týkajúce sa PO, BOZP a ochrany životného prostredia a majetku. O tom objednávateľ preukázateľne poučí zamestnancov vykonávateľa.
16. Vykonávateľ podpísaním tejto zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, udeľuje objednávateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na evidenčné účely, najmä vedenie registra zmlúv objednávateľa na dobu určitú, počas vedenia registra zmlúv objednávateľa.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonávateľ nie je oprávnený postúpiť inému svoju pohľadávku vzniknutú z titulu plnenia podľa tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú pohľadávky vykonávateľa postúpené v rozpore s predchádzajúcou vetou, bude v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka neplatný.
18. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v pozícii dlžníka udeľí súhlas s postúpením pohľadávky za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

## **Článok V. CENY, FAKTURÁCIA, PLATBY**

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za poskytnuté činnosti podľa čl. II bod 2, písm. A) až C) odmenu dohodnutú vo výške **650,00 €** bez DPH mesačne (ďalej len „mesačný paušál“) na základe vystavenej faktúry po dobu platnosti tejto zmluvy.
2. Vykonávateľ vystaví faktúru do 15 kalendárnych dní odo dňa riadneho dodania, resp. riadneho vykonania metrologických služieb v tom-ktorom mesiaci, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli poskytnuté metrologické služby podľa tejto zmluvy.
3. K výške odmeny podľa bodu 1 tohto článku bude účtovaná DPH vo výške podľa legislatívy platnej k termínu vystavenia faktúry.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané činnosti v zmysle predmetu tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry bezhotovostným prevodom na účet vykonávateľa.
5. Doba splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od jej vystavenia objednávateľovi.
6. Vykonávateľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany s cieľom znížiť administratívnu náročnosť obom zmluvným stranám súhlasia s elektronickou fakturáciou, t.j. s vydaním a prijatím faktúry v elektronickom formáte. Emailový kontakt objednávateľa pre účely fakturácie: [faktury@nemocnicapp.sk](mailto:faktury@nemocnicapp.sk)

## **Článok VI. ZMLUVNÉ SANKCIE, NÁHRADA ŠKODY A ÚROKY Z OMEŠKANIA**

1. Všetky škody, ktoré vzniknú vykonávateľovi z dôvodu včas neposkytnutých, neúplných, alebo nepresných údajov a podkladov pre realizáciu predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, znáša objednávateľ.
2. Vykonávateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku skrytých väd meradiel, alebo iných väd materiálu a príslušenstva, ktoré sa v priebehu metrologického výkonu, resp. po dobu platnosti overenia objavia.
3. Vykonávateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku prepravy meradiel medzi vykonávateľom a objednávateľom použitím externých prepravných a kuriérskych spoločností, alebo poštou.
4. Dodržanie termínov plnenia predmetu zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa. Vykonávateľ nie je v omeškaní s plnením po dobu, po ktorú nemohol svoj záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy plniť z dôvodu omeškania objednávateľa, pôsobenia vyššej moci alebo iných riadne preukázateľných dôvodov nespočívajúcich na jeho strane.
5. V prípade omeškania úhrady fakturovanej ceny sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý kalendárny deň omeškania, ak si ju vykonávateľ uplatní.
6. V prípade ak metrologický výkon z dôvodov na strane vykonávateľa nebude poskytnutý v lehote uvedenej v tejto zmluve, vykonávateľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo

výške 0,05 % z ceny oneskorene poskytnutého metrologického výkonu za každý deň omeškania, ak si ju objednávateľ uplatní.

7. Vykonávateľ sa zaväzuje znášať škody, ktoré Objednávateľovi vzniknú vo forme uloženej sankcie inšpekčným alebo kontrolným orgánom, v prípade preukázania príčinnej súvislosti uloženia sankcie a porušenia zmluvných povinností Vykonávateľom.
8. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy je Vykonávateľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa aj zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojenej s vymáhaním pohľadávky, a to vo výške 40,- € v zmysle ust. § 369c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 2 Nariadenia vlády č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to bez ohľadu na dĺžku omeškania.

## **Článok VII. PLATNOSŤ, ZMENY A ZÁNIK ZMLUVY**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú s dobou platnosti 4 roky po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
3. Zmeny v tejto zmluve sa môžu vykonať len písomne po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán ako písomné dodatky k zmluve.
4. Platnosť tejto zmluvy sa končí:
  - 4.1) písomnou dohodou oboch zmluvných strán ku dňu uvedenom v tejto dohode; alebo
  - 4.2) písomnou výpoveďou, aj bez udania dôvodu, kedy výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane; alebo
  - 4.3) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípade podstatného porušenia zmluvy podľa čl. IV. bod 11 tejto zmluvy, ktoré je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.
5. Vykonávateľ má tiež právo odstúpiť od zmluvy aj v nasledujúcich prípadoch:
  - 5.1) Objednávateľ poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené zmluvou alebo VOP vykonávateľa podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä neuhradenie fakturovanej sumy po lehote splatnosti o viac ako 30 dní, neposkytnutie súčinnosti pri realizácii predmetu plnenia ako aj opakované porušenie VOP vykonávateľa,
  - 5.2) Objednávateľ poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené zmluvou alebo VOP vykonávateľa nie podstatným spôsobom a napriek písomnému upozorneniu od vykonávateľa nevykoná nápravu v stanovenej lehote,
  - 5.3) Objednávateľ koná spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy vykonávateľa,
  - 5.4) Objednávateľ bude zverejnený v „Zozname platiteľov DPH“, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH,

- 5.5) Vykonávateľ sa dozvie o zásadných skutočnostiach, pre ktoré by sa inak objednaná služba nevykonala, alebo v prípade zásahu vyššej moci. Vyššia moc znamená akúkoľvek nepredvídateľnú udalosť, ktorá je mimo primeranej kontroly zúčastnených strán alebo akúkoľvek predvídateľnú udalosť, ktorej dôsledkom nie je možné primeraným spôsobom zabrániť, pričom sa jedná o udalosti vzniknuté po účinnosti Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Vykonávateľa uplatniť si náhradu preukázateľne vynaložených nákladov. Vyššia moc bude mať za následok pozastavenie záväzkov Objednávateľa a Vykonávateľa po dobu omeškania spôsobeného udalosťou vyššej moci, pričom lehota na plnenie bude automaticky predĺžená o rovnakú dobu bez povinnosti zaplatiť sankciu;
- 5.6) Vykonávateľ z dôvodov na strane Objednávateľa nemôže realizovať predmet plnenia v dohodnutom termíne, alebo v termíne určenom Vykonávateľom.
- 5.7) ak na Objednávateľa je vedené exekučné konanie, bol podaný návrh na konkurz, resp. reštrukturalizáciu, príp. zamietnutý návrh na konkurz pre nedostatok majetku, resp. Objednávateľ vstúpil do likvidácie.
- 5.8) ak objednávatel poruší povinnosti uvedené v čl. VIII. tejto Zmluvy.
6. Zánikom platnosti zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán splniť povinnosti dohodnuté pred dňom ukončenia platnosti zmluvy, ako aj splniť si záväzky vyplývajúce z aktuálneho dozimetrického sledovania, t.j. obdobie, ktoré prebieha v čase ukončenia platnosti zmluvy.

#### **Čl. VIII. PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany vyznávajú hodnoty, že zákonné a protikorupčné správanie je jedným zo základných atribútov podnikania a takéto správanie je charakteristické pre všetky aktivity a činnosti zmluvných strán.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
3. Objednávateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia predmetu Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenené hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia zamestnancovi vykonávateľa alebo akejkoľvek inej osobe pôsobiacej v spoločnosti vykonávateľa, za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone podnikateľskej činnosti.
4. Ak vykonávateľ upozorní objednávateľa, že má dôvodné podozrenie o porušení akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky:
  - a) vykonávateľ je oprávnený pozastaviť plnenie predmetu tejto Zmluvy aj bez predchádzajúceho upozornenia, a to po dobu, ktorú považuje za nevyhnutnú vzhľadom na rozsah a charakter zistenia. Objednávateľ v takom prípade berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas doby nevyhnutnej na zisťovanie skutočností pre vyšetrovanie podozrenia na porušenie nebudú vznikať akékoľvek povinnosti a/alebo sankcie vykonávateľovi vyplývajúce z takéhoto pozastavenia plnenia Zmluvy.



- b) Objednávateľ je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate, zneužitiu alebo zničeniu listinných a iných dôkazov vzťahujúcich sa k príslušnému konaniu.
5. V prípade porušenia akýchkoľvek vyššie uvedených povinností v tomto článku objednávateľom je vykonávateľ oprávnený, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstúpiť od Zmluvy, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby objednávateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie vykonávateľa od Zmluvy.

Objednávateľ vyhlasuje, že je oboznámený s Protikorupčným programom vykonávateľa a zaväzuje sa ho dodržiavať. Protikorupčný program vykonávateľa je zverejnený na stránke [www.slm.sk](http://www.slm.sk)

### Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah, ako aj práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými prílohami k tejto zmluve (bod 9 tohto článku), VOP, Obchodným zákonníkom a inými aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Akákoľvek odoslaná správa (dokumentácia) sa považuje za doručení, ak je odoslaná faxom alebo e-mailom na adresu uvedenú v zmluve. V prípade odoslania zásielky doporučenou poštou sa táto považuje za doručení v piaty deň od odoslania zásielky doporučenou poštou, ak je odoslaná na adresu v zmysle čl. I., a to aj v prípade ak sa zásielka vráti ako nedoručená.
3. Vykonávateľ sa zaväzuje, že všetky skutočnosti, informácie a dokumenty, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti a na základe tejto zmluvy nebude bez súhlasu objednávateľa poskytovať tretím osobám počas platnosti tejto zmluvy a ani po jej zániku až do doby, kedy sa stanú všeobecne známymi.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si podmienky uvedené v tejto Zmluve, jej prílohách a VOP prečítali, porozumeli ich obsahu a zaväzujú sa ich dodržiavať. Dojednania tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami príloh a pred VOP, pričom v prípade kolízie sa aplikujú dojednania zmluvy.
5. Zmeny v obchodnom mene a sídle či bankovom spojení, ako aj zmeny v štatutárnych orgánoch, sú zmluvné strany povinné navzájom si oznámiť, a to bez právneho následku zániku zmluvy.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami sú:

<u>Objednávateľ</u>	<u>Vykonávateľ</u>
Meno a priezvisko: Ing. Andrej Smoleňák, MBA	Ing. Michal Zápotocký
Email: <a href="mailto:smolenak.a@nemocnicapp.sk">smolenak.a@nemocnicapp.sk</a>	<a href="mailto:zapotocky@slm.sk">zapotocky@slm.sk</a>
Tel.: +421 948 178 081	0908 760 054
7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, z ktorých po podpise oboch strán obdrží každá zmluvná strana jeden rovnopis.
8. Účastníci zmluvy svojimi podpismi súhlasne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsah porozumeli, súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, táto bola spísaná na základe pravdivých údajov a ich pravej, slobodnej, vážnej a určitej vôle, títo ju neuzavreli v tiesni a ani za obzvlášť nevýhodných podmienok, ale po vzájomnom



prerokovaní. Na znak súhlasu pripájajú účastníci bez tiesne a bez nátlaku svoje vlastnoručné podpisy.

g. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1:

Opis predmetu a stanovenie ceny

Príloha č. 2:

Všeobecné obchodné podmienky vykonávateľa

Príloha č. 3:

Evidencia meradiel

V Poprade, dňa 12.05.2022

Za objednávateľa:

05. 05. 2022

V Banskej Bystrici, dňa .....

Za vykonávateľa:

---

**MUDr. Jozef Tekáč, MPH**  
predseda predstavenstva  
Nemocnica Poprad, a.s.

---

**Ing. Peter Vook**  
riaditeľ  
Slovenská legálna metrologia, n.o.

---

**Mgr. Bc. Richard Vojšovič**  
člen predstavenstva  
Nemocnica Poprad, a.s.



Nemocnica Poprad, o.s.

## Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

verejný obstarávateľ: Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO: 36513458

Názov predmetu zákazky: Kompletné zabezpečenie metrologických činností

Uchádzač (názov, sídlo, IČO): Slovenská legálna metrologia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01, IČO: 3795452:

Platca DPH: áno

\*Uchádzač vyplní všetky políčka vyznačené červenou farbou.

Kompletné zabezpečenie metrologických činností					
Časť	Technická špecifikácia	Parameter			
		Množstvo	Cena bez DPH za MJ	Cena bez DPH spolu	Cena s DPH spolu
Špecifikácia prístrojov Technické vlastnosti	Kalibrácia, overovanie meradiel	389 ks			
	Alkoholtester	2 ks	135	2 160,00 €	2 592,00 €
	Audiometer	2 ks	250	1 000,00 €	1 200,00 €
	Holter	4 ks	14	224,00 €	268,80 €
	Monitor vitálnych funkcií	130 ks	20	10 400,00 €	12 480,00 €
	Ph Meter	2 ks	140	560,00 €	672,40 €
	Teplomer chladničkový/mrazničkový	84 ks	12	2 016,00 €	2 419,20 €
	Tiakomer	123 ks	14	1 738,00 €	1 965,60 €
	Tympanometer	1 ks	250	500,00 €	600,00 €
	Váha	31 ks	50	3 100,00 €	3 720,00 €
	Vlhkomer s teplomerom	19 ks	24	912,00 €	1 094,40 €
	Vedenie evidencie meradiel	áno		440,00 €	528,00 €
	Vypracovanie metrologického poriadku	1 ks	1	3 000,00 €	3 600,00 €
	<b>Cena celkom bez DPH v eurách (na 4 roky)</b>			<b>31 200,00 €</b>	
	<b>Výška DPH vyjadrená v eurách</b>			<b>6 240,00 €</b>	
<b>Cena celkom s DPH v eurách (na 4 roky)</b>			<b>37 440,00 €</b>		
<b>Mesačný paušál bez DPH v eurách (na 4 roky)</b>			<b>680,00 €</b>		

pozn. : v tabuľke (parameter cena bez DPH spolu a cena s DPH spolu) sú uvedené ceny na základe skutočne realizovaných metrologických výkonov v priebehu platnosti zmluvy, t.j. v období 4 rokov

*V súlade s ustanovením zákona NR SR č.343/2015. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky za účelom zadania zákazky s nízkou hodnotou „Kompletné zabezpečenie metrologických činností“ (uvedie sa názov predmetu zákazky), v termíne do 28.3.2022 do 12:00 hod., v zostave podľa tabuľky nasledovne :*

**Kritéria: Najnižšia cena predmetu zákazky. Cena zahŕňa dopravu na miesto určenia, prípadne iné náklady dodávateľa súvisiace s predmetom obstarania.**

Ak je nie je uchádzač platca DPH, uvedie cenu v € s DPH.

Uchádzač svojím podpisom súhlasí so všetkými podmienkami Výzvy a Prílohou č. 1 Opis a stanovenie ceny.

Poznámky:

V Banskej Bystrici, dňa 6.4.2022

.....  
podpis a pečiatka uchádzača

**Všeobecné obchodné podmienky poskytovania metrologických výkonov a služieb  
Slovenská legálna metrológia, n. o.**

**I. Všeobecné ustanovenia**

1. Všeobecné obchodné podmienky poskytovania metrologických výkonov a služieb (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zúčastnených strán a aplikujú sa na všetky Objednávky – Zmluvy – Žiadosti (ďalej len „Objednávka“), ktoré Slovenská legálna metrológia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37 954 521, DIČ: 2021921880, IČ pre DPH: SK2021921880, zapísaná v registri neziskových organizácií Okresného úradu v Banskej Bystrici, pod č. OVVS/NO-1/2005, IBAN: SK69 0200 0000 0000 4993 7312, SWIFT (BIC): SUBASKBX, (ďalej len „SLM, n. o.“ alebo „Vykonávateľ“) uzatvára s druhou zúčastnenou stranou (ďalej len „Objednávateľ“).
2. Metrologické výkony a služby realizované SLM za účelom:
  - a) realizovania metrologických výkonov a/alebo služieb podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon č. 157/2018 Z. z.“), súvisiacich právnych predpisov ako aj podľa Podmienok realizácie metrologickej kontroly a evidencie meradiel (Príloha č. 1 VOP),
  - b) poskytovania služieb osobnej dozimetrie podľa Podmienok realizácie služieb osobnej dozimetrie (Príloha č. 2 VOP),
  - c) poskytovania činností Certifikačného orgánu pre výroby,
    - podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu a nariadenia vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu (ďalej len „posudzovanie zhody a v súlade s Postupom pre získanie certifikátu (Príloha č. 3 VOP),
    - pri preverovaní splnenia podmienok registrácie a autorizácie podľa zákona č. 157/2018 Z. z. na základe poverenia od Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,
    - podľa rozsahu spôsobilosti SLM, n. o. ako vydávajúcej autority OIML v rámci certifikačného systému OIML,
    - podľa rozsahu spôsobilosti v rámci platného Osvedčenia o akreditácii a dobrovoľného systému pre posudzovanie modulov meradiel podľa príručky Welmecc 8.8,
  - d) poskytovania služieb medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa Organizačných technických pokynov pre daný typ meradla pre účastníka MLPM, ktoré zašle Vykonávateľ Objednávateľovi na začiatku programu,
  - e) audítov, expertíz, školení, služieb meraní a iných dohodnutých služieb podľa Podmienok posúdenia stavu metrologického zabezpečenia ( Príloha č. 4 VOP), Podmienok pre realizáciu služieb tvorby dokumentácie (Príloha č. 5 VOP) a podľa iných príslušných Podmienok, ďalej aj ako („služby“) sa riadia týmito VOP a príslušnými podmienkami a postupmi, prípadne dohodou zmluvných strán vyplývajúcou z osobitých pokynov, predpisov a podmienok Vykonávateľa.

Žiadne iné podmienky nemajú prednosť pred obsahom týchto VOP, pokiaľ neboli Vykonávateľom písomne akceptované.
3. Tieto VOP sú záväzné pre zúčastnené strany v plnom rozsahu. Objednávateľ prehlasuje, žes sa VOP v plnom rozsahu oboznámil, nemá k nim žiadne pripomienky a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súčasne sa vylučuje možnosť aplikovania akýchkoľvek obchodných podmienok Objednávateľa, ktoré sú v rozpore s VOP Vykonávateľa, ak sa strany písomne nedohodnú inak.
4. Právne vzťahy neupravené zmluvne a ani prostredníctvom VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom a Občianskym zákonníkom vrátane ich vykonávacích právnych predpisov.

**II. Práva a povinnosti zúčastnených strán**

1. Objednávateľ berie na vedomie, že Vykonávateľ v rámci poskytovania služieb podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

s prihladnutím na technické, kapacitné a organizačné možnosti **prioritne plní úlohy a poskytuje služby vyplývajúce zo:**

- zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii, následne
  - úlohy vyplývajúce zo zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov až následne
  - poskytuje ostatné typy služieb.
2. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať služby objednané Objednávateľom vlastnými silami alebo prostredníctvom subdodávateľov, pričom o tejto skutočnosti nemusí Vykonávateľ informovať Objednávateľa, ani žiadať jeho súhlas. Ak Vykonávateľ poveril vykonaním predmetu Objednávky alebo jeho časti tretiu osobu (subdodávateľa), zodpovedá voči Objednávateľovi tak, akoby predmet Objednávky alebo jeho časť vykonával sám.
  3. Objednávateľ je povinný objednávku na následné overenie predložiť Vykonávateľovi najneskôr 30 dní pred skončením času platnosti overenia. v prípade, že bola na meradle vykonaná oprava je Objednávateľ povinný objednávku na následne overenie predložiť Vykonávateľovi do 3 dní od vykonanej opravy.
  4. Objednávka Objednávateľa na následne overenie určeného meradla alebo kalibráciu meradla musí byť predložená Vykonávateľovi v písomnej forme a musí obsahovať nasledovné údaje:
    - a) identifikáciu používateľa meradla,
    - b) špecifikáciu meradla v rozsahu:
      - b.1) druh meradla
      - b.2) výrobca meradla
      - b.3) výrobné číslo meradla
      - b.4) merací rozsah meradla
      - b.5) kalibračný interval v prípade kalibrácie meradla
    - c) dátum opravy meradla, ak bola oprava uskutočnená alebo dátum skončenia platnosti overenia,
    - d) požadovaný termín a umiestnenie meradla, ak sa overenie má vykonať na mieste jeho používania,
    - e) druh požadovaného metrologického výkonu, príp. požiadavku o vystavenie certifikátu overení pri overení určeného meradla.
  5. Vyplnený čiarový kód Vykonávateľa, t.j. EAN nahrádza špecifikáciu určeného meradla uvedenú v bode 4. b tohto článku.
  6. Objednávku metrologických služieb v rozsahu zákona o metrológii je objednávateľ povinný zaslať minimálne 30 dní pred požadovaným termínom výkonu v rozsahu údajov definovaných bodom 4. tohto článku.
  7. Objednávateľ je povinný Vykonávateľovi poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, resp. spoluprácu na to, aby mohol poskytnúť službu v súlade s ust. § 25 ods. 4 a 5 zákona č. 157/2018 Z. z. ak je overenie určeného meradla vykonávané na mieste používania, Vykonávateľ môže požadovať od Objednávateľa, aby poskytol vhodnú miestnosť, skúšobné zariadenia, pomôcky a materiál, osobné ochranné pracovné prostriedky, potrebný počet zamestnancov a zabezpečil všetky ostatné podmienky na vykonanie overenia. Ak určené meradlo podlieha schváleniu typu, Vykonávateľ môže od Objednávateľa požadovať aj rozhodnutie o schválení typu meradla, a to v štátnom jazyku (§25 ods. 5. zákona č. 157/2018 Z. z.). Objednávateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi súčinnosť aj pri kalibrácii meradiel.
  8. Ak sa jedná o poskytnutie služby mimo priestorov SLM, n. o. (externý výkon), Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnanca/zamestnancov Vykonávateľa „zodpovednú osobu“, ktorá ich bude sprevádzať v priestoroch prevádzky Objednávateľa.
  9. Ak je aj napriek súčinnosti so „zodpovednou osobou“ nevyhnutné pre pohyb a prácu zamestnancov Vykonávateľa v priestoroch Objednávateľa absolvovať školenie PO a BOZP, zamestnanci Vykonávateľa takéto absolvujú v trvaní max. 30 minút. Ak bude mať takéto školenie trvanie viac ako 30 minút, môže byť toto školenie Objednávateľovi účtované v hodinovej zúčtovacej sadzbe podľa platného cenníka v plnom rozsahu.
  10. Ak má Objednávateľ špeciálne požiadavky na ochranné pracovné prostriedky, je povinný ich pre zamestnancov Vykonávateľa zabezpečiť na vlastné náklady. Ak ich Vykonávateľ zabezpečí sám, má Vykonávateľ nárok na náhradu všetkých vynaložených nákladov na obstaranie ochranných

pracovných prostriedkov v plnej výške.

11. Objednávateľ sa zaväzuje preukázateľne poučiť svojich zamestnancov, prípadne svojich zástupcov podieľajúcich sa na plnení predmetu Objednávky so všetkými právami a povinnosťami vyplývajúcimi z týchto VOP a zaistiť ich dodržiavanie.

### **III. Predmet, termín a miesto vykonania metrologickej služby**

1. Objednávka je pre Vykonávateľa záväzná až keď ju písomne potvrdí, pričom termín realizácie metrologického výkonu bude určený Vykonávateľom. Vykonávateľ si vyhradzuje určený termín zmeniť v odôvodnených prípadoch. Miestom poskytovania metrologických služieb sú laboratóriá SLM, n. o., ak nie je dohodnuté inak. V prípade, že meradlo nemožno vzhľadom na jeho špecifické podmienky inštalácie, používania alebo iné parametre predložiť na metrologický výkon na pracoviská SLM, n. o., alebo ak sa zmluvné strany na tom dohodnú, služba bude poskytnutá na mieste používania meradla ako externý výkon.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Vykonávateľa prístup k meradlu, resp. je povinný odovzdať Vykonávateľovi meradlo za účelom vykonania metrologického výkonu v termíne a mieste podľa pokynov Vykonávateľa. Meradlo môže byť po dohode s Vykonávateľom doručené osobne na príslušné pracovisko prostredníctvom zasielateľskej služby alebo poštou.
3. V prípade nepredloženia meradla Objednávateľom v zmysle predchádzajúceho bodu je Vykonávateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi náhradu vo výške daného metrologického výkonu.
4. Predmetom Objednávky podľa zákona č. 157/2018 Z. z. je poskytnutie služby – realizácia metrologických výkonov na meradle, ktoré spĺňa technické parametre dané výrobcom a u určených meradiel je aj spôsobilé na overenie podľa ust. § 25 ods. 6 zákona č. 157/2018 Z. z. V prípade, že meradlo nespĺňa tieto požiadavky, Vykonávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť realizáciu objednávky.
5. Overenie určeného meradla podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii pozostáva zo skúšky určeného meradla, potvrdenia zhody meradla so schváleným typom a s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla. V prípade potvrdenia zhody Vykonávateľ vydá Objednávateľovi na požiadanie doklad o overení – certifikát o overení, v prípade nepotvrdenia zhody ako doklad o overení vydá Vykonávateľ zamietací list.

### **IV. Platobné podmienky**

1. Tvorba cien sa riadi zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Plnenie predmetu Objednávky sa fakturuje za cenu podľa Cenníka metrologických výkonov a služieb SLM, n. o. platného v čase realizácie služby, ktorý je dostupný na [www.slm.sk](http://www.slm.sk), pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny sú uvedené bez DPH, a bude k nim uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov.
2. Vykonávateľ má právo účtovať realizovaný výkon alebo poskytnutie služby v zmysle kategorizácie platného cenníka. Platí aj v prípade, keď Vykonávateľ počas realizácie metrologického výkonu zistí, že predmetom výkonu je iná služba na meradle, ako je uvedené v objednávke.
3. Objednávateľ alebo jeho zástupca svojím podpisom na pracovnom liste alebo inom obdobnom doklade potvrdzuje poskytnutie služby v súlade so zákonom č. 157/2018 Z. z. a že meradlo bolo pri metrologickom výkone označené príslušnou značkou a že tieto značky nie sú poškodené. Za neskôr oznámenú absenciu alebo poškodenie značiek na meradle Vykonávateľ nezodpovedá.
4. Vykonávateľ je oprávnený všetky súvisiace činnosti, ktoré sú nad rámec štandardných metrologických výkonov a sú nevyhnutné pre realizáciu služby, fakturovať v zmysle platného cenníka v časti Rôzne výkony. Certifikát o kalibrácii je zahrnutý v cene metrologického výkonu. Položky cenníka sú účtované príslušnou mernou jednotkou uvedenou v cenníku. Hodinová zúčtovacia sadzba sa účtuje za každú začatú polhodinu. Cena za poskytnuté služby môže byť stanovená aj dohodou zmluvných strán.
5. Za metrologické výkony v odbore merania hmotnosť realizované na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 157/2018 Z. z. a podľa nariadenia vlády SR č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu, sa dopravné neúčtuje, pokiaľ celková hmotnosť prepravovaných závaží nepresahuje 12 000 kg. Ak si realizácia metrologického výkonu vyžaduje

použitie a prepravu etalónových závaží nad 12 000 kg. Vykonávateľ má právo jednorazovo vyúčtovať poplatok vo výške 400 € bez DPH, v prípade, keď metrologický výkon v odbore merania hmotnosť nie je možné realizovať z dôvodov zapríčinených Objednávateľom, dopravné Vykonávateľ vyúčtuje v plnej výške.

6. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu prirážky k poskytnutej službe najmä, ak Objednávateľ požaduje poskytnutie služby mimo pracovnej doby, t. j. Po – Pia 18:00 – 6:00, sviatok, sobota, nedeľa; za prednostné poskytnutie služby, alebo podľa špeciálnych požiadaviek Objednávateľa (podľa náročnosti), ak si túto cenu prirážky Vykonávateľ uplatní.
7. Požiadavka na prednostné poskytnutie služby, je možná len po predchádzajúcej dohode medzi Objednávateľom a Vykonávateľom, a to za primeranú náhradu. Vykonávateľ je oprávnený účtovať skladné podľa platného cenníka v prípade, že si Objednávateľ neprevzal meradlo/á ani do 7 kalendárnych dní po obdržaní informácie o pripravenosti meradla na prevzatie.
8. Za vyhotovenie kópií dokladov (objednávka, pracovný list a pod.) k faktúre za metrologické výkony a služby na požiadanie Objednávateľa, je Vykonávateľ oprávnený účtovať poplatok 0,50 € bez DPH za každý list zhotovenej kópie. Vyhotovenie zoznamov, prehľadov a pod. bude spoplatnené hodinovou zúčtovacou sadzbou.
9. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnutú službu v celkovej sume do 70,- € vrátane DPH v hotovosti, a to pri odovzdaní služby Objednávateľovi na základe príjmového dokladu vystaveného zamestnancom Vykonávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pri bezhotovostnom prevode sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť faktúru do 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Za deň splnenia záväzku sa považuje deň pripísania dlžnej sumy v prospech účtu Vykonávateľa.

#### V. Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania úhrady fakturovanej sumy sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ak si ju Vykonávateľ uplatní.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy je Vykonávateľ oprávnený uplatniť si u Objednávateľa aj zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojenej s vymáhaním pohľadávky, a to vo výške 40,- € v zmysle ust. § 369c zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ust. § 2 Nariadenia vlády č. 21/2013, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to bez ohľadu na dĺžku omeškania.

#### VI. Zodpovednosť za a škody

1. Vykonávateľ zodpovedá za to, že overené meradlo, bolo v čase realizácie metrologického výkonu zhodné s technickými a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla, a že je zhodného schváleným typom v zmysle ust. § 25 ods. 1 zákona. Ak meradlo pri skúške nevyhoví technickým požiadavkám alebo metrologickým požiadavkám na daný druh určeného meradla, Vykonávateľ vydá zamietací list. Vykonávateľ v prípade kalibrácie zodpovedá za to, že namerané hodnoty v čase realizácie metrologického výkonu boli v súlade s hodnotami uvedenými v certifikáte o kalibrácii.
2. Vykonávateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku skrytých väd meradiel, alebo iných väd materiálu a príslušenstva, ktoré sa v priebehu poskytovania služby objavia. Vykonávateľ nezodpovedá za škodu, ak jej nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkej odbornejstarostlivosti.
3. Vykonávateľ nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku prepravy meradiel medzi Vykonávateľom a Objednávateľom použitím externých prepravných a kuriérskych spoločností alebo Slovenskej pošty. Objednávateľ nahlási poškodenie zásielky do 24 hodín od jej doručenia prepravnej spoločnosti formou reklamácie. Vykonávateľ je povinný umožniť Objednávateľovi uplatniť všetky práva z prepravnej zmluvy, zasielateľskej zmluvy alebo z inej zmluvy, na základe ktorej bolo zabezpečené odoslanie meradla Objednávateľovi. Pokiaľ Objednávateľ tieto práva nemá, Vykonávateľ na základe uvedených zmlúv je povinný tieto práva na Objednávateľa v plnom rozsahu a bez obmedzenia previesť alebo postúpiť.



## VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Vykonávateľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci (prípadne zamestnanci subdodávateľa) budú pri výkone služieb v priestoroch Objednávateľa dodržiavať platné právne normy týkajúce sa PO a BOZP ako aj ustanovenia na ochranu životného prostredia a majetku Objednávateľa, o ktorých ich Objednávateľ preukázateľne poučí.
2. Objednávateľ je povinný pred začatím prác podľa Objednávky v plnom rozsahu a preukázateľne oboznámiť zamestnancov Vykonávateľa a zamestnancov jeho subdodávateľov s internými pravidlami pre bezpečnosť a ochranu zdravia, požiarnu ochranu a ochranu životného prostredia platnými u Objednávateľa, ktoré akokoľvek súvisia s predmetom Objednávky.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že určená „zodpovedná osoba“ bude okrem povinností uvedených v čl. II. bod 8 ovládať všetky potrebné platné právne normy a predpisy týkajúce sa POaBOZP, ako aj Ustanovenia na ochranu životného prostredia a majetku Objednávateľa. Zamestnanci Vykonávateľa, prípadne zamestnanci jeho subdodávateľov sa zaväzujú ich dodržiavať podľa pokynov „zodpovednej osoby“.

## VIII. Ochrana osobných údajov

1. Vykonávateľ spracúva a uchováva osobné údaje poskytnuté Objednávateľom výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Objednávky, za účelom spracovania Objednávky, realizácie služby, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami.
2. Objednávateľ a Vykonávateľ sa dohodli, že Objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Vykonávateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Objednávateľ a Vykonávateľ sa dohodli, že Objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom je povinný oznámiť Vykonávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
3. Vykonávateľ postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Objednávateľa v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnených na stránke vykonávateľa: <http://slm.sk/ochrana-osobnych-udajov/>.

## IX. Odstúpenie a zrušenie Objednávky

1. Vykonávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku Objednávateľovi, ktorý nemá voči nemu vysporiadané akékoľvek záväzky plynúce z obchodného vzťahu; v objednávke absentujú vyžadované údaje; prípadne z akýchkoľvek iných dôvodov alebo aj bez udania dôvodu. o odmietnutí Objednávky Vykonávateľ bezodkladne informuje Objednávateľa.
2. Vykonávateľ má právo odstúpiť od plnenia predmetu Objednávky v prípade ak:
  - a) Objednávateľ poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené VOP podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä neuhradenie fakturovanej sumy v lehote jej splatnosti, neposkytnutie súčinnosti pri realizácii predmetu plnenia ako aj opakované porušenie VOP,
  - b) Objednávateľ poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené VOP nie podstatným spôsobom a napriek upozorneniu nevykoná nápravu v stanovenej lehote,
  - c) Vykonávateľ zistí nepravdivosť údajov uvedených v objednávke,
  - d) Objednávateľ koná spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy vykonávateľa,
  - e) Objednávateľ bude zverejnený v „Zozname platiteľov DPH“, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH,
  - f) Vykonávateľ sa dozvie o zásadných skutočnostiach, pre ktoré by sa inak objednaná služba nevykonala, alebo v prípade zásahu vyššej moci. Vyššia moc znamená akúkoľvek nepredvídateľnú udalosť, ktorá je mimo primeranej kontroly zúčastnených strán alebo

- akúkoľvek predvídateľnú udalosť, ktorej dôsledkom nie je možné primeraným spôsobom zabrániť, pričom sa jedná o udalosti vzniknuté po akceptácii Objednávky. Tým nie je dotknuté právo Vykonávateľa uplatniť si náhradu preukázateľne vynaložených nákladov. Vyššia moc bude mať za následok pozastavenie záväzkov Objedávateľa a Vykonávateľa podľa Objednávky po dobu omeškania spôsobeného udalosťou vyššej moci, pričom lehota na plnenie bude automaticky predĺžená o rovnakú dobu bez povinnosti zaplatiť sankciu,
- g) Vykonávateľ z dôvodov na strane Objedávateľa nemôže realizovať predmet plnenia v dohodnutom termíne, alebo v termíne určenom Vykonávateľom,
  - h) ak na Objedávateľa je vedené exekučné konanie, bol podaný návrh na konkurz, resp. reštrukturalizáciu, príp. zamietnutý návrh na konkurz pre nedostatok majetku, resp. Objedávateľ vstúpil do likvidácie, a o tejto skutočnosti nebol informovaný objedávateľom pri podaní objednávky,
  - l) ak Objedávateľ poruší povinnosti uvedené v čl. X. týchto VOP.
3. V prípade odstúpenia Objedávateľa od Objednávky má Vykonávateľ právo na úhradu odstúpeného, ktorého výška je, ak sa nedohodne inak, 100 % z dohodnutej ceny. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Vykonávateľa na náhradu škody.
  4. Odstúpenie od Objednávky je účinné dňom doručenia informácie o odstúpení druhej strane (informácia o nerealizácii predmetu plnenia).
  5. V prípade odstúpenia od Objednávky nezaniká nárok Vykonávateľa na úhradu za zrealizované výkony a služby.

#### **X. Protikorupčné ustanovenia**

1. Zmluvné strany vyznávajú hodnoty, že zákonné a protikorupčné správanie je jedným zo základných atribútov podnikania a takéto správanie je charakteristické pre všetky aktivity a činnosti zmluvných strán.
2. Objedávateľ sa zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
3. Objedávateľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia predmetu Objednávky neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenieľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia zamestnancovi Vykonávateľa alebo akejkoľvek inej osobe pôsobiacej v spoločnosti Vykonávateľa, za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone podnikateľskej činnosti.
4. Ak Vykonávateľ upozorní Objedávateľa, že má dôvodné podozrenie o porušení akéhokoľvek ustanovenia tejto doložky:
  - a) Vykonávateľ je oprávnený pozastaviť plnenie predmetu Objednávky aj bez predchádzajúceho upozornenia, a to po dobu, ktorú považuje za nevyhnutnú vzhľadom na rozsah a charakter zistenia. Objedávateľ v takom prípade berie na vedomie a súhlasí s tým, že počas doby nevyhnutnej na zisťovanie skutočností pre vyšetrovanie podozrenia na porušenie nebudú vznikať akékoľvek povinnosti a/alebo sankcie vykonávateľovi vyplývajúce z takéhoto pozastavenia plnenia Objednávky.
  - b) Objedávateľ je povinný prijať všetky relevantné opatrenia, aby zabránil strate, zneužitiu alebo zničeniu listinných a iných dôkazov vzťahujúcich sa k príslušnému konaniu.
5. V prípade porušenia akýchkoľvek vyššie uvedených povinností v tomto článku Objedávateľom je Vykonávateľ oprávnený, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstúpiť od Objednávky, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby Objedávateľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie vykonávateľa od Objednávky.
6. Objedávateľ vyhlasuje, že je oboznámený s Protikorupčným programom Vykonávateľa a zaväzuje sa ho dodržiavať. Protikorupčný program Vykonávateľa je zverejnený na stránke [www.sim.sk](http://www.sim.sk).

## XI. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť bez meškania Vykonávateľovi platobnú neschopnosť, začatie konkurzného konania, začatie reštrukturalizačného konania, vstup objednávateľa do likvidácie, alebo inú skutočnosť, pre ktorú by inak Vykonávateľ metrologický výkon a/alebo službu neposkytol. Vykonávateľ má v prípade porušenia tejto oznamovacej povinnosti právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške všetkých splatných záväzkov objednávateľa.
2. Všetky písomné prejavy zmluvných strán sa považujú za doručené i dňom, kedy doručujúcej zmluvnej strane bola zásielka adresovaná druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla/miesta podnikania alebo korešpondenčnú adresu, vrátaná ako nedoručená.
3. V prípade akýchkoľvek sporov súvisiacich s Objednávkou, sú zmluvné strany povinné sa snažiť nájsť ich riešenie predovšetkým vzájomným rokovaním v súlade so zásadami poctivého obchodného styku. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté z právnych vzťahov vzniknutých alebo vyplývajúcich z Objednávky alebo súvisiacich s Objednávkou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov a právnych vzťahov z nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik Objednávky, sa rozhodnú v súdnom konaní na príslušnom súde Slovenskej republiky.
4. Vykonávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená vyvesením na pracoviskách Vykonávateľa a ich aktualizáciou na internetovej stránke Vykonávateľa [www.slm.sk](http://www.slm.sk).
5. Objednávateľ vyhlasuje, že si tieto VOP prečítal a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.
6. Súčasť týchto VOP tvoria tieto prílohy:  
Príloha č. 1: Podmienky realizácie metrologickej kontroly a evidencie meradiel  
Príloha č. 2: Podmienky realizácie služieb osobnej dozimetrie  
Príloha č. 3: Postup pre získanie certifikátu  
Príloha č. 4: Podmienky posúdenia stavu metrologického zabezpečenia  
Príloha č. 5: Podmienky pre realizáciu služieb tvorby dokumentácie

## PODMIENKY REALIZÁCIE METROLOGICKEJ KONTROLY A EVIDENCIE MERADIEL

1. Služba vedenia evidencie meradiel v zmysle ust. § 16 ods. 2 písm. e) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrologii“) bude vedená v informačnom systéme vykonávateľa „EOS“ s on-line prístupom pre objednávateľa prostredníctvom webovej stránky [www.slm.sk](http://www.slm.sk). Databáza meradiel bude sprístupnená Objednávateľovi na základe poskytnutého mena a hesla s možnosťou objednávateľa prehliadať údaje databázy a navrhovať ich zmenu. Za následnú aktualizáciu databázy je zodpovedný objednávateľ.
2. SLM uskutoční aktualizáciu elektronickej databázy meradiel najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa obdržania informácie v písomnej forme (e-mailom) o vykonanej operácii súvisiacej s meradlami objednávateľa. Operáciou sa rozumie uvedenie do používania u nových meradiel, vyradenie z používania u existujúcich meradiel, presun a zámena meradla a metrologické výkony. Objednávateľ informuje SLM o daných operáciách písomne (e-mailom) do 7 dní odo dňa realizácie operácie alebo priamo prostredníctvom elektronickej databázy vedenej v informačnom systéme SLM.
3. Ak SLM zabezpečuje metrologické služby overenia a kalibrácie meradiel, aktualizáciu elektronickej databázy meradiel uskutoční najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa realizácie metrologického výkonu.
4. Zabezpečenie metrologickej kontroly meradiel je vykonávané v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovania metrologických výkonov a služieb, ktoré sú dostupné na [www.slm.sk](http://www.slm.sk) a na každom pracovisku SLM, n. o.
5. Miestom plnenia služieb metrologickej kontroly sú priestory SLM.
6. V prípade, že meradlo nemožno vzhľadom na jeho špecifické podmienky inštalácie, používania alebo iné parametre predložiť na metrologický výkon a na pracovisko SLM, alebo ak sa zmluvné strany na tom dohodnú, metrologický výkon sa poskytne na mieste používania meradla ako externý výkon.
7. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať overenie a/alebo kalibráciu meradiel uvedených v evidencii meradiel vedenej SLM v zmysle bodu 1, pričom termín realizácie metrologického výkonu určí SLM s prihliadnutím na uplynutie termínu platnosti overenia a/alebo kalibrácie. V prípade, že Objednávateľ neprejaví námietky s určeným termínom, a to minimálne dva dni pred vykonaním metrologického výkonu, tento termín sa považuje za dohodnutý. Objednávateľ je však povinný dodržiavať ustanovenie bodu 2.
8. SLM má právo objednávateľovi optimalizovať a zjednotiť termíny výkonu overenia/kalibrácie vedenej v Evidencii meradiel s ohľadom na počet meradiel a ich umiestnenie.
9. SLM sa zaväzuje v primeranom časovom predstihu pred dňom ukončenia termínu kalibrácie, alebo ukončenia platnosti overenia meradiel e-mailom informovať objednávateľa o termíne realizácie metrologického výkonu a upozorniť objednávateľa na potrebu pripraviť meradlá k metrologickej kontrole.
10. Ak je miestom plnenia podľa tejto zmluvy miesto používania meradla, objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť technickým zamestnancom SLM, ktorí sa preukážu služobným preukazom a na ich žiadosť, potrebnú spoluprácu a zaistiť technické podmienky na zabezpečenie metrologického výkonu (§ 25 ods. 4 zákona o metrologii).
11. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre SLM prístup k meradlu, resp. je povinný odovzdať SLM meradlo za účelom vykonania metrologického výkonu v termíne a mieste podľa pokynov SLM. Meradlo môže byť po dohode so SLM doručené osobne na príslušné pracovisko prostredníctvom zasielateľskej služby alebo poštou.
12. V prípade nepredloženia meradiel objednávateľom v zmysle predchádzajúceho bodu je SLM oprávnená účtovať Objednávateľovi náhradu vo výške daného metrologického výkonu.
13. Objednávateľ spolu s meradlom odovzdá SLM potrebné technické príslušenstvo (veci, ktoré sú určené na to, aby sa s meradlom trvalo užívali), u určeného meradla na overenie aj číslo rozhodnutia o schválení typu meradla, prípadne ďalšie náležitosti, ktoré určí dodávateľ a ktoré sú nevyhnutné k metrologickej kontrole alebo meraniu. Návod na obsluhu, údaje o parametroch a technickú dokumentáciu o meradle objednávateľ predloží na požiadanie v štátnom jazyku.
14. Vecou na poskytnutie metrologického výkonu je meradlo Objednávateľa bližšie špecifikované v databáze meradiel – „Evidencia meradiel“ aktualizovanej postupom bodu 2. a 3. Meradlá musia byť v bezchybnom stave, spĺňať technické parametre udané výrobcom a u určených meradiel musia byť spôsobilé na overenie podľa § 25 ods. 6 zákona o metrologii aj v čase predloženia na metrologickú kontrolu.
15. Meradlo, ktoré nie je spôsobilé na metrologickú kontrolu, môže byť predložené k metrologickému výkonu až po odstránení nedostatkov.
16. O overení určeného meradla, ktoré vyhovie požiadavkám zákona o metrologii vydá SLM doklad o overení alebo meradlo označí overovacou značkou. V prípade, keď SLM označí meradlo overovacou značkou, za úhradu vydá aj doklad o overení, ak o to požiada objednávateľ. Dokladom o overení je certifikát o overení. O kalibrácii meradla vydá SLM doklad o kalibrácii a meradlo označí kalibračným štítkom.
17. V prípade, že sa meradlo, na ktorom sa má realizovať alebo bol realizovaný metrologický výkon, zasiela externou prepravnou a kuriérskou spoločnosťou alebo

poštou, zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán, ktorá meradlo preberie, je povinná do 24 h od jeho prevzatia oznámiť akékoľvek zjavné vady, poškodenie, či poruchu takto prepravovaného meradla.

18. Overenie určeného meradla pozostáva v zmysle § 25 ods. 1 zákona o metrologii zo skúšky určeného meradla, potvrdenia zhody určeného meradla so schváleným typom a zhody určeného meradla s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na druh overovaného určeného meradla. Ak druh určeného meradla schváleniu typu nepodlieha, overenie určeného meradla pozostáva zo skúšky určeného meradla a potvrdenia zhody určeného meradla s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na druh overovaného určeného meradla.

## **PODMIENKY PRE REALIZÁCIU SLUŽIEB:**

**Tvorba a udržiavanie dokumentácie systému manažérstva kvality (ďalej len „SMK“), metrologického poriadku, súvisiacich dokumentov a formulárov kvality tak, aby spĺňali požiadavky platnej metrologickej legislatívy**

1. V súvislosti s poskytnutím služby sa objednávateľ zaväzuje zabezpečiť potrebnú súčinnosť a to najmä v súvislosti s poskytnutím dostupných informácií, dokumentácie a podkladov súvisiacich s poskytovanou službou o ktoré zodpovedný za realizáciu požiada.
2. Objednávateľ je povinný zasláť požadovanú dokumentáciu a ďalšie materiály potrebné k plneniu predmetu poskytovanej služby kontaktnej osobe SLM v elektronickej podobe, alebo poštou do 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
3. Akákoľvek odoslaná správa (dokumentácia) sa považuje za doručení, ak je odoslaná e-mailom na vyššie uvedenú e-mailovú adresu (špecifikácia podmienok služby). V prípade odoslania zásielky doporučenou poštou sa považuje za doručení v platy deň od odoslania zásielky doporučenou poštou, ak je odoslaná na adresu sídla objednávateľa/dodávateľa a to aj v prípade ak sa zásielka vráti ako nedoručená.
4. Odovzdanie návrhu aktualizovanej dokumentácie SMK, súvisiacich dokumentov a formulárov sa realizuje v nadväznosti na vyššie uvedenú špecifikáciu s ohľadom na dohodnutý termín, miesto a spôsob odovzdania, ak sa kontaktné osoby nedohodnú písomne inak.
5. Aktualizáciu dokumentácie SMK, súvisiacich dokumentov a formulárov z dôvodu zmeny právnych predpisov v oblasti metrologie SLM uskutoční 1x ročne v termíne podľa dohody s objednávateľom.
6. Iné požiadavky na aktualizáciu dokumentácie si zmluvné strany dohodnú osobitne písomne po dohode zástupcov zmluvných strán.
7. V prípade, že objednávateľ neposkytne potrebnú súčinnosť a nedodá potrebné podklady k plneniu služby, lehota plnenia (bod 4., 5. a 6.) sa predlžuje o dni omeškania objednávateľa s doručením požadovanej dokumentácie.
8. Odovzdanie sa uskutoční odoslaním návrhu aktualizovaných dokumentov a formulárov poštou, resp. e-mailom za podmienok uvedených v bode 3.
9. V prípade, že objednávateľ neodovzdá prípadné pripomienky k predloženému návrhu dokumentácie SMK, súvisiacich dokumentov a formulárov v písomnej podobe SLM do 7 kalendárnych dní po odovzdaní návrhu aktualizovaných dokumentov a formulárov, alebo pripomienky nemá, uplynutím uvedenej lehoty sa predmet poskytovanej služby považuje za odovzdaný.
10. V prípade pripomienok a komentárov vyplývajúcich z oponentského konania SLM vykoná zapracovanie v lehote podľa osobitej dohody medzi objednávateľom a SLM. V prípade, že SLM niektoré pripomienky k prevej verzii nezpracuje, odovzdá objednávateľovi aj písomné vyjadrenie k týmto pripomienkam s uvedením dôvodov ich nezapracovania.
11. SLM odovzdá predmet poskytovanej služby osobne, alebo odoslaním poštou, resp. e-mailom za podmienok uvedených v bode 3.



**SOLOVENSKÁ  
LEKÁRNA  
METROLOGIA**

**HOZDODOSLAVOVA 31  
BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA**

**ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH  
MERADIEL**

Posudzovatelia  
Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

1 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Oddelenie/ambulancia	Meradlo	Výrobca	Typ/model	Výr. číslo	EAN	Umiestnenie	Overenie/kalibrácia	Poznámka	Inv. číslo
Odd. úrazovej chirurgie	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-		Chladnička	Nekalibrovateľný	Potrebný nový kalibrovateľný teplomer	
Odd. úrazovej chirurgie	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-		Chladnička	Nekalibrovateľný	Potrebný nový kalibrovateľný teplomer	
Odd. úrazovej chirurgie	Teplomer bezkontaktný	CEL 8763	infračervený	-		Oddelenie	Nekalibrovateľný	Informatívne meradlo	025851
Odd. úrazovej chirurgie	Teplomer bezkontaktný	CEL 8763	infračervený	-		Oddelenie	Nekalibrovateľný	Informatívne meradlo	025851
Odd. úrazovej chirurgie	Tlakomer	Hartmann	LXCP12	202022007333		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Odd. úrazovej chirurgie	Tlakomer	Hartmann	LXCP12	202022007695		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Odd. úrazovej chirurgie	Tlakomer	Hartmann	LXCP12	202022007133		JIS	Neoverený	Potrebné overenie	
Odd. úrazovej chirurgie	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM801019	W81101828	3306954840	Oddelenie	18.11.2021	OK	13994
Odd. úrazovej chirurgie	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	iM8	M14801370003	3306954736	Oddelenie	18.11.2021	OK	
Odd. úrazovej chirurgie	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	iM8	M14801370001	3306954528	Oddelenie	18.11.2021	OK	16303

PRÍLOHA č. 3



# Zoznam určených a povinne kalibrovaných meradiel

Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia



Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

2 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Odd. úrazovej chirurgie	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	IM8	M14801370002	3306954424	Oddelenie	18.11.2021	OK	16304
Odd. úrazovej chirurgie	Monitor vitálnych funkcií	PHILIPS	M3046A	DE00818093	3306954320	Oddelenie	18.11.2021	OK	16305
Odd. úrazovej chirurgie	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM801019	W81101851	3306954632	Oddelenie	18.11.2021	OK	15128
Odd. úrazovej chirurgie	Tlakomer	Nihon	M6	2009-1K1000-005814	2207189445	Oddelenie	16.6.2021	OK	013798
Odd. úrazovej chirurgie	Tlakomer	Omron	M6	202008006566V		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	024192
Odd. úrazovej chirurgie	Teplomer lekársky		Elektronický			Oddelenie		2 x na oddelení	
Odd. úrazovej chirurgie	Tlakomer	Omron	M6	20190602872VG		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	022839
Odd. úrazovej chirurgie	Teplomer bezkontaktný	LEPU	infračervený			Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	024196
Odd. úrazovej chirurgie	Teplomer chladničkový		kvapalinový			Chladnička JIS	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Amb. úrazovej chirurgie	Tlakomer	Nihon		2009-1K1000-005568	2207033022	Ambulancia	16.6.2021	OK	013797
Amb. úrazovej chirurgie	Teplomer bezkontaktný	LEPU	infračervený			Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	024282

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantrner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

3 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Neurologické odd.	Tlakomer	Omron	M6	202102006341V	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	025201
Neurologické odd.	Teplomer bezkontaktný	Microlife	infračervený		Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	022989
Neurologické odd.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B450	SJA15222062HA	Oddelenie	29.7.2021	OK	16639_1
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	SJF15222890WA	Oddelenie	29.7.2021	OK	16639_2
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	SJF15202771WA	Oddelenie	29.7.2021	OK	16639_3
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	SJF15071065WA	Oddelenie	18.11.2021	OK	16639_4
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	SJF15202772WA	Oddelenie	18.11.2021	OK	16639_5
Neurologické odd.	Tlakomer	Omron	M6C	20190838833VG	Oddelenie	14.7.2021	OK	023216
Neurologické odd.	Teplomer bezkontaktný	Microlife	infračervený	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	022988
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B20	SM219520500WA	Oddelenie	29.7.2021	OK	17502
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	GBM	M8000A	M012E001857	Oddelenie	18.11.2021	OK	16360



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

4 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	iM8	M19209150005	1117374855	Oddelenie	18.11.2021	OK	17451
Neurologické odd.	Tlakomer	Omron	M6C	544431	3307952116	Oddelenie	13.7.2021	OK	017177
Neurologické odd.	Teplomer bezkontaktný		infračervený	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	024808
Neurologické odd.	Teplomer chladničkový		kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	024808
Neurologické odd.	Tlakomer	Nihon	DM-500	2009-1K1000-010322	1117463643	Oddelenie	10.8.2021	OK	014451
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	Contex	CMS7000	17100700010	3306947938	Oddelenie	18.11.2021	OK	17095
Neurologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	iM8	M19209150001	1117374959	Oddelenie	18.11.2021	OK	17450
Neurologické odd.	Tlakomer	Chirana	T40	DK004630	3307376858	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Neurologické odd.	Tlakomer	Chirana	T40	1.1525	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Neurologické odd.	Tlakomer	Nihon	DM-500	2009-1K1000-009977	2207400528	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	014450
Neurologické odd.	Tlakomer	Veroyal	-	202022009845	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	024322
Neurologické odd.	Tlakomer	Veroyal	-	202022007865	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	024318



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

Vačelenie

Neoverený

Overenie

024318

**MERADIEL**

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švaníner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

5 z 38

**Príloha 6 k Správe z auditu meradiel**

Príjmová neurol. amb.	Tlakomer	Hartmann	Tensoval Duo Control	2018-14-005804	3307486339	Ambulancia	27.7.2021	OK	021271
Príjmová neurol. amb.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Príjmová neurol. amb.	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	023390
Príjmová neurol. amb.	Tlakomer	Fazzini	-	763642	3307763642	Ambulancia	1.6.2020	OK	004044
Príjmová neurol. amb.	Tlakomer	Chirana	T40	CD0001149	1117477330	Ambulancia	3.8.2020	OK	776563
Príjmová neurol. amb.	Tlakomer	Chirana	T40	DK004495	1117477226	Ambulancia	3.8.2020	OK	002071
EMG ambulancia	Tlakomer	Chirana	T40	VL023238	1117477642	Ambulancia	10.8.2021	OK	
EMG ambulancia	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	023391
Stacionár + ambulancia	Tlakomer	Omron	M6C	202011011298V	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	024661
Stacionár + ambulancia	Tlakomer	Omron	M6C	202011011297V	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	024662
Stacionár + ambulancia	Tlakomer	Omron	M6C	20160904134VG	3306946939	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	018737
Stacionár + ambulancia	Tlakomer	Omron	M6C	20100213059VF	3306707826	Oddelenie	10.8.2021	OK	006471
Stacionár + ambulancia	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	023493





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banička 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

6 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	023491
Stacionár + ambulancia	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	023492
Stacionár + ambulancia	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	023494
Stacionár + ambulancia	Vlhkometer	-	bimetalový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Stacionár + ambulancia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Stacionár + ambulancia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Stacionár + ambulancia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Neurologická amb.	Tlakomer	Jares	DM300LCD	2015040	3306951947	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	018123
Neurologická amb.	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	023821
Amb. všeobec. lekárstva	Tlakomer	Veroval	-	202120037886	-	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

7 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Amb. všeobec. lekárstva	Plakomer	Veroval		202120035452	-	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie
Amb. všeobec. lekárstva	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo
Amb. všeobec. lekárstva	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo
Amb. všeobec. lekárstva	Váha	Kern	MPD250K100M	VF21019550	-	Ambulancia	CE21	do 250 kg
Detská JIS	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM401	W81101837	3306956006	Oddelenie	18.11.2021	OK
Detská JIS	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM401	W81101829	3306956110	Oddelenie	18.11.2021	OK
Detská JIS	Monitor vitálnych funkcií	Healthcare	GE	SM216301064WA	3308155443	Oddelenie	18.11.2021	OK
Detská JIS	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM401	W81101827	3306955839	Oddelenie	18.11.2021	OK
Detská JIS	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM401	W81101826	3306955943	Oddelenie	18.11.2021	OK
Detská JIS	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM401	W81101836	3306955735	Oddelenie	18.11.2021	OK
Detská JIS	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM401	W54G8968	3306956214	Oddelenie	18.11.2021	OK
Detská JIS	Váha	Kern	MBC 20K10M	WF1600	3307867948	Oddelenie	18.2.2021	OK

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia



Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

8 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Detská JIS	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	JIS - veľká izba	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detská JIS	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	JIS - sesterská	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detská JIS	Váha	Transporta		1117448216	Oddelenie	24.11.2020	OK
Detská JIS	Vpichový teplomer	-	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	
Detská JIS	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	mliečna kuch.	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detské oddelenie	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM801019	3306389648	Oddelenie	12.5.2021	OK
Detské oddelenie	Tlakomer	Masimo		300023019	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie
Detské oddelenie	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detské oddelenie	Tlakomer	Fazzini		1117463747	Oddelenie	4.9.2020	OK
Detské oddelenie	Váha	Transporta	KOA 10	3300993009		24.11.2020	OK
Detské oddelenie	Váha	Transporta	KOA 10	1117446426		24.11.2020	OK
Detské oddelenie	Váha	Kern	MBC 15K2DM	WF1423080		18.2.2021	OK
				3306567744			014649





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

ZOZNAM URČENÝCH A KOVINEWACHTUNG  
**MERADIEL**

18.7.2021 OK  
15951  
014649

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

9 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Detské oddelenie	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	mlieko	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detské oddelenie	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	mlieko	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detské oddelenie	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detské oddelenie	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detské oddelenie	Teplomer chladničkový Vpichový teplomer	-	kvapalinový	-	-	chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Pediatr. príjmová amb.	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM401	110111	3307184971	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Pediatr. príjmová amb.	Hoiter	RISING	RM-ABPM	DHM15670	3306678432	Ambulancia	22.6.2021	OK 15670
Chirurgické odd. + JIS	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM401	W64G10747	3306947106	Oddelenie	18.11.2021	OK 14893
Chirurgické odd. + JIS	Tlakomer	Omron	M6C	20151002406VG	3307950222	Oddelenie	30.8.2021	OK 016877



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

10 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Chirurgické odd. + JIS	Tlakomer	Chirana	T40	AG1.1800	1117477018	Oddelenie	3.8.2020	OK	004332
Chirurgické odd. + JIS	Tlakomer	Veroval			202022007826	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Chirurgické odd. + JIS	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Chirurgické odd. + JIS	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Chirurgické odd. + JIS	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Chirurgické odd. + JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE	B20	SM216150305WA	3307192976	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Chirurgické odd. + JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE	B20	SM216150299WA	3307189862	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Chirurgické odd. + JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE	B20	SM216080171WA	3307193247	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Chirurgické odd. + JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE	B20	SM216080162WA	3307193143	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Chirurgické odd. + JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE	B20	SM216150300WA	3307193039	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Chirurgické odd. + JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE	B20	SM216150297WA	3307193351	Oddelenie	12.5.2021	OK	



Hviezdoslavova 31

ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

11 z 38

Strana

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Chirurgické odd. + JIS	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	W5AG9971	3307186033	Oddelenie	12.5.2021	OK
Chirurgické odd. + JIS	Váha	Kern	WF1515782	3306623110	Oddelenie	8.10.2021	OK
Chirurgické odd. + JIS	Tlakomer	Omnron	20140904486VG	1111587631	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie
Chirurgická amb.	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	W64G10747	3306947106	Ambulancia	18.11.2021	OK
Chirurgická amb.	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	W-81101844	3307186865	Ambulancia	18.11.2021	OK
Chirurgická amb.	Tlakomer	Omnron	20190904109VG		Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie 23230
Chirurgická amb.	Tlakomer	Fazini	22672	3307260863	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie
Chirurgická amb.	Váha	Kern	WF21009660		Ambulancia	CE21	do 300 kg
Odd. sterilizácie	Vlhkometer s teplomerom	VDI	180192	2208689957	Sklad	26.8.2019	OK 21849
Urologické odd.	Váha	Tscale	7824034001	3306567536	Oddelenie	18.2.2021	OK
Urologické odd.	Váha	do 250 kg		3306807828	Oddelenie	18.2.2021	do 250 kg 15664
Urologické odd.	Tlakomer	Veroyal	202022009855		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie 24551
Urologické odd.	Tlakomer	Veroyal	202035055475		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

12 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Urologické odd.	Tlakomer	Veroval	SN2018-37-083477	3307952428	2.7.2021	OK
Urologické odd.	Teplomer bezkontaktný	-	-	-	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	M14801370004	3306948833	19.11.2021	OK
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	M14801370005	3306947002	19.11.2021	OK
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	M14801370006	3306945836	19.11.2021	OK
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	CONTEC	18030800003	1117374647	19.11.2021	OK
Urologické odd.	Teplomer chladničkový	TFA	1902201601	1115104210	28.2.2020	OK
Urologické odd.	Tlakomer	Veroval	202022007811		Neoverený	Potrebné overenie
Urologické odd.	Tlakomer	Veroval	202022009983		Neoverený	Potrebné overenie
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	COMEN	F7211201063		1.12.2021	Nové CE 21
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	COMEN	F7210611003		1.12.2021	Nové CE 21
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	COMEN	F7211201059		1.12.2021	Nové CE 21



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľ

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

13 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	COMEN	STAR 8000	F7211201060	Nové	1.12.2021	Nové CE 21
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	COMEN	STAR 8000	F7211201057	Nové	1.12.2021	Nové CE 21
Urologické odd.	Monitor vitálnych funkcií	COMEN	STAR 8000	F7211201062	Nové	1.12.2021	Nové CE 21
Urologická amb.	Tlakomer	Hartmann		2018-44-111590	Ambulancia	4.11.2021	OK
Urologická amb.	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	Ambulancia		Informatívne meradlo
Urologická amb.	Monitor vitálnych funkcií	EKONA		W64G10752	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie
Urologická amb.	Teplomer chladničkový	TFA	LT-102	017061URO	Chladnička	19.5.2020	OK
COS	Monitor vitálnych funkcií	Comen		E7181221022B	COS	Neoverený	3. poschodie
COS	Tlakomer	JARES		2811294	COS	16.6.2021	OK
COS	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	COS	16.3.2021	Medzisklad 1. poschodie
COS	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	COS	16.3.2021	Veľký sklad 1. poschodie
COS	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	COS	16.3.2021	Anestezia chladnička 1. poschodie



Zoznam určených a povinne kalibrovaných  
meradiel

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

14 z 38

Strana

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

COS	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	-	COS	16.3.2021	Anestezia chladnička 2. poschodie	24770
OAIM	Tlakomer	Chirana	T40	OPT1218	3307260343			<b>Neoverený</b>	771652
COS	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	-	COS	16.3.2021	Čistiaca miestnosť Medzisklad 2. poschodie	24774
COS	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	-	COS	16.3.2021	poschodie	24777
COS	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	-	COS	16.3.2021	Sklad 2. poschodie	24778
COS	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	-	COS	16.3.2021	Sklad anestéza 2. poschodie	
COS	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	-	COS	16.3.2021	Anestezia chladnička 3. poschodie	
COS	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	-	COS	16.3.2021	Mraznička Z3, 3. poschodie	
COS	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	-	COS	16.3.2021	Medzisklad 3. poschodie	
OAIM	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	-	-	Oddelenie		Informatívne meradlo	24040
OAIM	Defibrilátor	Comen		S8211225001		Oddelenie		Nový CE22	17801

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

15 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

OAİM	Vlhkomer s teplomerom	Medis	Corplus	16800394	3306947418	Oddelenie	9.8.2019	L017 č. dverí
OAİM	Defibrilátor	CARESCAPE	B650	8002499	3307986329	Oddelenie	4.11.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650	8002477		Oddelenie	29.7.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650	8002489		Oddelenie	29.7.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650		3307986557	Oddelenie	29.7.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650		3307986433	Oddelenie	29.7.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650		3307x6č229	Oddelenie	29.7.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650		3307986225	Oddelenie	29.7.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650	8002442		Oddelenie	29.7.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650	8002497		Oddelenie	29.7.2021	OK
OAİM	Monitor vitálnych funkcií	CARESCAPE	B650			Oddelenie		





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľ

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantrner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

16 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

OAIM	Popis meradla	Meracia jednotka	Stav	Oddelenie	Stav	Stav	Stav	Stav
OAIM	Tlakomer na balóniky	Intelicuff	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	17809	
OAIM	Tlakomer na balóniky	Intelicuff	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie		
OAIM	Tlakomer na balóniky	Intelicuff	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	17805	
OAIM	Tlakomer na balóniky	Intelicuff	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	17810	
OAIM	Tlakomer na balóniky	Intelicuff	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	17806	
OAIM	Tlakomer na balóniky	Intelicuff	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	17808	
OAIM	Tlakomer na balóniky	Intelicuff	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	17811	
OAIM	Váha na posteli	-	do 250 kg	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	17807	
OAIM	Váha na posteli	-	do 250 kg	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	17636	
OAIM	Váha na posteli	-	do 250 kg	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	17638	
OAIM	Váha na posteli	-	do 250 kg	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	17633	
OAIM	Váha na posteli	-	do 250 kg	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	17637	
OAIM	Váha na posteli	-	do 250 kg	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	17634	
OAIM	Teplomer bezkontaktný	-	infračervený	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	24041	

Posudzovateľia

 Ing. Michal Zápotocký  
 Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

 Nemocnica Poprad, a.s.  
 Banická 803/28  
 058 45 Poprad

Zmluva

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

17 z 38

OAIM	Manometer	Lumbal	776913	Neoverený	Potrebné overenie	776913
OAIM	Teplomer chladničkový	-	-	Chladnička	Potrebný nový kalibrovací teplomer	776913
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare B105	SQE20192684WA	Oddelenie	OK	17552
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare B105	SQE20192681WA	Oddelenie	OK	17551
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare B105	SQE20192685WA	Oddelenie	OK	17553
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare B105	SQE20192679WA	Oddelenie	OK	17550
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare B105	SE215241115HA	Anestéza	OK	
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare B105	SK415371133HA	Anestéza	OK	
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare B105	SQC19390043HA	Anestéza	OK	
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	SPX22030181SA		Potrebné overenie, tlak + teplota	
OAIM				Neoverený		



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švaníner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

18 z 38

Strana

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare		SPX22030183SA	Neoverený	Potrebné overenie, tlak + teplota
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare		SPX22030192SA	Neoverený	Potrebné overenie, tlak + teplota
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare		SPX22030187SA	Neoverený	Potrebné overenie, tlak + teplota
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare		SPX22030186SA	Neoverený	Potrebné overenie, tlak + teplota
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare		SPX22030184SA	Neoverený	Potrebné overenie, tlak + teplota
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare		SPX22030191SA	Neoverený	Potrebné overenie, tlak + teplota
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare		SPX21340425SA	Neoverený	Potrebné overenie, tlak + teplota
OAIM	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare		SPX21340430SA	Neoverený	Potrebné overenie, tlak + teplota

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

19 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Interné odd.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Interné odd.	Tlakomer	Spirit		170426	3307747320		15.6.2021	OK
Interné odd.	Tlakomer	Veraval		201942122023			CE21	24193
Interné odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B20	SM216140258WA	3307189550	Metabolická JIS	13.5.2021	OK
Interné odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B20	SM216150306WA	3307189446	Metabolická JIS	13.5.2021	OK
Interné odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B20	SM216140250WA	3307189758	Metabolická JIS	13.5.2021	OK
Interné odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B20	SM216140274WA	3307189654	Metabolická JIS	13.5.2021	OK
Interné odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B20	SM216080166WA	3307189342	Metabolická JIS	13.5.2021	OK
Interné odd.	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B20	SM216140248WA	3307189238	Metabolická JIS	13.5.2021	OK
Interné odd.	Tlakomer	Chirana	T40	AG11327	3307260447	Metabolická JIS	Neoverený	Potrebné overenie 885824
Interné odd.	Tlakomer	Fazini		001715		Metabolická JIS	Neoverený	Potrebné overenie 1715
Koronárka JIS	Váha	Kern	MPD 250K100M	WF1416053	3306808091	Oddelenie	4.6.2021	do 250 kg





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

20 z 38

Strana

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Koronárka JIS	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Koronárka JIS	Tlakomer	Veroval	Duo Control	201933100668	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie
Koronárka JIS	Tlakomer	Veroval	Duo Control	201933101234	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie
Koronárka JIS	Tlakomer	Chirana	T40	180197	Oddelenie	16.6.2021	OK
Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40		Oddelenie	19.11.2021	OK
Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	3306949000	Oddelenie	19.11.2021	OK
Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	3306949104	Oddelenie	19.11.2021	OK
Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	3306949416	Oddelenie	19.11.2021	OK
Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	3306949208	Oddelenie	19.11.2021	OK
Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	3306949520	Oddelenie	19.11.2021	OK
Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	3306949624	Oddelenie	19.11.2021	OK
Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B40	3306929832	Oddelenie	19.11.2021	OK



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

ZOZNAM URČENÝCH A POVINNÝCH  
**MERADIEL**

19.11.2021 OK

16638\_4

16638\_3

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

21 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Koronárka JIS	Monitor vitálnych funkcií	GE	Healthcare	B40		3306929728	Oddelenie	19.11.2021	OK	16638_2
Gastro amb.	Teplomer chladničkový	-		kvapalinový	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Gastro amb.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	iM8B		360001-K20600030002	3307902101	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	
Gastro amb.	Ph Meter	Given	DIGITRAPPER		DT2IL03942		Ambulancia	Nekalibrovaný		
Interné odd. MUŽI	Tlakomer	Spirit			180196	3307763226	Oddelenie	16.6.2021	OK	22377
Interné odd. MUŽI	Tlakomer	Jares	DM300LCD		2015033	3307005532	Oddelenie	21.9.2021	OK	18462
Interné odd. MUŽI	Tlakomer	Fazini			23602		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Interné odd. MUŽI	Tlakomer	Veroval	Duo Control		201933101437		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	24092
Interné odd. MUŽI	Tlakomer	Veroval	Duo Control		201933100394		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	24031
Interné odd. MUŽI	Tlakomer	Veroval	Duo Control		202022007530		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	24315
Interné odd. MUŽI	Teplomer chladničkový	-		kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Interné odd. MUŽI	Váha	Kern	MPE250K 100HM		WF19000912	3307751017	Oddelenie	17.6.2020	do 250 kg	22415





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

22 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Interné odd. ŽENY	Tlakomer	Chirana	T40	4372LD	3304681438	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	776536
Interné odd. ŽENY	Tlakomer	Jares	DM300LCD	2015041	2207375338	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	18333
Interné odd. ŽENY	Tlakomer	Omron	M2	bez v.č.		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Interné odd. ŽENY	Tlakomer	Veroval	Duo Control	201933100404		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	24029
Interné odd. ŽENY	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový MPE250K 100HM	-		Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Interné odd. ŽENY	Váha	Kern	100HM	WF19000923	3307751121	Oddelenie		do 250 kg	
Interná. príjmová amb.	Tlakomer	Veroval	Duo Control	201933101237		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	24030
Interná. príjmová amb.	Tlakomer	Chirana	T40	PM001290	3307763434	Ambulancia		OK	777670
Kardiologická amb.	Holter	MORTARA	Ambulo 2400	117130560114		Ambulancia		OK	
Kardiologická amb.	Holter	Schiller	BR-102 Plus	290.05477	3307390246	Ambulancia		OK	
Kardiologická amb.	Tlakomer	Chirana	T40	-	2207281555	Ambulancia		OK	29805
Kardiologická amb.	Váha	Kern	250K100M	WF120387	3306807304	Ambulancia		do 250 kg	
Interná amb.	Tlakomer	Veroval	Duo Control	201905034248		Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	23860



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE NALÍŽENÝCH MERADIEL

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

23 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Interná amb.	Teplomer bezkontaktný	LEPU	MORTARA	Ambulo2400	117130560118	3307534324	Ambulancia	Nekalibrovaný	1.6.2020	Informatívne meradlo	24280
Interná amb.	Holter	MORTARA	MORTARA	Ambulo2400	117130560118	3307534324	Ambulancia	1.6.2020	OK	OK	24280
Nemocničná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	TFA	33.3312.02	-	-	Sklad ŠZM	12.3.2020	OK	OK	17482_7
Nemocničná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	TFA	33.3312.02	-	-	NL_Tablety	12.3.2020	OK	OK	17482_12
Nemocničná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	TFA	33.3312.02	-	-	NL_Inf. roztoky	12.3.2020	OK	OK	17482_6
Nemocničná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	TFA	33.3312.02	-	-	NL_dezinfekcia	12.3.2020	OK	OK	17482_10
Nemocničná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	TFA	33.3312.02	-	-	NL_ŠZM1	12.3.2020	OK	OK	17482_14
Nemocničná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	TFA	33.3312.02	-	-	NL_ŠZM2	12.3.2020	OK	OK	17482_8
Nemocničná lekáreň	Teplomer chladničkový	TFA	TFA	33.3313.02	-	-	CHL_NL2	12.3.2020	OK	OK	
Nemocničná lekáreň	Teplomer chladničkový	TFA	TFA	33.3313.02	-	-	CHL_NL1	12.3.2020	OK	OK	
Verejná lekáreň	Teplomer chladničkový	TFA	TFA	33.3313.02	-	-	Covid19_V2	13.1.2021	OK	OK	
Verejná lekáreň	Dataloger	Comark	Comark	-	-	-	Covid mraznička	5.1.2021	OK	OK	24493



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva


Strana

24 z 38

## Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Verejná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	NL_ZP	12.3.2020	OK	17482_15
Verejná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	NL_Chodba	12.3.2020	OK	17482_9
Verejná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	NL_HVLP	12.3.2020	OK	17482_11
Verejná lekáreň	Vlhkometer s teplomerom	TFA	33.3312.02	-	NL_Oficina	12.3.2020	OK	17482_13
Verejná lekáreň	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	VL_2	12.3.2020	OK	
Verejná lekáreň	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	VL_CHL1	12.3.2020	OK	
Verejná lekáreň	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	VL_Labor.	12.3.2020	OK	17482_16
Verejná lekáreň	Teplomer chladničkový	TFA	33.3313.02	-	VL_CHL3	12.3.2020	OK	17482_5
Nemocničná lekáreň	Váha	Shinko	SJ-2200CE	173864325	Nem. lekáreň	19.3.2020	do 2200 g	
Nemocničná lekáreň	Váha	Shinko	SJ-2200CE	173864010	Nem. lekáreň	19.3.2020	do 2200 g	
Nemocničná lekáreň	Váha	Metler Toledo	PM 2000	M42052	Nem. lekáreň	23.11.2021	do 2100g	
Nemocničná lekáreň	Váha	Graviton	GV KT1	202014	Nem. lekáreň	18.2.2021	do 15 kg	
Nemocničná lekáreň	Váha	Metler Toledo	AE 240S	M42051	Nem. lekáreň	23.11.2021	do 200 g	

23.11.2021 do 200 g



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POUŽITÝCH MERADIEL

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

25 z 38

OAIM amb.	Tlakomer	Omron	M6C	20150609461VG	3306457951	Ambulancia	17.6.2021	OK	16313
FRO	Tlakomer	Veroval	Duo Control	202026017230		Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	24803
FRO	Tlakomer	Fazini	08.301	59486	1117467847	Oddelenie	4.9.2020	OK	
FRO	Tlakomer	Fazini	08.301	8304	1117467951	Oddelenie	4.9.2020	OK	
FRO	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Gyn. pôrodnice odd.	Tlakomer	Chirana	T40	CH013/010	3307260759	Oddelenie	21.2.2022	OK	777415
Gyn. pôrodnice odd.	Tlakomer	Omron	M6C	20180519256VG	3307290768	Oddelenie	4.11.2021	OK	21664
Gyn. pôrodnice odd.	Tlakomer	Omron	M2	20190957486VG	3307271033	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	23175
Gyn. pôrodnice odd.	Tlakomer	Chirana	T40	AL18493	3307260551	Oddelenie	21.2.2022	OK	776194
Gyn. pôrodnice odd.	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Gyn. pôrodnice odd.	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Gyn. pôrodnice odd.	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Gyn. pôrodnice odd.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

26 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-			Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Gyn. pôrodnice odd.	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W81101839	3306956838	Oddelenie	18.11.2021	OK	
Gyn. pôrodnice odd.	Monitor vitálnych funkcií	Healthcare	-	SM216150291WA	3307193455	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Gyn. pôrodnice odd.	Monitor vitálnych funkcií	Healthcare	-	SM216140259WA	3307193559	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Gyn. pôrodnice odd.	Monitor vitálnych funkcií	Healthcare	-	SM216150290WA	3307193663	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Gyn. pôrodnice odd.	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W81101847	3306956318	Oddelenie	18.11.2021	OK	
Gyn. pôrodnice odd.	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W81101840	3306956422	Oddelenie	18.11.2021	OK	
Gyn. pôrodnice odd.	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W81101835	3306956526	Oddelenie	18.11.2021	OK	
USG amb.	Tlakomer	Omron	M6C	20180519343VG	3307290872	Ambulancia	4.11.2021	OK	
USG amb.	Tlakomer	Nihon	DM-500	2009-1K1000-005718	2207189237	Ambulancia	10.8.2021	OK	
Gynekol. prfjmová amb.	Tlakomer	Nihon	DM-500	2009-1K1000-005571	2207189341	Ambulancia	10.8.2021	OK	
Gynekol. prfjmová amb.	Tlakomer	Omron	M6C	20190957489VG	3307271241	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	
								23177	



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

27 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

	Tlakomer	Chirana	T40	CH46/05	3307260655	Oddelenie	21.2.2022	OK	779161
Pôrodná sála	Tlakomer	Fazini	08.330.01	CH017/11	3304678636	Oddelenie	21.2.2022	OK	4176
Pôrodná sála	Tlakomer	Omron	M6C	2020110110468V	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Pôrodná sála	Váha	Transporta	KOB10	127534	3300990220	Oddelenie	20.5.2020	do 10 kg	246200
Pôrodná sála	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	PM 9000	150410A	3306956734	Oddelenie	18.11.2021		16619
Pôrodná sála	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie		Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Odd. patol. novorodencov	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W4AG8204	3306389752	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Odd. patol. novorodencov	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W52L0846Q	3307185242	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Odd. patol. novorodencov	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W64G10682	3306955631	Oddelenie	18.11.2021	OK	
Odd. patol. novorodencov	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W52L0847Q	3307185138	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Odd. patol. novorodencov	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Oddelenie		Nekalibrovaný	Informatívne meradio
Odd. patol. novorodencov	Váha	Bulgaria	KOH10	185173	3301029314	Oddelenie	17.6.2020	OK	
Odd. patol. novorodencov	Tlakomer	Masimo	Rad 97	3000022840	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

28 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Odd. patol. novorodencov	Tlakomer	Masimo	Rad 97	3000021310	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie
Odd. patol. novorodencov	Tlakomer	Masimo	Rad 97	3000021442	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie
Odd. patol. novorodencov	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovateľný teplomer
Novorodenci	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovateľný teplomer
Novorodenci	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo
Banka žen. mlieka	Teplomer mrazničkový	TFA	30.1034.1.1	-	-	Mraznička	10.1.2020	OK
Banka žen. mlieka	Teplomer mrazničkový	TFA	30.1034.1.1	-	-	Mraznička	10.1.2020	OK
Novorodenci	Váha	Kern	MBC 20K10M	WF1426788	3306567640	Oddelenie	18.2.2021	do 20 kg
OPN	Monitor vitálnych funkcií	Comen	C60	KC181031059B	3307902413	Oddelenie	29.3.2021	OK
Novorodenci	Váha	Bulgaria	KOH10	197245	3300990116	Oddelenie	23.11.2020	OK
Detická kardiologická	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovateľný teplomer



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POVINNÉ KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

29 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

	Tlakomer	Veroval	Duo Control	201942120705	-	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	24182
Ped. detská endokrín. amb.	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Amb. ped. hematol. a onkol.	Tlakomer	Fazzini	08.330	CH17/010	3307763746	Ambulancia	1.6.2020	OK	
Amb. ped. hematol. a onkol.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Amb. ped. nefro	Tlakomer	Veroval	Duo Control	201632072072	-	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	
Amb. ped. nefro	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Amb. ped. nefro	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Amb. ped. gastro	Váha	Kern	MBC 20K10NM	WF21002396	3308242337	Ambulancia	4.6.2021	do 20 kg	
Amb. APS detská	Tlakomer	Fazzini	08.330	CH57/10	3307763850	Ambulancia	1.6.2020	OK	
Amb. APS detská	Tlakomer	Tensoval	Duo Control	2015-49-199686	3306714520	Ambulancia	10.8.2021	OK	
Amb. APS detská	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Amb. APS detská	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	

Posudzovatelia

 Ing. Michal Zápotocký  
 Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

 Nemocnica Poprad, a.s.  
 Banická 803/28  
 058 45 Poprad

Zmluva

Strana

30 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Amb. ped. neurológie	Tlakomer	Jares	DM300	30703	3307743116	Ambulancia	5.6.2020	OK	6269
Amb. ped. neurológie	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Očné odd.	Tlakomer	Chirana	T40	EHD10662	3307763330	Oddelenie	1.6.2020	OK	999584
Očné odd.	Tlakomer	Veroyal	Duo Control	SN2018-41-100189	3307952324	Oddelenie	2.7.2021	OK	22398
Očná amb.	Tlakomer	Chirana	T40	16/010	1117464746	Ambulancia	17.8.2020	OK	776513
Očná amb.	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Očná amb. Laser	Tlakomer	Fazzini	-	005452	1117464850	Ambulancia	17.8.2020	OK	
Patológia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Centrálny príjem	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	PM9000	070816	3307186761	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Centrálny príjem	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B650	8001517	3307592448	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	
Centrálny príjem	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM 401	W-01105556	3306948729	Oddelenie	29.3.2021	OK	
Centrálny príjem	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	EM 401	W01105568	3306948625	Oddelenie	29.3.2021	OK	
Centrálny príjem	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE NEKALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Svantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

31 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Centrálny príjem	Tlakomer	Jares	DM300LCD	28030	3307596132	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	15893
Centrálny príjem	Tlakomer	Chirana	T40	CH113/10	3307743220	Oddelenie	5.6.2020	OK	2817
Centrálny príjem	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Informatívne meradlo	
Centrálny príjem	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Centrálny príjem	Tlakomer	Omron	M6C	202008006141V	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	24463
Centrálny príjem	Tlakomer	Veroval	Duo Control	202022007422	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie	24560
Centrálny príjem	Tlakomer	Fazzini	Mercurial	CH008/12	3307265858	Oddelenie	4.5.2020	OK	2011
Covid - centrálny príjem	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Covid - centrálny príjem	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer	
Covid - centrálny príjem	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	PM9000	W6GB11025	3307186657	Oddelenie	12.5.2021	OK	
Covid - centrálny príjem	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	im8	301235- M13300880002	3306955423	Oddelenie	12.5.2021	OK	





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

32 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Covid - centrálny príjem	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W-81101832	3307186241	Oddelenie	4.11.2021	OK
Covid - centrálny príjem	Monitor vitálnych funkcií	EKONA	-	W-811011825	3307186137	Oddelenie	4.11.2021	OK
Covid - centrálny príjem	Tlakomer	Veroval	Duo Control	201713048451	-	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie 20704
Covid - centrálny príjem	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Gynekológia	Monitor vitálnych funkcií	GE Healthcare	B20	SM216140260WA	3307193767	Oddelenie	12.5.2021	OK
ORL odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	im8	360001- M19202650001-01	3307902205	Oddelenie	29.3.2021	OK
ORL odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	im8	360001- M19202650002-01	3307902309	Oddelenie	29.3.2021	OK
ORL odd.	Tlakomer	Chirana	T40	0616/69	3307761436	Oddelenie	22.5.2020	OK
ORL odd.	Tlakomer	Chirana	T40	CH008/16	3307265546	Oddelenie	4.5.2020	OK
ORL odd.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
ORL ambulancia	Tlakomer	Chirana	T40	UC6257	3307761332	Ambulancia	22.5.2020	OK
ORL ambulancia	Tlakomer	Chirana	T40	9564JH	3307265650	Ambulancia	4.5.2020	OK

777380  
777162  
888800



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švaníner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

33 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

ORL ambulancia	Audiometer	Interacoustic	-	-	Ambulancia	4.5.2020	OK	13283
ORL ambulancia	Audiometer	Interacoustic	AD226	-	Ambulancia	5.1.2022	OK	17200
ORL ambulancia	Tympanometer	Interacoustic	AT235	-	Ambulancia	16.3.2020	OK	
Ortopedické odd.	Tlakomer	Omron	M6C	620321	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	
Ortopedické odd.	Tlakomer	Omron	M6C	20180106076VG	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie	
Ortopedické odd.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	Oddelenie	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovací teplomer	
Ortopedické odd.	Monitor vitálnych funkcií	Comen	STAR 8000	F7211201064	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	
Ortopedické odd.	Monitor vitálnych funkcií	Comen	STAR 8000	F7211201068	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	
Ortopedické odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	im8	M13606270003	Oddelenie	18.11.2021	OK	
Ortopedické odd.	Monitor vitálnych funkcií	EDAN	im8	M13606270002	Oddelenie	18.11.2021	OK	
Ortopedické odd.	Monitor vitálnych funkcií	Comen	STAR 8000	F7211201065	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	
Ortopedické odd.	Monitor vitálnych funkcií	Comen	STAR 8000	F7211201058	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	
Ortopedické odd.	Monitor vitálnych funkcií	Comen	STAR 8000	F7211201061	Oddelenie	CE21	Nové CE 21	





Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Svätinier

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banička 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

34 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Ortopedické odd.	Monitor vitálnych funkcií	Comen	STAR 8000	F7211201067	Oddelenie	CE21	Nové CE 21
Ortopedické odd.	Tlakomer	Omron	M6C	20151002593VG	Oddelenie	Neoverený	Potrebné overenie
Ortopedické odd.	Tlakomer	Omron	M6C	20140902298VG	Oddelenie	17.6.2021	16858
Ortopedická amb.	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	Ambulancia	Nekalibrováný	Informatívne meradlo
Ortopedická amb.	Tlakomer	Omron	M6C	20151002591VG	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie
Hematológia	Teplomer mrazničkový	TFA	30.1043.02	19926	2206919926	1.12.2020	OK
Hematológia	Teplomer chladničkový	TFA	30.2028.02	375650	2207375650	15.2.2022	OK
Hematológia	Teplomer chladničkový	TFA	30.2028.02	-	1.114685251	15.2.2022	OK
Hematológia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	Chladnička	Nekalibrováný	Potrebný nový kalibrováný teplomer
Hematológia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	Chladnička	Nekalibrováný	Potrebný nový kalibrováný teplomer
Hematológia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	Chladnička	Nekalibrováný	Potrebný nový kalibrováný teplomer



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovatelia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

35 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

Hematológia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Hematológia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Hematológia	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chl. Diagnostiká	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Hematológia	Teplomer mrazničkový	-	kvapalinový	-	-	Mr. Vzorky	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Hematologická amb.	Tlakomer	Omron	M6C	20160413214VG	-		Neoverený	Potrebné overenie 17975
Hematologická amb.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

## ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Svantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

36 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

OKM (mikrobiológia)	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer mrazničkový	-	kvapalinový	-	-	Mraznička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Teplomer mrazničkový	-	kvapalinový	-	-	Mraznička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Švaníner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banická 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

37 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

	Teplomer mrazničkový	-	kvapalinový	-	-	Mraznička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
OKM (mikrobiológia)	Ph Meter	WTW	PH5210	11061620	-	Oddelenie	13.12.2021	6619
Centrálny príjem	Alkoholtester		Intoximeters	059257	3307537633	Oddelenie	8.9.2021	OK
Právne odd.	Alkoholtester		Intoximeters	096258	2205498023	Oddelenie	18.2.2021	OK
Nukleárna med.	Váha	Bulgaria	VŠ200	195519	3307867116	Oddelenie	17.8.2020	19084
Nukleárna med.	Tlakomer	Fazzini	LOT 03.07	CH55/10	1117464642	Oddelenie	OK	1675
Nukleárna med.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Detská amb. psychiatrická	Tlakomer	Veraval	Duo Control	202030030762	-	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie
Detská amb. psychiatrická	Teplomer bezkontaktný	LEPU	-	-	-	Ambulancia	Nekalibrovaný	Informatívne meradio
PZS amb.	Tlakomer	Nihon	DM-500	2009-1K1000-005664	2207413528	Ambulancia	10.8.2021	OK
PZS amb.	Teplomer chladničkový	-	kvapalinový	-	-	Chladnička	Nekalibrovaný	Potrebný nový kalibrovaný teplomer
Chirurgické odd.	Tlakomer	Veraval	Duo Control	202022009983	-	Ambulancia	Neoverený	Potrebné overenie
ODIR	Tlakomer	Chirana	T40	999248	-	RDG ultrazvuk	4.9.2020	OK



Hviezdoslavova 31  
Banská Bystrica Slovakia

# ZOZNAM URČENÝCH A POVINNE KALIBROVANÝCH MERADIEL

Posudzovateľia

Ing. Michal Zápotocký  
Ing. Tomáš Svantner

Posudzovaný subjekt

Nemocnica Poprad, a.s.  
Banícka 803/28  
058 45 Poprad

Zmluva

Strana

38 z 38

Príloha 6 k Správe z auditu meradiel

ODIR	Tlakomer	Chirana	T40	2811229	ODIR	4.5.2020	OK
ODIR	Tlakomer	Chirana	T40	999249	CT	4.9.2020	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018422		19.11.2021	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018417		19.11.2021	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018421		19.11.2021	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018415		19.11.2021	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018419		19.11.2021	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018416		19.11.2021	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018420		19.11.2021	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018418		19.11.2021	OK
Anestéza (SPACELABS)	Monitor vitálnych funkcií			1369-018415		19.11.2021	OK