

Názov predmetu zákazky:
Kanyly

Špecifikácia predmetu zákazky

Časť č. 4 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Venózne kanyly typu "single stage" rovné			
1.1	venózna kanyla musí byť vystužená drôtom v celej dĺžke, musí byť priehľadná a rovná,	spĺňa	
1.2	variabilita veľkostí od 26 do 40 Fr,	spĺňa	od 26 do 40Fr
1.3	zakončená 3/8,	spĺňa	3/8
1.4	musí mať vyznačenú orientačnú líniu a musí mať multiotvorový špic,	spĺňa	
1.5	dĺžka kanyly musí byť min. 38 cm a max. 45 cm.	spĺňa	38,1cm

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

TIMED, s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

V: Bratislave

Dňa: 21.4.2022

Richard Kylian - konateľ
spoločnosti